

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ
TEKLİF İSTEME FORMU

30.07.2021

İstem No : 56858 : 21/2804
Talep Eden Birim : ÇOCUK(YENİDOĞAN) YOĞUNBAKIM ÜNİTESİ

Fırat Üniversitesi Hastanesi ihtiyacı malzeme/hizmet satın alınacaktır. Fiyat teklif aşağıda belirtilen tarih ve saatte Döner Sermaye Satın alma Birimine bizzat, faks veya posta ile teslimini rica ederim.

- 1- Malzeme/hizmet tesliminin kaç günde yapılacağını belirtilmesi zorunludur. Belirtilmemesi durumunda sipariş tarihinden itibaren teslim süresi 10 gün olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her gün için fatura tutarının (KDV hariç) 0,001 (Bindebiri) oranında gecikme cezası hesaplanarak tahakkuk üzerinden kesilecektir. Teslimat satınalma biriminin sipariş yazısına istinaden yapılacaktır. (Sözleşmeli alımlarda sözleşmedeki oran uygulanır)
- 2- Teklif opsiyonu en az 20 gün olmalı ve ürün markası, belirtilecek ve teklif fiyatları KDV hariç verilecektir ve KDV oranı belirtilecektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayrıca idarenin öngördüğü şartlar dışında, firma tarafından ödeme günü vb. talepleri tekliflerinde belirtseler dahi, dikkate alınmayacaktır.
- 3- Mal teslimi hastane ambarına veya idarenin göstereceği yere yapılacaktır. Teslimat yerine kadar tüm giderler satıcıya aittir.
- 4- Tıbbi malzeme haricindeki ürünlerde TSE markası aranan malzemeler TSE belgeli olacaktır.
- 5- Teklif mektubunda silinti ve kazıntı yapılmayacaktır. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler değerlendirilmeyecek olup, ancak idare gerek gördüğü takdirde bu süreyi uzatabilir.
- 6- Firma alacaklarını harcama yetkilisinin (Başhekimlik makamı) izniyle devir ve temlik yapabilir. Temlik öncesi harcama yetkilisi makamından uygunluk yazısı alınması zorunludur.
- 7- Tıbbi malzeme, ilaç ve kit alımlarında Sağlık Bakanlığının TITUBB veya ÜTS kaydı gereken ürünlerin kayıtlı olması halinde alım yapılacaktır. Ürünün imalatçı veya ithalatçı olmadığı durumlarda ilgili satıcının bayi olduğuna dair TITUBB kayıt ve bildirimi aranacaktır. Teklif mektubunda Firma Tanımlayıcı kodu, UBB kodu ve ayrıca firmanın KİK de kaydı olacaktır. UBB kodu ve SUT kodu gereken ürünlerin kodunun belirtilmemesi ile KİK kaydı olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu negatif listesinde bulunan tıbbi malzemeler alınmayacak, alınsa dahi negatif listeden çıkmadıkça fatura bedeli ödenmeyecektir. KİK kaydının yapılmaması ve kaydın güncellenmemesi malzeme alındıktan sonra malzemenin negatif listeye düşmesi gibi malzeme kaynaklı kuruma ait SGK kesinti tutarları ve kurum zararlarının tamamı ilgili firma tarafından karşılanacaktır.
- 8- Firmalar ürün tesliminde **BAYİ NO, LOT NO, SERİ NO** larını faturalarında belirteceklerdir. Belirtmedikleri takdirde fatura işleme alınmayacaktır.
- 9- Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan tıbbi malzemeler için SUT kodu, Tebliğde yer almayan malzeme olması durumunda bu durum teklif mektubunda belirtilecektir.
- 10- Nitelikli malzeme alımlarında şartnamede numune istenmiş ise teklif dışında numune doğrudan ilgili bölüme gönderilecektir ve numune gönderme ile iade masrafları satıcıya ait olacaktır.
- 11- Firma tarafından sipariş edilen malzemenin teslim edilmemesi durumunda idare tarafından kanun gereği ilgili mercilere bildirim yapılarak, firma idarenin belirleyeceği süre içerisinde doğrudan temin alımlarına iştirak edemeyecektir.
- 12- SUT 5.2.1 Maddeler gereği 2 Ay içerisinde dönem sonlandırılmasından sonra getirilen fatura bedeli ödenmeyecektir.
- 13- Sipariş sonrası teslimi yapılan mal/hizmet alımlarının teslimine müteakip faturanın Kuruma ulaştığı tarihten itibaren (Faturanın Kuruma teslim tarihi fatura arkasına kayıt düşülecektir.) 80 . günde işletmenin nakit durumuna göre ödenecektir.

Teklif Veren Firmanın

Tel :
Fax :
Mail :

Son Teslim Tarih & Saat : 14:00
23-08-2021

PROF.DR.FATİH FIRDOLAŞ
BAŞHEKİM YARDIMCISI

MALZEME/HİZMET LİSTESİ

Sıra N	Malzeme Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	KDV Oranı%
1	150120199051	PARAVAN (KURŞUNLU)		1,0	ADET		

TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR

Adres: Fırat Üniversitesi Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü HAZAR V.D. : 3860437404

Tel: 0424 233 35 55

Fax: 0424 233 90 40

EPOSTA : dsermayesatinalma@firat.edu.tr

Sayfa 1

KUVÖZLER VE YENİDOĞAN YOĞUN BAKIMLAR İÇİN KURŞUN PARAVAN

- 1- Paravan mekanizma üzerinde monte edilmiş şekilde olmalıdır.
- 2- Paravan 3 parçaya bölünmüş U şeklinde ayarlanmış olmalıdır.
- 3- Paravanı taşıyan mekanizmalar birbirine bağlanmış olarak dizayn edilmiş ve birbirinden ayrılmaz bir şekilde olmalıdır.
- 4- Yoğun Bakım Kuvöz Ayırıcı Paravan mekanizması paslanmaz malzemeden yapılmış olmalıdır.
- 5- Ayırıcı paravanın ön orta tarafında 85x60 cm , sağ tarafında 90x60 cm ve sol tarafından 90x60 cm koruma amaçlı perde olmalıdır. (+- 4 cm)
- 6- Yoğun bakım paravan mekanizması yerden 144 cm yüksekliğinde olmalıdır. Havuz iç kesim ebatları ise 102 cm havuz boyutu ve iç havuz genişliği 90 cm olmalıdır. Dış havuz kuvöz için ebatları iç havuz kısmından 1 cm daha geniş olmalıdır.
- 7- Paravan xray çekimleri esnasında kuvözleri birbirinden ayırmak için kullanılabilir şekilde tasarlanmış olmalıdır.
- 8- Mekanizma açılır kapanabilir şekilde tasarlanmış olmalıdır.
- 9- Ayırıcı perde kumaşı özel bir yapıya sahip olmalı ve yeni doğan bölümlerinde kullanılacak şekilde, desenleri de çocuklar için uygun dizayn ve tasarım yapılmış desenlerden olmalıdır.
- 10- Ayırıcı perde kuvözü rahatlıkla içerisinde alabilecek yapıda değildir. Kullanım esnasında kuvöze ve kuvözde bulunan ekipmanlara zarar verecek şekilde olmamalıdır.
- 11- Koruyucu Paravana İlişkin, Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği (01 Mayıs 2019 Tarihli Ve 30761 Sayılı Resmi Gazete, Yeni Regülasyon (Ab) 2016/425 X Kişisel Koruyucu Yönetmeliğine Göre Üretilmiş Ve Belgelendirilmiş Olmalıdır. Ürünlere İlişkin Onaylanmış Kurulardan Alınmış Modül D Ve Modül B Belgesi Teslimat Öncesi Kuruma Sunulmalıdır. Kurumun Belgelendirme Firmasına Sorgulama Hakkı Olduğunu Belgeyi Sunan Firmanın Bilmesi Ve Sonuçlarını Kabul Etmesi Gereklemektedir.
- 12- Ürünlere İlişkin Eski Standartlar Doğrultusunda Artıcel 11 A Artıcel 11 B Belgesi Sunulmamalıdır. Bu Belgeler Geçerliliğini Kaybetmiş Olup, Yeni Revizyona Göre Belgelendirilmiş Ürünlerin Satışı İçin Belgeler Sunulmalıdır.
- 13- Satıcı Firma Ürünlere İlişkin Kurumun İstemesi Halinde Daha Önce Yaptığı İşlere İlişkin İş Deneyim Belgesi Veya Referans Sunmalıdır.
- 14- Ürünlere ilişkin ISO 9001:2008 belgeleri olmalıdır.
- 15- Ürünlere ilişkin perdenin durumunu gösteren Uluslararası Test Raporu olmalıdır.,
- 16- Paravan iki taraflı sunta lam ile kaplanmış olmalı sunta lamlar arasında 2 mm Pb eşdeğeri karşılığında kurşun olmalıdır.
- 17- Paravanın üzerinde hastanın izlenebileceği şeffaflıkta ve yükseklikte 2.2 mm Pb kurşun eşdeğerliğinde kurşun cam olmalıdır.
- 18- Paravanın kenarları çerçeve içine alınmalıdır.
- 19- Paravan her yöne hareket kabiliyetine sahip tekerlek ayaklı olmalıdır. Ve istenildiğinde sabitlenmek için tekerlekler kilit sistemine sahip olmalıdır.
- 20- Tekerlek çapları kurşun paravanı rahat taşıyabilecek ve kolay hareket ettirebilecek durumda olmalıdır.
- 21- Kurşun paravanın sabitlenmesinin sağlam olması hareket halinde durmasını engeller yapı da olması gerekmektedir.
- 22- Numuneler klinikte denendikten sonra seçim yapılacaktır.

Prof. Dr. Mustafa AYDIN
Fırat Üniversitesi Hastanesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Neonatalogi B.D.
Dip.Tes. No: 89958-89679

Prof. Dr. Erdal TAŞKIN
Fırat Üniversitesi Hastanesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Neonatalogi B.D.
Dip.Tes. No: 56524-71861

Fırat Üniversitesi Hastanesi
Doç. Dr. Aslıhan KARA
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Neonatalogi B.D.
Dip.Tes. No: 74284-10510