

T.C.  
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ  
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ  
ELAZIĞ  
TEKLİF İSTEME FORMU

02.03.2026

İstem No : 88503 : 26/1008  
Talep Eden Birim : AMELİYATHANE (YENİ GENEL)

Firat Üniversitesi Hastanesi ihtiyacı malzeme/hizmet satın alınacaktır. Fiyat teklif aşağıda belirtilen tarih ve saatte Döner Sermaye Satın alma Birimine bizzat, faks veya posta ile teslimini rica ederim.

1- Malzeme/hizmet tesliminin kaç günde yapılacağı belirtilmesi zorunludur. Belirtilmemesi durumunda sipariş tarihinden itibaren teslim süresi 30 gün olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her gün için fatura tutarının (KDV hariç) 0,001 (Bindebiri) oranında gecikme cezası hesaplanarak tahakkuk üzerinden kesilecektir. Teslimat satınalma biriminin sipariş yazısına istinaden yapılacaktır. (Sözleşmeli alımlarda sözleşmedeki oran uygulanır)

2- Teklif opsiyonu en az 30 gün olmalı ve ürün markası, belirtilecek ve teklif fiyatları KDV hariç verilecektir ve KDV oranı belirtilecektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayrıca idarenin öngördüğü şartlar dışında, firma tarafından ödeme günü vb. talepleri tekliflerinde belirtmeler dahi, dikkate alınmayacaktır.

3- Mal teslimi hastane ambarına veya idarenin göstereceği yere yapılacaktır. Teslimat yerine kadar tüm giderler satıcıya aittir.

4- Tıbbi malzeme haricindeki ürünlerde TSE markası aranan malzemeler TSE belgeli olacaktır.

5- Teklif mektubunda silinti ve kazıntı yapılmayacaktır. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler değerlendirilmeyecek olup, ancak idare gerek gördüğü takdirde bu süreyi uzatabilir.

6- Firma alacaklarını harcama yetkilisinin (Başhekimlik makamı) izniyle devir ve temlik yapabilir. Temlik öncesi harcama yetkilisi makamından uygunluk yazısı alınması zorunludur.

7- Tıbbi malzeme, ilaç ve kit alımlarında Sağlık Bakanlığının TITUBB veya ÜTS kaydı gereken ürünlerin kayıtlı olması halinde alım yapılacaktır. Ürünün imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda ilgili satıcının bayi olduğuna dair TITUBB kayıt ve bildirim aranacaktır. Teklif mektubunda Firma Tanımlayıcı kodu, ÜBB kodu ve ayrıca firmanın KİK de kaydı olacaktır. ÜBB kodu ve SUT kodu gereken ürünlerin kodunun belirtilmemesi ile KİK kaydı olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu negatif listesinde bulunan tıbbi malzemeler alınmayacak, alınsa dahi negatif listeden çıkmadıkça fatura bedeli ödenmeyecektir. KİK kaydının yapılmaması ve kaydın güncellenmemesi malzeme alındıktan sonra malzemenin negatif listeye düşmesi gibi malzeme kaynaklı kuruma ait SGK kesinti tutarları ve kurum zararlarının tamamı ilgili firma tarafından karşılanacaktır.

8- Firmalar ürün tesliminde BAYI NO, LOT NO, SERİ NO larını faturalarında belirteceklerdir. Belirtmedikleri takdirde fatura işleme alınmayacaktır.

9- Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan tıbbi malzemeler için SUT kodu, Tebliğde yer almayan malzeme olması durumunda bu durum teklif mektubunda belirtilecektir.

**10-Nitelikli malzeme alımlarında şartnamede numune istenmiş ise teklif değerlendirme aşamasında sadece idarenin talep edeceği firmalardan numune istenecektir. Doğrudan ilgili bölüme gönderilecektir ve numune gönderme ile iade masrafları satıcıya ait olacaktır.**

11- Firma tarafından sipariş edilen malzemenin teslim edilmemesi durumunda idare tarafından kanun gereği ilgili mercilere bildirim yapılarak, firma idarenin belirleyeceği süre içerisinde doğrudan temin alımlarına iştirak edemeyecektir.

**12- SUT 5.2.1 Maddeler gereği 2 Ay içerisinde dönem sonlandırılmasından sonra getirilen fatura bedeli ödenmeyecektir.**

13- Sipariş sonrası teslimi yapılan mal/hizmet alımlarının teslimine müteakip faturanın Kuruma ulaştığı tarihten itibaren (Faturanın Kuruma teslim tarihi fatura arkasına kayıt düşülecektir.) 45 . günde işletmenin nakit durumuna göre ödenecektir.

14- Verilen tekliflerde teslimat süresi belirtilmesi zorunludur. Aksi takdirde 1. madde uygulanacaktır.

Teklif Veren Firmanın

Son Teslim Tarih & Saat 14<sup>00</sup>

PROF.DR.FAĞH OSMANLIOĞLU  
BAŞHEKİM YARDIMCISI

Tel :

Fax:

Mail :

06.03.2026

**MALZEME/HİZMET LİSTESİ**

Sıra N	Malzeme Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	KDV Oranı%
1	15003039999792	SPONGOSTAN	70X50X10 MM	1.000,0	ADET		
2	15003030217128	EMİLEBİLEN SELÜLÜZ	KANAMA DÜRDÜRÜCÜ 5X7.5	1.000,0	ADET		

EK TEKNİK ŞARTNAME

Adres: Firat Üniversitesi Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü HAZAR V.D. : 3860437404

Tel: 0424 233 35 55

Fax: 0424 233 90 40

EPOSTA : dsermayesatinalma@firat.edu.tr

Sayfa 1

T.C.  
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ  
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ  
ELAZIĞ

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

AMELİYATHANE (YENİ GENEL)

ŞARTNAME NO  
10939

ŞARTNAME

Düzenleme Tarihi : 27.02.2026

1 nolu MALZEME SPONGOSTAN EMİLEBİLEN JELATİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Hemostatik absorbe olabilen jelatinden ve 70x50x10 mm ölçüsünden yapılmış olmalıdır.
- 2- Vucut içinde bırakılabilmelidir.
- 3- 4-6 hafta içerisinde absorbe olmalıdır.
- 4-Gama ışını ile steril edilmiş olmalıdır.
- 5- Cerrahi aletlere yapışmamalıdır.
- 6- Raf ömrü en az 3 yıl olmalıdır.
- 7-Pet poşet içinde olmalı ve üzerinde son kullanma tarihi yazılmalıdır.
- 8-Sağlık bakanlığı tarafından verilmiş ruhsata tabi olmalıdır.
- 9- Teklif veren firmalardan değerlendirme aşamasında gerektiği durumda numune talep edilebilecektir, istenilmesi halinde , numune göndermeyen teklif değerlendirme dışı tutulacaktır.

HAZIRLAYANLAR

Firat Üniversitesi Hastanesi  
Nihat ATICI  
Sağ/Tek.

ONAYLAYAN

Prof. Dr. İsmail DEMİRE  
Firat Üniversitesi Hastanesi  
Anesteziyoloji ve Reanimasyon  
A.D. Başkanı  
Diploma No: 72933/131474

T.C.  
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ  
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ  
ELAZIĞ

İSTEĞİ YAPAN BİRİM : AMELİYATHANE (YENİ GENEL)

ŞARTNAME NO  
10938

ŞARTNAME

Düzenleme Tarihi : 27.02.2026

EMİLEBİLEN SELÜLOZ KANAMA DURDURUCU  
(okside rejenere selüloz) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Hammaddesi okside edilmiş rejenere selüloz olmalıdır.
  - 2-Hemostatik özelliğe sahip olmalıdır.
  - 3-Kullanıma hazır tekli steril paketlerde ve emilebilir özellikte olmalıdır.
  - 4-Sterilizasyonu Gama ışını ile yapılmış olmalıdır.
  - 5-Hemostazı sağlayacağı ana kadar mukavemetini korumalı ve 3-4 dakikada hemostazı sağlamalıdır.
  - 6-Ürün 7-14 gün içerisinde absorbe olmalıdır.
  - 7-Ph seviyesi en az 2-4 arasında olduğuna dair Rapor ile belgelenmeli ve ihale dosyasında ibraz edilmelidir.
  - 8-Tüm cerrahi branşlarda rahatlıkla kullanılabilir olmalıdır.
  - 9-Kullanımı kolay, yumuşak, poşetten çıkarıldığından pul pul dökülmemelidir.
  - 10-Bakterisidal etkiye sahip olduğu üretici firmadan belgelenmeli ve ihale dosyasında ibraz edilmelidir.
  - 11Geniş bir bakterist özelliğine sahip olmalıdır. Aşağıdaki bakteri cinslerine karşı etkili olmalıdır: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Sterptococcus faecalis, Escherichia coli, Clostridium tetani, v.b
  - 12-Cerrahi aletlere ve eldivene yapışmamalı
  - 13-Raf ömrü en az (3) Üç yıl olmalıdır.
  - 14-Ürün üzerinde CE işareti ve kontrol numarası Tıbbi Cihaz Yönetmeliği hükümlerine uygun şekli ile iliştirilmiş olmalıdır.
- Firmaların T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı olması ve alımı yapılacak malzemenin TİTUBB? da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gereklidir. Kayıt ve onay belgesi ihale dosyasında olmalıdır.
- AMBALAJLAMA**
- a) Hemostat kullanım anına kadar sterilizesini koruyacak şekilde ürün, çift kat steril ambalajda sunulmalı ve paketlenmiş olmalıdır. Ürün ilk kat ambalajdan steril olarak ameliyat masasına açılacak ve sterilizesi bozulmadan kolayca çıkarılabilecek, daha önce açılmadığını belli edecek şekilde ve tek tek steril paketlerde olacaktır.
- ETİKETLEME**
- a) Birim ambalaj üzerinde ;
- Ürünün adı ve ürün kodu yazılı olmalıdır.
  - imalatçı firmanın Ticari adı ve/veya kısa adı
  - steril ibaresi ve sterilizasyon metodu
  - seri numarası , üretim ve son kullanma tarihi



HAZIRLAYANLAR

Firat Üniversitesi Hastanesi

Nihal ATICI  
İSai Tek.

ONAYLAYAN

Prof. Dr. İsmail DEMİREL  
Firat Üniversitesi Hastanesi  
Anesteziyoloji ve Reanimasyon  
A.D. Başkanı  
E-Posta No: 72993/131474

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :	AMELİYATHANE (YENİ GENEL)	
ŞARTNAME NO 10938	ŞARTNAME	Düzenleme Tarihi : 27.02.2026
<p>- ölçüleri ve adet miktarı</p> <p>- CE işareti ve kontrol numarası basılı</p> <p>b) Kutu ambalaj üzerinde ;</p> <p>- içerisinde birim ambalajdan kaç adet olduğu belirtilmelidir</p> <p>- kutu ambalaj içinde üretici firmaya ait kullanma talimatı olmalıdır.</p> <p>- sıcağın ve ışığın vb. durumlarda korunmasına dair işaret ve yazılı bilgiler basılı olmalıdır.</p> <p>- Kutu ambalajın üzerinde birim ambalajda yazması gereken bilgilerin tamamı olacaktır. Bu bilgiler Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Yönetmeliğine uygun Türkçe olarak yer alacaktır.</p> <p>15- Teklif veren firmalardan değerlendirme aşamasında gerektiği durumda numune talep edilebilecektir, istenilmesi halinde , numune göndermeyen teklif değerlendirme dışı tutulacaktır.</p>		
HAZIRLAYANLAR		ONAYLAYAN
<p>Fırat Üniversitesi Hastanesi Nihat ATICI Sağ. Tek.</p> 		<p>Prof. Dr. İsmail DEMİREL Fırat Üniversitesi Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon B.D. Başkanı E-Posta No: 72993/131474</p> 
Fırat Üniversitesi Hastanesi Elazığ - Tel:0424 233 35 55 Fax: 0 424 233 90 40 - ftm.firat.edu.tr		Sayfa 2