

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ
TEKLİF İSTEME FORMU

11.03.2019

İstem No : 44220 : 19/1012
Talep Eden Birim : ÇOCUK YOĞUNBAKIM ÜNİTESİ

Fırat Üniversitesi Hastanesi ihtiyacı malzeme/hizmet satın alınacaktır. Fiyat teklif aşağıda belirtilen tarih ve saatte Döner Sermaye Satın alma Birimine bizzat, faks veya posta ile teslimini rica ederim.


- 1- Malzeme/hizmet tesliminin kaç günde yapılacağını belirtilmesi zorunludur. Belirtilmemesi durumunda sipariş tarihinden itibaren teslim süresi 10 gün olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her gün için fatura tutarının (KDV hariç) 0,001 (Binde biri) oranında gecikme cezası hesaplanarak tahakkuk üzerinden kesilecektir. Teslimat satınalma biriminin sipariş yazısına istinaden yapılacaktır.
- 2- Teklif opsiyonu en az 20 gün olmalı ve ürün markası, belirtilecek ve teklif fiyatları KDV hariç verilecektir ve KDV oranı belirtilecektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayrıca idarenin öngördüğü şartlar dışında, firma tarafından ödeme günü vb. talepleri tekliflerinde belirtmeler dahi, dikkate alınmayacaktır.
- 3- Mal teslimi hastane ambarına veya idarenin göstereceği yere yapılacaktır. Teslimat yerine kadar tüm giderler satıcıya aittir.
- 4- Tıbbi malzeme haricindeki ürünlerde TSE markası aranan malzemeler TSE belgeli olacaktır.
- 5- Teklif mektubunda silinti ve kazıntı yapılmayacaktır. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler değerlendirilmeyecek olup, ancak idare gerek gördüğü takdirde bu süreyi uzatabilir.
- 6- Temlik verilmeyecektir.
- 7- Tıbbi malzeme, ilaç ve kit alımlarında Sağlık Bakanlığının TITUBB veya ÜTS kaydı gereken ürünlerin kayıtlı olması halinde alım yapılacaktır. Ürünün imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda ilgili satıcının bayi olduğuna dair TITUBB kayıt ve bildirim aranacaktır. Teklif mektubunda Firma Tanımlayıcı kodu, UBB kodu ve ayrıca firmanın KİK de kaydı olacaktır. UBB kodu ve SUT kodu gereken ürünlerin kodunun belirtilmemesi ile KİK kaydı olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu negatif listesinde bulunan tıbbi malzemeler alınmayacak, alınsa dahi negatif listeden çıkmadıkça fatura bedeli ödenmeyecektir. KİK kaydının yapılmaması ve kaydın güncellenmemesi malzeme alındıktan sonra malzemenin negatif listeye düşmesi gibi malzeme kaynaklı kuruma ait SGK kesinti tutarları ve kurum zararlarının tamamı ilgili firma tarafından karşılanacaktır.
- 8- Firmalar ürün tesliminde **BAYI NO, LOT NO, SERİ NO** larını faturalarında belirteceklerdir. Belirtmedikleri takdirde fatura işleme alınmayacaktır.
- 9- Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan tıbbi malzemeler için SUT kodu, Tebliğde yer almayan malzeme olması durumunda bu durum teklif mektubunda belirtilecektir.
- 10-Nitelikli malzeme alımlarında şartnamede numune istenmiş ise teklif dışında numune doğrudan ilgili bölüme gönderilecektir ve numune gönderme ile iade masrafları satıcıya ait olacaktır.**
- 11- Firma tarafından sipariş edilen malzemenin teslim edilmemesi durumunda idare tarafından kanun gereği ilgili mercilere bildirim yapılarak, firma idarenin belirleyeceği süre içerisinde doğrudan temin alımlarına iştirak edemeyecektir.
- 12- Sipariş sonrası teslimi yapılan mal/hizmet alımlarının teslimine müteakip faturanın Kuruma ulaştığı tarihten itibaren (Faturanın Kuruma teslim tarihi fatura arkasına kayıt düşülecektir.) **235. günde** ödenecektir.

Son Teslim Tarih & Saat : 14⁰⁰

Ek - 1 : Teknik Şartnameler

20.03.2019

DOÇ.DR.FAİH FİRDOLAŞ
BAŞHEKİM YARDIMCISI



MALZEME/HİZMET LİSTESİ

Sıra N	Malzeme Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	KDV Oranı%
1	15003030217354	SANTRAL VENÖZ KATATER ÇİFT LÜMENLİ 4F 6CM		30,0	ADET		
2	15003030210149	SANTRAL VENÖZ KATATER ÇİFT LÜMENLİ 4 F 8CM		30,0	ADET		
3	15003030210151	SANTRAL VENÖZ KATATER ÇİFT LÜMENLİ 5F 10CM		30,0	ADET		
4	15003030210150	SANTRAL VENÖZ KATATER ÇİFT LÜMENLİ 5F 8CM		30,0	ADET		

Adres: Fırat Üniversitesi Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü HAZAR V.D. : 3860437404

Tel: 0424 233 35 55

Fax: 0424 233 90 40

EPOSTA : dsermayesatinalma@firat.edu.tr


Sayfa 1

PEDİATRİK CVP KATETER TEKNİK ÖZELLİKLERİ (4F 2L)

1. Kateter uzunluğu 8 cm olmalıdır •
2. Kateter dış çapı 1,3 mm olmalıdır •
3. Kateter 2 lümenli 4 F olmalıdır •
4. Kateter Alifatik poliüretan materyalden üretilmiş olmalı, böylece damar •
5. içerisinde bulunduğu sürece üzerinde biyofilm tabakası oluşumunu geciktirerek
6. enfeksiyon riskini azaltmalıdır
7. Kateterin uca açılmayan lumenlerinin çıkışlarındaki ölü boşluklar silikonla •
8. kapatılmış olmalı, buralarda kan birikmesine ve enfeksiyon etkenleri için besiyeri
9. oluşturmasına neden olmamalıdır
10. Kateter hasta üzerinde 30 gün kalabilmelidir •
11. Kateteri sabitlemek için 2 adet Fiksasyon Klembi bulunmalıdır •
12. Lümenlerin her ikisi de 18 G olmalıdır •
13. Her bir lümenin ucuna takılabilmesi için 2 adet silikon enjeksiyon port •
14. bulunmalıdır
15. İğne uzunluğu 50 mm olmalıdır •
16. İğne çapı 1,12 mm, 19 G olmalıdır •
17. 0,61 mm çapında, 300 mm uzunluğunda J guide-wire olmalıdır •
18. Kılavuz tel king yapmayan nitinol materyalden üretilmiş olmalıdır ve bu özellik •
19. düğüm atılarak test edilebilmelidir.
20. Set içerisinde 1 adet dilatör olmalıdır •
21. Dilatör uzunluğu 6 cm olmalıdır •
22. Set içerisinde en az 3 cc enjektör olmalıdır •
23. Bistüri sapı en az 10 cm olmalıdır •
24. Kateter XRO olmalıdır •
25. Paket üzerinde lot ve kod numaralarını belirten; biri kalkabilir, ayrı ayrı iki adet etiket olmalıdır.
26. CE belgesine sahip olmalıdır.

27. Numune getirilmesi zorlukta

FÜ. Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hast. Çocuk Yoğun Bakım
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yusuf SARI
Dip. No: 10912
Dip. Tesc. No: 112820




PEDİATRİK CVP KATETER TEKNİK ÖZELLİKLERİ (5F 2L)

1. Kateter uzunluğu 8 cm olmalıdır •
2. Kateter dış çapı 1,7 mm olmalıdır •
3. Kateter 2 lümenli 5 F olmalıdır •
4. Kateter Alifatik poliüretan materyalden üretilmiş olmalı, böylece damar •
5. içerisinde bulunduğu sürece üzerinde biyofilm tabakası oluşumunu geciktirerek
6. enfeksiyon riskini azaltmalıdır
7. Kateterin uca açılmayan lumenlerinin çıkışlarındaki ölü boşluklar silikonla •
8. kapatılmış olmalı, buralarda kan birikmesine ve enfeksiyon etkenleri için besiyeri
9. oluşturmasına neden olmamalıdır
10. Kateter hasta üzerinde 30 gün kalabilmelidir •
11. Kateteri sabitlemek için 2 adet Fiksasyon Klembi bulunmalıdır •
12. Lümenlerin her ikisi de 18 G olmalıdır •
13. Her bir lümenin ucuna takılabilmesi için 2 adet silikon enjeksiyon port •
14. bulunmalıdır
15. İğne uzunluğu 50 mm olmalıdır •
16. İğne çapı 1,12 mm, 19 G olmalıdır •
17. 0,61 mm çapında, 300 mm uzunluğunda J guide-wire olmalıdır •
18. Kılavuz tel king yapmayan nitinol materyalden üretilmiş olmalıdır ve bu özellik •
19. düğüm atılarak test edilebilmelidir.
20. Set içerisinde 1 adet dilatör olmalıdır •
21. Dilatör uzunluğu 6 cm olmalıdır •
22. Set içerisinde en az 3 cc enjektör olmalıdır •
23. Bistüri sapı en az 10 cm olmalıdır •
24. Kateter XRO olmalıdır •
25. Paket üzerinde lot ve kod numaralarını belirten; biri kalkabilir, ayrı ayrı iki adet etiket olmalıdır.
26. CE belgesine sahip olmalıdır.

27- Numare getirilmesi zorunludur

FÜ. Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yusuf Şen
Dip. No: 10912
Dip. Tesz. No: 128216




PEDİATRİK CVP KATETER TEKNİK ÖZELLİKLERİ (4F 2L)

1. Kateter uzunluğu 6 cm olmalıdır •
2. Kateter dış çapı 1,3 mm olmalıdır •
3. Kateter 2 lümenli 4 F olmalıdır •
4. Kateter Alifatik poliüretan materyalden üretilmiş olmalı, böylece damar •
5. içerisinde bulunduğu sürece üzerinde biyofilm tabakası oluşumunu geciktirerek
6. enfeksiyon riskini azaltmalıdır
7. Kateterin uca açılmayan lumenlerinin çıkışlarındaki ölü boşluklar silikonla •
8. kapatılmış olmalı, buralarda kan birikmesine ve enfeksiyon etkenleri için besiyeri
9. oluşturmasına neden olmamalıdır
10. Kateter hasta üzerinde 30 gün kalabilmelidir •
11. Kateteri sabitlemek için 2 adet Fiksasyon Klembi bulunmalıdır •
12. Lümenlerin her ikisi de 18 G olmalıdır •
13. Her bir lümenin ucuna takılabilmesi için 2 adet silikon enjeksiyon port •
14. bulunmalıdır
15. İğne uzunluğu 50 mm olmalıdır •
16. İğne çapı 1,12 mm, 19 G olmalıdır •
17. 0,61 mm çapında, 300 mm uzunluğunda J guide-wire olmalıdır •
18. Kılavuz tel king yapmayan nitinol materyalden üretilmiş olmalıdır ve bu özellik •
19. düğüm atılarak test edilebilmelidir.
20. Set içerisinde 1 adet dilatör olmalıdır •
21. Dilatör uzunluğu 6 cm olmalıdır •
22. Set içerisinde en az 3 cc enjektör olmalıdır •
23. Bistüri sapı en az 10 cm olmalıdır •
24. Kateter XRO olmalıdır •
25. Paket üzerinde lot ve kod numaralarını belirten; biri kalkabilir, ayrı ayrı iki adet etiket olmalıdır.
26. CE belgesine sahip olmalıdır.

27- Numune getirilmesi zorunludur.

F.U. Hastanesi Çocuk Sağlık ve Hast. Çocuk Yoğun Bakımı
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yusuf SARİ
Diy. No : 10912
Diy. Tesc. No : 12820



İKİ LÜMENLİ CVP KATETERİ (5F=10cm) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Kateter uzunluğu 10 cm olmalıdır.
- 2- Kateter dış çapı 1,3 mm olmalıdır.
- 3- Kateter 2 lümenli 5F olmalıdır.
- 4- Kateter Alifatik poliüretan materyalden üretilmiş olmalı, böylece damar içerisinde bulunduğu sürece üzerinde biyofilm tabakası oluşumunu geciktirerek enfeksiyon riskini azaltmalıdır.
- 5- Kateterin uca açılmayan lümenlerinin çıkışlarındaki ölü boşluklar silikonla kapatılmış olmalı, buralarda kan birikmesine ve enfeksiyon etkenleri için besiyeri oluşturmamasına neden olmamalıdır.
- 6- Kateter hasta üzerinde 30 gün kalabilmelidir.
- 7- Kateteri sabitlemek için 2 adet fiksasyon klembi bulunmalıdır.
- 8- Lümenlerin her ikisi de 18 G olmalıdır.
- 9- Her bir lümenin ucuna takılabilmesi için 2 adet silikon enjeksiyon port bulunmalıdır.
- 10- İğne uzunluğu 50 mm olmalıdır.
- 11- İğne çapı 1,12 mm, 19 G olmalıdır.
- 12- 0,61 mm çapında, 300 mm uzunluğunda J guide-wire olmalıdır.
- 13- Set içerisinde 1 adet dilatör olmalıdır.
- 14- Dilatör uzunluğu 6 cm olmalıdır.
- 15- Set içerisinde en az 3 cc enjektör olmalıdır.
- 16- Bistüri sapı en az 10 cm olmalıdır.
- 17- Kateter XRO olmalıdır.
- 18- Paket üzerinde lot ve kod numaralarını belirten; biri kalkabilir, ayrı ayrı iki adet etiket olmalıdır.
- 19- CE Belgesine sahip olmalıdır.
- 20- Teklif veren firmalar ihale günü malzemenin numunesini uzman üyelere vermelidir.

Ul. Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hast. Çocuk Yoğun Bakım
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yusuf SARI
Dip. No: 70912
Dip. Teş. No: 112820

