

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ
TEKLİF İSTEME FORMU

11.03.2019

İstem No : 44374 : 19/1013
Talep Eden Birim : FTR KLİNİĞİ

Fırat Üniversitesi Hastanesi ihtiyacı malzeme/hizmet satın alınacaktır. Fiyat teklif aşağıda belirtilen tarih ve saatte Döner Sermaye Satın alma Birimine bizzat, faks veya posta ile teslimini rica ederim.

- 1- Malzeme/hizmet tesliminin kaç günde yapılacağını belirtilmesi zorunludur. Belirtilmemesi durumunda sipariş tarihinden itibaren teslim süresi 10 gün olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her gün için fatura tutarının (KDV hariç) 0,001 (Bindebiri) oranında gecikme cezası hesaplanarak tahakkuk üzerinden kesilecektir. Teslimat satınalma biriminin sipariş yazısına istinaden yapılacaktır.
- 2- Teklif opsiyonu en az 20 gün olmalı ve ürün markası, belirtilecek ve teklif fiyatları KDV hariç verilecektir ve KDV oranı belirtilecektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayrıca idarenin öngördüğü şartlar dışında, firma tarafından ödeme günü vb. talepleri tekliflerinde belirtseler dahi, dikkate alınmayacaktır.
- 3- Mal teslimi hastane ambarına veya idarenin göstereceği yere yapılacaktır. Teslimat yerine kadar tüm giderler satıcıya aittir.
- 4- Tıbbi malzeme haricindeki ürünlerde TSE markası aranan malzemeler TSE belgeli olacaktır.
- 5- Teklif mektubunda silinti ve kazıntı yapılmayacaktır. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler değerlendirilmeyecek olup, ancak idare gerek gördüğü takdirde bu süreyi uzatabilir.
- 6- Temlik verilmeyecektir.
- 7- Tıbbi malzeme, ilaç ve kit alımlarında Sağlık Bakanlığının TITUBB veya ÜTS kaydı gereken ürünlerin kayıtlı olması halinde alım yapılacaktır. Ürünün imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda ilgili satıcının bayi olduğuna dair TITUBB kayıt ve bildirimi aranacaktır. Teklif mektubunda Firma Tanımlayıcı kodu, UBB kodu ve ayrıca firmanın KİK de kaydı olacaktır. UBB kodu ve SUT kodu gereken ürünlerin kodunun belirtilmemesi ile KİK kaydı olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu negatif listesinde bulunan tıbbi malzemeler alınmayacak, alınsa dahi negatif listeden çıkmadıkça fatura bedeli ödenmeyecektir. KİK kaydının yapılmaması ve kaydın güncellenmemesi malzeme alındıktan sonra malzemenin negatif listeye düşmesi gibi malzeme kaynaklı kuruma ait SGK kesinti tutarları ve kurum zararlarının tamamı ilgili firma tarafından karşılanacaktır.
- 8- Firmalar ürün tesliminde BAYİ NO, LOT NO, SERİ NO larını faturalarında belirteceklerdir. Belirtmedikleri takdirde fatura işleme alınmayacaktır.
- 9- Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan tıbbi malzemeler için SUT kodu, Tebliğde yer almayan malzeme olması durumunda bu durum teklif mektubunda belirtilecektir.
- 10- Nitelikli malzeme alımlarında şartnamede numune istenmiş ise teklif dışında numune doğrudan ilgili bölüme gönderilecektir ve numune gönderme ile iade masrafları satıcıya ait olacaktır.**
- 11- Firma tarafından sipariş edilen malzemenin teslim edilmemesi durumunda idare tarafından kanun gereği ilgili mercilere bildirim yapılarak, firma idarenin belirleyeceği süre içerisinde doğrudan temin alımlarına iştirak edemeyecektir.
- 12- Sipariş sonrası teslimi yapılan mal/hizmet alımlarının teslimine müteakip faturanın Kuruma ulaştığı tarihten itibaren (Faturanın Kuruma teslim tarihi fatura arkasına kayıt düşülecektir.) **235. günde** ödenecektir.

Son Teslim Tarih & Saat :

DOÇ.DR.FATİH FİRDOLAŞ
BAŞHEKİM / MÜDÜR

Ek - 1 : Teknik Sarfnameler

14⁰⁰
20.03.2019

MALZEME/HİZMET LİSTESİ

Sıra N	Malzeme Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	KDV Oranı%
1	150030399102140	KANADİAN TİPİ KOLTUK	DEĞNEĞİ (YETİŞKİN)	5,0	ADET		
2	150030399102141	KANADİAN TİPİ KOLTUK	DEĞNEĞİ (PEDIATRİK)	5,0	ADET		
3	150030399102142	WALKER YÜRÜTEÇ	(PEDIATRİK)	5,0	ADET		

Adres: Fırat Üniversitesi Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü HAZAR V.D. : 3860437404

Tel: 0424 233 35 55

Fax: 0424 233 90 40

EPOSTA : dsermayesatinalma@firat.edu.tr

Sayfa 1

KANADIAN TİPİ KOLTUK DEĞNEĞİ

1. 5 adet alınacaktır.
2. Metal aksamı mat eloksal kaplanmış, sert alüminyumdan olmalıdır.
3. Kanadian tipi koltuk değneği tüplü sistemde tasarlanmış olmalıdır ve uzatma borusu sert alüminyumdan imal edilmiş olmalıdır.
4. Kanadiyen tipi koltuk değneğinin üst bloğu (elcek ve kolçak bölümü) bir bütün olmalıdır.
5. Değneğin uzatma/kısaltma işlemi yaylı pim mekanizması ile kolayca yapılabilmelidir. Herhangi bir cıvata ya da somun ile açmak zorunda kalınmamalıdır.
6. Alüminyum Kanadian tipi koltuk değneğinin üst bloğuna geçirilen kılıflar yumuşak elastomer malzemeden imal edilmiş olmalıdır. Elastomer malzeme kokmayacak özellikte olmalıdır.
7. Alüminyum Kanadian tipi koltuk değneğinin üst bloğunun altında kapolimer malzemeden üretilmiş kılıf altına yerleştirilen plastik aksamın olması gereklidir.
8. Alüminyum kanadian tipi koltuk değneğinin alt lastiği vakum yapacak cinsten elastomer malzemeden üretilmiş, ısıya dayanıklı, ıslak zeminde kaymayacak özellikte olmalıdır.
9. Alüminyum kanadian tipi koltuk değneğinin alt lastiğinin içinde lastiğin ömrünü uzatmaya yönelik metal pul bulunmalıdır.
10. Ürünler imalat ve fabrikasyon hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz, 10 yıl ücreti mukabilinde servis ve yedek parça garantili olmalıdır.
11. Ürünler, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) üretici sanayiye ait barkodlarıyla kayıtlı olacak ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğuna dair belge komisyona ibraz edilecektir.
12. Ürünler yerli imalat ise üretici firmanın üretici olduğuna dair Sanayi Bakanlığı'ndan alınmış Kapasite belgesi olmalıdır ve bu belge ihale makamına sunulmak üzere ihale dosyasında bulunmalıdır.
13. Ürünler teslim edilene kadar koruyucu kaplı olmalıdır.
14. Satın alma kararı verilmeden önce numune değerlendirmesi veya katalog değerlendirilmesi yapılacaktır.

ÇOCUK TİPİ KANADİAN KOLTUK DEĞNEĞİ

1. 5 adet alınacaktır.
2. Çocuk tipi kanadian koltuk değneği çocuklar için tasarlanmış olmalıdır.
3. Metal aksamı mat eloksal kaplanmış, sert alüminyumdan olmalıdır.
4. Kanadian tipi koltuk değneği tüplü sistemde tasarlanmış olmalıdır ve uzatma borusu sert alüminyumdan imal edilmiş olmalıdır.
5. Kanadiyen tipi koltuk değneğinin üst bloğu (elcek ve kolçak bölümü) bir bütün olmalıdır.
6. Değneğin uzatma/kısaltma işlemi yaylı pim mekanizması ile kolayca yapılabilmelidir. Herhangi bir cıvata ya da somun ile açmak zorunda kalınmamalıdır.
7. Alüminyum Kanadian tipi koltuk değneğinin üst bloğuna geçirilen kılıflar yumuşak elastomer malzemeden imal edilmiş olmalıdır. Elastomer malzeme kokmayacak özellikte olmalıdır.
8. Alüminyum Kanadian tipi koltuk değneğinin üst bloğunun altında kapolimer malzemeden üretilmiş kılıf altına yerleştirilen plastik aksamın olması gereklidir.
9. Alüminyum kanadian tipi koltuk değneğinin alt lastiği vakum yapacak cinsten elastomer malzemeden üretilmiş, ısıya dayanıklı, ıslak zeminde kaymayacak özellikte olmalıdır.
10. Alüminyum kanadian tipi koltuk değneğinin alt lastiğinin içinde lastiğin ömrünü uzatmaya yönelik metal pul bulunmalıdır.
11. Ürünler imalat ve fabrikasyon hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz, 10 yıl ücreti mukabilinde servis ve yedek parça garantili olmalıdır.
12. Ürünler, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) üretici sanayiye ait barkodlarıyla kayıtlı olacak ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğuna dair belge komisyona ibraz edilecektir.
13. Ürünler yerli imalat ise üretici firmanın üretici olduğuna dair Sanayi Bakanlığı'ndan alınmış Kapasite belgesi olmalıdır ve bu belge ihale makamına sunulmak üzere ihale dosyasında bulunmalıdır.
14. Ürünler teslim edilene kadar koruyucu kaplı olmalıdır.
15. Satın alma kararı verilmeden önce numune değerlendirmesi veya katalog değerlendirilmesi yapılacaktır.

ÇOCUK WALKER TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 5 adet alınacaktır.
2. Walker çocuklar için uygun olmalıdır.
3. Çocuk walker'ın arka iki ayağı tekerlekli olmalıdır.
4. Walker'ın metal aksamı hafiflik açısından mat eloksallı kaplanmış, sertleştirilmiş alüminyum ağırlıklı olmalıdır.
5. Bağlantı boruları elektrostatik boya ile boyanmış ve dış mekanlarda kullanıma dayanıklı olmalıdır.
6. Walker'ın uzatma/kısaltma işlemi yaylı pim mekanizması ile kolayca yapılabilmelidir. Herhangi bir cıvata yada somun açmak zorunda kalınmamalıdır.
7. Walker üzerinde kullanılan tüm cıvatalar paslanmaz galvaniz kaplı çelikten olmalıdır.
8. Walker üzerinde tüm boruların birleşme yerlerinde, elastomer malzemeden üretilmiş, plastik kapama ve geçiş parçalarının olması gereklidir.
9. Walker'ın el tutacak yerleri (elçeği)ne geçirilen kılıflar yumuşak elastomer malzemeden imal edilmiş olmalıdır. Elastomer malzeme kokmayacak özellikte olmalıdır.
10. Walker'ın alt lastikleri vakum yapacak cinsten elastomer malzemeden üretilmiş, ısıya dayanıklı, ıslak zeminde kaymayacak özellikte olmalıdır.
11. Walker üretim ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl, 10 yıl yedek parça temin garantisine sahip olmalıdır.
12. Ürünler imalat ve fabrikasyon hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz, 10 yıl ücreti mukabilinde servis ve yedek parça garantili olmalıdır.
13. Ürünler, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) üretici sanayiye ait barkodlarıyla kayıtlı olacak ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğuna dair belge komisyona ibraz edilecektir.
14. Ürünler yerli imalat ise üretici firmanın üretici olduğuna dair Sanayi Bakanlığı'ndan alınmış Kapasite belgesi olmalıdır ve bu belge ihale makamına sunulmak üzere ihale dosyasında bulunmalıdır.
15. Ürünler teslim edilene kadar koruyucu kaplı olmalıdır.
16. Satın alma kararı verilmeden önce numune değerlendirmesi veya katalog değerlendirilmesi yapılacaktır.

Dr. Öğr. Üyesi Arif GÜLKESEN
Fırat Üni. Tıp Fak. Enfeksiyon Hastalıkları A.D.
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon A.D.
Dip. Tes. No 718/2-55780