

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ
TEKLİF İSTEME FORMU

01.03.2023

İstem No : 68131 : 23/1061
Talep Eden Birim : KARDIOLOJİ KLİNİĞİ-1

Fırat Üniversitesi Hastanesi ihtiyacı malzeme/hizmet satın alınacaktır. Fiyat teklif aşağıda belirtilen tarih ve saatte Döner Sermaye Satın alma Birimine bizzat, faks veya posta ile teslimini rica ederim.

- 1- Malzeme/hizmet tesliminin kaç günde yapılacağını belirtmesi zorunludur. Belirtilmemesi durumunda sipariş tarihinden itibaren teslim süresi 10 gün olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her gün için fatura tutarının (KDV hariç) 0,001 (Binde biri) oranında gecikme cezası hesaplanarak tahakkuk üzerinden kesilecektir. Teslimat satınalma biriminin sipariş yazısına istinaden yapılacaktır. (Sözleşmeli alımlarda sözleşmedeki oran uygulanır)
- 2- Teklif opsiyonu en az 30 gün olmalı ve ürün markası, belirtilecek ve teklif fiyatları KDV hariç verilecektir ve KDV oranı belirtilecektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayrıca idarenin öngördüğü şartlar dışında, firma tarafından ödeme günü vb. talepleri tekliflerinde belirtmeler dahi, dikkate alınmayacaktır.
- 3- Mal teslimi hastane ambarına veya idarenin göstereceği yere yapılacaktır. Teslimat yerine kadar tüm giderler satıcıya aittir.
- 4- Tıbbi malzeme haricindeki ürünlerde TSE markası aranan malzemeler TSE belgeli olacaktır.
- 5- Teklif mektubunda silinti ve kazıntı yapılmayacaktır. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler değerlendirilmeyecek olup, ancak idare gerek gördüğü takdirde bu süreyi uzatabilir.
- 6- Firma alacaklarını harcama yetkilisinin (Başhekimlik makamı) izniyle devir ve temlik yapabilir. Temlik öncesi harcama yetkilisi makamından uygunluk yazısı alınması zorunludur.
- 7- Tıbbi malzeme, ilaç ve kit alımlarında Sağlık Bakanlığının TITUBB veya ÜTS kaydı gereken ürünlerin kayıtlı olması halinde alım yapılacaktır. Ürünün imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda ilgili satıcının bayi olduğuna dair TITUBB kayıt ve bildirim aranacaktır. Teklif mektubunda Firma Tanımlayıcı kodu, UBB kodu ve ayrıca firmanın KİK de kaydı olacaktır. UBB kodu ve SUT kodu gereken ürünlerin kodunun belirtilmemesi ile KİK kaydı olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu negatif listesinde bulunan tıbbi malzemeler alınmayacak, alınsa dahi negatif listeden çıkmadıkça fatura bedeli ödenmeyecektir. KİK kaydının yapılmaması ve kaydın güncellenmemesi malzeme alındıktan sonra malzemenin negatif listeye düşmesi gibi malzeme kaynaklı kuruma ait SGK kesinti tutarları ve kurum zararlarının tamamı ilgili firma tarafından karşılanacaktır.
- 8- Firmalar ürün tesliminde BAYI NO, LOT NO, SERİ NO larını faturalarında belirteceklerdir. Belirtmedikleri takdirde fatura işleme alınmayacaktır.
- 9- Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan tıbbi malzemeler için SUT kodu, Tebliğde yer almayan malzeme olması durumunda bu durum teklif mektubunda belirtilecektir.
- 10- Nitelikli malzeme alımlarında şartnamede numune istenmiş ise teklif dışında numune doğrudan ilgili bölüme gönderilecektir ve numune gönderme ile ilgili masrafları satıcıya ait olacaktır.**
- 11- Firma tarafından sipariş edilen malzemenin teslim edilmemesi durumunda idare tarafından kanun gereği ilgili mercilere bildirim yapılarak, firma idarenin belirleyeceği süre içerisinde doğrudan temin alımlarına iştirak edemeyecektir.
- 12- SUT 5.2.1 Maddeler gereği 2 Ay içerisinde dönem sonlandırılmasından sonra getirilen fatura bedeli ödenmeyecektir.**
- 13- Sipariş sonrası teslimi yapılan mal/hizmet alımlarının teslimine müteakip faturanın Kuruma ulaştığı tarihten itibaren (Faturanın Kuruma teslim tarihi fatura arkasına kayıt düşülecektir.) 70 . günde işletmenin nakit durumuna göre ödenecektir.

Teklif Veren Firmanın

Tel :
Fax:
Mail :

Son Teslim Tarih & Saat :

16.03.2023

PROF.DR.FATİH OSMANLIOĞLU
BAŞHEKİM YARDIMCISI

MALZEME/HİZMET LİSTESİ

Sıra N	Malzeme Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	KDV Oranı%
1	15003030210091	GEÇİCİ PACEMAKER JENARATÖRÜ		4,0	ADET		

NOT:TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR.

Adres: Fırat Üniversitesi Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü HAZAR V.D. : 3860437404

Tel: 0424 233 35 55

Fax: 0424 233 90 40

EPOSTA : dsermayesatinalma@firat.edu.tr

Sayfa 1

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

ŞARTNAME NO
1646

ŞARTNAME

Düzenleme Tarihi : 23.02.2023

TEK ODALI GEÇİCİ KALP PİLİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Tek odalı geçici kardiyak pacemaker sistemi, kalbin tedavi amaçlı geçici uyarılması amacı ile kullanılmalıdır.
1. Cihaz sabit voltaj çıkışına sahip olmalı, bu özellik ile düşük empedansa sahip geçici kalp pili elektrodları ile kullanıldığında avantaj sağlamalıdır.
2. Sistem mevcut bütün endokardial ve myokardial leadler ile uyumlu olmalıdır.
3. Cihaz batarya değişimi sırasında da programlanan değerlerde en az 10 saniye süre ile uyarı vermeye devam edebilmelidir.
4. Cihaz üzerinde pace, sens ve batarya durumunu gösteren ışıklı uyarılar olmalıdır.
5. Cihaz gerektiğinde 450 ppm hıza kadar overdrive pace yapabilmelidir.
6. Cihaz 500 joule'e kadar defibrilatör şoklarına karşı korumalı olmalıdır.
7. Demand (VVI) ve asenkron (VOO) modları olmalıdır.
8. Cihazın kontrol düğmeleri üzerinde ayarların kolayca görülebilmesini sağlayan ancak hastanın erişimini engelleyen şeffaf bir kapak bulunmalıdır.
9. Cihazı hızı 30-150 atım/dk arasında olmalıdır. Ayrıca (x3) modü bulunmalı ve bu modda 90-450 atım/dk arasında ayarlanabilmelidir.
10. Çıkış voltajı 0.2 - 12 V arasında ayarlanabilir olmalıdır.
11. Sensitivite 1.0 - 12 mV arasında ayarlanabilir olmalıdır.
12. Pace uyarısından sonra 300 ms, sens'den sonra 150 ms refraktör periyod değerlerine sahip olmalıdır.
13. Pulse genişliği 1.5 ms olmalıdır.
14. Hasta tarafından kolay taşınabilen; kalınlığı 3.5 cm'den, ağırlığı 230 gramdan fazla olmamalıdır.
15. Cihaz ile birlikte taşıma çantası, kol bantları, uzatma kablosu ve kullanım kılavuzu da verilmelidir.
16. Cihaz 9V standart batarya ile çalışmalıdır.
17. Teklif verilen firmalar 1 (BİR) adet örnek birime vereceklerdir. Birim tarafından bu şartnamede geçen malzemeler kontrol edilecek ve uygunluk verilecektir.
18. TITUBB(Türkiye ilaç ve tıbbi cihaz ulusal bilgi bankası)barkod sut ve sut alan kodlarından kaynaklanan zararlar ve kesintiler yüklenici firmaya aittir.
19. Sistem CE 93/42/CEE Tıbbi Cihazlar Direktiflerine uygun olmalıdır.
20. İhale onusu ürüne/ürünlere ilişkin mevzuatı gereği; Teklif edilen ürünlerin, üretici ve/veya ithalatçı firmaları tarafından T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına TITUBB)'na veya ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olduklarına dair ürün tanımlayıcı numaraları belgelenmelidir .
21. TEKNİK SERVİS, GARANTİ SÜRESİ VE ŞARTLAR!:
22. İhalesi yapılan Sistem her türlü yedek parça, sarf malzeme ve bakım onarım için 3 (üç) yıl parça ve sarf lar dahil tam garantili olacaktır.Bu süre içinde Sistemin çarpma, vurma gibi dış yapıya yapılan fiziksel

HAZIRLAYANLAR

Prof. Dr. Mehmet Ali KOBAT
Firat Üniversitesi Hastanesi
Kardiyoloji Uzmanı
Dip.Tes.No: 110770-Uzm.Tesc.No:80117

ONAYLAYAN

Prof. Dr. Mehmet BALIN
Firat Üniversitesi Hastanesi
Kardiyoloji A.D.
Dip.Tesc.No: 110770-Uzm.Tesc.No: 70720

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :		
ŞARTNAME NO 1646	ŞARTNAME	Düzenleme Tarihi : 23.02.2023

darbelerle kırılmala ra neden olan tutanak'la tespit edilmiş kullanıcı hataları dışındaki arızalarının onarımında yedek parça, sarf malzeme ve bakım onarımdan firma ücret talep etmeyecektir.23.

Yüklenici firma garanti bitiminden sonra da en az 7 ay ücreti karşılığında servis ve yedek parça sağlayacaktır.

24. Cihaz garanti süresince firma tarafından yılda en az 1 kez kalibre edilecek ve bununla ilgili kalibrasyon formu düzenlenecek ve hastane idaresine teslim edilecektir .Ayrıca cihazın periyodik bakımları servis manuelinde belirtilen sürelerde firma taraf ından kullanılacak olan periyodik bakım malzemeleri de dahil olacak şekilde bakımı yapılacak ve bununla ilgili bakım formu düzenlenerek teknik hizmetler müdürlüğüne teslim edilecektir.

25. Arızalı geçen süre garanti süresinden sayılmayacak ve belirlenen süreyi aşan her gün için arızalardan dolayı oluşacak hizmet kaybı firmaya cezai müeyyide olarak uygulanacaktır.

26. Arıza bildiriminden sonra 24 (yirmi dört) saat içinde cihaza müdahale edilecek ve yurt dışından yedek parça ithali gerekmediği durumda en geç 3 (Üç) is günü içinde cihazı çalışır duruma getirmek zorundadır. Yurt dışından yedek parça ithalatı gereksinimi varsa ; en geç 15 (on beş) is günü içinde ithalat ı gerçekleştirmek ve cihazı çalışır duruma getirmek zorundadır.

Toplam : 4 Adet

HAZIRLAYANLAR

Prof. Dr. Mehmet Ali KOBAT
Fırat Üniversitesi Hastanesi
Kardiyoloji A.B.D. Başkanı
Dip. Tesc. No: 110710 Uzm. Tesc. No: 80117

ONAYLAYAN

Prof. Dr. Mehmet BALIN
Fırat Üniversitesi Hastanesi
Kardiyoloji A.B.D.
Dip. Tesc. No: 110710 Uzm. Tesc. No: 70720