

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ
TEKLİF İSTEME FORMU

07.03.2017

İstem No : 32777 : 17/1069
Talep Eden Birim : RADYOLOJİ GENEL

Fırat Üniversitesi Hastanesi ihtiyacı malzeme/hizmet satın alınacaktır. Fiyat teklif aşağıda belirtilen tarih ve saatte Döner Sermaye Satın alma Birimine bizzat, faks veya posta ile teslimini rica ederim.

1- Malzeme/hizmet tesliminin kaç günde yapılacağı belirtilmesi zorunludur. Belirtilmemesi durumunda sipariş tarihinden itibaren teslim süresi 10 gün olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her gün için fatura tutarının (KDV hariç) 0,001 (Binde biri) oranında gecikme cezası hesaplanarak tahakkuk üzerinden kesilecektir.

2- Teklif opsiyonu en az 20 gün olmalı ve ürün markası, belirtilecek ve teklif fiyatları KDV hariç verilecektir ve KDV oranı belirtilecektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayrıca idarenin öngördüğü şartlar dışında, firma tarafından ödeme günü vb. talepleri tekliflerinde belirtmeler dahi, dikkate alınmayacaktır.

3- Mal teslimi hastane ambarına veya idarenin göstereceği yere teslim edilecektir. Teslimat yerine kadar tüm giderler satıcıya aittir.

4- Tıbbi malzeme haricindeki ürünlerde TSE markası aranan malzemeler TSE belgeli olacaktır.

5- Teklif mektubunda silinti ve kazıntı yapılmayacaktır. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler değerlendirilmeyecek olup, ancak idare gerek gördüğü takdirde bu süreyi uzatabilir.

6- Firma alacaklarını sadece banka ve finans kurumlarına harcama yetkilisinin (Başhekimlik Makamı) izni ile devir ve temlik yapabilir. (3.Şahıslar ve firmalara temlik izni verilmemektedir.) Temlik öncesi uygunluk yazısı alınacaktır.

7- Tıbbi malzeme, ilaç ve kit alımlarında Sağlık Bakanlığının TITUBB kaydı gereken ürünlerin kayıtlı olması halinde alım yapılacaktır. Ürünün imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda ilgili satıcının bayi olduğuna dair TITUBB kayıt ve bildirim aranacaktır. Teklif mektubunda Firma Tanımlayıcı kodu, UBB kodu ve ayrıca firmanın KİK de kaydı olacaktır. UBB kodu ve SUT kodu gereken ürünlerin kodunun belirtilmemesi ile KİK kaydı olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu negatif listesinde bulunan tıbbi malzemeler alınmayacak, alınsa dahi negatif listeden çıkmadıkça fatura bedeli ödenmeyecektir. KİK kaydının yapılmaması ve kaydın güncellenmemesi malzeme alındıktan sonra malzemenin negatif listeye düşmesi gibi malzeme kaynaklı kuruma ait SGK kesinti tutarları ve kurum zararlarının tamamı ilgili firma tarafından karşılanacaktır.

8- Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan tıbbi malzemeler için SUT kodu, Tebliğde yer almayan malzeme olması durumunda bu durum teklif mektubunda belirtilecektir.

9-Nitelikli malzeme alımlarında şartnamede numune istenmiş ise teklif dışında numune doğrudan ilgili bölüm (birime) gönderilecektir ve numune gönderme ile iade masrafları satıcıya ait olacaktır.)

10- Firma tarafından sipariş edilen malzemenin teslim edilmemesi durumunda idare tarafından kanun gereği ilgili mercilere bildirim yapılarak, firma idarenin belirleyeceği süre içerisinde doğrudan temin alımlarına iştirak edemeyecektir.

11- Teknik Şartnamede demirbaş/cihaz/malzeme alımına ait garanti öngörülmesi durumunda teslimatta banka teminat mektubu verilecek yada nakit üzerinden %3 (Fatura bedeli üzerinden KDV Hariç) teminat kesintisi yapılacaktır.

12- Sipariş sonrası teslimi yapılan mal/hizmet alımlarının ödemeye esas evraklarının tanzimine müteakip Saymanlık kayıtlarına alındığı tarihten itibaren **210 . günde** ödenecektir. Satınalma biriminin siparişine müteakip teslimat yapılacaktır.

13-Gönderilen Numunenin talep yapılan ilgili bölüme/birime gönderilmesi gerekmektedir.

NOT: FİRMALAR TEKLİF MEKTUPLARINDA VERMİŞ OLDUKLARI UBB LERİN FİRMA TANIMLAYICI NUMARALARINI YAZMALARI GEREKMEKTEDİR.

Son Teslim Tarih & Saat :

14⁰⁰
10.03.2017

PROF.DR. REFİK AYTEN
KOMİSYON BAŞKANI

MALZEME/HİZMET LİSTESİ

Sıra N	Malzeme Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	KDV Oranı%
1	150030399100931	MİKRO KLAVUZ TEL		5,0	ADET		
2	150030399101172	MİKROKATETER 2.7 FR		10,0	ADET		

NOT: TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR.

Adres: Fırat Üniversitesi Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü HAZAR V.D. : 3860437404

Tel: 0424 233 35 55


Fax: 0424 233 90 40

EPOSTA : dsermayesatinalma@firat.edu.tr

Sayfa 1

MİKRO GUIDE WIRE

1. Kılavuz tel serebral girişimlerde kullanıma uygun olmalıdır .(Mikro guide wire)
2. Kılavuz telin dış çap seçenekleri 0.010,0.014 veya 0.016 inch şeklinde olmalıdır..
3. Kılavuz telin merkezindeki coilin materyali platin/tungsten metallereinden olmalıdır.
4. Kılavuz telin merkezindeki coilin uzunluğu 8-20cm olmalıdır..
5. Kılavuz telin tapered uzunluğu 33-45cm olmalıdır.
6. Kılavuz telin shaft materyali paslanmaz çelikten olmalıdır.
7. Kılavuz telin kullanılabilir uzunluğu 145-205cm olmalıdır.
8. Kılavuz telin hidrofilik özellikte olmalıdır.
9. Kılavuz telin distal ucu şekli düz olmalıdır. İstenildiği zaman şekil verilebilinmelidir.
10. FDA ve CE onaylarına sahip olmalıdır.
- 11.Kılavuz tel tekli steril ambalajında ve en az 1 yıl miadlı olmalıdır.


Prof. Dr. Hıncı YILDIRIM
Fırat Üniversitesi Hastanesi
Radyoloji A.B.D. Radyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No : 44821 / 49123

Carnelian Mikro Kateter Teknik şartnamesi

1. Mikrokateter, her türlü intravasküler embolizasyon işlemine uyumlu olmalıdır.
2. Mikrokateter yapısı , Tungusten örgü üzerine PTFE iç yapı Polyamid kaplama içermelidir.
3. Mikrokateter 1.8F, 2.2F ve 2.7F olarak 3 ayrı kalınlık seçeneği sunmalıdır. 1.8F 0,016" , 2.2F 0,018" , 2.7F 0.25" guidewire uyumlu olmalıdır. 1.8F 0,038" iç çaplı kılavuz kateter, 2.2F ve 2.7F 0,041" iç çaplı kılavuz kateter ile uyumlu olmalıdır.
4. Mikrokateterin en az 60cm bölümü hidrofilik kaplı olmalıdır.
5. Mikrokateter ilerleme ve itilebilirlik olarak yüksek performanslı olmalıdır.
6. Mikrokateter DMSO uyumlu olmalıdır.
7. Mikrokateter yüksek akıma uygun olmalıdır. (2.7F 900psi)
8. Mikrokateter yüksek radyoopasiteye sahip olmalıdır.
9. Mikrokateter Düz, Cobra ve 45 derece açılı olarak uç seçenekleri bulunmalıdır.
10. Mikrokateterin 70, 105,110, 125, 130, 135, 150cm olarak 7 uzunluk seçeneği olmalıdır.
11. Mikrokateter steril ve orjinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, lot no, ürünün içeriği hakkındaki tüm bilgiler belirtilmelidir. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.

Prof.Dr. Hüseyin YILDIRIM
Firat Üniversitesi Hastanesi
Radyoloji A.B.D. Radyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No 44821-49123