

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ
TEKLİF İSTEME FORMU

28.03.2022

İstem No : 61011 : 22/1100
Talep Eden Birim : MERKEZ LABORATUVARI

Fırat Üniversitesi Hastanesi ihtiyacı malzeme/hizmet satın alınacaktır. Fiyat teklif aşağıda belirtilen tarih ve saatte Döner Sermaye Satın alma Birimine bizzat, faks veya posta ile teslimini rica ederim.

- 1- Malzeme/hizmet tesliminin kaç günde yapılacağını belirtilmesi zorunludur. Belirtilmemesi durumunda sipariş tarihinden itibaren teslim süresi 10 gün olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her gün için fatura tutarının (KDV hariç) 0,001 (Binde biri) oranında gecikme cezası hesaplanarak tahakkuk üzerinden kesilecektir. Teslimat satınalma biriminin sipariş yazısına istinaden yapılacaktır. (Sözleşmeli alımlarda sözleşmedeki oran uygulanır)
- 2- Teklif opsiyonu en az 30 gün olmalı ve ürün markası, belirtilecek ve teklif fiyatları KDV hariç verilecektir ve KDV oranı belirtilecektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayrıca idarenin öngördüğü şartlar dışında, firma tarafından ödeme günü vb. talepleri tekliflerinde belirtmeler dahi, dikkate alınmayacaktır.
- 3- Mal teslimi hastane ambarına veya idarenin göstereceği yere yapılacaktır. Teslimat yerine kadar tüm giderler satıcıya aittir.
- 4- Tıbbi malzeme haricindeki ürünlerde TSE markası aranan malzemeler TSE belgeli olacaktır.
- 5- Teklif mektubunda silinti ve kazıntı yapılmayacaktır. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler değerlendirilmeyecek olup, ancak idare gerek gördüğü takdirde bu süreyi uzatabilir.
- 6- Firma alacaklarını harcama yetkilisinin (Başhekimlik makamı) izniyle devir ve temlik yapabilir. Temlik öncesi harcama yetkilisi makamından uygunluk yazısı alınması zorunludur.
- 7- Tıbbi malzeme, ilaç ve kit alımlarında Sağlık Bakanlığının TITUBB veya ÜTS kaydı gereken ürünlerin kayıtlı olması halinde alım yapılacaktır. Ürünün imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda ilgili satıcının bayi olduğuna dair TITUBB kayıt ve bildirimi aranacaktır. Teklif mektubunda Firma Tanımlayıcı kodu, UBB kodu ve ayrıca firmanın KİK de kaydı olacaktır. UBB kodu ve SUT kodu gereken ürünlerin kodunun belirtilmemesi ile KİK kaydı olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu negatif listesinde bulunan tıbbi malzemeler alınmayacak, alınsa dahi negatif listeden çıkmadıkça fatura bedeli ödenmeyecektir. KİK kaydının yapılmaması ve kaydın güncellenmemesi malzeme alındıktan sonra malzemenin negatif listeye düşmesi gibi malzeme kaynaklı kuruma ait SGK kesinti tutarları ve kurum zararlarının tamamı ilgili firma tarafından karşılanacaktır.
- 8- Firmalar ürün tesliminde BAYİ NO, LOT NO, SERİ NO larını faturalarda belirteceklerdir. Belirtmedikleri takdirde fatura işleme alınmayacaktır.
- 9- Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan tıbbi malzemeler için SUT kodu, Tebliğde yer almayan malzeme olması durumunda bu durum teklif mektubunda belirtilecektir.
- 10- Nitelikli malzeme alımlarında şartnamede numune istenmiş ise teklif dışında numune doğrudan ilgili bölüme gönderilecektir ve numune gönderme ile iade masrafları satıcıya ait olacaktır.
- 11- Firma tarafından sipariş edilen malzemenin teslim edilmemesi durumunda idare tarafından kanun gereği ilgili mercilere bildirim yapılarak, firma idarenin belirleyeceği süre içerisinde doğrudan temin alımlarına iştirak edemeyecektir.
- 12- SUT 5.2.1 Maddeler gereği 2 Ay içerisinde dönem sonlandırılmasından sonra getirilen fatura bedeli ödenmeyecektir.
- 13- Sipariş sonrası teslimi yapılan mal/hizmet alımlarının teslimine müteakip faturanın Kuruma ulaştığı tarihten itibaren (Faturanın Kuruma teslim tarihi fatura arkasına kayıt düşülecektir.) 115 . günde işletmenin nakit durumuna göre ödenecektir.

Teklif Veren Firmanın

Tel :

Fax :

Mail :

Son Teslim Tarih & Saat :

30-03-2022

PROF.DR.FATİH ÖSMANLIOĞLU
BAŞHEKİM GÖRÜŞMÜNCİSİ

MALZEME/HİZMET LİSTESİ


Sıra N	Malzeme Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	KDV Oranı%
1	150030405088	SEDİMENTASYON (SEDİM)		18.000,0	TEST		

NOT:TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR.

Sedimentasyon Cihaz Teknik Şartnamesi

1. Fırat Üniversitesi Hastanesi Merkez laboratuvar Biyokimya bölümünde 18.000 (onsekiz bin) testlik sedimentasyon tüpünün alım ihalesinde laboratuvarımıza sedimentasyon tüpleri ile birlikte en az 2 (iki) adet sedimentasyon cihazı kurulmalıdır. Kurulacak cihaz; sözleşme süresinin bitimine kadar 13 (On üç) yaşı geçmemelidir. Bu cihazların yaşları imalat tarihleri ve seri numaraları ile belgelendirilecektir.
2. Cihaza aynı anda en az 100 test yüklenebilmeli ve cihaz çalışırken cihazı durdurmaya gerek kalmaksızın yeni yükleme yapılabilmelidir. Barkod okuyucu ile numune barkodları okunabilmelidir. Cihazlara printer bağlantısı yapılabilmelidir.
3. Cihaz hem 30 dakikalık hem de 1saatlik sonuçları verebilmelidir. Cihaz sonuçları mm/saat cinsinden verebilmelidir. Cihaz okuma sistemi Westergren metoduna uygun olmalıdır.
4. Cihaz hastanemizdeki hastane içi otomasyon programına çift yönlü olarak, sorunsuz bir şekilde bağlanabilmelidir. Cihazların çalışması ve güvenilir sonuçlar vermesi için gerekli olan tüm sarf malzemeleri (yazıcı kağıdı, yazıcı toneri vb) ile gerekli barkod okuyucu, güç kaynağı, bilgisayar, printer vb gibi malzemeler yüklenici firma tarafından ücretsiz olarak karşılanacaktır.
5. Cihazlar ani elektrik kesilmelerine karşı kendini koruyabilir özellikte olacaktır veya bu durum sağlanacaktır. Cihaz 220 V AC/50 Hz ne çalışabilecek; şebeke gerilimindeki ± 10 V değişimlerinden etkilenmeyecek bir regüle sistemine sahip olacak veya bu durum sağlanacaktır. Kesintisiz güç kaynakları, herhangi bir elektrik kesintisi halinde sistemleri en az 15 dakika çalıştıracak kapasitede olmalıdır.
6. ihale komisyonu, gerektiğinde cihazın şartnameye uygunluğu hakkında yüklenici firmadan cihazlar için demonstrasyon yapmalarını isteyebilecektir. Demonstrasyon süreci komisyon üyeleri ikna oluncaya kadar devam edecektir. Demonstrasyon için yapılan tüm masraflar yükleniciye ait olup, demonstrasyon sonucunda teknik şartnameye uygun olmayan, cihazlar kabul edilmeyecektir. Ayrıca ihale komisyonu demonstrasyonda tereddüde düştüğü durumlarda uygun gördüğü ilgili kurum veya kuruluşlara her türlü masraf yüklenici firma tarafından karşılanmak üzere gerekli incelemeleri yaptırabilecektir.
7. Cihaza arıza bildiriminden itibaren en geç 4 saat içinde yerinde müdahale edilecek ve yedek parça gereksinimi dâhil en geç 24 saat içinde cihaz tüm fonksiyonları ile çalışır hale getirilecektir. Bu garanti Hem satıcı hem de üretici veya ithalatçı /distribütör firma tarafından verilmeli ve taahhüt edilmelidir. Yedek parça dâhil giderilemeyen arıza halinde firma cihazı 24 saat içinde aynı marka aynı eşdeğer modelli bir cihaz ile değiştirecektir.
8. Cihazlar sözleşme süresince kullanılacak yedek parça da dâhil olmak üzere ücretsiz olmak kaydıyla teknik bakım garantili olacaktır. Cihazın periyodik bakımı ve gerekli parça değişimi firma tarafından karşılanacaktır. Teknik bakıma cihaza ait her türlü yedek parça dâhildir. Firma kitlerin kullanım süresi boyunca cihazın kesintisiz olarak çalışabilmesi için gereken periyodik bakımları (aylık, üç aylık, altı aylık, yıllık vb.), değiştirilmesi gereken parçaları ve herhangi bir arıza halinde yedek parça teminini ücretsiz olarak sağlayacaktır. Periyodik bakımların laboratuvarlar tarafından talep edilmeksizin zamanında ve eksiksiz yapılması yüklenici firmanın sorumluluğundadır. Yapılan periyodik bakımların zamanında yapıldığı bakımı yapan teknik servis yetkilisinin imzası ile belgelenmelidir. İlgili firma teknik servis yetkilisi, yaptığı her bakım için bakım raporu hazırlamalı ve bu raporun bir kopyası laboratuvar sorumlusuna teslim edilmelidir.
9. Yüklenici tüm bu şartnamenin maddelerine sırası ile uyduğunu belirtir uygunluk belgesini teklifle birlikte sunmalıdır. Şartnameye uygunluk beyanı firmanın başlıklı kâğıdına yazılmış,

Doç. Dr. Seferi TELİ
Fırat Üniversitesi Hastanesi
Biyokimya Bölümü
011 60 62 10 10 77

Prof. Dr. Bilal İSTİNDAG


- yetkili kiři tarafından imzalanmıř olmalıdır. Bu řartnameye uygunluk belgesi ile firmanın hangi marka, model cihazlarla ve hangi kitlerle ihaleye gireceęi, teknik özellikleri açıkça belirtilmiř olmalıdır. řartnameye uygunluk belgesi hazırlamayan firmaların teklifleri reddedilecektir.
10. Teklif veren firmalar sözleşme süresi bitene kadar teklif ettikleri kalemler için laboratuvar sorumlusunun kabul ettięi iç kalite kontrol numunelerini günlük en az iki seviye olacak řekilde ücretsiz olarak karşılayacaklardır.
 11. Firmalar, cihaza ait çalışılan test için laboratuvar sorumlusunun onayladıęı dış kalite kontrol programını, cihazlar kurulup çalışmaya başladıktan sonra, en geç 1 (bir) ay içinde ücretsiz olarak sağlamalıdır. Firmalar dış kalite üyelięinde, cihazın aktif çalıştıęı süre boyunca kalite kontrol çalışmasının en fazla (3) üçer ay aralıklarla yapılacaęı ve yıllık olarak yenileneceęi hususunda taahhüt vermelidir.
 12. Tüpler, 09 Ocak 2007 tarih ve 26398 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüęe giren "Vücut Dıřında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmelięi"ne uygun řekilde üretilmiř veya ithal edilmiř olmalıdır.
 13. Kurulacak cihazlar ve kitlerin Saęlık Bakanlığı "T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası"na kaydının yapılmıř olması gerekmektedir. TİTUBB kaydını gösteren belgeler teklifle birlikte ihale dosyasında verilmelidir.
 14. İhale listesinde yer alan test miktarları LİS sisteminden elde edilecek net test hasta sayısı olarak hesaplanacaktır ve bu net test sayısına ulařıncaya kadar firma gerekli tüm malzemeleri vermekle yükümlüdür. Hasta numuneleri çalışması dıřındaki test kayıpları; cihazların kurulması, eğitim, bakım, onarım, cihazların arıza veya hatalı çalışması durumlarında, kalibrasyon, kontrol çalışmaları ile cihaz reaktif kullanımından kaynaklanan farklılıklar ve tekrar edilmesi gereken durumlardan kaynaklanan test kayıpları ilgili firma tarafından ücretsiz olarak karşılanacaktır.
 15. 4734 sayılı kamu ihale kanununa göre ihale edilen hizmet alımlarında fiyat farkına ilişkin esasların 7. Maddesinin 11. Bendinde belirtilen "Teřhis ve tedaviye yönelik hizmet alımlarında puan birimi üzerinden sözleşmeye bağlanan işlerde bir hizmetin puanının arttırılmasından veya azaltılmasından kaynaklanan fiyat deęişimleri için fiyat farkı hesaplanamaz" maddesi geçerli olarak uygulanacaktır.
 16. İlgili firma cihazlarını, hastanede kurumca belirlenen yere kuracaktır. Cihazların nakli, kurulması, hastane otomasyon sistemine bağlanması ve ilgili bölüm için gerekli görülen düzenleme giderleri ilgili firmaya aittir. Eğer verilen cihaz kesintisiz güç kaynaęı, regülatör, klima, deiyonize su sistemi gibi ek sistemler olmadan çalışmıyorsa ilgili firma bu ekleri de beraberinde ücretsiz olarak verecek ve monte edecektir. Su, elektrik gibi altyapı ve tesisat kurum tarafından sağlanacaktır.
 17. Bu řartnamede belirtilmeyen hükümler konusunda idari řartname hükümleri geçerlidir.

Sedimentasyon Tüpleri Özellikleri

1. Sedimentasyon Tüpleri cam malzemeden yapılmıř olmalıdır. Tüplerin içerisinde sodyum sitrat bulunmalı, tüplerin üzerinde kan alma seviye çizgisi bulunmalıdır. Tüpler vakumlu olmalı ve tüplere vacutainer ile kan alınırken kan alma seviye çizgisine kadar dolmalıdır.
2. Tüp etiketi üzerinde ürün lot numarası, son kullanma tarihi ve dolum hacmi ml cinsinden yazılmıř olmalıdır.
3. Sedimentasyon tüpleri, laboratuvarın ihtiyacı ölçüsünde partiler halinde teslim edilecektir. Tüpler teslim tarihinden itibaren en az 6 (altı) ay miadlı olmalıdır.

Doç.Dr. Sedat Tünel
Fira Üniv. Tıbbi Fakültesi
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
0312 222 22 22
0312 222 22 22

Prof. Dr. Bilal İSTİSMA
İSTİSMA

4. Sözleşme süresince alınan tüpler, son kullanma tarihinden 2 ay öncesinde haber vermek kaydıyla miktarı ne olursa olsun firma tarafından uzun miadlılarla değiştirilecektir. Tüplerin hatalı sonuç vermesi veya vakumlarının uygunsuz olması durumunda, bu tüpler firma tarafından yenileri ile değiştirilecektir.
5. Sedimentasyon tüpleri "Vücut dışında Kullanılan Tıbbi Tam Cihazları yönetmeliği "ne uygun şekilde üretilmiş veya ithal edilmiş' olmalıdır.
6. Teklif edilecek kit ve reaktifler T.C. ilaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TiTUBB) kayıt olmalıdır.

Doç. Dr. Tezda TELO
Fira Üniversitesi Hastanesi
Pnömonoloji Uzmanı
Tic. Sic. No: 362-101857

Prof. Dr. Bilal ÜSTÜNAAE