

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ
TEKLİF İSTEME FORMU

03.03.2023

İstem No : 68203 : 23/1111
Talep Eden Birim : ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KLİNİĞİ

Fırat Üniversitesi Hastanesi ihtiyacı malzeme/hizmet satın alınacaktır. Fiyat teklif aşağıda belirtilen tarih ve saatte Döner Sermaye Satın alma Birimine bizzat, faks veya posta ile teslimini rica ederim.

- 1- Malzeme/hizmet tesliminin kaç günde yapılacağı belirtilmesi zorunludur. Belirtilmemesi durumunda sipariş tarihinden itibaren teslim süresi 10 gün olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her gün için fatura tutarının (KDV hariç) 0,001 (Binde biri) oranında gecikme cezası hesaplanarak tahakkuk üzerinden kesilecektir. Teslimat satınalma biriminin sipariş yazısına istinaden yapılacaktır. (Sözleşmeli alımlarda sözleşmedeki oran uygulanır)
- 2- Teklif opsiyonu en az 30 gün olmalı ve ürün markası, belirtilecek ve teklif fiyatları KDV hariç verilecektir ve KDV oranı belirtilecektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayrıca idarenin öngördüğü şartlar dışında, firma tarafından ödeme günü vb. talepleri tekliflerinde belirtmeler dahi, dikkate alınmayacaktır.
- 3- Mal teslimi hastane ambarına veya idarenin göstereceği yere yapılacaktır. Teslimat yerine kadar tüm giderler satıcıya aittir.
- 4- Tıbbi malzeme haricindeki ürünlerde TSE markası aranan malzemeler TSE belgeli olacaktır.
- 5- Teklif mektubunda silinti ve kazıntı yapılmayacaktır. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler değerlendirilmeyecek olup, ancak idare gerek gördüğü takdirde bu süreyi uzatabilir.
- 6- Firma alacaklarını harcama yetkilisinin (Başhekimlik makamı) izniyle devir ve temlik yapabilir. Temlik öncesi harcama yetkilisi makamından uygunluk yazısı alınması zorunludur.
- 7- Tıbbi malzeme, ilaç ve kit alımlarında Sağlık Bakanlığının TITUBB veya ÜTS kaydı gereken ürünlerin kayıtlı olması halinde alım yapılacaktır. Ürünün imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda ilgili satıcının bayi olduğuna dair TITUBB kayıt ve bildirim aranacaktır. Teklif mektubunda Firma Tanımlayıcı kodu, UBB kodu ve ayrıca firmanın KİK de kaydı olacaktır. UBB kodu ve SUT kodu gereken ürünlerin kodunun belirtilmemesi ile KİK kaydı olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu negatif listesinde bulunan tıbbi malzemeler alınmayacak, alınsa dahi negatif listeden çıkmadıkça fatura bedeli ödenmeyecektir. KİK kaydının yapılmaması ve kaydın güncellenmemesi malzeme alındıktan sonra malzemenin negatif listeye düşmesi gibi malzeme kaynaklı kuruma ait SGK kesinti tutarları ve kurum zararlarının tamamı ilgili firma tarafından karşılanacaktır.
- 8- Firmalar ürün tesliminde **BAYİ NO, LOT NO, SERİ NO** larını faturalarında belirtmelidir. Belirtmedikleri takdirde fatura işleme alınmayacaktır.
- 9- Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan tıbbi malzemeler için SUT kodu, Tebliğde yer almayan malzeme olması durumunda bu durum teklif mektubunda belirtilecektir.
- 10- Nitelikli malzeme alımlarında şartnamede numune istenmiş ise teklif dışında numune doğrudan ilgili bölüme gönderilecektir ve numune gönderme ile iade masrafları satıcıya ait olacaktır.**
- 11- Firma tarafından sipariş edilen malzemenin teslim edilmemesi durumunda idare tarafından kanun gereği ilgili mercilere bildirim yapılarak, firma idarenin belirleyeceği süre içerisinde doğrudan temin alımlarına iştirak edemeyecektir.
- 12- SUT 5.2.1 Maddeler gereği 2 Ay içerisinde dönem sonlandırılmasından sonra getirilen fatura bedeli ödenmeyecektir.**
- 13- Sipariş sonrası teslimi yapılan mal/hizmet alımlarının teslimine müteakip faturanın Kuruma ulaştığı tarihten itibaren (Faturanın Kuruma teslim tarihi fatura arkasına kayıt düşülecektir.) 70 . günde işletmenin nakit durumuna göre ödenecektir.

Teklif Veren Firmanın

Tel :
Fax:
Mail :

Son Teslim Tarih & Saat :

08.03.2023

PROF.DR.FATİH OSMANLIOĞLU
BAŞHEKİM YARDIMCISI

MALZEME/HİZMET LİSTESİ

Sıra N	Malzeme Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	KDV Oranı%
1	25303050609649	ARTROSKOPİK STRİGHT PUNCH 11MM		1,0	ADET		
2	25303050609650	ARTROSKOPİK LEFT PUNCH 11MM		1,0	ADET		
3	25303050609651	ARTROSKOPİK RIGHT PUNCH 5,5MM		1,0	ADET		

NOT:TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR.

Adres: Fırat Üniversitesi Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü HAZAR V.D. : 3860437404

Tel: 0424 233 35 55

Fax: 0424 233 90 40

EPOSTA : dsermayesatinalma@firat.edu.tr

Sayfa 1

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ

İSTEĞİ YAPAN BİRİM : ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KLİNİĞİ

ŞARTNAME NO
1656

ŞARTNAME

Düzenleme Tarihi : 24.02.2023

ARTROSKOPİK CERRAHİ EL ALETLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

A. CİHAZIN GENEL ÖZELLİKLERİ:

- a) Teknik şartnameye cevapların, madde sıra numarasına göre hazırlanması ve istenen özellikler ile ilgili hükümlere açıklayıcı cevaplar verilmesi gerekmektedir.
- b) Üretici firmanın web adresi yazılacaktır. Katalog ile web adresindeki özellikler bire bir aynı olmalıdır. Çelişki durumunda teklif değerlendirilmeyecektir.
- c) Şartnamede belirtilen özellikler bire bir olmalıdır. Yapılan itirazlarda alt modelle ait değişiklikler kabul edilmeyecektir.
- d) Satıcı firma teklif ettiği cihazın imalatçısının Türkiye temsilcisi olduğunu gösterir güncel noter onaylı Temsilcilik Belgesini teklifine eklemek zorundadır.
- e) Teklif veren firmalar, aşağıda tanımlanan sistemin bütünlüğünü bozmadan, seti oluşturan kalemlerin her birine teklif vermelidir, kısmi teklifler değerlendirmeye alınmaz.
- f) Alet üretiminde kullanılan çeliğin uluslararası DIN EN ISO 13485 ve DIN EN ISO-7153 normlarında belirtilen standartlarda olduğunu gösterir belgenin üretici firma tarafından sunulması ve bu belgenin teklif dosyasında mutlaka eklenmesi gereklidir.
- g) Seti oluşturan parçalar aşağıda belirtilen özellikleri taşımalı ve bu parçalar birbiri ile uyum içerisinde çalışmalıdır. Bu sebeple de teklif edilen tüm ürünler aynı marka ve ithal olması zorunluluğu vardır.
- h) Teklif edilen ürünlerin, Avrupa Birliği tarafından hazırlanan ve uyulması gereken asgari sağlık, emniyet ve çevre koruması koşullarını düzenleyen bağlayıcı mevzuata ve direktiflere uygunluğunu gösteren işaret "CE" (Conformite Europeenne) işaretli olmalıdır. İlgili EC Sertifikası teklif dosyası ekinde verilmelidir.
- i) Kurumun ihaleye iştirak edip şartname özelliklerini karşılayan firmalardan teknik özellikleri görebilmek için demo cihazı talep etme hakkı bulunmaktadır. Demo cihazında şartnamede belirtilen özellikler hepsi aranacaktır. Uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda, teklif değerlendirme dışına alınacaktır. Demo hastanenin belirlediği süre içinde yapılacaktır. Demo tarihi 10 gün önce firmaya bildirilecektir. Demoya davet edilen firma demoya katılmadığı takdirde teklifleri değerlendirme dışına alınacaktır.

HAZIRLAYANLAR

Prof. Dr. Erhan YILMAZ
Firat Üniversitesi Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji D.
Dip. Teceh No: 43335-34981

ONAYLAYAN

İSTEĞİ YAPAN BİRİM : ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KLİNİĞİ

ŞARTNAME NO
1656

ŞARTNAME

Düzenleme Tarihi : 24.02.2023

1- Artroskopik stright Punch 1 adet

1. Artroskopi ameliyatlarında kullanıma uygun olmalıdır.
2. Punch kısmı dişli uç ve tek çene hareketli olmalıdır.
3. Ağız kısmı 11mm olmalıdır.
4. Çalışma uzunluğu 110mm olmalıdır.
5. Uç kısmı 30° yukarı açılı olmalıdır.
6. Aletler anatomik olmalı, hafif olmalı ve uzun süreli kullanımlarda tendinite sebep olmamalıdır.
7. Handle ve shaft kısımları baskıya dayanıklı olmalıdır.
8. Pin sistemli olmamalıdır.
9. Orijinal katalog verilmeli(fotokopi değil) ve istenilen özellikler ispatlanmalıdır.

2- Artroskopik left Punch 1 adet

1. Artroskopi ameliyatlarında kullanıma uygun olmalıdır.
2. Punch kısmı kaşık uç ve tek çene hareketli olmalıdır.
3. Ağız kısmı 11mm olmalıdır.
4. Çalışma uzunluğu 110mm olmalıdır.
5. Uç kısmı 30° yukarı açılı olmalıdır.
4. Aletler anatomik olmalı, hafif olmalı ve uzun süreli kullanımlarda tendinite sebep olmamalıdır.
5. Handle ve shaft kısımları baskıya dayanıklı olmalıdır.
6. Pin sistemli olmamalıdır.
7. Orijinal katalog verilmeli(fotokopi değil) ve istenilen özellikler ispatlanmalıdır.
- 8.punch sola bakan yapıda dişli olmalı

3- Artroskopik right Punch 1 adet

1. Artroskopi ameliyatlarında kullanıma uygun olmalıdır.
2. Punch kısmı kaşık uç ve tek çene hareketli olmalıdır.
3. Ağız kısmı 5.5mm olmalıdır.
4. Çalışma uzunluğu 110mm olmalıdır.
5. Uç kısmı 30° yukarı açılı olmalıdır.
6. Aletler anatomik olmalı, hafif olmalı ve uzun süreli kullanımlarda tendinite sebep olmamalıdır.

HAZIRLAYANLAR
Prof. Dr. Zihni Etiler
Fırat Üniversitesi Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji
Dip. Tescil No: 45000-1/1981

ONAYLAYAN

İSTEĞİ YAPAN BİRİM : ORTOPEDI VE TRAVMATOLOJİ KLİNİĞİ

ŞARTNAME NO
1656

ŞARTNAME

Düzenleme Tarihi : 24.02.2023

7. Handle ve shaft kısımları baskıya dayanıklı olmalıdır.
8. Pin sistemli olmamalıdır.
9. Orijinal katalog verilmeli(fotokopi değil) ve istenilen özellikler ispatlanmalıdır.
- 10.punch sağa bakan yapıda dişli olmalıdır

HAZIRLAYANLAR
Prof. Dr. Erhan YILMAZ
Fırat Üniversitesi Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji D.
Dip. Tescil No: 40300-54081

ONAYLAYAN