

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ
TEKLİF İSTEME FORMU

31.03.2021

İstem No : 54891 : 21/1169
Talep Eden Birim : ACİL TIP POLİKLİNİĞİ

Fırat Üniversitesi Hastanesi ihtiyacı malzeme/hizmet satın alınacaktır. Fiyat teklif aşağıda belirtilen tarih ve saatte Döner Sermaye Satın alma Birimine bizzat, faks veya posta ile teslimini rica ederim.

1- Malzeme/hizmet tesliminin kaç günde yapılacağını belirtmesi zorunludur. Belirtilmemesi durumunda sipariş tarihinden itibaren teslim süresi 10 gün olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her gün için fatura tutarının (KDV hariç) 0,001 (Binde biri) oranında gecikme cezası hesaplanarak tahakkuk üzerinden kesilecektir. Teslimat satınalma biriminin sipariş yazısına istinaden yapılacaktır. (Sözleşmeli alımlarda sözleşmedeki oran uygulanır)

2- Teklif opsiyonu en az 20 gün olmalı ve ürün markası, belirtilecek ve teklif fiyatları KDV hariç verilecektir ve KDV oranı belirtilecektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayrıca idarenin öngördüğü şartlar dışında, firma tarafından ödeme günü vb. talepleri tekliflerinde belirtmeler dahi, dikkate alınmayacaktır.

3- Mal teslimi hastane ambarına veya idarenin göstereceği yere yapılacaktır. Teslimat yerine kadar tüm giderler satıcıya aittir.

4- Tıbbi malzeme haricindeki ürünlerde TSE markası aranan malzemeler TSE belgeli olacaktır.

5- Teklif mektubunda silinti ve kazıntı yapılmayacaktır. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler değerlendirilmeyecek olup, ancak idare gerek gördüğü takdirde bu süreyi uzatabilir.

6- Firma alacaklarını harcama yetkilisinin (Başhekimlik makamı) izniyle devir ve temlik yapabilir. Temlik öncesi harcama yetkilisi makamından uygunluk yazısı alınması zorunludur.

7- Tıbbi malzeme, ilaç ve kit alımlarında Sağlık Bakanlığının TITUBB veya ÜTS kaydı gereken ürünlerin kayıtlı olması halinde alım yapılacaktır. Ürünün imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda ilgili satıcının bayi olduğuna dair TITUBB kayıt ve bildirimi aranacaktır. Teklif mektubunda Firma Tanımlayıcı kodu, ÜBB kodu ve ayrıca firmanın KİK de kaydı olacaktır. ÜBB kodu ve SUT kodu gereken ürünlerin kodunun belirtilmemesi ile KİK kaydı olmayan firmaların teklifi değerlendirilmeye alınmayacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu negatif listesinde bulunan tıbbi malzemeler alınmayacak, alınsa dahi negatif listeden çıkmadıkça fatura bedeli ödenmeyecektir. KİK kaydının yapılmaması ve kaydın güncellenmemesi malzeme alındıktan sonra malzemenin negatif listeye düşmesi gibi malzeme kaynaklı kuruma ait SGK kesinti tutarları ve kurum zararlarının tamamı ilgili firma tarafından karşılanacaktır.

8- Firmalar ürün tesliminde BAYİ NO, LOT NO, SERİ NO larını faturalarında belirtmeklerdir. Belirtmedikleri takdirde fatura işleme alınmayacaktır.

9- Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan tıbbi malzemeler için SUT kodu, Tebliğde yer almayan malzeme olması durumunda bu durum teklif mektubunda belirtilmelidir.

10- Nitelikli malzeme alımlarında şartnamede numune istenmiş ise teklif dışında numune doğrudan ilgili bölüme gönderilecektir ve numune gönderme ile ilgili masrafları satıcıya ait olacaktır.

11- Firma tarafından sipariş edilen malzemenin teslim edilmemesi durumunda idare tarafından kanun gereği ilgili mercilere bildirim yapılarak, firma idarenin belirleyeceği süre içerisinde doğrudan temin alımlarına iştirak edemeyecektir.

12- SUT 5.2.1 Maddeler gereği 2 Ay içerisinde dönem sonlandırılmasından sonra getirilen fatura bedeli ödenmeyecektir.

13- Sipariş sonrası teslimi yapılan mal/hizmet alımlarının teslimine müteakip faturanın Kuruma ulaştığı tarihten itibaren (Faturanın Kuruma teslim tarihi fatura arkasına kayıt düşülecektir.) 235 . günde işletmenin nakit durumuna göre ödenecektir.

Teklif Veren Firmanın

Son Teslim Tarih & Saat :

Tel :

Fax :

Mail :

05.04.2021

PROF.DR.FATİH FİRDOLAŞ
BAŞHEKİM YARDIMCISI

MALZEME/HİZMET LİSTESİ

Sıra N	Malzeme Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	KDV Oran%
1	15003030215035	DISPOSABLE OTOMOTİK RESUSİTATÖR (VENTİLATÖR)		5,0	ADET		

NOT: TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR.

Disposable Mekanik Ventilatör Şartnamesi

- Cihaz maskeli veya entübe edilmiş vakalarda kullanıma uygun olmalıdır.
- Cihaz üzerinde frekans ve cmH₂O ayarları yapılabilmelidir.
- Cihaz flowmetre veya manometre bağlı O₂ tüpleri ve/veya merkezi O₂ kaynaklarında kullanılabilmelidir.
- Cihaz 10-en az 50 cmH₂O basınç aralığını sağlayabilmelidir.
- Cihaz ISO 10651-5 gereğince 10kg ve üzeri hastalarda kullanıma uygun olmalıdır.
- Cihaz havayolu basınçlarını algılayarak basınç döngüsü olarak çalışabilmelidir.
- Cihaz PEEP duyarlı olmalıdır.
- Cihaz üzerindeki emniyet valfi, 55-60cmH₂O basınç değeri aralığında aktif olmalıdır.
- Cihazın ana hava girişinde bulunan port sayesinde FiO₂ oranı %50-%100 olarak ayarlanabilmelidir.
- Ventilasyon sırasında FiO₂ oranının %50 veya %100 olarak ayarlanabilmesi, ayar için cihazın hava kaynağından ayrılmasına gerek duyulmamalıdır.
- Cihaz üzerinde hasta transportu esnasında sabitlenmesi için fiksator bulunmalıdır.
- Cihaz manyetik alanlardan etkilenmemeli ve MR uyumlu olmalı, MR uyumluluğu uluslararası akredite bir kuruluştan alınmış rapor ile belgelendirilmelidir.
- Cihazla birlikte 1 adet kateter mount, vücuda sabitleme fiksatorü ve oksijen bağlantı hortumu verilmelidir.
- Cihaz latex içermemeli ve disposable olmalıdır.
- Cihaz T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (UBB) kayıtlı olmalıdır.

Doc.Dr. Evrim GÜL
F.Ü. Hastaneleri Genel Tıp A.D.
Diyadin No: 114145

Doc.Dr. Mustafa YILMAZ
F.Ü. Hastaneleri Genel Tıp A.D.
Diyadin No: 111868