

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ
TEKLİF İSTEME FORMU

10.01.2024

İstem No : 73564 : 24/130
Talep Eden Birim : TIBBİ MALZEME BİRİMİ

Fırat Üniversitesi Hastanesi ihtiyacı malzeme/hizmet satın alınacaktır. Fiyat teklif aşağıda belirtilen tarih ve saatte Döner Sermaye Satın alma Birimine bizzat, faks veya posta ile teslimini rica ederim.

- 1- Malzeme/hizmet tesliminin kaç günde yapılacağı belirtilmesi zorunludur. Belirtilmemesi durumunda sipariş tarihinden itibaren teslim süresi 30 gün olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her gün için fatura tutarının (KDV hariç) 0,001 (Binde biri) oranında gecikme cezası hesaplanarak tahakkuk üzerinden kesilecektir. Teslimat satınalma biriminin sipariş yazısına istinaden yapılacaktır. (Sözleşmeli alımlarda sözleşmedeki oran uygulanır)
- 2- Teklif opsiyonu en az 30 gün olmalı ve ürün markası, belirtilecek ve teklif fiyatları KDV hariç verilecektir ve KDV oranı belirtilecektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayrıca idarenin öngördüğü şartlar dışında, firma tarafından ödeme günü vb. talepleri tekliflerinde belirseller dahi, dikkate alınmayacaktır.
- 3- Mal teslimi hastane ambarına veya idarenin göstereceği yere yapılacaktır. Teslimat yerine kadar tüm giderler satıcıya aittir.
- 4- Tıbbi malzeme haricindeki ürünlerde TSE markası aranan malzemeler TSE belgeli olacaktır.
- 5- Teklif mektubunda silinti ve kazıntı yapılmayacaktır. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler değerlendirilmeyecek olup, ancak idare gerek gördüğü takdirde bu süreyi uzatabilir.
- 6- Firma alacaklarını harcama yetkilisinin (Başhekimlik makamı) izniyle devir ve temlik yapabilir. Temlik öncesi harcama yetkilisi makamından uygunluk yazısı alınması zorunludur.
- 7- Tıbbi malzeme, ilaç ve kit alımlarında Sağlık Bakanlığının TITUBB veya ÜTS kaydı gereken ürünlerin kayıtlı olması halinde alım yapılacaktır. Ürünün imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda ilgili satıcının bayi olduğuna dair TITUBB kayıt ve bildirimi aranacaktır. Teklif mektubunda Firma Tanımlayıcı kodu, UBB kodu ve ayrıca firmanın KİK de kaydı olacaktır. UBB kodu ve SUT kodu gereken ürünlerin kodunun belirtilmemesi ile KİK kaydı olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu negatif listesinde bulunan tıbbi malzemeler alınmayacak, alınsa dahi negatif listeden çıkmadıkça fatura bedeli ödenmeyecektir. KİK kaydının yapılmaması ve kaydın güncellenmemesi malzeme alındıktan sonra malzemenin negatif listeye düşmesi gibi malzeme kaynaklı kuruma ait SGK kesinti tutarları ve kurum zararlarının tamamı ilgili firma tarafından karşılanacaktır.
- 8- Firmalar ürün tesliminde BAYİ NO, LOT NO, SERİ NO larını faturalarda belirteceklerdir. Belirtmedikleri takdirde fatura işleme alınmayacaktır.
- 9- Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan tıbbi malzemeler için SUT kodu, Tebliğde yer almayan malzeme olması durumunda bu durum teklif mektubunda belirtilecektir.
- 10- Nitelikli malzeme alımlarında şartnamede numune istenmiş ise teklif dışında numune doğrudan ilgili bölüme gönderilecektir ve numune gönderme ile ilade masrafları satıcıya ait olacaktır.**
- 11- Firma tarafından sipariş edilen malzemenin teslim edilmemesi durumunda idare tarafından kanun gereği ilgili mercilere bildirim yapılarak, firma idarenin belirleyeceği süre içerisinde doğrudan temin alımlarına iştirak edemeyecektir.
- 12- SUT 5.2.1 Maddeler gereği 2 Ay içerisinde dönem sonlandırılmasından sonra getirilen fatura bedeli ödenmeyecektir.**
- 13- Sipariş sonrası teslimi yapılan mal/hizmet alımlarının teslimine müteakip faturanın Kuruma ulaştığı tarihten itibaren (Faturanın Kuruma teslim tarihi fatura arkasına kayıt düşülecektir.) 70 . günde işletmenin nakit durumuna göre ödenecektir.
- 14- Verilen tekliflerde teslimat süresi belirtilmesi zorunludur. Aksi takdirde 1. madde uygulanacaktır.

Teklif Veren Firmanın

Tel :

Fax:

Mail :

Son Teslim Tarih & Saat :

15.01.2024

PROF.DR.FATİH OSMANLIOĞLU
BAŞHEKİM YARDIMCISI

MALZEME/HİZMET LİSTESİ

Sıra N	Malzeme Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	KDV Oranı%
1	15003030215047	PERKUTAN TREAKOSTOMİ SET NO:7.0		10,0	ADET		
2	15003030215003	PERKUTAN TRAKEOSTOMİ SETİ NO:8		10,0	ADET		

NOT:TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR.

Adres: Fırat Üniversitesi Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü HAZAR V.D. : 3860437404

Tel: 0424 233 35 55

Fax: 0424 233 90 40

EPOSTA : dsermayesatinalma@firat.edu.tr

Sayfa 1

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ

İSTEĞİ YAPAN BİRİM : TIBBİ MALZEME BİRİMİ

ŞARTNAME NO
5245

ŞARTNAME

Düzenleme Tarihi : 08.01.2024


1. Ürün, ağızdan ve burnundan nefes alamayan kişilere uygulanan ve solunum yolunun açılmasını sağla yan işlemlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
2. Ürünün forsepsli, forsepsiz ve tek adım dilatasyon set seçenekleri olmalıdır.
3. Ürünün forsepsli ve forsepsiz set seçeneğinde 7.0-7.5-8.0-8.5-9.0 numara trakeostomi kanülü tek adım dilatasyon set 7.0-8.0-9.0 trakeostomi kanülü seçenekleri olmalıdır.
4. Ürünün forsepsli ve forsepsiz seti içeriğinde en az;
 - a. 1 adet kafli trakeostomi kanülü veya kafli ve aspirasyonlu kanallı trakeostomi kanülü,
 - b. 1 adet trakeostomi obdüratörü,
 - c. 1 adet trakeostomi bağı veya fiksasyon bandı,
 - d. 1 adet bistüri,
 - e. 1 adet luer enjektör,
 - f. 1 adet 14G delme kanülü
 - g. 1 adet 1.30mm çap ve en az 45 cm uzunluğunda PTFE kaplı guide wire (rehber tel) kıvrılma yapmayan büküldüğünde eski haline gelebilen materyalden yapılmış j uçlu
 - h. Forseps ucu ile aynı kalınlıkta trakeal dilatatör içermelidir.
 - i. 1 adet forseps (forsepsli setler için)
5. Forsepsli ve forsepsiz setler için trakeostomi kanülü obturatorunun ortası tüm hat boyunca delik olmalıdır.
6. Trakeostomi kanülü, yumuşak kaf yapısında, trakea temas yüzeyinin daha az olduğu profil kaf şeklinde uygun açılı olmalıdır.
7. Ürünün trekeaostomi obdüratörü kanüle tam olarak oturmalıdır.
8. Forsepsli setler için, atravmatik forseps ayakları ve forsepsin ucu, içinden guide-wire geçmesine izin verecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.
9. Forsepsli setler için, forsepsin ucu atravmatik olması için yuvarlatılmış, künt uçlu olmalıdır
10. Ürün setinde trakeal dilatatörün ucu forsepsin ucuyla aynı kalınlıkta olmalıdır.
11. Forsepsli setler için, forseps cerrahi alet olarak değil, tekniğin dilatasyon aşamasında kullanılan özel dizayn forseps olmalıdır.
12. Ürün seti, içerisindeki kılavuz tel uygulayıcıya tek elle kontrol olanağı sunacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
13. Ürünün trekeaostomi kanül ucu tüm standart devre bağlantılarına uymalıdır.
14. Pilot balon hattı, ayırt edici farklı renkte olmalı ve pilot balon üzerin de ürünün markası, kanül iç çapı, kafın boş çapı yazılı olmalı, pilot balonun tek yönlü valvinin kapağı olmalıdır.
15. Kanül kanatları şeffaf olup, üzerinde marka, iç çap, dış çap ve kanül uzunluğu yazılı olmalıdır.
16. Ürünün tek adım dilatasyon seti içeriğinde en az;
 - a. 1 adet kafli trakeostomi kanülü soft- seal özellikte,

HAZIRLAYANLAR

Alihan Bursalı SÖNMEZ
J-F

ONAYLAYAN

[Signature]
Fırat Üniversitesi Hastanesi
Alihan BAYDEMİR

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :		TIBBİ MALZEME BİRİMİ	
ŞARTNAME NO 5245	ŞARTNAME	Düzenleme Tarihi : 08.01.2024	
b.1 adet 14G delme kanülü c.1 adet bistüri, d.1 adet 10ml enjektör, e.1 adet 1.30mm çap ve en az 45 cm uzunluğunda PTFE kaplı guide wire (rehber tel) kıvrılma yapmayan büküldüğünde eski haline gelebilen materyalden yapılmış j uçlu f. Uygulama klavuzu, g.1 adet buji olmalıdır. h.1 adet buji öncesinde kullanılacak trakeal dilatatör (pre dilatatör) olmalıdır. 17.Tek adım dilatasyon setinde bujinin üzerinde, mesafeyi gösteren çizgisi bulunmalıdır. Bu çizgiye kadar olan açi keskin olmamalı,anatomik yapıya uygun olmalıdır.. 18.Tek adım dilatasyon setinde bulunan trakeostomi kanül obturatorunun ortası tüm hat boyunca delik olmalıdır. 19. Tek adım dilatasyon setinde uygulama kılavuzunun çentiği olmalı, bujinin ilerletilebileceği mesafeyi belirlemeye yardımcı olmalıdır.İçinden rehber tel geçebilmelidir. 20.Tek adım dilatasyon setinde kanül kanatları şeffaf olup,üzerinde marka,iç çap, dış çap ve kanül uzunluğu yazılı olmalıdır. 21.Ürün seti aynı marka parçalardan oluşan, steril tekli pakette veya set içeriği, yine aynı markadan oluşmak şartı ile ayrı ayrı steril paketlerde olmalıdır. 22.Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır. 23.Ürün ambalajı üzerinde ve steril set içerisinde son kullanma tarihi, UTS ve LOT bilgisi bulunmalıdır. 24.Teklif ile birlikte 1 adet numune verilmesi zorunludur. Numune verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.			
HAZIRLAYANLAR		ONAYLAYAN	
Abdül Berat SÖNMEZ 		 Fırat Üniversitesi Hastanesi Abdül Berat SÖNMEZ	
Fırat Üniversitesi Hastanesi Elazığ - Tel:0424 233 35 55 Fax: 0 424 233 90 40 - ftm.firat.edu.tr			
Sayfa 2			