

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ
TEKLİF İSTEME FORMU

28.03.2025

İstem No : 82166 : 25/1498
Talep Eden Birim : KULAK BURUN BOĞAZ KLİNİĞİ

Fırat Üniversitesi Hastanesi ihtiyacı malzeme/hizmet satın alınacaktır. Fiyat teklif aşağıda belirtilen tarih ve saatte Döner Sermaye Satın alma Birimine bizzat, faks veya posta ile teslimini rica ederim.

- 1- Malzeme/hizmet tesliminin kaç günde yapılacağını belirtilmesi zorunludur. Belirtilmemesi durumunda sipariş tarihinden itibaren teslim süresi 30 gün olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geçiken her gün için fatura tutarının (KDV hariç) 0,001 (Binde biri) oranında gecikme cezası hesaplanarak tahakkuk üzerinden kesilecektir. Teslimat satınalma biriminin sipariş yazısına istinaden yapılacaktır. (Sözleşmeli alımlarda sözleşmedeki oran uygulanır)
- 2- Teklif opsiyonu en az 30 gün olmalı ve ürün markası, belirtilecek ve teklif fiyatları KDV hariç verilecektir ve KDV oranı belirtilecektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayrıca idarenin öngördüğü şartlar dışında, firma tarafından ödeme günü vb. talepleri tekliflerinde belirtmeler dahi, dikkate alınmayacaktır.
- 3- Mal teslimi hastane ambarına veya idarenin göstereceği yere yapılacaktır. Teslimat yerine kadar tüm giderler satıcıya aittir.
- 4- Tıbbi malzeme haricindeki ürünlerde TSE markası aranan malzemeler TSE belgeli olacaktır.
- 5- Teklif mektubunda silinti ve kazıntı yapılmayacaktır. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler değerlendirilmeyecek olup, ancak idare gerek gördüğü takdirde bu süreyi uzatabilir.
- 6- Firma alacaklarını harcama yetkilisinin (Başhekimlik makamı) izniyle devir ve temlik yapabilir. Temlik öncesi harcama yetkilisi makamından uygunluk yazısı alınması zorunludur.
- 7- Tıbbi malzeme, ilaç ve kit alımlarında Sağlık Bakanlığının TITUBB veya ÜTS kaydı gereken ürünlerin kayıtlı olması halinde alım yapılacaktır. Ürünün imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda ilgili satıcının bayi olduğuna dair TITUBB kayıt ve bildirimi aranacaktır. Teklif mektubunda Firma Tanımlayıcı kodu, UBB kodu ve ayrıca firmanın KİK de kaydı olacaktır. UBB kodu ve SUT kodu gereken ürünlerin kodunun belirtilmemesi ile KİK kaydı olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu negatif listesinde bulunan tıbbi malzemeler alınmayacak, alınsa dahi negatif listeden çıkmadıkça fatura bedeli ödenmeyecektir. KİK kaydının yapılmaması ve kaydın güncellenmemesi malzeme alındıktan sonra malzemenin negatif listeye düşmesi gibi malzeme kaynaklı kuruma ait SGK kesinti tutarları ve kurum zararlarının tamamı ilgili firma tarafından karşılanacaktır.
- 8- Firmalar ürün tesliminde BAYİ NO, LOT NO, SERİ NO larını faturalarında belirteceklerdir. Belirtmedikleri takdirde fatura işleme alınmayacaktır.
- 9- Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan tıbbi malzemeler için SUT kodu, Tebliğde yer almayan malzeme olması durumunda bu durum teklif mektubunda belirtilecektir.
- 10- Nitelikli malzeme alımlarında şartnamede numune istenmiş ise teklif dışında numune doğrudan ilgili bölüme gönderilecektir ve numune gönderme ile ilade masrafları satıcıya ait olacaktır.**
- 11- Firma tarafından sipariş edilen malzemenin teslim edilmemesi durumunda idare tarafından kanun gereği ilgili mercilere bildirim yapılarak, firma idarenin belirleyeceği süre içerisinde doğrudan temin alımlarına iştirak edemeyecektir.
- 12- SUT 5.2.1 Maddeler gereği 2 Ay içerisinde dönem sonlandırılmasından sonra getirilen fatura bedeli ödenmeyecektir.**
- 13- Sipariş sonrası teslimi yapılan mal/hizmet alımlarının teslimine müteakip faturanın Kuruma ulaştığı tarihten itibaren (Faturanın Kuruma teslim tarihi fatura arkasına kayıt düşülecektir.) 45 . günde işletmenin nakit durumuna göre ödenecektir.**
- 14- Verilen tekliflerde teslimat süresi belirtilmesi zorunludur. Aksi takdirde 1. madde uygulanacaktır.

Teklif Veren Firmanın

Son Teslim Tarih & Saat :

Tel :
Fax:
Mail :

07-04-2025

PROF.DR.FATİH OSMANLIOĞLU
BAŞHEKİM YARDIMCISI

MALZEME/HİZMET LİSTESİ

Sıra N	Malzeme Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	KDV Oranı%
1	15013021279	KOTER UCU		7,0	ADET		
2	15013022404	KIVRIK UÇLU BİPOLER KOTER		2,0	ADET		
3	15013022405	İĞNE UÇLU BİPOLER KOTER		1,0	ADET		
4	15013021936	KOTER KABLOSU		10,0	ADET		

EK TEKNİK ŞARTNAME

Adres: Fırat Üniversitesi Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü HAZAR V.D. : 3860437404

Tel: 0424 233 35 55


Fax: 0424 233 90 40

EPOSTA : dsermayesatinalma@firat.edu.tr

Sayfa 1


BİPOLAR KOTER UCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Koter ucu künt uçlu olmalıdır.
- 2.Koter ucu bayonet şekilli olmalıdır.
- 3.Forceps uzunluğu 20 cm olmalıdır.
- 4.Mavi renkte olmalıdır.
- 5.Tip uç uzunluğu 10 mm, kalınlığı 1 mm düz uç olmalıdır.
- 6.Buhar otoklavında 121 C de 20 dk, Flaş otoklavda 134 C de 10 dk özelliklerine uygun olmalıdır.
- 7.En az 200 sterilizasyon döngüsüne dayanıklı olmalıdır.
- 8.Tüm forcepsler 316 L kalitesinde tıbbi çelikten imal edilmiş olmalıdır.
- 9.Tüm bu özellikler orijinal katalogda gösterilebilmelidir. Orjinal katalogta özellikleri gösterilemeyen muadilli ürünler kabul edilmeyecektir.
- 10.Her ürünün ayrı ayrı UBB bankası kayıtları mevcut olmalı ve belgelenmelidir.
- 11.En az 5 yıl garanti belgesine sahip olmalıdır.
- 12.Bipolar koter ucu ve koter kablosu uyumluluk açısından aynı marka ürün alınacaktır.
- 13.Numuneler görülüp değerlendirildikten sonra karar verilecektir.Klinikçe uygun görülmeyen malzemeler değerlendirme dışı bırakılacaktır.



BİPOLAR KOTER KABLOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Silikon olmalıdır.
- 2.En az 4 metre uzunluğunda olmalıdır.
- 3.Hastanemizde kullanılan Petaş ve Covidien marka koter cihazı ile uyumlu olmalıdır.
- 4.Kama soket olmalıdır.
- 5.Buhar , Flash ve etilen oksit ile sterilize edilebilmelidir.
- 6.Buhar otoklavında 121 C de 20 dk, Flaş otoklavda 134 C de 10 dk sterilize edilebilmelidir.
- 7.En az 5 yıl garantisi olmalıdır.
- 8.Ürünlerin tamamı sağlık bakanlığı onaylı olup UBB kaydı olmalıdır.
- 9.CE belgesi olmalıdır.
- 10.Satış yapan firmanın ya da yetkili firmanın TSE hizmet yeterlilik belgesi olmalıdır.
- 11.Numuneler görülüp değerlendirildikten sonra karar verilecektir.Klinikçe uygun görülmeyen malzemeler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
12. Bipolar koter ucu ve koter kablosu uyumluluk açısından aynı marka ürün alınacaktır.

A handwritten signature in black ink, followed by a circular stamp containing the text "05.07.2015".A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'L'.