

T.C.  
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ  
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ  
ELAZIĞ  
TEKLİF İSTEME FORMU

03.04.2018

İstem No : 39346 : 18/1533  
Talep Eden Birim : AMELİYATHANE (YENİ GENEL)

**Fırat Üniversitesi Hastanesi ihtiyacı malzeme/hizmet satın alınacaktır. Fiyat teklif aşağıda belirtilen tarih ve saatte Döner Sermaye Satın alma Birimine bizzat, faks veya posta ile teslimini rica ederim.**

- 1- Malzeme/hizmet tesliminin kaç günde yapılacağına belirtilmesi zorunludur. Belirtilmemesi durumunda sipariş tarihinden itibaren teslim süresi 10 gün olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her gün için fatura tutarının (KDV hariç) 0,001 (Bindebiri) oranında gecikme cezası hesaplanarak tahakkuk üzerinden kesilecektir. Teslimat satınalma biriminin sipariş yazısına istinaden yapılacaktır.
- 2- Teklif opsiyonu en az 20 gün olmalı ve ürün markası, belirtilecek ve teklif fiyatları KDV hariç verilecektir ve KDV oranı belirtilecektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayrıca idarenin öngördüğü şartlar dışında, firma tarafından ödeme günü vb. talepleri tekliflerinde belirtmeler dahi, dikkate alınmayacaktır.
- 3- Mal teslimi hastane ambarına veya idarenin göstereceği yere teslim edilecektir. Teslimat yerine kadar tüm giderler satıcıya aittir.
- 4- Tıbbi malzeme haricindeki ürünlerde TSE markası aranan malzemeler TSE belgeli olacaktır.
- 5- Teklif mektubunda silinti ve kazıntı yapılmayacaktır. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler değerlendirilmeyecek olup, ancak idare gerek gördüğü takdirde bu süreyi uzatabilir.
- 6- Firma alacaklarını sadece banka ve finans kurumlarına harcama yetkilisinin (Başhekimlik Makamı) izni ile devir ve temlik yapabilir. (3.Şahıslar ve firmalara temlik izni verilmemektedir.)Temlik öncesi uygunluk yazısı alınacaktır.
- 7- Tıbbi malzeme, ilaç ve kit alımlarında Sağlık Bakanlığının TITUBB veya ÜTS kaydı gereken ürünlerin kayıtlı olması halinde alım yapılacaktır. Ürünün imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda ilgili satıcının bayi olduğuna dair TITUBB kayıt ve bildirim aranacaktır. Teklif mektubunda Firma Tanımlayıcı kodu, UBB kodu ve ayrıca firmanın KİK de kaydı olacaktır. UBB kodu ve SUT kodu gereken ürünlerin kodunun belirtilmemesi ile KİK kaydı olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu negatif listesinde bulunan tıbbi malzemeler alınmayacak, alınsa dahi negatif listeden çıkmadıkça fatura bedeli ödenmeyecektir. KİK kaydının yapılmaması ve kaydın güncellenmemesi malzeme alındıktan sonra malzemenin negatif listeye düşmesi gibi malzeme kaynaklı kuruma ait SGK kesinti tutarları ve kurum zararlarının tamamı ilgili firma tarafından karşılanacaktır.
- 8- Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan tıbbi malzemeler için SUT kodu, Tebliğde yer almayan malzeme olması durumunda bu durum teklif mektubunda belirtilecektir.

**9-Nitelikli malzeme alımlarında şartnamede numune istenmiş ise teklif dışında numune doğrudan ilgili bölüme gönderilecektir ve numune gönderme ile iade masrafları satıcıya ait olacaktır.**

10- Firma tarafından sipariş edilen malzemenin teslim edilmemesi durumunda idare tarafından kanun gereği ilgili mercilere bildirim yapılarak, firma idarenin belirleyeceği süre içerisinde doğrudan temin alımlarına iştirak edemeyecektir.

11- Sipariş sonrası teslimi yapılan mal/hizmet alımlarının teslimine müteakip faturanın Kuruma ulaştığı tarihten itibaren (Faturanın Kuruma teslim tarihi fatura arkasına kayıt düşülecektir.) 235 . günde ödenecektir.

Son Teslim Tarih & Saat :

14<sup>00</sup>  
10.04.2018

DOÇ.DR.OSMAN MERMİ  
BAŞHEKİM YARDIMCISI

**MALZEME/HİZMET LİSTESİ**

Sıra N	Malzeme Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	KDV Oranı%
1	15003030217119	2/0 P.PROPILEN - M.FLAMANT /O		1.200,0	ADET		
2	15003030217669	1 POLYESTER ÖRGÜLÜ /O 35 MM		360,0	ADET		
3	150030302171194	3/0 POLYESTER ÖGRÜLÜ /O 20 MM		360,0	ADET		

NOT: TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR.

Adres: Fırat Üniversitesi Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü HAZAR V.D. : 3860437404

Tel: 0424 233 35 55

Fax: 0424 233 90 40

EPOSTA : dsermayesatinalma@firat.edu.tr

Sayfa 1

# 1 NUMARALI NONASORBABLE SUTUR MALZEMELERİNİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Malzeme içeriği; polypropylene veya türevi olmalıdır.
2. Sentetik olmalıdır.
3. Monoflaman yapıda olmalıdır.
4. Emilmeyen materyal olmalıdır.
5. Malzeme mavi veya siyah renkte olmalıdır.
6. Etilen oksit ile steril edilmiş olmalıdır.
7. Teslim tarihinden sonra raf ömrü en az 4 yıl olmalıdır.
8. USP standartlarına uygun olmalıdır.
9. Esnek olmalıdır.
10. İğnelerin yüzeyi silikonize edilmiş olmalı, dokudan geçerken travma yaratmamalıdır.
11. İğneler; bükülmeye karşı dayanıklı olması için, çelik alaşımdan imal edilmiş ve ısı işlemine tabi tutulmuş olmalıdır.
12. İğneler; portegüde stabilizasyonu sağlayacak şekilde kare gövde özelliğine sahip olmalıdır.
13. İstenilen her malzemenin iğne boyu (1+mm, -1mm) iğne özelliği ve ip kalınlığı bire bir olmalıdır.
14. Birim ambalaj: Sentetik monofilament emilmeyen cerrahi iplik, kullanım anına kadar sterilitesinin korunmasını sağlayacak şekilde iç ve dış olmak üzere iki ayrı ambalajdan oluşmalıdır. Dış ambalajın bir yüzü şeffaf, diğer yüzü beyaz kağıt olmalıdır. iç ambalaj, sütün kırılmasını engelleyecek şekilde koruyucu poşet içinde olmalıdır. Birim ambalajın üzerinde okunaklı ve bozulmayacak şekilde aşağıdaki bilgiler yazılmış olmalıdır:

- İmalatçı firmanın ticari adı ve/veya kısa adı
- İğne cinsi (yuvarlak, keskin, spatül, tapercut, küt uçlu), iğne adedi (tek veya çift olduğu görülecek şekilde), iğne boyu (mm olarak)
- İğne büyüklüğü (1/1 oranında görülmeli)
- İğnesiz ise sütün adedi
- Sütün kalınlığı (metrik ve USP olarak)
- Sütün uzunluğu
- Sütün rengi
- Steril ibaresi, sterilizasyon metodu

Kutu ambalajın üzerinde okunaklı ve bozulmayacak şekilde aşağıdaki bilgiler yazılmış olmalıdır:

- İçerisinde birim ambalajdan kaç adet olduğu belirtilmelidir
- Sıcaktan ve ışıktan korunmasına ilişkin yazı olmalıdır.
- Birim ambalaj üzerinde yazması gereken bilgilerin tamamı olmalıdır.

15. Sütün boyu 75 cm. olmalıdır.

16. Teklif atan firma teklifle birlikte numune getirmesi zorunludur. Numune getirmeyen firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Numuneler ilgili klinikler tarafından denedikten sonra tutanaklarındaki görüşler doğrultusunda malzeme seçimi yapılacaktır.

**1 .kalem yuvarlak iğne 26 mm**

**Doç. Dr. Fatih ERDOĞAN**  
Frat Üniversitesi Hastanesi  
Başhekim Yardımcısı

## 2,3 nolu POLYESTER ÖRGÜLÜ SÜTÜR TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1- Malzeme içeriği Polyester olmalıdır.
- 2- Sentetik, emilemeyen, multilaman yapıda olmalıdır.
- 3- Raf ömrü 5 yıl olmalıdır.
- 4- Sütür materyali örgüler arasındaki boşlukları gidermek amacı ile Polybutylate ile kaplı olmalıdır.
- 5- Sütür yüzeyi pürüzsüz olmalı tüylenmeye karşı dayanıklı olmalı ve dikiş süresince deforme olmamalıdır.
- 6- Kolay düğüm kaydırılmalı, düğüm emniyeti olmalıdır.
- 7- Düğüm atıldıktan sonra uç bölgeden uçlar dağılmamalıdır.
- 8- İğne dokudan geçtikten sonra sütür kısmı dokuya takılıp geriye doğru büzüşmemeli ve tiftiklenme yapmamalıdır.
- 9- İğneler dikiş süresince dokudan rahat geçme özelliğini yitirmemeli, dokulardan kolaylıkla ve minimum travmayla deforme olmadan geçmelidir.
- 10- Cerrahi sütürün iğnesinin gövdesi portegüden kaymayı engelleyecek yapıda olmalıdır.
- 11- İğnelerin dokudan geçerken kolay eğilip, bükülüp kırılmaması için yüksek alaşımli çelik olmalıdır.
- 12- Sütür ile iğne birleşme noktası dokulardan geçerken dokuları travma etmemeli, bu nedenle iğne ile sütür birleşme noktası çapı uyumlu olmalıdır.
- 13- Sütürler paketten çıktığında sütürün paket hafızası minimum olmalı ve sütür paketinden çıktığında düz bir yapıda olmalıdır.
- 14- Ambalaj, sütürün kıvrılmasını engelleyecek , su ve nem geçirmeyecek bir maddeden imal edilmiş olmalıdır.
- 15- Malzeme ile ilgili tüm bilgiler, okunaklı ve bozulmayacak şekilde ambalaj üzerinde olmalıdır.
- 16- Malzeme kullanım anına kadar sterilitesini koruyacak şekilde ambalajlanmış olmalı , bu ambalaj içeriğinin sterilitesi bozulmadan açılabilir şekilde olmalıdır.
- 17- CE standardına uygun olmalıdır
- 18- Malzeme ISO 9001 standardına uygun olmalıdır
- 19- İğne boyları(+1mm,-1mm) iğne özelliği ve ip kalınlığı birebir olmalıdır. istenilen ebatta ve sütür uzunlukları USP ve EU standardına uygun olmalıdır.
- 20- Ürünün Takip Edilebilmesi İçin Barkodu ve Lot Numaraları olmalıdır.
- 21- Sütür uzunluğu 75 cm olmalıdır
- 22- Teklif atan firma teklifle birlikte numune getirmesi zorunludur. Numune getirmeyen firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Numuneler ilgili klinikler tarafından denendikten sonra tutanaklarındaki görüşler doğrultusunda malzeme seçimi yapılacaktır.

2. *Kalem yuvarlak iğne 35 mm olmalıdır*
3. *Kalem yuvarlak iğne 20 mm olmalıdır*

  
Doç. Dr. Faik FIRDOLAŞ  
Firat Üniversitesi Hastanesi  
Başhekim Yardımcısı