

T.C.  
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ  
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ  
ELAZIĞ  
TEKLİF İSTEME FORMU

03.04.2026

İstem No : 89117 : 26/1534  
Talep Eden Birim : AMELİYATHANE (YENİ GENEL)

**Firat Üniversitesi Hastanesi ihtiyacı malzeme/hizmet satın alınacaktır. Fiyat teklif aşağıda belirtilen tarih ve saatte Döner Sermaye Satın alma Birimine bizzat, faks veya posta ile teslimini rica ederim.**

- 1- Malzeme/hizmet tesliminin kaç günde yapılacağını belirtilmesi zorunludur. Belirtilmemesi durumunda sipariş tarihinden itibaren teslim süresi 30 gün olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her gün için fatura tutarının (KDV hariç) 0,001 (Bindebiri) oranında gecikme cezası hesaplanarak tahakkuk üzerinden kesilecektir. Teslimat satınalma biriminin sipariş yazısına istinaden yapılacaktır. (Sözleşmeli alımlarda sözleşmedeki oran uygulanır)
- 2- Teklif opsiyonu en az 30 gün olmalı ve ürün markası, belirtilecek ve teklif fiyatları KDV hariç verilecektir ve KDV oranı belirtilecektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayrıca idarenin öngördüğü şartlar dışında, firma tarafından ödeme günü vb. talepleri tekliflerinde belirtmeler dahi, dikkate alınmayacaktır.
- 3- Mal teslimi hastane ambârına veya idarenin göstereceği yere yapılacaktır. Teslimat yerine kadar tüm giderler satıcıya aittir.
- 4- Tıbbi malzeme haricindeki ürünlerde TSE markası aranan malzemeler TSE belgeli olacaktır.
- 5- Teklif mektubunda silinti ve kazıntı yapılmayacaktır. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler değerlendirilmeyecek olup, ancak idare gerek gördüğü takdirde bu süreyi uzatabilir.
- 6- Firma alacaklarını harcama yetkilisinin (Başhekimlik makamı) izniyle devir ve temlik yapabilir. Temlik öncesi harcama yetkilisi makamından uygunluk yazısı alınması zorunludur.
- 7- Tıbbi malzeme, ilaç ve kit alımlarında Sağlık Bakanlığının TITUBB veya ÜTS kaydı gereken ürünlerin kayıtlı olması halinde alım yapılacaktır. Ürünün imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda ilgili satıcının bayi olduğuna dair TITUBB kayıt ve bildirim aranacaktır. Teklif mektubunda Firma Tanımlayıcı kodu, UBB kodu ve ayrıca firmanın KİK de kaydı olacaktır. UBB kodu ve SUT kodu gereken ürünlerin kodunun belirtilmemesi ile KİK kaydı olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu negatif listesinde bulunan tıbbi malzemeler alınmayacak, alınsa dahi negatif listeden çıkmadıkça fatura bedeli ödenmeyecektir. KİK kaydının yapılmaması ve kaydın güncellenmemesi malzeme alındıktan sonra malzemenin negatif listeye düşmesi gibi malzeme kaynaklı kuruma ait SGK kesinti tutarları ve kurum zararlarının tamamı ilgili firma tarafından karşılanacaktır.
- 8- Firmalar ürün tesliminde BAYI NO, LOT NO, SERİ NO larını faturalarda belirteceklerdir. Belirtmedikleri takdirde fatura işleme alınmayacaktır.
- 9- Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan tıbbi malzemeler için SUT kodu, Tebliğde yer almayan malzeme olması durumunda bu durum teklif mektubunda belirtilecektir.
- 10- Nitelikli malzeme alımlarında şartnamede numune istenmiş ise teklif değerlendirme aşamasında sadece idarenin talep edeceği firmalardan numune istenecektir. Doğrudan ilgili bölüme gönderilecektir ve numune gönderme ile iade masrafları satıcıya ait olacaktır.**
- 11- Firma tarafından sipariş edilen malzemenin teslim edilmemesi durumunda idare tarafından kanun gereği ilgili mercilere bildirim yapılarak, firma idarenin belirleyeceği süre içerisinde doğrudan temin alımlarına iştirak edemeyecektir.
- 12- SUT 5.2.1 Maddeler gereği 2 Ay içerisinde dönem sonlandırılmadan sonra getirilen fatura bedeli ödenmeyecektir.**
- 13- Sipariş sonrası teslimi yapılan mal/hizmet alımlarının teslimine müteakip faturanın Kuruma ulaştığı tarihten itibaren (Faturanın Kuruma teslim tarihi fatura arkasına kayıt düşülecektir.) **45 . günde işletmenin nakit durumuna göre ödenecektir.**
- 14- Verilen tekliflerde teslimat süresi belirtilmesi zorunludur. Aksi takdirde 1. madde uygulanacaktır.

**Teklif Veren Firmanın**

**Son Teslim Tarih & Saat :**

Tel.:

Fax:

Mail :

08.04.2026

PROF.DR.FATİH OSMANLIOĞLU  
BAŞHEKİM YARDIMCISI

**MALZEME/HİZMET LİSTESİ**

Sıra N	Malzeme Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	KDV Oranı%
1	15003030217240	2/0 POLİGLECAPRONE / O		120,0	ADET		
2	150030399101990	3/0 POLİGLECAPRONE / O		120,0	ADET		
3	150030399101991	4/0 POLİGLECAPRONE / O		120,0	ADET		
4	15003030217098	1 İPEK ATR / O		240,0	ADET		

**EK TEKNİK ŞARTNAME**

**Adres:** Fırat Üniversitesi Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü HAZAR V.D. : 3860437404

**Tel:** 0424 233 35 55

**Fax:** 0424 233 90 40

**EPOSTA :** dsermayesatinalma@firat.edu.tr

Sayfa 1

T.C.  
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ  
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ  
ELAZIĞ

İSTEĞİ YAPAN BİRİM : AMELİYATHANE (YENİ GENEL)

ŞARTNAME NO  
11063

ŞARTNAME

Düzenleme Tarihi : 30.03.2026

1-2-3 NOLU POLYGLECAPRONE SÜTÜR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Malzeme içeriği polyglecaprone olmalıdır.
2. Sentetik, emilebilen, monoflaman yapıda olmalıdır.
- 3- Dokudan geçerken sıyrılmamalı, tiftiklenmemeli, dokuyu yırtmamalıdır.
- 4- Sütür yumuşak dokularda kullanılmak üzere renkli formda, cilt için kullanımda hasta konforu ve estetik görünüm için renksiz formda olmalıdır.
- 5- Sütürün tensil kuvveti başlangıç olarak %100 olarak alındığında  
Renksiz formlar için 1. hafta %50  
2. hafta %20
- 6- Renksiz form 21 gün doku desteği sağlamalıdır.
- 7- Vücuttan tamamen atılımı 90-120 gün içerisinde olmalıdır.
- 8- Sütür yüzeyi pürüzsüz olmalıdır.
- 9- Kolay düğüm kaydırılmalıdır.
- 10- İğne dokudan geçtikten sonra sütür dokuya takılıp büzüşmemeli ve tiftiklenmemelidir.
- 11- İğneler dikiş süresince dokudan rahat geçme özelliğini yitirmemelidir.
- 12- Dokulardan kolaylıkla ve minimum travmayla deforme olmadan geçmelidir.
- 13- İğneler çelikten imal edilmiş olmalıdır.
- 14- İğnelerin dokudan geçerken kolay eğilip bükülmemesi, kırılmaması için yüksek alaşımli çelikten imal edilmiş olmalıdır.
- 15- İğne ve suture çapı birbirine uyumlu olmalıdır.
- 16- İğne ile suture birleşim noktasının bağlantısı sağlam yapılmalı, birleşme noktasından ayrılma yaşanmamalıdır.
- 17- Sütür paketten çıktığında minimum paket hafızasına sahip olmalıdır.
- 18- Ambalaj suture kırılmasını engelleyecek şekilde yapılmış olmalıdır.
- 19- Su ve nemden etkilenmemelidir.
- 20- Ürün ile ilgili tüm bilgiler dış ambalaj üzerinde basılı olmalıdır.
- 21- Dış paketten çıkarıldığında masa üzerinde diğer malzemelerle karışmaması için iç ambalaj üzerinde de aynı bilgiler yer almalıdır.
- 22- Dış ambalaj kolay açılabilmelidir.
- 23- Malzemeler tek tek steril poşetlerde olmalıdır.

HAZIRLAYANLAR  
Fırat Üniversitesi Hastanesi  
Nihat ATIL  
Sağ. Tel. 

Prof. Dr. İsmail GEMREL  
Fırat Ü. ONAYLAYAN  
Anesteziyöloji Uzmanı  
12993/131474

TEKNİK ŞARTNAME İNCELEME KOMİSYONU

ÜYE  
Baran KAHRAMAN  
Müdür Yrd.

ÜYE  
Müde DEĞİRMENCI  
Bas Eczacı

ÜYE  
Ahmet BAYDEMİR  
Tıbbi Malzeme Sorumlusu

ÜYE  
Orhan YILDIZ  
Ambar Sorumlusu

KOMİSYON BAŞKANI  
Doc. Dr. İbrahim Murat ÖZGÜLER  
Bashekim Yrd.

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :	AMELİYATHANE (YENİ GENEL)		
ŞARTNAME NO 11063	ŞARTNAME	Düzenleme Tarihi : 30.03.2026	
<p>24-İstenilen her malzemenin iğne boyu(+1mm,-1mm) iğne özelliği ve ip kalınlığı bire bir olmalıdır.</p> <p>25- Sütür teslimatından sonra miadı en az 3 yıl olmalıdır.</p> <p>26. malzemenin son kullanma tarihi miadı dolmadan son üç ayda malzemenin değişimini firma tahaahüt etmelidir.</p> <p>27-Teklif veren firmalardan değerlendirme aşamasında gerektiği durumda numune talep edilebilecektir, istenilmesi halinde , numune göndermeyen teklif değerlendirme dışı tutulacaktır.</p> <p>1 kalem yuvarlak iğne 26 mm 2. kalem yuvarlak iğne 26 mm 3. kalem yuvarlak iğne 16 mm</p>			
HAZIRLAYANLAR Fırat Üniversitesi Hastanesi Nihat AYTAÇ Sağ. Tıp. Fak. A.B. Başkanı		ONAYLAYAN Prof. Dr. İsmail YENİCEL Fırat Üniversitesi Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.B. Başkanı Diploma No: 72932/111474	
TEKNİK ŞARTNAME İNCELEME KOMİSYONU			
ÜYE Baran KAHRAMAN Müdür Yrd.	ÜYE Müide DEGİRMENCI Bas Eczacı	ÜYE Ahmet BAYDEMİR Tıbbi Malzeme Sorumlusu	ÜYE Orhan YILDIZ Ambar Sorumlusu
KOMİSYON BAŞKANI Doc.Dr. İbrahim Murat ÖZGÜLER Bashekim Yrd.			
Fırat Üniversitesi Hastanesi Elazığ - Tel:0424 233 35 55 Fax: 0 424 233 90 40 - ftm.firat.edu.tr		Sayfa 2	

T.C.  
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ  
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ  
ELAZIĞ

İSTEĞİ YAPAN BİRİM : AMELİYATHANE (YENİ GENEL)

ŞARTNAME NO  
11064

ŞARTNAME

Düzenleme Tarihi : 30.03.2026

4-İPEK SÜTÜR MALZEMELERİ İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

1. Sterilizasyon süresi malzemenin teslim tarihinden sonra en az 4 yıl olmalıdır.
2. Sütür uzunluğu en az 75 cm. olmalıdır.
3. Malzeme USP standartlarına uygun olmalıdır.
4. İğneler; bükülmeye karşı dayanıklı olması için, çelik alaşımdan imal edilmiş ve ısı işlemine tabi tutulmuş olmalıdır.
5. Düğüm emniyeti yüksek olmalıdır. Düğüm sırasında sütür kopmamalıdır. Düğüm atma esnasında kopan sütürler değerlendirme dışı bırakılıp tercih edilmeyecektir. Bu durum ilgili kliniklerin raporların doğrultusunda yapılacaktır.
6. Düğüm rahat bir şekilde kayıp oturabilmelidir.
7. İstenilen her malzemenin iğne boyu (+1mm,-1mm) iğne özelliği ve ip kalınlığı bire bir olmalıdır.
8. Birim ambalaj: sentetik multiflament absorbe olabilen cerrahi iplik, kullanım anına kadar sterilitesinin korunmasını sağlayacak şekilde ambalaj içinde olmalıdır. Ambalaj, sütürün kıvrılmasını engelleyecek şekilde koruyucu poşet içinde olmalıdır.  
Birim ambalajın üzerinde okunaklı ve bozulmayacak şekilde aşağıdaki bilgiler yazılmış olmalıdır:  
? İmalatçı firmanın ticari adı ve/veya kısa adı  
? İğne cinsi (yuvarlak, keskin, spatül, tapercut, küt uçlu), iğne adedi (tek veya çift olduğu görülecek şekilde), iğne boyu (mm olarak)  
? İğne büyüklüğü (1/1 oranında görülmeli)  
? İğnesiz ise sütür adedi  
? Sütürün kalınlığı (metrik ve USP olarak)  
? Sütürün uzunluğu  
? Sütürün rengi  
? Steril ibaresi, sterilizasyon metodu  
? son kullanma tarihleri bulunmalıdır.  
Kutu ambalajın üzerinde okunaklı ve bozulmayacak şekilde aşağıdaki bilgiler yazılmış olmalıdır:  
? İçerisinde birim ambalajdan kaç adet olduğu belirtilmelidir  
? Sıcaktan ve ışıktan korunmasına ilişkin yazı olmalıdır.  
? Birim ambalaj üzerinde yazması gereken bilgilerin tamamı olmalıdır.
9. Teklif veren firmalardan değerlendirme aşamasında gerektiği durumda numune talep edilebilecektir, istenilmesi halinde , numune göndermeyen teklif değerlendirme dışı tutulacaktır.
10. malzemenin son kullanma tarihi miadı dolmadan son üç ayda malzemenin değişimini firma taahhüt

HAZIRLAYANLAR  
Fırat Üniversitesi Hastanesi  
Nihat AYDIN  
Sağ Tek

ONAYLAYAN  
Prof. Dr. İsmail DEĞİRMENCI  
Fırat Üniversitesi Hastanesi  
Ameliyathane Sorumlusu  
A.D. Başkanı  
Diploma No: 72993/131474

TEKNİK ŞARTNAME İNCELEME KOMİSYONU

ÜYE  
Baran KAHRAMAN  
Müdür Yrd.

ÜYE  
Müide DEĞİRMENCI  
Bas Eczacı

ÜYE  
Ahmet BAYDEMİR  
Tıbbi Malzeme Sorumlusu

ÜYE  
Orhan YILDIZ  
Ambar Sorumlusu

KOMİSYON BAŞKANI  
Doc.Dr. İbrahim Murat ÖZGÜLER  
Başhekim Yrd.

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :	AMELİYATHANE (YENİ GENEL)	
ŞARTNAME NO 11064	ŞARTNAME	Düzenleme Tarihi : 30.03.2026
etmelidir. 4. kalem yuvarlak iğne 30 mm		
HAZIRLAYANLAR Firat Üniversitesi Hastanesi Nihat ATIL Sağ. Tek.		Prof. ONAY YILMAZ Firat Üniversitesi Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D. Başkanı Diploma No: 72993/131474
TEKNİK ŞARTNAME İNCELEME KOMİSYONU		
ÜYE Baran KAHRAMAN Müdür Yrd.	ÜYE Müide DEGİRMENCI Bas Eczacı	ÜYE Ahmet BAYDEMİR Tıbbi Malzeme Sorumlusu
ÜYE Orhan YILDIZ Ambar Sorumlusu		
KOMİSYON BAŞKANI Doc.Dr. İbrahim Murat ÖZGÜLER Bashekim Yrd.		
Firat Üniversitesi Hastanesi Elazığ. - Tel:0424 233 35 55 Fax: 0 424 233 90 40 - ftm.firat.edu.tr		
		Sayfa 2