

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ
TEKLİF İSTEME FORMU

26.04.2021

İstem No : 55267 : 21/1544
Talep Eden Birim : AMELİYATHANE (YENİ GENEL)

Fırat Üniversitesi Hastanesi ihtiyacı malzeme/hizmet satın alınacaktır. Fiyat teklif aşağıda belirtilen tarih ve saatte Döner Sermaye Satın alma Birimine bizzat, faks veya posta ile teslimini rica ederim.

- 1- Malzeme/hizmet tesliminin kaç günde yapılacağını belirtmesi zorunludur. Belirtilmemesi durumunda sipariş tarihinden itibaren teslim süresi 10 gün olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her gün için fatura tutarının (KDV hariç) 0,001 (Bindebir) oranında gecikme cezası hesaplanarak tahakkuk üzerinden kesilecektir. Teslimat satınalma biriminin sipariş yazısına istinaden yapılacaktır. (Sözleşmeli alımlarda sözleşmedeki oran uygulanır)
- 2- Teklif opsiyonu en az 20 gün olmalı ve ürün markası, belirtilecek ve teklif fiyatları KDV hariç verilecektir ve KDV oranı belirtilecektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayrıca idarenin öngördüğü şartlar dışında, firma tarafından ödeme günü vb. talepleri tekliflerinde belirtmeler dahi, dikkate alınmayacaktır.
- 3- Mal teslimi hastane ambarrına veya idarenin göstereceği yere yapılacaktır. Teslimat yerine kadar tüm giderler satıcıya aittir.
- 4- Tıbbi malzeme haricindeki ürünlerde TSE markası aranan malzemeler TSE belgeli olacaktır.
- 5- Teklif mektubunda silinti ve kazıntı yapılmayacaktır. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler değerlendirilmeyecek olup, ancak idare gerek gördüğü takdirde bu süreyi uzatabilir.
- 6- Firma alacaklarını harcama yetkilisinin (Başhekimlik makamı) izniyle devir ve temlik yapabilir. Temlik öncesi harcama yetkilisi makamından uygunluk yazısı alınması zorunludur.
- 7- Tıbbi malzeme, ilaç ve kit alımlarında Sağlık Bakanlığının TITUBS veya ÜTS kaydı gereken ürünlerin kayıtlı olması halinde alım yapılacaktır. Ürünün imalatçı veya ithalatçı olmadığı durumlarda ilgili satıcının bayi olduğuna dair TITUBS kayıt ve bildirimi aranacaktır. Teklif mektubunda Firma Tanımlayıcı kodu, UBB kodu ve ayrıca firmanın KİK de kaydı olacaktır. UBB kodu ve SUT kodu gereken ürünlerin kodunun belirtilmemesi ile KİK kaydı olmayan firmaların teklifi değerlendirilmeye alınmayacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu negatif listesinde bulunan tıbbi malzemeler alınmayacak, alınsa dahi negatif listeden çıkmadıkça fatura bedeli ödenmeyecektir. KİK kaydının yapılmaması ve kaydın güncellenmemesi malzeme alındıktan sonra malzemenin negatif listeye düşmesi gibi malzeme kaynaklı kuruma ait SGK kesinti tutarları ve kurum zararlarının tamamı ilgili firma tarafından karşılanacaktır.
- 8- Firmalar ürün tesliminde BAYI NO LOT NO SERİ NO larını faturalarında belirtmekle yükümlüdür. Belirtmedikleri takdirde fatura işleme alınmayacaktır.
- 9- Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan tıbbi malzemeler için SUT kodu, Tebliğde yer almayan malzeme olması durumunda bu durum teklif mektubunda belirtilecektir.
- 10- Nitelikli malzeme alımlarında şartnamede numune istenmiş ise teklif dışında numune doğrudan ilgili bölüme gönderilecektir ve numune gönderme ile lade masrafları satıcıya ait olacaktır.
- 11- Firma tarafından sipariş edilen malzemenin teslim edilmemesi durumunda idare tarafından kanun gereği ilgili mercilere bildirim yapılarak, firma idarenin belirleyeceği süre içerisinde doğrudan temin alımlarına iştirak edemeyecektir.
- 12- SUT 5.2.1 Maddeler gereği 2 Ay içerisinde dönem sonlandırılmasından sonra getirilen fatura bedeli ödenmeyecektir.
- 13- Sipariş sonrası teslimi yapılan mal/hizmet alımlarının teslimine müteakip faturanın Kuruma ulaştığı tarihten itibaren (Faturanın Kuruma teslim tarihi fatura arkasına kayıt düşülecektir.) 235 . günde işletmenin nakit durumuna göre ödenecektir.

Teklif Veren Firmanın

Son Teslim Tarih & Saat :

Tel :

Fax :

Mail :

29.04.2021

PROF.DR.FATİH FİRDOLAŞ
BAŞHEKİM YARDIMCISI

MALZEME/HİZMET LİSTESİ

Sıra N	Malzeme Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	KDV Oran%
1	15003030217116	5/0 P.GLACTİN & LAKTOMER /0		600,0	ADET		
2	15003030217117	5/0 POLİGLACTİN & LAKTOMER /<>		600,0	ADET		
3	15003030217137	3/0 POLİGLAKTİN(RAPİT)/<>		600,0	ADET		
4	15003030217138	4/0 POLİGLAKTİN (RAPİT)/0		600,0	ADET		
5	15003030217127	KEMİK MUMU 2.5 GR	OR4510	600,0	ADET		

NOT:TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR.

Adres: Fırat Üniversitesi Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü HAZAR V.D. : 3860437404

Tel: 0424 233 35 55

Fax: 0424 233 90 40

EPOSTA : dsermayesatinalma@firat.edu.tr

Sayfa 1

1. 2.. POLİGLAKTİN VEYA LAKTOMER SÜTÜR MALZEMELERİ İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

2. Malzemenin içeriği: poliglaktin veya laktomer olmalıdır.
3. Kaplama; ana materyalle uyumlu nitelikte olmalı ve dolayısıyla sütün üzerinden sıyrılmamalıdır. Kaplama maddesi capralactone&glycolide polymer ve calcium stenal lactylate veya polyglactin&calcium stearate olmalı.
4. Multiflaman yapıda olmalıdır.
5. Emilebilen materyal olmalıdır.
6. İğnelerin yüzeyi silikonize edilmiş olmalı, dolayısıyla dokudan geçerken travma yaratmamalıdır.
7. Minumum 21 gün daku desteği sağlamalı, 56-70 günde vücuttan tamamen atılmalıdır.
8. Gösterdiği gerilme gücü; 14. günde en az %75, 21. günde en az %30 olmalıdır.
9. Sterilizasyon süresi malzemenin teslim tarihinden sonra en az 4 yıl olmalıdır.
10. Malzeme renksiz veya mor renkte olmalıdır.
11. Malzeme USP standartlarına uygun olmalıdır.
12. İğneler; bükülmeye karşı dayanıklı olması için, çelik alaşımdan imal edilmiş ve ısı işlemine tabi tutulmuş olmalıdır.
13. Düğüm emniyeti yüksek olmalıdır.
14. Düğüm rahat bir şekilde kayıp oturabilmelidir.
15. İstenilen her malzemenin iğne boyu(+1mm,-1mm) iğne özelliği ve ip kalınlığı bire bir olmalıdır.
16. Birim ambalaj: sentetik multiflament absorbe olabilen cerrahi iplik, kullanım anına kadar sterilitesinin korunmasını sağlayacak şekilde ambalaj içinde olmalıdır. Ambalaj sütün kıvrılmasını engelleyecek şekilde koruyucu poşet içinde olmalıdır. Birim ambalajın üzerinde okunaklı ve bozulmayacak şekilde aşağıdaki bilgiler yazılmış olmalıdır:

- İmalatçı firmanın ticari adı ve/veya kısa adı
- İğne cinsi (yuvarlak, keskin, spatül, tapercut, küt uçlu), iğne adedi (tek veya çift olduğu görülecek şekilde), iğne boyu (mm olarak)
- İğne büyüklüğü (1/1 oranında görülmeli)
- İğnesiz ise sütün adedi
- Sütün kalınlığı (metrik ve USP olarak)
- Sütün uzunluğu
- Sütün rengi
- Steril ibaresi, sterilizasyon metodu
- Son kullanma tarihleri bulunmalıdır.

Kutu ambalajın üzerinde okunaklı ve bozulmayacak şekilde aşağıdaki bilgiler yazılmış olmalıdır:

- İçerisinde birim ambalajdan kaç adet olduğu belirtilmelidir
- Sıcaktan ve ışıktan korunmasına ilişkin yazı olmalıdır.
- Birim ambalaj üzerinde yazması gereken bilgilerin tamamı olmalıdır.

17. Sütün boyu en az 75 cm olmalıdır

18. Teklif veren firma teklifle birlikte numune getirmesi zorunludur. Numune getirmeyen firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Numuneler ilgili klinik tarafından denendikten sonra tutanaklarındaki görüşler doğrultusunda malzeme seçimi yapılacaktır

1.kalem yuvarlak iğneli 16mm

2.kalem yuvarlak iğmeli 16 mm

Bekir GEDİK
Fırat Üniversitesi Hastanesi
Ameliyathane

Dr. Öğr. Üyesi Alihan BOZDAK
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi A.D.
Dış Tıbbi No: 115874
Tarih: 22.03/2024

3.4. POLYGLAKTİN RAPID TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Malzeme içeriği ve kaplaması Polyglactin olmalıdır.
- 2- Sütür uzunluğu en az 75 cm. olmalıdır.
- 3- 10-14 gün doku desteği sağlamalıdır.
 5. gün gücünün yaklaşık %50
 - 10-14. gün yaklaşık %0'ına sahip olmalıdır.
- 4- Ortalama 42 günde tamamen emilmelidir.
- 5- Raf ömrü en az 5 yıl olup, son kullanma tarihi poşetlerin üstünde yazılı olmalıdır.
- 6- Düğüm emniyeti yüksek olmalıdır.
- 7- Düğüm rahat bir şekilde kayıp oturabilmelidir
- 8- İstenilen her malzemenin iğne boyu (1+mm, -1mm), iğne özelliği ve ip kalınlığı içeriği ve kaplaması bire bir olmalıdır.
- 9- İğneler; bükülmeye karşı dayanıklı olması için, çelik alaşımdan imal edilmiş ve ısı işlemine tabi tutulmuş olmalıdır.
- 10- Beher poşet üzerinde metrik sisteme göre ölçü ve USP karşılığı ürün katalog numarası, ürün tanıtımı, sterilizasyon şekli basılı olmalıdır.
- 11- Dokuya girişini kolaylaştırmak için cerrahi iğneler silikonize olmalıdır. Dokuyu travmatize etmemelidir.
- 12- Teklif veren firma teklifle birlikte numune getirmesi zorunludur. Numune getirmeyen firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Numuneler ilgili klinik tarafından denendikten sonra tutanaklarındaki görüşler doğrultusunda malzeme seçimi yapılacaktır.

3. kalem keskin 26mm

4. kalem yuvarlak 20 mm

Bekir GEDİK
Fırat Üniversitesi Hastanesi
Ameliyathane

Dr. Öğr. Üyesi Bekir GEDİK
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi
Cerrahi ve Yoğun Bakım Uzmanı
Dip. No: 72893 / 131474

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet BÖZDAG
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi
Cerrahi A.B.D.
Dip. Tesc. No: 115374

5 nolu KEMİK MUMU 2.5 GR. TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Malzeme kemik yüzeyine rahat sürülmeli ve kolay kullanılmalıdır.
2. Malzeme kemik yüzeyine sürülürken dökülmeler olmamalıdır.
3. Kemikte kanamalara karşı yüksek hemostaz sağlamalı ve cerrahi aletlere yapışmamalıdır.
4. Steril ve kolay kullanılabilecek şekilde ambalajlanmış olmalıdır
5. Malzemenin raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az 4 yıl olmalıdır.
6. Paketin üzerinde barkod olmalıdır.
7. Teklif veren firma teklifle birlikte numune getirmesi zorunludur. Numune getirmeyen firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Numuneler ilgili klinik tarafından denendikten sonra tutanaklarındaki görüşler doğrultusunda malzeme seçimi yapılacaktır.

Bekir GEDİK
Fırat Üniversitesi Hastanesi
Ameliyathane

Dr. Dr. Feriye DEĞİRCİ
Fırat Üniversitesi Hastanesi
Ortopedi ve Yoğun Bakım Uzmanı
Tic. Sic. No: 72095 / 131474

Dr. Öğr. Dr. Feriye DEĞİRCİ
Fırat Üniversitesi Hastanesi
Ortopedi ve Yoğun Bakım Uzmanı
Dip. Tesc. No: 115574