

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ
TEKLİF İSTEME FORMU

17.04.2019

İstem No : 45037 : 19/1547
Talep Eden Birim : AMELİYATHANE (YENİ GENEL)

Fırat Üniversitesi Hastanesi ihtiyacı malzeme/hizmet satın alınacaktır. Fiyat teklif aşağıda belirtilen tarih ve saatte Döner Sermaye Satın Alma Birimine bizzat, faks veya posta ile teslimini rica ederim.

1- Malzeme/hizmet tesliminin kaç günde yapılacağını belirtilmesi zorunludur. Belirtilmemesi durumunda sipariş tarihinden itibaren teslim süresi 10 gün olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her gün için fatura tutarının (KDV hariç) 0,001 (Binde biri) oranında gecikme cezası hesaplanarak tahakkuk üzerinden kesilecektir. Teslimat satınalma biriminin sipariş yazısına istinaden yapılacaktır.

2- Teklif opsiyonu en az 20 gün olmalı ve ürün markası, belirtilecek ve teklif fiyatları KDV hariç verilecektir ve KDV oranı belirtilecektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayrıca idarenin öngördüğü şartlar dışında, firma tarafından ödeme günü vb. talepleri tekliflerinde belirseller dahi, dikkate alınmayacaktır.

3- Mal teslimi hastane ambarına veya idarenin göstereceği yere yapılacaktır. Teslimat yerine kadar tüm giderler satıcıya aittir.

4- Tıbbi malzeme haricindeki ürünlerde TSE markası aranan malzemeler TSE belgeli olacaktır.

5- Teklif mektubunda silinti ve kazıntı yapılmayacaktır. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler değerlendirilmeyecek olup, ancak idare gerek gördüğü takdirde bu süreyi uzatabilir.

6- Temlik verilmeyecektir.

7- Tıbbi malzeme, ilaç ve kit alımlarında Sağlık Bakanlığının TITUBB veya ÜTS kaydı gereken ürünlerin kayıtlı olması halinde alım yapılacaktır. Ürünün imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda ilgili satıcının bayi olduğuna dair TITUBB kayıt ve bildirimi aranacaktır. Teklif mektubunda Firma Tanımlayıcı kodu, UBB kodu ve ayrıca firmanın KİK de kaydı olacaktır. UBB kodu ve SUT kodu gereken ürünlerin kodunun belirtilmemesi ile KİK kaydı olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu negatif listesinde bulunan tıbbi malzemeler alınmayacak, alınsa dahi negatif listeden çıkmadıkça fatura bedeli ödenmeyecektir. KİK kaydının yapılmaması ve kaydın güncellenmemesi malzeme alındıktan sonra malzemenin negatif listeye düşmesi gibi malzeme kaynaklı kuruma ait SGK kesinti tutarları ve kurum zararlarının tamamı ilgili firma tarafından karşılanacaktır.

8- Firmalar ürün tesliminde BAYI NO LOT NO SERİ NO larını faturalarında belirteceklerdir. Belirtmedikleri takdirde fatura işleme alınmayacaktır.

9- Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan tıbbi malzemeler için SUT kodu, Tebliğde yer almayan malzeme olması durumunda bu durum teklif mektubunda belirtilecektir.

10- Nitelikli malzeme alımlarında sarnamede numune istenmiş ise teklif dışında numune doğrudan ilgili bölüme gönderilecektir ve numune gönderme ile ilade masrafları satıcıya ait olacaktır.

11- Firma tarafından sipariş edilen malzemenin teslim edilmemesi durumunda idare tarafından kanun gereği ilgili mercilere bildirim yapılarak, firma idarenin belirleyeceği süre içerisinde doğrudan temin alımlarına iştirak edemeyecektir.

12- Sipariş sonrası teslimi yapılan mal/hizmet alımlarının teslimine müteakip faturanın Kuruma ulaştığı tarihten itibaren (Faturanın Kuruma teslim tarihi fatura arkasına kayıt düşülecektir.) 235 . günde ödenecektir.

Son Teslim Tarih & Saat : 14⁰⁰

DOÇ.DR.FATİH FİRDOLAŞ
BAŞHEKİM YARDIMCISI

Ek - 1 : Teknik Sarnameler

24.04.2019

MALZEME/HİZMET LİSTESİ

Sıra N	Malzeme Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	KDV Oranı%
1	15003030217145	SKİN STAPLER		1.200,0	ADET		
2	15003030104018	ELASTİK BANDAJ 15X150 CM		1.000,0	ADET		

Adres: Fırat Üniversitesi Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü HAZAR V.D. : 3860437404

Tel: 0424 233 35 55

Fax: 0424 233 90 40

EPOSTA : dsermavesatinalma@firat.edu.tr

Sayfa 1

1 NOLU CİLT STAPLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İçinde 35 adet stapler teli bulunmalıdır.
2. Stapler paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
3. Stapler çapı cilt yüzeyinde travmaya neden olmaması için 0,58 mm olmalıdır.
4. Stapler ateşlendikten sonra yüksekliği 4 mm ve eni 6,9 mm olmalıdır.
5. Paketler üzerinde sterilizasyon ve son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.
6. Steril paketler üzerinde ürün lot numarası yazılı olmalıdır.
7. Stapler atıcısı cilde ateşlenirken 90 derecelik açı ile temas etmelidir.
8. Ürün raf ömrü 5 yıl olmalıdır.
9. Üretici veya yüklenici firma 10 (on) adet tel sökücü ücretsiz olarak teslim etmelidir.
10. Teklif veren firma teklifle birlikte numune getirmesi zorunludur.. Numune getirmeyen firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Numuneler ilgili klinik tarafından denendikten sonra tutanaklardaki görüşleri doğrultusunda malzeme seçimi yapılacaktır.

44-1
Doç Dr. İsmail DEMİREL
Fırat Üniversitesi Hastanesi
Anest. ve Rean. A.D.
Üyeli
Uzm. Dip. No: 72993/77102

2 nolu ELASTİK BANDAJ 15X150 CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Dokuma içeriği pamuk ipliği ve lastikten oluşmalıdır.
 2. Alerji yapmamalıdır.
 3. En az 150 cm uzunluğunda olmalıdır.
 4. Bandaj üzerinde 2 adet tutturucu olmalıdır.
 5. Kenarları dikişli ten rengi veya ten rengi tonları olmalıdır.
 6. Uzatıldığı zaman yapısını kaybetmemelidir
 - 7-Teklif veren firma teklifle birlikte numune getirmesi zorunludur.
- Numune getirmeyen firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Ayrıca numuneler denendikten sonra ilgili kliniklerin malzeme kullanımına dair raporları doğrultusunda seçim yapılacaktır


Doç. Dr. İsmail DEMREL
Fırat Üniversitesi Hastanesi
Ağrı ve Rean. A.D.
Öğretim Üyesi
Uzm. Dip. No: 7235077102