

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ
TEKLİF İSTEME FORMU

10.04.2025

İstem No : 82191 : 25/1570
Talep Eden Birim : TIBBİ MALZEME BİRİMİ

Fırat Üniversitesi Hastanesi ihtiyacı malzeme/hizmet satın alınacaktır. Fiyat teklif aşağıda belirtilen tarih ve saatte Döner Sermaye Satın alma Birimine bizzat, faks veya posta ile teslimini rica ederim.

- 1- Malzeme/hizmet tesliminin kaç günde yapılacağını belirtilmesi zorunludur. Belirtilmemesi durumunda sipariş tarihinden itibaren teslim süresi 30 gün olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her gün için fatura tutarının (KDV hariç) 0,001 (Binde biri) oranında gecikme cezası hesaplanarak tahakkuk üzerinden kesilecektir. Teslimat satınalma biriminin sipariş yazısına istinaden yapılacaktır. (Sözleşmeli alımlarda sözleşmedeki oran uygulanır)
- 2- Teklif opsiyonu en az 30 gün olmalı ve ürün markası, belirtilecek ve teklif fiyatları KDV hariç verilecektir ve KDV oranı belirtilecektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayrıca idarenin öngördüğü şartlar dışında, firma tarafından ödeme günü vb. talepleri tekliflerinde belirtmeler dahi, dikkate alınmayacaktır.
- 3- Mal teslimi hastane ambarına veya idarenin göstereceği yere yapılacaktır. Teslimat yerine kadar tüm giderler satıcıya aittir.
- 4- Tıbbi malzeme haricindeki ürünlerde TSE markası aranan malzemeler TSE belgesi olacaktır.
- 5- Teklif mektubunda silinti ve kazıntı yapılmayacaktır. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler değerlendirilmeyecek olup, ancak idare gerek gördüğü takdirde bu süreyi uzatabilir.
- 6- Firma alacaklarını harcama yetkilisinin (Başhekimlik makamı) izniyle devir ve temlik yapabilir. Temlik öncesi harcama yetkilisi makamından uygunluk yazısı alınması zorunludur.
- 7- Tıbbi malzeme, ilaç ve kit alımlarında Sağlık Bakanlığının TITUBB veya ÜTS kaydı gereken ürünlerin kayıtlı olması halinde alım yapılacaktır. Ürünün imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda ilgili satıcının bayi olduğuna dair TITUBB kayıt ve bildirimi aranacaktır. Teklif mektubunda Firma Tanımlayıcı kodu, UBB kodu ve ayrıca firmanın KİK de kaydı olacaktır. UBB kodu ve SUT kodu gereken ürünlerin kodunun belirtilmemesi ile KİK kaydı olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu negatif listesinde bulunan tıbbi malzemeler alınmayacak, alınsa dahi negatif listeden çıkmadıkça fatura bedeli ödenmeyecektir. KİK kaydının yapılmaması ve kaydın güncellenmemesi malzeme alındıktan sonra malzemenin negatif listeye düşmesi gibi malzeme kaynaklı kuruma ait SGK kesinti tutarları ve kurum zararlarının tamamı ilgili firma tarafından karşılanacaktır.
- 8- Firmalar ürün tesliminde BAYİ NO, LOT NO, SERİ NO ' larını faturalarında belirteceklerdir. Belirtmedikleri takdirde fatura işleme alınmayacaktır.
- 9- Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan tıbbi malzemeler için SUT kodu, Tebliğde yer almayan malzeme olması durumunda bu durum teklif mektubunda belirtilecektir.
- 10- Nitelikli malzeme alımlarında şartnamede numune istenmiş ise teklif dışında numune doğrudan ilgili bölüme gönderilecektir ve numune gönderme ile ilade masrafları satıcıya ait olacaktır.**
- 11- Firma tarafından sipariş edilen malzemenin teslim edilmemesi durumunda idare tarafından kanun gereği ilgili mercilere bildirim yapılarak, firma idarenin belirleyeceği süre içerisinde doğrudan temin alımlarına iştirak edemeyecektir.
- 12- SUT 5.2.1 Maddeler gereği 2 Ay içerisinde dönem sonlandırılmasından sonra getirilen fatura bedeli ödenmeyecektir.**
- 13- Sipariş sonrası teslimi yapılan mal/hizmet alımlarının teslimine müteakip faturanın Kuruma ulaştığı tarihten itibaren (Faturanın Kuruma teslim tarihi fatura arkasına kayıt düşülecektir.) 45 . günde işletmenin nakit durumuna göre ödenecektir.
- 14- Verilen tekliflerde teslimat süresi belirtilmesi zorunludur. Aksi takdirde 1. madde uygulanacaktır.

Teklif Veren Firmanın

Son Teslim Tarih & Saat : 14^{so}

PROF.DR.FATİH OSMANLIOĞLU
BAŞHEKİM YARDIMCISI

Tel :

Fax:

Mail :

15.04.2025

MALZEME/HİZMET LİSTESİ

Sıra N	Malzeme Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	KDV Oranı%
1	15003030217173	HEMOFİLTASYON SETİ.		50,0	ADET		

EK TEKNİK ŞARTNAME

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

TIBBİ MALZEME BİRİMİ

ŞARTNAME NO
8918

ŞARTNAME

Düzenleme Tarihi : 28.03.2025

GENEL ÖZELLİKLER

- 1.Set pre-konnekte olmalı, hatlar filtreden bağımsız olmalı, arter, ven, ultrafiltrat, diyalizat, sitrat ve kalsiyum hatlarından oluşmalı, kolay tanınması için tüm hatlar renk kodlu olmalıdır.
- 2.Set sitrat antikoagülasyon veya heparin ile sürekli venö-venöz hemodiyaliz işlemi gerçekleştirmeye uygun olmalıdır.
- 3.Setlerde arter-ven hattı ve atık hattı kaset halinde olmalıdır. Set pompa segmentleri, basınç transdüserleri ve bağlantı noktalarında renk kodları mevcut ve monte halde olmalıdır. Ayrıca diğer istenen özellikler aşağıda sıralanmıştır.
- a.Venöz dönüş hattı üzerinde hava dedektörü için hava haznesi olmalıdır.
- b.Kasette renk kodlu 4 adet basınç izalatörü olmalıdır.
- c.Kaset sistemi üzerinde, sitrat veya heparin antikoagülasyonunu gerçekleştirebilmek için sete entegre şekilde ayrı sitrat-kalsiyum ve heparin hatları bulunmalıdır.
- d.Kaset sisteminde yer alacak sitrat ve kalsiyum hatları, her iki hattın kurulum esnasında birbiri ile karışmasını engellemek adına farklı renk kodlarına ve farklı hat uzunluklarına sahip olmalıdır.
- e.Kalsiyum hattının bağlantısı spike konnektör şeklinde olmalıdır.
- f.Kalsiyum-sitrat hatları ve heparin hattı kan hattına önceden monte edilmiş şekilde olmalı ve ekstra bir bağlantıya ihtiyaç duyulmamalıdır.
- g.Sitrat ve kalsiyum hatlarında damlama haznesi bulunmalıdır.
- 4.Setler, üzerinde bilgileri olan kutularda ayrı paketli olmalıdır.
- 5.Setlerin içeriğinde bir adet 1,8 m² membran yüzey alanına ve ultra-flux membran yapısına sahip filtre bulunacaktır. Bu filtrenin cut-off değeri yaklaşık 35-40 kDa değerinde olmalıdır. Bu filtre ile hastanın kan değerlerine bağlı olarak, miyogloblin, sitokin ve interleukin değerleri diğer high-flux filtrelerle kıyasla daha yüksek oranda temizlenebilmelidir.
- 6.Filtre, tıkanma durumunda bütün setin ziyan olmaması için, setten bağımsız olmalıdır.
- 7.Verilecek filtre membranları biyouyumlu olup, membran yapısı polysulfone olmalıdır.
- 8.Filtrede sterilizasyon kalıntısı riskine karşı, filtreler buhar yöntemiyle steril edilmiş olmalıdır.
- 9.Set içinde diyalizat hattı yer almalı ve diyalizat hattı üzerinde entegre ısıtıcı torba bulunmalıdır.
- 10.Set içinde prime torbası bulunmalıdır.
- 11.Kit ile birlikte 10 Lt. hacminde Atık Torbası ücretsiz olarak verilecektir.
- 12 .Teklif ile birlikte 1 adet numune verilmesi zorunludur.

HAZIRLAYANLAR

Fırat Üniversitesi Hastanesi
Tıbbi Malzeme Birimi
A. Berat ŞAHİN
MEZ

ONAYLAYAN

Fırat Üniversitesi Hastanesi
Ali met BAYDEMİR