

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ
TEKLİF İSTEME FORMU

27.04.2021

İstem No : 55412 : 21/1594
Talep Eden Birim : TIBBİ MALZEME BİRİMİ

Fırat Üniversitesi Hastanesi ihtiyacı malzeme/hizmet satın alınacaktır. Fiyat teklif aşağıda belirtilen tarih ve saatte Döner Sermaye Satın alma Birimine bizzat, faks veya posta ile teslimini rica ederim.

1- Malzeme/hizmet tesliminin kaç günde yapılacağını belirtilmesi zorunludur. Belirtilmemesi durumunda sipariş tarihinden itibaren teslim süresi 10 gün olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her gün için fatura tutarının (KDV hariç) 0,001 (Bindebir) oranında gecikme cezası hesaplanarak tahakkuk üzerinden kesilecektir. Teslimat satınalma biriminin sipariş yazısına istinaden yapılacaktır. (Sözleşmeli alımlarda sözleşmedeki oran uygulanır)

2- Teklif opsiyonu en az 20 gün olmalı ve ürün markası, belirtilecek ve teklif fiyatları KDV hariç verilecektir ve KDV oranı belirtilecektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayrıca idarenin öngördüğü şartlar dışında, firma tarafından ödeme günü vb. talepleri tekliflerinde belirtmeler dahi, dikkate alınmayacaktır.

3- Mal teslimi hastane ambarrına veya idarenin göstereceği yere yapılacaktır. Teslimat yerine kadar tüm giderler satıcıya aittir.

4- Tıbbi malzeme haricindeki ürünlerde TSE markası aranan malzemeler TSE belgeli olacaktır.

5- Teklif mektubunda silinti ve kazıntı yapılmayacaktır. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler değerlendirilmeyecek olup, ancak idare gerek gördüğü takdirde bu süreyi uzatabilir.

6- Firma alacaklarını harcama yetkilisinin (Başhekimlik makamı) izniyle devir ve temlik yapabilir. Temlik öncesi harcama yetkilisi makamından uygunluk yazısı alınması zorunludur.

7- Tıbbi malzeme, ilaç ve kit alımlarında Sağlık Bakanlığının TITUBB veya OTS kaydı gereken ürünlerin kayıtlı olması halinde alım yapılacaktır. Ürünün imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda ilgili satıcının bayi olduğuna dair TITUBB kayıt ve bildirimi aranacaktır. Teklif mektubunda Firma Tanımlayıcı kodu, UBB kodu ve ayrıca firmanın KİK de kaydı olacaktır. UBB kodu ve SUT kodu gereken ürünlerin kodunun belirtilmemesi ile KİK kaydı olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu negatif listesinde bulunan tıbbi malzemeler alınmayacak, alınsa dahi negatif listeden çıkmadıkça fatura bedeli ödenmeyecektir. KİK kaydının yapılmaması ve kaydın güncellenmemesi malzeme alındıktan sonra malzemenin negatif listeye düşmesi gibi malzeme kaynaklı kuruma ait SGK kesinti tutarları ve kurum zararlarının tamamı ilgili firma tarafından karşılanacaktır.

8- Firmalar ürün tesliminde BAYI NO, LOT NO, SERİ NO larını faturalarında belirtmekle yükümlüdür. Belirtmedikleri takdirde fatura işleme alınmayacaktır.

9- Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan tıbbi malzemeler için SUT kodu, Tebliğde yer almayan malzeme olması durumunda bu durum teklif mektubunda belirtilmelidir.

10- Nitelikli malzeme alımlarında şartnamede numune istenmiş ise teklif dışında numune doğrudan ilgili bölüme gönderilecektir ve numune gönderme ile ilgili masrafları satıcıya ait olacaktır.

11- Firma tarafından sipariş edilen malzemenin teslim edilmemesi durumunda idare tarafından kanun gereği ilgili mercilere bildirim yapılarak, firma idarenin belirleyeceği süre içerisinde doğrudan temin alımlarına iştirak edemeyecektir.

12- SUT 5.2.1 Maddeler gereği 2 Ay içerisinde dönem sonlandırılmasından sonra getirilen fatura bedeli ödenmeyecektir.

13- Sipariş sonrası teslimi yapılan mal/hizmet alımlarının teslimine müteakip faturanın Kuruma ulaştığı tarihten itibaren (Faturanın Kuruma teslim tarihi fatura arkasına kayıt düşülecektir.) 235 . günde işletmenin nakit durumuna göre ödenecektir.

Teklif Veren Firmanın

Son Teslim Tarih & Saat :

Tel :

Fax :

Mail :

03.05.2021

PROF.DR.FATİH FIRDOLAŞ
BAŞHEKİM YARDIMCISI

MALZEME/HİZMET LİSTESİ

Sıra N	Malzeme Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	KDV Oran%
1	15003039999685	HEMODİYALİZ KATETERİ (KALICI).		70,0	ADET		

NOT:TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR.

KALICI DİYALİZ KATETERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Hemodiyaliz için uzun süreli damar yolu sağlamak için uygun olmalıdır.
- Kateterin tüm uzunluğu (tip to end) uzunluğu 14,5Fr 20,24,28,32,36,40,47 cm olarak seçilebilmelidir.
- Kateterin uç ile keçe arası (tip to cuff) uzunluğu 15,19,23,27,31,35,42cm olmalıdır.
- Kateter düz olmalıdır.
- Düz ve Önceden kıvrılmış (Alphacurve) olarak kateter şekli için iki seçenek sunulabilmelidir.
- Kateterin 16F kalınlığında seçenekleri de bulunabilmelidir.
- Kateter yuvarlak dizayn edilmiş olmalıdır, bu özelliği ile kolay takılmalı ve hasta konforunu arttırmalıdır.
- Diyaliz kateterinin üzerinde sabit sütür kanatları ve cuff olmalıdır. Kateter yüksek biyouyumlu poliüretan materyalden (carbothane) yapılmış olmalı ve damar yapısına uyum sağlamalıdır. Bu özelliği ile yüksek hasta toleransı sağlamalıdır. Kateterin arter ve ven uçlarında ayrıca yan delikleri mevcut olmalıdır.
- Kılavuz tel üzerinden Kolayca yerleşim için kateter ucunda tel deliği bulunmalı ve kateterin kırılmaya dayanıklı ve esnek olması yerleştirmeyi kolaylaştırmalıdır.
- Kateter materyal yapısından dolayı kink yapmaya dirençli olmalıdır.
- Bu poliüretan dizayn ile betadin ve alkol tabanlı dezenfektanlara uyum sağlamalıdır.
- Kateter ameliyatla yada Seldinger tekniği ile takılmaya uygun olmalıdır.
- Kateterin implante edilebilen cuff kısmı güvenli iç fiksasyon sağlamalıdır ve enfeksiyonlara karşı bariyer oluşturmalıdır.
- Kateterin %5 den daha az resirkülasyon oranı olmalıdır.
- Kateterin daha kolay kullanımı için priming volümü extensin line üzerinde yazılı olarak belirtilmelidir.
- Akış oranı 500ml/min olabilmelidir.
- İki lümenli kateter üzerinde arter yolu için kırmızı, ven yolu için mavi renkli birer klemp bulunmalıdır.
- Kateterin valfli PTFE peelaway sheath olmalıdır. Bu özelliği ile hava embolisi ve kan sızıntısı riskini minimize etmelidir.
- Hemoflow Kateter Seti tek bir ambalaj içerisinde kullanıma sunulmuş olup aşağıdaki malzemelerden oluşmalıdır
- 1 adet çift lümenli 14.5F cuffli Kateter olmalıdır.
- 1 Adet giriş iğnesi olmalıdır
- 1 Adet J tip Guide Wire olmalıdır.
- 1 Adet vessel dilatörü olmalıdır
- 2 Adet injection cap olmalıdır.
- 1 Adet metal tunneling tool (trokar) olmalıdır.
- 1 Adet kilitleme mekanizması olan valfli PTFE peelaway sheath
- 1 adet yapışkanlı yara bandı bulunmalıdır.
- Steril, şeffaf ve orijinal ambalajında olmalıdır
- Son kullanma tarihleri kit üzerinde belirtilmelidir.
- Sterilizasyon süresi ambar teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl miyadlı olmalıdır.
- Klinik kullanıma göre uzunluk ve çap seçeneklerinde değişiklik yapılabilirdir.
- Teklif ile birlikte 1 adet numune verilmesi, numune verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Metin CEBEÇİ
Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi
Hastane Müdürü

Elazığ Üniversitesi Hastanesi
Ahmet BAYDEMİR