

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ
TEKLİF İSTEME FORMU

24.04.2019

İstem No : 44977 : 19/1608
Talep Eden Birim : KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ-1

Fırat Üniversitesi Hastanesi ihtiyacı malzeme/hizmet satın alınacaktır. Fiyat teklif aşağıda belirtilen tarih ve saatte Döner Sermaye Satın alma Birimine bizzat, faks veya posta ile teslimini rica ederim.

- 1- Malzeme/hizmet tesliminin kaç günde yapılacağını belirtmesi zorunludur. Belirtilmemesi durumunda sipariş tarihinden itibaren teslim süresi 10 gün olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her gün için fatura tutarının (KDV hariç) 0,001 (Bindebiri) oranında gecikme cezası hesaplanarak tahakkuk üzerinden kesilecektir. Teslimat satınalma biriminin sipariş yazısına istinaden yapılacaktır.
- 2- Teklif opsiyonu en az 20 gün olmalı ve ürün markası, belirtilecek ve teklif fiyatları KDV hariç verilecektir ve KDV oranı belirtilecektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayrıca idarenin öngördüğü şartlar dışında, firma tarafından ödeme günü vb. talepleri tekliflerinde belirtmeler dahi, dikkate alınmayacaktır.
- 3- Mal teslimi hastane ambarına veya idarenin göstereceği yere yapılacaktır. Teslimat yerine kadar tüm giderler satıcıya aittir.
- 4- Tıbbi malzeme haricindeki ürünlerde TSE markası aranan malzemeler TSE belgeli olacaktır.
- 5- Teklif mektubunda silinti ve kazıntı yapılmayacaktır. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler değerlendirilmeyecek olup, ancak idare gerek gördüğü takdirde bu süreyi uzatabilir.
- 6- Temlik verilmeyecektir.
- 7- Tıbbi malzeme, ilaç ve kit alımlarında Sağlık Bakanlığının TITUBB veya ÜTS kaydı gereken ürünlerin kayıtlı olması halinde alım yapılacaktır. Ürünün imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda ilgili satıcının bayi olduğuna dair TITUBB kayıt ve bildirimi aranacaktır. Teklif mektubunda Firma Tanımlayıcı kodu, UBB kodu ve ayrıca firmanın KİK de kaydı olacaktır. UBB kodu ve SUT kodu gereken ürünlerin kodunun belirtilmemesi ile KİK kaydı olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu negatif listesinde bulunan tıbbi malzemeler alınmayacak, alınsa dahi negatif listeden çıkmadıkça fatura bedeli ödenmeyecektir. KİK kaydının yapılmaması ve kaydın güncellenmemesi malzeme alındıktan sonra malzemenin negatif listeye düşmesi gibi malzeme kaynaklı kuruma ait SGK kesinti tutarları ve kurum zararlarının tamamı ilgili firma tarafından karşılanacaktır.
- 8- Firmalar ürün tesliminde BAYI NO, LOT NO, SERİ NO larını faturalarında belirtmeklerdir. Belirtmedikleri takdirde fatura işleme alınmayacaktır.
- 9- Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan tıbbi malzemeler için SUT kodu, Tebliğde yer almayan malzeme olması durumunda bu durum teklif mektubunda belirtilecektir.
- 10- Nitelikli malzeme alımlarında şartnamede numune istenmiş ise teklif dışında numune doğrudan ilgili bölüme gönderilecektir ve numune gönderme ile iade masrafları satıcıya ait olacaktır.**
- 11- Firma tarafından sipariş edilen malzemenin teslim edilmemesi durumunda idare tarafından kanun gereği ilgili mercilere bildirim yapılarak, firma idarenin belirleyeceği süre içerisinde doğrudan temin alımlarına iştirak edemeyecektir.
- 12- Sipariş sonrası teslimi yapılan mal/hizmet alımlarının teslimine müteakip faturanın Kuruma ulaştığı tarihten itibaren (Faturanın Kuruma teslim tarihi fatura arkasına kayıt düşülecektir.) 235 . günde ödenecektir.

Son Teslim Tarih & Saat :

Ek - 1 : Teknik Şartnameler

DOÇ.DR. FATMA AYDOLAS
BAŞHEKİM YARDIMCISI

MALZEME/HİZMET LİSTESİ

Sıra N	Malzeme Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	KDV Oranı%
1	15003030299329	KRONER STENT ÇIPLAK (BALONA MONTE EDİLMİŞ)		50,0	ADET		

Adres: Fırat Üniversitesi Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü HAZAR V.D. : 3860437404

Tel: 0424 233 35 55

Fax: 0424 233 90 40

EPOSTA : dsermavesatinalma@firat.edu.tr

Sayfa 1

BALONA MONTE EDİLMİŞ ÇIPLAK KORONER STENT TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Stent materyali paslanmaz çelik veya kobalt kromyumdan ibaret olmalıdır
2. Balon katetere yüklü stent 6F guiding kateter ile kullanılabilir. 5F guiding kateter ile uyumluluk tercih nedenidir.
3. Stent, monorail özellikte ve 0.014 guide wire ile uyumlu olmalıdır
4. Stentin radyoopasitesi iyi olmalı, kateter veya damar içerisindeyken skopi ile görülebilmelidir.
5. Stent sisteminin proksimal shaft çapı en az 2.0 F, distal shaft çapı maksimum 2.7 F olmalıdır. Sıkı ve disseke lezyonlardan geçişi kolaylaştırmada önemli bir etken olan ince proksimal shaftlı stentler ve kayganlığı artıracak hidrofilik kaplı stent sistemleri olmalıdır.
6. Balon katetere yüklü stent sisteminin shaftı puşabilite için uygun olmalıdır.
7. Stentin yüklü olduğu balon kateterin nominal basıncı 8 atm'den, patlama basıncı 16 atm'den az olmamalıdır. Yüksek basınçlara dayanabilme yeteneğine sahip stent sistemleri tercih nedenidir.
8. Kenar disseksiyonları engellemek için stentin her iki ucundan sonraki dışarıya taşan balon uzunluğu 0.5 veya daha az olmalıdır.
9. Balon katetere yüklü stent sistemi balona tam monte olmalıdır. Tortiozite ve kalsifik lezyonlarda geçiş esnasında kaymamalıdır.
10. Balon kateter proksimalinde ve distalinde marker olmalıdır.
11. 3.0 mm çaplı stent için maksimum geri çökme oranı %3'e eşit ya da küçük olmalıdır.
12. Stent taşıma sisteminin distal geçiş profili 0.017" den fazla olmamalıdır.
- 13.
14. Stent damar çapına göre genişletildiğinde, stent boyunda meydana gelecek kısalma %2.5'ten fazla olmamalıdır.
15. Stent strat kalınlığı (strut-thickness) 80 µm'dan fazla olmamalıdır.
16. Stent MR uyumlu olmalıdır.
17. Stentin olumlu sonuçları yanında, restenoz, miyokard infarktüsü, kardiyak ölüm, erken ve geç tromboz verilerini gösteren kısa ve uzun dönem takip sonuçları ile ilgili klinik çalışmaları olmalıdır.
18. Steril, orijinal ambalajında olmalıdır. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon ve son kullanma tarihleri yazılı olmalıdır. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarıyla en az 2 yıl miadlı olmalıdır.
19. Ürünler UBB' na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı olmalıdır.
20. Etiket üzerindeki malzeme kodu, adı ve açıklaması UBB daki onaylı kodu, adı ve açıklamaları ile aynı olmalıdır.
21. Teklif veren firmalar bir adet örnek vermelidir. Verilen numuneler denendikten sonra karar verilecektir. Örnek vermeyen veya şartnameye uygunsuzluğu tespit edilen teklif sahiplerinin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
22. Uluslar arası kalite belgelerinden en az birine sahip olmalıdır.
23. Klinikte denenmiş ve kabul görmüş ürünler tercih sebebi olacaktır.
24. İlave özellikler değerlendirilecektir.
25. Teklif edilen ürünler orijinal katalogları ile birlikte verilmeli, ürünlerin şartnameye uygunlukları orijinal katalog üzerinde mutlaka işaretlenmelidir. Katalog vermeyen veya şartnameye uygunluğu orijinal katalog üzerinde işaretlenmeyen teklif sahiplerinin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
26. Teklif veren firmalar, seçimi yapılan ürünlerinden anjio katater laboratuvarında konsinye bulundurmak zorundadır.

Prof. Dr. İsmail KARACA
T.C. Sağlık Bakanlığı
Ulusal Kalite Kontrol Komisyonu
Kardiyovasküler Hastalıklar
Uzmanı
15.05.2019