

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ
TEKLİF İSTEME FORMU

29.04.2019

İstem No : 45139 : 19/1661
Talep Eden Birim : AMELİYATHANE (YENİ GENEL)

Fırat Üniversitesi Hastanesi ihtiyacı malzeme/hizmet satın alınacaktır. Fiyat teklif aşağıda belirtilen tarih ve saatte Döner Sermaye Satın alma Birimine bizzat, faks veya posta ile teslimini rica ederim.

- 1- Malzeme/hizmet tesliminin kaç günde yapılacağını belirtmesi zorunludur. Belirtilmemesi durumunda sipariş tarihinden itibaren teslim süresi 10 gün olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her gün için fatura tutarının (KDV hariç) 0,001 (Bindebir) oranında gecikme cezası hesaplanarak tahakkuk üzerinden kesilecektir. Teslimat satınalma biriminin sipariş yazısına istinaden yapılacaktır.
- 2- Teklif opsiyonu en az 20 gün olmalı ve ürün markası, belirtilecek ve teklif fiyatları KDV hariç verilecektir ve KDV oranı belirtilecektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayrıca idarenin öngördüğü şartlar dışında, firma tarafından ödeme günü vb. talepleri tekliflerinde belirtseler dahi, dikkate alınmayacaktır.
- 3- Mal teslimi hastane ambarına veya idarenin göstereceği yere yapılacaktır. Teslimat yerine kadar tüm giderler satıcıya aittir.
- 4- Tıbbi malzeme haricindeki ürünlerde TSE markası aranan malzemeler TSE belgeli olacaktır.
- 5- Teklif mektubunda silinti ve kazıntı yapılmayacaktır. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler değerlendirilmeyecek olup, ancak idare gerek gördüğü takdirde bu süreyi uzatabilir.
- 6- Temlik verilmeyecektir.
- 7- Tıbbi malzeme, ilaç ve kit alımlarında Sağlık Bakanlığının TITUBB veya ÜTS kaydı gereken ürünlerin kayıtlı olması halinde alım yapılacaktır. Ürünün imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda ilgili satıcının bayi olduğuna dair TITUBB kayıt ve bildirimi aranacaktır. Teklif mektubunda Firma Tanımlayıcı kodu, UBB kodu ve ayrıca firmanın KİK de kaydı olacaktır. UBB kodu ve SUT kodu gereken ürünlerin kodunun belirtilmemesi ile KİK kaydı olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu negatif listesinde bulunan tıbbi malzemeler alınmayacak, alınsa dahi negatif listeden çıkmadıkça fatura bedeli ödenmeyecektir. KİK kaydının yapılmaması ve kaydın güncellenmemesi malzeme alındıktan sonra malzemenin negatif listeye düşmesi gibi malzeme kaynaklı kuruma ait SGK kesinti tutarları ve kurum zararlarının tamamı ilgili firma tarafından karşılanacaktır.
- 8- Firmalar ürün tesliminde BAYI NO, LOT NO, SERİ NO larını faturalarında belirtmekle yükümlüdür. Belirtmedikleri takdirde fatura işleme alınmayacaktır.
- 9- Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan tıbbi malzemeler için SUT kodu, Tebliğde yer almayan malzeme olması durumunda bu durum teklif mektubunda belirtilecektir.
- 10- Nitelikli malzeme alımlarında şartnamede numune istenmiş ise teklif dışında numune doğrudan ilgili bölüme gönderilecektir ve numune gönderme ile iade masrafları satıcıya ait olacaktır.**
- 11- Firma tarafından sipariş edilen malzemenin teslim edilmemesi durumunda idare tarafından kanun gereği ilgili mercilere bildirim yapılarak, firma idarenin belirleyeceği süre içerisinde doğrudan temin alımlarına iştirak edemeyecektir.
- 12- Sipariş sonrası teslimi yapılan mal/hizmet alımlarının teslimine müteakip faturanın Kuruma ulaştığı tarihten itibaren (Faturanın Kuruma teslim tarihi fatura arkasına kayıt düşülecektir.) 235 . günde ödenecektir.

Son Teslim Tarih & Saat : 14.00

Ek - 1 : Teknik Şartnameler

03.05.2019

DOÇ.DR.FAZIL H. FIRIDOLAŞ
BAŞHEKİM / MÜDÜR MÜCİSİ

MALZEME/HİZMET LİSTESİ

Sıra N	Malzeme Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	KDV Oranı%
1	150030399101028	PC 9 SÜTÜR		36,0	ADET		
2	150030302171205	5/0 POLİGLAKTİN (RAPİT) /<>		600,0	ADET		
3	15003030199523	Y TUR SETİ		1.000,0	ADET		

Adres: Fırat Üniversitesi Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü HAZAR V.D. : 3860437404

Tel: 0424 233 35 55

Fax: 0424 233 90 40


EPOSTA : dsermavesatinalma@firat.edu.tr

Sayfa 1

PC 9 SÜTÜR TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Monofilament polipropilenden imal edilmiş olmalıdır.
- 2-Teslim edilen malların son kullanma tarihi en az 2 yıl olmalıdır.
- 3-İğneler dikiş süresince dokudan rahat geçme özelliğini yitirmemeli, dokulardan kolaylıkla ve minimum travmayla deforme olmadan geçmelidir. Yüksek alaşımlı çelikten imal edilmiş olmalıdır.
- 4-Malzemeler tek tek steril poşetlerde, nemden, ısıdan etkilenmeyecek şekilde ve orijinal kutularında teslim edilmelidir.
- 5-Sütür PC 9 tipinde 10-0 polipropilen yapıda, 16 mm 1%4 düz çift spatul iğneli, en az 20 cm uzunlukta, mavi renkte olmalıdır.
- 6-Teklif veren firmanın teklifle birlikte numune vermesi zorunludur. Numune getirmeyen firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- 7-Numuneler klinik tarafından denendikten sonra karar verilecektir.

Prof. Dr. İnci Arıkan



2 POLYGLAKTİN RAPID TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Malzeme içeriği ve kaplaması Polyglactin olmalıdır.
- 2- Sütür uzunluğu en az 75 cm. olmalıdır.
- 3- 10-14 gün doku desteği sağlamalıdır.
 5. gün gücünün yaklaşık %50
 - 10-14. gün yaklaşık %0'ına sahip olmalıdır.
- 4- Ortalama 42 günde tamamen emilmelidir.
- 5- Raf ömrü en az 5 yıl olup, son kullanma tarihi poşetlerin üstünde yazılı olmalıdır.
- 6-Düğüm emniyeti yüksek olmalıdır.
- 7-Düğüm rahat bir şekilde kayıp oturabilmelidir
- 8-İstenilen her malzemenin iğne boyu (1+mm, -1mm), iğne özelliği ve ip kalınlığı içeriği ve kaplaması bire bir olmalıdır.
- 9- İğneler; bükülmeye karşı dayanıklı olması için, çelik alaşımdan imal edilmiş ve ısı işlemine tabi tutulmuş olmalıdır.
- 10- Beher poşet üzerinde metrik sisteme göre ölçü ve USP karşılığı ürün katalog numarası, ürün tanıtımı, sterilizasyon şekli basılı olmalıdır.
- 11- Dokuya girişini kolaylaştırmak için cerrahi iğneler silikonize olmalıdır. Dokuyu travmatize etmemelidir.
- 13- Beher kutu üzerinde Sağlık Bakanlığının vermiş olduğu ruhsat tarihi ve nosu bulunmalıdır.
- 14- Teklif veren firma teklifle birlikte numune getirmesi zorunludur. Numune getirmeyen firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Numuneler ilgili klinik tarafından denendikten sonra tutanaklarındaki görüşler doğrultusunda malzeme seçimi yapılacaktır.

2. kalem keskin iğne 16 mm

Doç Dr. İsmail DEMİREL
Fırat Üniversitesi Hastanesi
Anest. ve Rean. A.D.
Öğretim Üyesi
Uzm. Dip. No: 72993/77102

3.kalem Y TİPİ TUR SETİ (PUARLI ATROSKOPİ SETİ)
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Delici uçlar Y tipinde ve hava girişsiz olmalıdır.
2. Delici uçların sterilizasyon poşetine zarar vermemesi için her iki uça da kapak bulunmalıdır.
3. Üzerinde en az 3 adet klemp bulunmalıdır.
4. Konnektör üzerinde hava boşaltma kapağı olmalıdır.
5. Uzunluğu en az 200 cm olmalıdır.
6. Malzeme üzerinde 5 yıllık sterilizasyon tarihi olmalıdır.
7. Ambalaj üzerinde, kullanılan PVC maddesinin içinde ftalat olduğunu belirtir simge bulunmalıdır.
8. Y tipi tur setinin cihaz girişi ana hortumdan daha yumuşak malzemeden yapılmış olmalıdır.
9. Cihaza giren yumuşak hortum ucunda konnektör bulunmalıdır.
10. Puar kısmı en az 100cc olmalıdır, yumuşak materyalden yapılmış olmalıdır, solüsyonun geri dönmemesi için puarın her iki ucunda çek valf bulunmalıdır.
11. Teklif veren firma teklifle birlikte numune getirmesi zorunludur. Numune getirmeyen firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Numuneler ilgili klinikler tarafından denendikten sonra tutanaklarındaki görüşler doğrultusunda malzeme seçimi yapılacaktır.

Doç Dr. İsmail DEMİREL
Fırat Üniversitesi Hastanesi
Anesteziyoloji A.B.D.
Öğretim Üyesi
Uzm. Dip. No: 72993/77102