

SEMEN TOPLAMA KABI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

İnsan semenini içerisine almak ve transfer etmek amacı ile polisten malzemeden yapılmış vidalı kapaklı ve yaklaşık 100 cc hacimli bir kap olmalıdır .

Her biri tek tek ambalajlanmış ve radyasyonla steril edilmiş olmalıdır.

Prof. Dr. İrfan ORHAN
Uroloji Anabilim Dalı Başkanı

