

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ

İstem No : 50340 : 20/1721
İlgili Bölüm : KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ-1
Sayı : B.30.2.FIR.0,1,00-00/
Konu : Yaklaşık Maliyet Fiyat Araştırması

15.06.2020

Fırat Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji kliniğinde kullanılmaz üzere cinsi ve miktarı belirtilen 1 kalem tıbbi sarf malzeme alımı 22 F usulüyle 1 Yıl boyunca istek Dahilinde şartnamelerine göre satın alınacaktır.

Yapılacak olan ihalede yaklaşık bedel tespitinde kullanılmak üzere cinsi ve miktarı belirtilen malzemenin KDV. hariç birim fiyatının tesbit edilerek en kısa zamanda Proforma fatura ile tarafımıza bildirilmesini rica ederim.

Son Teslim Tarih & Saat :

25.06.2020 // 14:00

Prof.Dr.Refik AYTEN
Harcama Yetkilisi

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Tahmini Miktarı	Birimi	Toplam Tutarı
1	150030399101702	KATATER BALON ANJIOPLASTİ İLAÇ SALINIMLI 0,35 OTW YÜKSEK BASINÇLI (EN AZ 16 ATM)		50	ADET	

**KATETER, BALON, ANJİYOPLASTİ, İLAÇ SALINIMLI, 035" OTW, YÜKSEK BASINÇLI
TEKNİK ŞARTNAMESİ (EN AZ 16ATM)**

1. Balon kateter iliac, femoral, iliofemoral, popliteal, infrapopliteal ve renal işlemler için uygun olmalıdır.
2. Over The Wire yapıda olmalıdır.
3. 0.035 kılavuz tel ile kullanıma uygun olmalıdır.
4. 5,0-6,0-7,0mm çap seçeneklerine sahip olmalıdır. Bu çapların ihtiva ettiği 20mm ve/veya daha uzun balon ölçüleri kabul edilecektir.
5. 80(±10)cm-140(±10)cm shaft seçeneklerine sahip olmalıdır.
6. Paclitaxel konsantrasyonu En az 3µg/mm² olmalı ve homojen olarak yüklenmiş olmalıdır.
7. İlaç, daha iyi partikül salınımı sağlayan, damara daha iyi ilaç aktarımı ve ilaç tutunumu sağlayan kristal morfolojiye sahip olmalıdır. .
8. İlaç balona daha iyi yapışma ve tutunum sağlayan çok katmanlı ultra ince transfertech kaplama teknolojisi ile yüklenmiş olmalıdır.
9. Kateterlerin iç ve dış yüzeyleri, kılavuz tel kontrolü ve lezyondan geçiş kolaylığı için hareketi artırıcı kaygan madde ile kaplanmış olmalıdır.
10. Balon materyali nylon/pebax olmalıdır.
11. Kullanılan balon materyali, sağlam ve semi-kompliant yapıda olmalı.
12. Balonunun uç profili tortüyo damar ve dar lezyonlardan geçiş rahatlığı için tapered ve atravmatik tipte dizayn edilmiş olmalıdır.
13. Balonun şişme/inme süresi hızlı olmalıdır
14. Pozisyonlandırma için balon üzerinde proximal ve distalinde 2 adet marker bulunmalıdır.
15. Giriş profili maksimum 0.037" olmalıdır.
16. Geçiş profili 5mm çap için 4,9F, 6mm çap için 5,4F, 7mm çap için ise 5,9F'den yüksek olmamalıdır.
17. Balon kateterlerin tüm ölçüleri en az 6F sheath ile kullanıma uyumlu olmalıdır.
18. Teklif edilen ürünler orjinal katalogları ile birlikte verilmeli, stentlerin şartnameye uygunlukları orijinal katolog üzerinde mutlaka işaretlenmelidir. Katalog vermeyen veya şartnameye uygunluğu orijinal katalog üzerinde işaretlemeyen teklif sahiplerinin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
19. Teklif veren firmalar bir adet örnek vermelidir. Örnek vermeyen teklif sahiplerinin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
20. Teklif veren firmalar, seçimi yapılan ürünlerinden anjio katater laboratuvarında konsinye bulundurmak zorundadır.
21. Uluslararası kalite belgelerinden en az birine sahip olmalıdır.
22. Klinikte denenmiş ve kabul görmüş ürünler tercih sebebi olacaktır.
23. Firma İşlem esnasında özürlü malzeme veya hastadan kaynaklı vascüler yapıya bağlı deformasyon olan veya özelliğini kaybeden malzemenin değişimini taahhüt etmelidir.

27.08.2020