

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ
TEKLİF İSTEME FORMU

03.05.2019

İstem No : 45228 : 19/1721
Talep Eden Birim : ÜROLOJİ KLİNİĞİ

Fırat Üniversitesi Hastanesi ihtiyacı malzeme/hizmet satın alınacaktır. Fiyat teklif aşağıda belirtilen tarih ve saatte Döner Sermaye Satın alma Birimine bizzat, faks veya posta ile teslimini rica ederim.

- 1- Malzeme/hizmet tesliminin kaç günde yapılacağını belirtmesi zorunludur. Belirtilmemesi durumunda sipariş tarihinden itibaren teslim süresi 10 gün olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her gün için fatura tutarının (KDV hariç) 0,001 (Binde biri) oranında gecikme cezası hesaplanarak tahakkuk üzerinden kesilecektir. Teslimat satınalma biriminin sipariş yazısına istinaden yapılacaktır.
- 2- Teklif opsiyonu en az 20 gün olmalı ve ürün markası, belirtilecek ve teklif fiyatları KDV hariç verilecektir ve KDV oranı belirtilecektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayrıca idarenin öngördüğü şartlar dışında, firma tarafından ödeme günü vb. talepleri tekliflerinde belirtseler dahi, dikkate alınmayacaktır.
- 3- Mal teslimi hastane ambarına veya idarenin göstereceği yere yapılacaktır. Teslimat yerine kadar tüm giderler satıcıya aittir.
- 4- Tıbbi malzeme haricindeki ürünlerde TSE markası aranan malzemeler TSE belgeli olacaktır.
- 5- Teklif mektubunda silinti ve kazıntı yapılmayacaktır. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler değerlendirilmeyecek olup, ancak idare gerek gördüğü takdirde bu süreyi uzatabilir.
- 6- Temlik verilmeyecektir.
- 7- Tıbbi malzeme, ilaç ve kit alımlarında Sağlık Bakanlığının TITUBB veya ÜTS kaydı gereken ürünlerin kayıtlı olması halinde alım yapılacaktır. Ürünün imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda ilgili satıcının bayi olduğuna dair TITUBB kayıt ve bildirimi aranacaktır. Teklif mektubunda Firma Tanımlayıcı kodu, UBB kodu ve ayrıca firmanın KİK de kaydı olacaktır. UBB kodu ve SUT kodu gereken ürünlerin kodunun belirtilmemesi ile KİK kaydı olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu negatif listesinde bulunan tıbbi malzemeler alınmayacak, alınsa dahi negatif listeden çıkmadıkça fatura bedeli ödenmeyecektir. KİK kaydının yapılmaması ve kaydın güncellenmemesi malzeme alındıktan sonra malzemenin negatif listeye düşmesi gibi malzeme kaynaklı kuruma ait SGK kesinti tutarları ve kurum zararlarının tamamı ilgili firma tarafından karşılanacaktır.
- 8- Firmalar ürün tesliminde BAYI NO, LOT NO, SERİ NO larını faturalarında belirtmekle yükümlüdür. Belirtmedikleri takdirde fatura işleme alınmayacaktır.
- 9- Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan tıbbi malzemeler için SUT kodu, Tebliğde yer almayan malzeme olması durumunda bu durum teklif mektubunda belirtilecektir.
- 10- Nitelikli malzeme alımlarında şartnamede numune istenmiş ise teklif dışında numune doğrudan ilgili bölüme gönderilecektir ve numune gönderme ile iade masrafları satıcıya ait olacaktır.**
- 11- Firma tarafından sipariş edilen malzemenin teslim edilmemesi durumunda idare tarafından kanun gereği ilgili mercilere bildirim yapılarak, firma idarenin belirleyeceği süre içerisinde doğrudan temin alımlarına iştirak edemeyecektir.
- 12- Sipariş sonrası teslimi yapılan mal/hizmet alımlarının teslimine müteakip faturanın Kuruma ulaştığı tarihten itibaren (Faturanın Kuruma teslim tarihi fatura arkasına kayıt düşülecektir.) 235 . günde ödenecektir.

Son Teslim Tarih & Saat :

Ek - 1 : Teknik Şartnameler

DOÇ.DR.FATİH FİRDOLAŞ
BAŞHEKİM YARDIMCISI

MALZEME/HİZMET LİSTESİ


Sıra N	Malzeme Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	KDV Oranı%
1	15003030199338	POLİMER KİLİTLİ LİGASYON KLİPSİ LARGE (ABSORBE OLMAYAN-BÜYÜK BOY)		150,0	ADET		

POLİMER LİGASYON KLİPS TEKNİK ŞARTNAMESİ

(Absorbe Olmayan Polimer Kilitli Ligasyon Klipsi)

Teknik Şartnamesi

- 1- Klips birleşimi, insan vücuduna hiçbir yan etkisi tespit edilmeyen, non-absorbable, non-toksik, non allerjenik polimer poliasetal Tenac 5010 yapıda olmalıdır.
- 2- Bu polimer yapı gerilme direnci ve esneklik itibariyle optimum etki sağlayan Tenac 5010 dan mamul olmalıdır. Bu özellikle ilgili üretici firma beyanı ihale dosyasında bulunmalıdır.
- 3- Klipslerin ISO 10993 e göre yapılmış biyo uyumluluk testleri olmalıdır.
- 4- Klipsler tek kullanımlık ve orijinal steril ambalajında en az 4 yıl miatlı olmalıdır.
- 5- Klipsler laparoskopik ve açık cerrahi operasyonlarında sorunsuz kullanılabilmelidir.
- 6- Klips kartuşlarında 6 adet klips, her kutuda 15 kartuş bulunmalıdır.
- 7- Klips tam kapama sağlayan "kayık şekilli" yapıda olmalıdır.
- 8- Klipsin uç kısmı mükemmel kapama sağlayan ve açılmayı engelleyen karşılıklı kilit mekanizmasına sahip olmalıdır.
- 9- Klips üzerinde, klips aplikatörüne rahatlıkla oturan ve klipsin aplikatörden düşmesini engelleyen karşılıklı ayaklar bulunmalıdır.
- 10- Polimer klips, aplikatör üzerinde esneklik sağlayan yapıda olmalıdır.
- 11- Klipsler dokusal ve duysal geribildirime sahip olmalıdır.
- 12- Klipsler radyo transparan olmalıdır. MRI ve Röntgen cihazlarının manyetik alanlarından etkilenmemeli, MR ve BT çekimlerini etkilememeli ve röntgende görünmez yapıda olmalıdır.
- 13- Klipsler ML Orta-Büyük boy, L Büyük boy, XL Extra-büyük boy ebatları olmalıdır.
- 14- Farklı ebatlara göre 3,0-10,0mm, 5,0-13,0mm , 7,0-16,0mm arasındaki doku kütleleri ve damarları kapatma özelliğine sahip olmalıdır.
- 15- Klips kartuşları yeşil, mor ve sarı renkte olmalıdır. Alt kısımlarında eldivene sabitlenmebilmesi için yapışkan bant bulunmalıdır.
- 16- Birim ambalaj üzerinde CE İşareti üretim yeri, üretim tarihi, son kullanma tarihi, onaylı UBB numarası, sterilizasyon yöntemi yazılı olmalıdır.
- 17- Miadında tüketilmeyen malzeme için üretici firma süresiz değişim garantisi vermelidir.
- 18- Teklif veren firma hastanede bulunan polimer klips aplikatör ü ile uyumlu olmalıdır.



Prof. Dr. İrfan ALHAN