

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ
TEKLİF İSTEME FORMU

18.04.2017

İstem No : 33487 : 17/1733
Talep Eden Birim : KARDIOLOJİ KLİNİĞİ-1

Fırat Üniversitesi Hastanesi İhtiyacı malzeme/hizmet satın alınacaktır. Fiyat teklif aşağıda belirtilen tarih ve saatte Döner Sermaye Satın alma Birimine bizzat, faks veya posta ile teslimini rica ederim.

1- Malzeme/hizmet tesliminin kaç günde yapılacağını belirtilmesi zorunludur. Belirtilmemesi durumunda sipariş tarihinden itibaren teslim süresi 10 gün olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her gün için fatura tutarının (KDV hariç) 0,001 (Binde biri) oranında gecikme cezası hesaplanarak tahakkuk üzerinden kesilecektir.

2- Teklif opsiyonu en az 20 gün olmalı ve ürün markası, belirtilecek ve teklif fiyatları KDV hariç verilecektir ve KDV oranı belirtilecektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayrıca idarenin öngördüğü şartlar dışında, firma tarafından ödeme günü vb. talepleri tekliflerinde belirsizler dahi, dikkate alınmayacaktır.

3- Mal teslimi hastane ambarına veya idarenin göstereceği yere teslim edilecektir. Teslimat yerine kadar tüm giderler satıcıya aittir.

4- Tıbbi malzeme haricindeki ürünlerde TSE markası aranan malzemeler TSE belgeli olacaktır.

5- Teklif mektubunda silinti ve kazıntı yapılmayacaktır. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler değerlendirilmeyecek olup, ancak idare gerek gördüğü takdirde bu süreyi uzatabilir.

6- Firma alacaklarını sadece banka ve finans kurumlarına harcama yetkilisinin (Başhekimlik Makamı) izni ile devir ve temlik yapabilir. (3. Şahıslar ve firmalara temlik izni verilmemektedir.) Temlik öncesi uygunluk yazısı alınacaktır.

7- Tıbbi malzeme, ilaç ve kit alımlarında Sağlık Bakanlığının TITUBB kaydı gereken ürünlerin kayıtlı olması halinde alım yapılacaktır. Ürünün imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda ilgili satıcının bayi olduğuna dair TITUBB kayıt ve bildirimi aranacaktır. Teklif mektubunda Firma Tanımlayıcı kodu, UBB kodu ve ayrıca firmanın KİK de kaydı olacaktır. UBB kodu ve SUT kodu gereken ürünlerin kodunun belirtilmemesi ile KİK kaydı olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu negatif listesinde bulunan tıbbi malzemeler alınmayacak, alınsa dahi negatif listeden çıkmadıkça fatura bedeli ödenmeyecektir. KİK kaydının yapılmaması ve kaydın güncellenmemesi malzeme alındıktan sonra malzemenin negatif listeye düşmesi gibi malzeme kaynaklı kuruma ait SGK kesinti tutarları ve kurum zararlarının tamamı ilgili firma tarafından karşılanacaktır. 8- Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan tıbbi malzemeler için SUT kodu, Tebliğde yer almayan malzeme olması durumunda bu durum teklif mektubunda belirtilecektir.

9-Nitelikli malzeme alımlarında şartnamede numune istenmiş ise teklif dışında numune doğrudan ilgili bölüm (birime) gönderilecektir ve numune gönderme ile iade masrafları satıcıya ait olacaktır.)

10- Firma tarafından sipariş edilen malzemenin teslim edilmemesi durumunda idare tarafından kanun gereği ilgili mercilere bildirim yapılarak, firma idarenin belirleyeceği süre içerisinde doğrudan temin alımlarına iştirak edemeyecektir.

11- Teknik Şartnamede demirbaş/cihaz/malzeme alımına ait garanti öngörülmesi durumunda teslimatta banka teminat mektubu verilecek yada nakit üzerinden %3 (Fatura bedeli üzerinden KDV Hariç) teminat kesintisi yapılacaktır.

12- Sipariş sonrası teslimi yapılan mal/hizmet alımlarının ödemeye esas evraklarının tanzimine müteakip Saymanlık kayıtlarına alındığı tarihten itibaren **210 . günde** ödenecektir. Satınalma biriminin siparişine mütakip teslimat yapılacaktır.

13-Gönderilen Numunenin talep yapılan ilgili bölüme/birime gönderilmesi gerekmektedir.

NOT: FİRMALAR TEKLİF MEKTUPLARINDA VERMİŞ OLDUKLARI UBB LERİN FİRMA TANIMLAYICI NUMARALARINI YAZMALARI GEREKMEKTEDİR.

Son Teslim Tarih & Saat :

PROF.DR.BEKİR AYTEN
KOMİSYON BAŞKANI

14
10.05.2017

MALZEME/HİZMET LİSTESİ

Sıra N	Malzeme Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	KDV Oranı%
1	150030399101475	PTCA BALON ANJOPLASTİ DÜŞÜK PROFİL 1,0 X 10 MONORİAL		20,0	ADET		
2	15003030210142	KATATER,BALON ANJOPLASTİ 0.014"MONORİAL 1,0 X 15 DÜŞÜK PROFİL		30,0	ADET		
3	15003030210141	KATATER,BALON ANJOPLASTİ 0.014"MONORİAL 1,0 X 20 DÜŞÜK PROFİL		20,0	ADET		

NOT: TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR.

Adres: Fırat Üniversitesi Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü HAZAR V.D. : 3860437404

Tel: 0424 233 35 55

Fax: 0424 233 90 40

EPOSTA : dsermayesatinalma@firat.edu.tr

Sayfa 1

**KATETER, BALON, ANJİYOPLASTİ, 014", MONORAIL,
DÜŞÜK PROFİLLİ (≤2 MM.) TEKNİK ŞARTNAMESİ**

KR 1098

- 1- Balon, koroner anjiyografi ve kateterizasyon laboratuvarında uygulanan nispeten zor (cto, kıvrımlı, açılı ve tortiyöz) girişimsel koroner işlemlerde kullanıma uygun olmalıdır.
- 2- 5F,6F,7F,8F guding katater ile kullanıma uygun olmalıdır.
- 3- Balon monorail yapıda olmalıdır.
- 4- Balon esnek ve dayanıklı bir malzemeden üretilmiş olmalıdır.
- 5- Balon kateter proximali destek verici olmalı, kırılma özelliği bulunmamalıdır.
- 6- Balon 0,014" çaplı guidewire ile uygulanabilmelidir.
- 7- Lezyon giriş profili en fazla 0,016" olmalıdır.
- 8- Balonun lezyon geçiş profili tüm çaplarda en fazla 0,80 mm olmalıdır.
- 9- Tek veya çift radyopak markerı olmalıdır.
- 10- Balon 6-8 atm'de nominal ölçüye varmalı, RATED BURST BASINCI 12atm den az olmamalıdır.
- 11- Pushability ve trackability'si iyi olmalıdır.
- 12- Genişlemesi güvenilir olmalıdır. Defleksiyonda eski yapısına ve ölçüsüne hızlı dönebilmelidir.
- 13- Balon materyali yüksek basınca direçli pinhole yaratmayan , damar anatomisine uyumlu şekil alabilen semi-kompliant özellikte olmalıdır.
- 14- Fleksible V manevra kabiliyeti yüksek olmalıdır.
- 15- Kateterin distal ucu tapered olmalıdır, proksimal ucu plastik standart lümen konnektörlü olmalıdır. Konnektör üzerinde balon çapı ve uzunluğu belirtilmelidir.
- 16- Kayganlığı arttırmak için distal uçtan kılavuz tel portuna kadar hidrofilik kaplama olmalıdır.
- 17- Çok dar ve sıkı lezyonları geçebilmesi için balon profili çok düşük olmalıdır.
- 18- Balon çapları basınçla kontrol edilerek ara ölçüler elde edilmelidir. Bu amaçla balonun steril kabında kompians kartı bulunmalıdır.
- 19- Lezyon geçişini kolaylaştıracak selektif hidrofilik kaplamaların balon üzerinde olması seçimde avantaj olacaktır.
- 20- Yüksek tortiyoziteden ve sıkı lezyonlardan geçişe uygun olmalıdır.
- 21- Firma son kullanım tarihi yaklaşan (6 ay) veya değişiklik talep edilen ürünü yeni ürünle değiştirmeyi kabul ve taahhüt etmelidir.
- 22- Steril, orijinal ambalajında olmalıdır. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon ve son kullanma tarihleri yazılı olmalıdır. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibariyle en az 2 yıl miadlı olmalıdır.
- 23- Ürünler UBB' na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı olmalıdır.
- 24- Etiket üzerindeki malzeme kodu, adı ve açıklaması UBB daki onaylı kodu, adı ve açıklamaları ile aynı olmalıdır.



- 25- Teklif veren firmalar bir adet örnek vermelidir. Verilen numuneler denendikten sonra karar verilecektir. Örnek vermeyen veya şartnameye uygunsuzluğu tespit edilen teklif sahiplerinin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 26- Uluslar arası kalite belgelerinden en az birine sahip olmalıdır.
- 27- Klinikte denenmiş ve kabul görmüş ürünler tercih sebebi olacaktır.
- 28- Firma 15 gün içerisinde teslim edilemeyecek ürünlerin teslim tarihini kesinlikle belirtmelidir.
- 29- İlave özellikler değerlendirilecektir.
- 30- Teklif edilen ürünler orjinal katalogları ile birlikte verilmeli, ürünlerin şartnameye uygunlukları orijinal katalog üzerinde mutlaka işaretlenmelidir. Katalog vermeyen veya şartnameye uygunluğu orijinal katalog üzerinde işaretlenmeyen teklif sahiplerinin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

1.0 x 10 $\pm$ 2 mm	20 ADET	
1.0 x 15 $\pm$ 2 mm	30 ADET	
1.0 x 20 $\pm$ 2 mm	20 ADET	

PAZARLAMA
KATILIMCI
FİRMA
İMZA

