

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ
TEKLİF İSTEME FORMU

24.04.2024

İstem No : 75482 : 24/1735
Talep Eden Birim : KAN MERKEZİ

Fırat Üniversitesi Hastanesi ihtiyacı malzeme/hizmet satın alınacaktır. Fiyat teklif aşağıda belirtilen tarih ve saatte Döner Sermaye Satın alma Birimine bizzat, faks veya posta ile teslimini rica ederim.

- 1- Malzeme/hizmet tesliminin kaç günde yapılacağına belirtilmesi zorunludur. Belirtilmemesi durumunda sipariş tarihinden itibaren teslim süresi 30 gün olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her gün için fatura tutarının (KDV hariç) 0,001 (Binde biri) oranında gecikme cezası hesaplanarak tahakkuk üzerinden kesilecektir. Teslimat satınalma biriminin sipariş yazısına istinaden yapılacaktır. (Sözleşmeli alımlarda sözleşmedeki oran uygulanır)
- 2- Teklif opsiyonu en az 30 gün olmalı ve ürün markası, belirtilecek ve teklif fiyatları KDV hariç verilecektir ve KDV oranı belirtilecektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayrıca idarenin öngördüğü şartlar dışında, firma tarafından ödeme günü vb. talepleri tekliflerinde belirtseler dahi, dikkate alınmayacaktır.
- 3- Mal teslimi hastane ambarına veya idarenin göstereceği yere yapılacaktır. Teslimat yerine kadar tüm giderler satıcıya aittir.
- 4- Tıbbi malzeme haricindeki ürünlerde TSE markası aranan malzemeler TSE belgeli olacaktır.
- 5- Teklif mektubunda silinti ve kazıntı yapılmayacaktır. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler değerlendirilmeyecek olup, ancak idare gerek gördüğü takdirde bu süreyi uzatabilir.
- 6- Firma alacaklarını harcama yetkilisinin (Başhekimlik makamı) izniyle devir ve temlik yapabilir. Temlik öncesi harcama yetkilisi makamından uygunluk yazısı alınması zorunludur.
- 7- Tıbbi malzeme, ilaç ve kit alımlarında Sağlık Bakanlığının TITUBB veya ÜTS kaydı gereken ürünlerin kayıtlı olması halinde alım yapılacaktır. Ürünün imalatçı veya ithalatçı olmadığı durumlarda ilgili satıcının bayi olduğuna dair TITUBB kayıt ve bildirimi aranacaktır. Teklif mektubunda Firma Tanımlayıcı kodu, UBB kodu ve ayrıca firmanın KİK de kaydı olacaktır. UBB kodu ve SUT kodu gereken ürünlerin kodunun belirtilmemesi ile KİK kaydı olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu negatif listesinde bulunan tıbbi malzemeler alınmayacak, alınsa dahi negatif listeden çıkmadıkça fatura bedeli ödenmeyecektir. KİK kaydının yapılmaması ve kaydın güncellenmemesi malzeme alındıktan sonra malzemenin negatif listeye düşmesi gibi malzeme kaynaklı kuruma ait SGK kesinti tutarları ve kurum zararlarının tamamı ilgili firma tarafından karşılanacaktır.
- 8- Firmalar ürün tesliminde BAYİ NO, LOT NO, SERİ NO ' larını faturalarında belirteceklerdir. Belirtmedikleri takdirde fatura işleme alınmayacaktır.
- 9- Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan tıbbi malzemeler için SUT kodu, Tebliğde yer almayan malzeme olması durumunda bu durum teklif mektubunda belirtilecektir.
- 10- Nitelikli malzeme alımlarında şartnamede numune istenmiş ise teklif dışında numune doğrudan ilgili bölüme gönderilecektir ve numune gönderme ile iade masrafları satıcıya ait olacaktır.**
- 11- Firma tarafından sipariş edilen malzemenin teslim edilmemesi durumunda idare tarafından kanun gereği ilgili mercilere bildirim yapılarak, firma idarenin belirleyeceği süre içerisinde doğrudan temin alımlarına iştirak edemeyecektir.
- 12- SUT 5.2.1 Maddeler gereği 2 Ay içerisinde dönem sonlandırılmasından sonra getirilen fatura bedeli ödenmeyecektir.**
- 13- Sipariş sonrası teslimi yapılan mal/hizmet alımlarının teslimine müteakip faturanın Kuruma ulaştığı tarihten itibaren (Faturanın Kuruma teslim tarihi fatura arkasına kayıt düşülecektir.) 70 . günde işletmenin nakit durumuna göre ödenecektir.
- 14- Verilen tekliflerde teslimat süresi belirtilmesi zorunludur. Aksi takdirde 1. madde uygulanacaktır.

Teklif Veren Firmanın

Son Teslim Tarih & Saat :

Tel :
Fax :
Mail :

29.04.2024

PROF.DR.FAİH OSMANLIOĞLU
BAŞHEKİM YARDIMCISI

MALZEME/HİZMET LİSTESİ

Sıra N	Malzeme Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	KDV Oranı%
1	15003030199843	TOP-BOTTOM DÖRTLÜ SAG-M Lİ KAN TORBASI		300,0	ADET		

EK:TEKNİK ŞARTNAME

Adres: Fırat Üniversitesi Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü HAZAR V.D. : 3860437404

Tel: 0424 233 35 55

Fax: 0424 233.90 40

EPOSTA : dsermayesatinalma@firat.edu.tr

Sayfa 1

DÖRTLÜ TOP&BOTTOM SAG-M KAN TORBASİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. "Dörtlü Top&Bottom SAG-M'li Kan Torbası" ile tek donasyon ile alınan tam kandan buffy-coat'u arındırılarak lökositten azaltılmış eritrosit, trombosit ve plazma elde edilmelidir.
2. Önerilen kan torba sisteminin ana torbası, en az 450 ml (+/- % 10) en fazla 650 ml(+/- 10) tam kan alımına uygundur. Torbanın 450 ml tam kan alımına uygun torba için 63 ml,CPD antikoagülan solüsyon içermelidir.
3. "Dörtlü Top&Bottom SAG-M li Kan Torbası" kan torba sisteminde; üstten hortum ile bağlı en az 450 ml bir adet plazma torbası ve en az 450 ml lik bir adet transfer torbasıyla ana torbaya alttan bağlı içerisinde eritrositlerin +2/+6 C de 42 gün saklanmasına olanak sağlayan 100 ml SAG-M solüsyonu bulunan en az 450 ml lik bir adet torba bulunmalıdır.
4. Eritrositlerin içinde kalacağı transfer torbanın transfüzyon öncesi uygunluk testlerinde kullanılacak örneğin alınacağı hortuma ait segmentlerde aynı kod veya seri numarası basılmış ve bu numaralar kolay okunur nitelikte ve hiçbir şekilde silinmemelidir.
5. Kan torba sisteminin tasarımı ve imalatı, kan ve kan bileşenlerinin, güvenli ve uygun toplanması, saklanması, işlenmesi, taşınması, ayrılması ile verilmesini sağlayacak şekilde,tamamen kapalı bir sisteme sahip olmalıdır.
6. Ana kan torbası, transfer torbaları ve bağlantı hortumları, şeffaf, renksiz, esnek, steril ,apirojen, toksik madde içermeyecek şekilde ve kırılmaz olmalıdır.
7. Torba iç kenar dönüşleri, pıhtı oluşumunu önlemek amacıyla uygun ve oval şekilde tasarlanmış olmalıdır.
8. Kan torba sisteminin hortumları gözle muayene edildiğinde, çatlak, kabarma, kıvrılma veya başka kusur bulunmamalıdır.
9. Kusurlu olan torbalar yenisiyle değiştirilmelidir.
10. Kan torba sistemine ait iğnenin bağlı bulunduğu hortumda, gerektiğinde kan akışını durdurmak için diversiyon torbası çatalından sonra amaca uygun bir klemp bulunmalıdır.
11. Hortum üzerinde, damardan ilk gelen kanın ana kan torbası içinde bakteriyel kontaminasyon riskini azaltmak için amaca uygun nitelikte tasarlanmış bir diversiyon torbası ve vakumlu kan alma tüpüne uyumlu örnek alma bulunmalı. Örnek alma çıkışı, diversiyon torbası üzerinde veya kan dolum yönünde klempten sonra gelmek şartıyla alternatif yerleşimlerde olmalıdır.
12. Diversiyon torbası, tarama ve gruplama testleri için kan numunesi alımına uygundur ve antikoagülan madde içermemelidir.
13. Diversiyon torbasının hortumunda, gerektiğinde kan akımını durduracak bir klemp yer almalıdır.
14. Kan torba sistemindeki iğnenin kalınlığı 16 G (Gauge) olmalıdır.
15. Kan torba sisteminin iğnesi, toplama hortumuyla birleşik ve koruyucu kapakla kapatılmış olmalıdır. Koruyucu kapak, saklama esnasında kan torbasından antikoagülan solüsyonun sızmasını önlemeli, akış yolunun sterillliğini devam ettirmeli ve kolayca çıkarılabilir olmalıdır.

Meral TIRAKÇI ASUL
Kan Merkezi Yr. Yrd.
İzmir Atatürk Hastanesi

Firat University
Doç. Dr. Ali
İzmir Atatürk Hastanesi
Fır. Top. No

16. Kan torba sisteminde kan alma işlemi bittikten sonra kanı alan personelin biyoemniyetini sağlayacak şekilde tasarlanmış, iğneyi sabit bir şekilde muhafazaya alan bir güvenlik kilidi mekanizması bulunmalı ve kullanım sonrasında kilitlendiğinde iğnenin geri çıkışı, kullanıcı müdahalesi durumunda bile mekanizma tarafından engellenmelidir.
17. Kan torba sisteminin torba çıkış ağzında iç yüzeyin sterilliğini devam ettirmek için daha önce açılıp açılmadığını gösteren, hava geçirmez olarak kapatılmış koruyucu bulunmalıdır.
18. Ana torba kenarlarında ve altında kan torbasının kullanımını engellemeyen uygun asma ve konumlandırma yerleri olmalı. Bu yapılar, transfüzyon esnasında çatlamadan ve yırtılmadan yer çekimi kuvvetine dayanabilecek dirençte olmalıdır.
19. Koli ve paketlerde delik, çatlak, yırtık ve diğer herhangi bir tahribat bulunmamalıdır.
20. Paketler üzerinde lot numarası, üretim ve son kullanma tarihi belirtilmelidir.
21. Paket üzerinde kullanım talimatı olmalıdır.
22. İlgili firma torbaların uygunluğu için kan merkezine numune gönderecektir.
23. Kan merkezi tarafından denenen, uygun görülen torbalar kabul edilecektir.
24. Torbaların son kullanma tarihi en az üç yıl olmalıdır. Torbaların CE belgesi, ithalat izin belgesi olmalıdır.
25. Miadı yaklaşan torbalar 3 ay öncesinden firmaya bildirilmek koşuluyla iadesi yapıp yeni miadlı torbalarla değiştirilecektir.

Meral KÖPCÜRSUL
Kan Merkezi Sor. Yrd.
Laboratuvar Sorumlusu

Orta Üni. Hastanesi
Doç. Dr. Ayşe UYSAL
İç Hastalıkları Uzmanı, Hematoloji BD.
Etiler, Beşiktaş, İstanbul 34398-428135