

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ
TEKLİF İSTEME FORMU

09.05.2024

İstem No : 75847 : 24/1971
Talep Eden Birim : TIBBİ MALZEME BİRİMİ

Fırat Üniversitesi Hastanesi ihtiyacı malzeme/hizmet satın alınacaktır. Fiyat teklif aşağıda belirtilen tarih ve saatte Döner Sermaye Satın alma Birimine bizzat, faks veya posta ile teslimini rica ederim.

- 1- Malzeme/hizmet tesliminin kaç günde yapılacağını belirtilmesi zorunludur. Belirtilmemesi durumunda sipariş tarihinden itibaren teslim süresi 30 gün olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her gün için fatura tutarının (KDV hariç) 0,001 (Binde biri) oranında gecikme cezası hesaplanarak tahakkuk üzerinden kesilecektir. Teslimat satınalma biriminin sipariş yazısına istinaden yapılacaktır. (Sözleşmeli alımlarda sözleşmedeki oran uygulanır)
- 2- Teklif opsiyonu en az 30 gün olmalı ve ürün markası, belirtilecek ve teklif fiyatları KDV hariç verilecektir ve KDV oranı belirtilecektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayrıca idarenin öngördüğü şartlar dışında, firma tarafından ödeme günü vb. talepleri tekliflerinde belirtmeler dahi, dikkate alınmayacaktır.
- 3- Mal teslimi hastane ambarına veya idarenin göstereceği yere yapılacaktır. Teslimat yerine kadar tüm giderler satıcıya aittir.
- 4- Tıbbi malzeme haricindeki ürünlerde TSE markası aranan malzemeler TSE belgeli olacaktır.
- 5- Teklif mektubunda silinti ve kazıntı yapılmayacaktır. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler değerlendirilmeyecek olup, ancak idare gerek gördüğü takdirde bu süreyi uzatabilir.
- 6- Firma alacaklarını harcama yetkilisinin (Başhekimlik makamı) izniyle devir ve temlik yapabilir. Temlik öncesi harcama yetkilisi makamından uygunluk yazısı alınması zorunludur.
- 7- Tıbbi malzeme, ilaç ve kit alımlarında Sağlık Bakanlığının TITUBB veya ÜTS kaydı gereken ürünlerin kayıtlı olması halinde alım yapılacaktır. Ürünün imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda ilgili satıcının bayi olduğuna dair TITUBB kayıt ve bildiri aranacaktır. Teklif mektubunda Firma Tanımlayıcı kodu, UBB kodu ve ayrıca firmanın KİK de kaydı olacaktır. UBB kodu ve SUT kodu gereken ürünlerin kodunun belirtilmemesi ile KİK kaydı olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu negatif listesinde bulunan tıbbi malzemeler alınmayacak, alınsa dahi negatif listeden çıkmadıkça fatura bedeli ödenmeyecektir. KİK kaydının yapılmaması ve kaydın güncellenmemesi malzeme alındıktan sonra malzemenin negatif listeye düşmesi gibi malzeme kaynaklı kuruma ait SGK kesinti tutarları ve kurum zararlarının tamamı ilgili firma tarafından karşılanacaktır.
- 8- Firmalar ürün tesliminde BAYI NO, LOT NO, SERİ NO larını faturalarda belirteceklerdir. Belirtmedikleri takdirde fatura işleme alınmayacaktır.
- 9- Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan tıbbi malzemeler için SUT kodu, Tebliğde yer almayan malzeme olması durumunda bu durum teklif mektubunda belirtilecektir.
- 10- Nitelikli malzeme alımlarında şartnamede numune istenmiş ise teklif dışında numune doğrudan ilgili bölüme gönderilecektir ve numune gönderme ile iade masrafları satıcıya ait olacaktır.
- 11- Firma tarafından sipariş edilen malzemenin teslim edilmemesi durumunda idare tarafından kanun gereği ilgili mercilere bildirim yapılarak, firma idarenin belirleyeceği süre içerisinde doğrudan temin alımlarına iştirak edemeyecektir.
- 12- SUT 5.2.1 Maddeler gereği 2 Ay içerisinde dönem sonlandırılmasından sonra getirilen fatura bedeli ödenmeyecektir.
- 13- Sipariş sonrası teslimi yapılan mal/hizmet alımlarının teslimine müteakip faturanın Kuruma ulaştığı tarihten itibaren (Faturanın Kuruma teslim tarihi fatura arkasına kayıt düşülecektir.) 70 . günde işletmenin nakit durumuna göre ödenecektir.
- 14- Verilen tekliflerde teslimat süresi belirtilmesi zorunludur. Aksi takdirde 1. madde uygulanacaktır.

Teklif Veren Firmanın

Son Teslim Tarih & Saat :

PROF.DR.FAATİH OŞMANLIOĞLU
BAŞHEKİM.YARDIMCISI

Tel :
Fax :
Mail :

14.05.2024

MALZEME/HİZMET LİSTESİ

Sıra N	Malzeme Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	KDV Oranı%
1	15003039999886	TEKLİ İNFÜZYON POMPA SETİ		2.000,0	ADET		

EK:TEKNİK ŞARTNAME

Adres: Fırat Üniversitesi Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü HAZAR V.D. : 3860437404

Tel: 0424 233 35 55

Fax: 0424 233 90 40

EPOSTA : dsermayesatinalma@firat.edu.tr

Sayfa 1

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ

İSTEĞİ YAPAN BİRİM : TIBBİ MALZEME BİRİMİ

ŞARTNAME NO
6526

ŞARTNAME

Düzenleme Tarihi : 02.05.2024

TEKLI INFÜZYON SETİ

- 1.Set, damar yolundan verilen ilaç ve sıvılarının birim zamandaki miktarının, belirli akışkanlık hızında verilmesini sağlayan cihazlara takılabilen set olarak tasarlanmış olmalıdır.
 - 2.Set içerisinde pompa mekanizması ile temas eden kısım akış hızı hassasiyeti için slikonize malzemedен veya infüzyon pompa kullanımı için üretilmiş yumuşatılmış PVC den üretilmiş olmalıdır.
 - 3.Ürünün tek yollu olmalıdır.
 - 4.Set DEHP ve Latex içermeyen hammaddeden imal edilmiş olmalıdır.
 - 5.Setin toplam uzunluğu en az 210 cm olmalıdır.
 - 6.Setin damlama haznesi tabanında 15 µ filtre bulunmalıdır.
 - 7.Setin hasta damar yolu bağlantısı olmalıdır.
 - 8.Setin seruma giren kısmı seruma girerken kırılmayacak kadar dayanıklı ve keskin olmalıdır.
 - 9.Tedavinin standardizasyonu sağlamak ve uygulanan ilaçların uluslararası kabul edilen sapma oranlarının optimum seviyede kalmasını sağlamak amacıyla cihaz ve set uyumlu olmalıdır.
 - 10.Setin üzerinde ani durumlarda ilaç verebilmek sette oluşabilecek havayı çıkartmak için 1 adet enjeksiyon portu bulunmalıdır.
 - 11.Cihaz kapağı açıldığında cihaz üzerinde serbest akışı önlemek için otomatik olarak kapanan serbest akış valfi veya set üzerinde, pompa mekanizması ile uyum sağlayan mekanizmadan çıkarıldığı anda serbest akışı önlemek için otomatik olarak kapanan serbest akış valfi veya klemp bulunmalıdır.
 - 12.Yüklenici firma her 80 set için 1 adet cihaz vermek zorundadır.
 - 13.Yüklenici firma cihazları, setler bitene kadar kurumun kullanımına bırakacaktır.
 14. Ürün steril tekli paketlerde olmalıdır.
 - 15.Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
- 1.Set, damar yolundan verilen ilaç ve sıvılarının birim zamandaki miktarının, belirli akışkanlık hızında verilmesini sağlayan cihazlara takılabilen set olarak tasarlanmış olmalıdır.
 - 2.Set içerisinde pompa mekanizması ile temas eden kısım akış hızı hassasiyeti için slikonize malzemedен veya infüzyon pompa kullanımı için üretilmiş yumuşatılmış PVC den üretilmiş olmalıdır.
 - 3.Ürünün tek yollu olmalıdır.
 - 4.Set DEHP ve Latex içermeyen hammaddeden imal edilmiş olmalıdır.
 - 5.Setin toplam uzunluğu en az 210 cm olmalıdır.
 - 6.Setin damlama haznesi tabanında 15 µ filtre bulunmalıdır.
 - 7.Setin hasta damar yolu bağlantısı olmalıdır.
 - 8.Setin seruma giren kısmı seruma girerken kırılmayacak kadar dayanıklı ve keskin olmalıdır.
 - 9.Tedavinin standardizasyonu sağlamak ve uygulanan ilaçların uluslararası kabul edilen sapma oranlarının optimum seviyede kalmasını sağlamak amacıyla cihaz ve set uyumlu olmalıdır.
 - 10.Setin üzerinde ani durumlarda ilaç verebilmek sette oluşabilecek havayı çıkartmak için 1 adet

HAZIRLAYANLAR

Fırat Üniversitesi Hastanesi
Tıbbi Malzeme Birimi
A. Berat SÖNMEZ

ONAYLAYAN

Fırat Üniversitesi Hastanesi
Ahmet BAYDEMİR

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

TIBBİ MALZEME BİRİMİ

ŞARTNAME NO
6526**ŞARTNAME**

Düzenleme Tarihi : 02.05.2024

enjeksiyon portu bulunmalıdır.

11.Cihaz kapağı açıldığında cihaz üzerinde serbest akışı önlemek için otomatik olarak kapanan serbest akış valfi veya set üzerinde, pompa mekanizması ile uyum sağlayan mekanizmadan çıkarıldığı anda serbest akışı önlemek için otomatik olarak kapanan serbest akış valfi veya klemp bulunmalıdır.

12.Yüklenici firma her 90 set için 1 adet cihaz vermek zorundadır.

13.Yüklenici firma cihazları, setler bitene kadar kurumun kullanımına bırakacaktır.

14. Ürün steril tekli paketlerde olmalıdır.

15.Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.

16.Teklif ile birlikte 1 adet numune verilmesi zorunludur. Numune firma tarafından getirilen sete uyumlu cihaz ile birlikte denemesi yapılarak uygunluğu tespit edilerek, seçimi yapılacaktır.

HAZIRLAYANLAR

Fırat Üniversitesi Hastanesi
Tıbbi Malzeme Birimi
Berat SÖNMEZ

ONAYLAYAN

Fırat Üniversitesi Hastanesi
Ahmet BAYDEMİR