

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ
TEKLİF İSTEME FORMU

08.05.2017

İstem No : 33831 : 17/1979
Talep Eden Birim : RADYOLOJİ GENEL

Fırat Üniversitesi Hastanesi ihtiyacı malzeme/hizmet satın alınacaktır. Fiyat teklif aşağıda belirtilen tarih ve saatte Döner Sermaye Satın alma Birimine bizzat, faks veya posta ile teslimini rica ederim.

1- Malzeme/hizmet tesliminin kaç günde yapılacağını belirtmesi zorunludur. Belirtilmemesi durumunda sipariş tarihinden itibaren teslim süresi 10 gün olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her gün için fatura tutarının (KDV hariç) 0,001 (Bindebiri) oranında gecikme cezası hesaplanarak tahakkuk üzerinden kesilecektir.

2- Teklif opsiyonu en az 20 gün olmalı ve ürün markası, belirtilecek ve teklif fiyatları KDV hariç verilecektir ve KDV oranı belirtilecektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayrıca idarenin öngördüğü şartlar dışında, firma tarafından ödeme günü vb. talepleri tekliflerinde belirtmeler dahi, dikkate alınmayacaktır.

3- Mal teslimi hastane ambarına veya idarenin göstereceği yere teslim edilecektir. Teslimat yerine kadar tüm giderler satıcıya aittir.

4- Tıbbi malzeme haricindeki ürünlerde TSE markası aranan malzemeler TSE belgeli olacaktır.

5- Teklif mektubunda silinti ve kazıntı yapılmayacaktır. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler değerlendirilmeyecek olup, ancak idare gerek gördüğü takdirde bu süreyi uzatabilir.

6- Firma alacaklarını sadece banka ve finans kurumlarına harcama yetkilisinin (Başhekimlik Makamı) izni ile devir ve temlik yapabilir. (3.Şahıslar ve firmalara temlik izni verilmemektedir.) Temlik öncesi uygunluk yazısı alınacaktır.

7- Tıbbi malzeme, ilaç ve kit alımlarında Sağlık Bakanlığının TITUBB kaydı gereken ürünlerin kayıtlı olması halinde alım yapılacaktır. Ürünün imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda ilgili satıcının bayi olduğuna dair TITUBB kayıt ve bildirim aranacaktır. Teklif mektubunda Firma Tanımlayıcı kodu, UBB kodu ve ayrıca firmanın KİK de kaydı olacaktır. UBB kodu ve SUT kodu gereken ürünlerin kodunun belirtilmemesi ile KİK kaydı olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu negatif listesinde bulunan tıbbi malzemeler alınmayacak, alınsa dahi negatif listeden çıkmadıkça fatura bedeli ödenmeyecektir. KİK kaydının yapılmaması ve kaydın güncellenmemesi malzeme alındıktan sonra malzemenin negatif listeye düşmesi gibi malzeme kaynaklı kuruma ait SGK kesinti tutarları ve kurum zararlarının tamamı ilgili firma tarafından karşılanacaktır.

8- Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan tıbbi malzemeler için SUT kodu, Tebliğde yer almayan malzeme olması durumunda bu durum teklif mektubunda belirtilecektir.

9-Nitelikli malzeme alımlarında şartnamede numune istenmiş ise teklif dışında numune doğrudan ilgili bölüm (birime gönderilecektir ve numune gönderme ile iade masrafları satıcıya ait olacaktır.)

10- Firma tarafından sipariş edilen malzemenin teslim edilmemesi durumunda idare tarafından kanun gereği ilgili mercilere bildirim yapılarak, firma idarenin belirleyeceği süre içerisinde doğrudan temin alımlarına iştirak edemeyecektir.

11- Teknik Şartnamede demirbaş/çihaz/malzeme alımına ait garanti öngörülmesi durumunda teslimatta banka teminat mektubu verilecek yada nakit üzerinden %3 (Fatura bedeli üzerinden KDV Hariç) teminat kesintisi yapılacaktır.

12- Sipariş sonrası teslimi yapılan mal/hizmet alımlarının ödemeye esas evraklarının tanzimine müteakip Saymanlık kayıtlarına alındığı tarihten itibaren **210 günde** ödenecektir. Satınalma biriminin siparişine müteakip teslimat yapılacaktır.

13-Gönderilen Numunenin talep yapılan ilgili bölüme/birime gönderilmesi gerekmektedir.

NOT: FİRMALAR TEKLİF MEKTUPLARINDA VERMİŞ OLDUKLARI UBB LERİN FİRMA TANIMLAYICI NUMARALARINI YAZMALARINI GEREKMEKTEDİR.

Son Teslim Tarih & Saat :

14⁰⁰
12.05.2017

PROF.DR.ŞEFİK AYTEN
KOMİSYON BAŞKANI

MALZEME/HİZMET LİSTESİ

| Sıra N | Malzeme Kodu | Malzeme Cinsi | Açıklama | Miktarı | Birimi | Birim Fiyatı | KDV Oranı% |
|--------|----------------|------------------------|----------|---------|--------|--------------|------------|
| 1 | 15003030208177 | PUSHABLE COIL 0,35 - 3 | | 5,0 | ADET | | |
| 2 | 15003030208178 | PUSHABLE COIL 0,35 - 4 | | 5,0 | ADET | | |
| 3 | 15003030208179 | PUSHABLE COIL 0,35 - 5 | | 5,0 | ADET | | |
| 4 | 15003030208180 | PUSHABLE COIL 0,35 - 6 | | 5,0 | ADET | | |
| 5 | 15003030208181 | PUSHABLE COIL 0,35 - 7 | | 5,0 | ADET | | |
| 6 | 15003030208182 | PUSHABLE COIL 0,35 - 8 | | 5,0 | ADET | | |

NOT: TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR.

Adres: Fırat Üniversitesi Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü HAZAR V.D. : 3860437404

Tel: 0424 233 35 55

Fax: 0424 233 90 40

EPOSTA : dsermayesatinalma@firat.edu.tr

Sayfa 1

I. 0.018'' Fiber Koil

1. .018 Fiber Koiller düz veya complex helikal konfigürasyonda olmalıdır.
2. Üzerleri sentetik elyaftan(fibered) yapılmış tüylerle kaplıdır. Bu tüyler embolize edilmek istenen yerin süratli trombozunu sağlar.
3. Bu coillar paketlerinde introducera yüklü şekilde çıkarlar ve itme teli sayesinde mikrokatetere yüklenirler.
4. .018 Fiber Koiller, 5'lik paketler halinde sunulmalıdır.
5. .018 Fiber Koiller'in ölçüleri: Straight-2mm, Straight-5mm, 2X10, 2X20, 3X30, 4X30, 4X40, 5X50, 6X60 ve 7X70mm olmalıdır.
6. .018 Fiber Koiller, disposable ve kullanıma hazır steril ambalajında sunulmalıdır.

II. 0.035'' Vortex-35 Diamond Shape Koil

1. Üzerleri sentetik elyaftan(fibered) yapılmış tüylerle kaplıdır. Bu tüyler embolize edilmek istenen yerin süratli trombozunu sağlar.
2. Bu coillar paketlerinde introducera yüklü şekilde çıkarlar ve itme teli sayesinde diagnostik katetere yüklenirler.
3. Vortex-35 Koiller, tekli paketler halinde sunulmalıdır.
4. Vortex-35 Koiller'in ölçüleri:
 - a. Apex çapı: 2mm, base çapı: 4mm
 - b. Apex çapı: 3mm, base çapı: 5mm
 - c. Apex çapı: 3mm, base çapı: 6mm
 - d. Apex çapı: 3mm, base çapı: 7mm olmalıdır.
5. Vortex-35 Koiller, disposable ve kullanıma hazır steril ambalajında sunulmalıdır.

Prof. Dr. Hacı YILDIRIM
Firat Üniversitesi Hastanesi
Radyoloji A.B.D. Radyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 44821 - 49123