

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ
TEKLİF İSTEME FORMU

23.05.2022

İstem No : 62118 : 22/2016
Talep Eden Birim : GÖĞÜS CERRAHİSİ KLİNİĞİ

Firat Üniversitesi Hastanesi ihtiyacı malzeme/hizmet satın alınacaktır. Fiyat teklif aşağıda belirtilen tarih ve saatte Döner Sermaye Satın alma Birimine bizzat, faks veya posta ile teslimini rica ederim.

- 1- Malzeme/hizmet tesliminin kaç günde yapılacağını belirtmesi zorunludur. Belirtilmemesi durumunda sipariş tarihinden itibaren teslim süresi 10 gün olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her gün için fatura tutarının (KDV hariç) 0,001 (Bindebir) oranında gecikme cezası hesaplanarak tahakkuk üzerinden kesilecektir. Teslimat satınalma biriminin sipariş yazısına istinaden yapılacaktır. (Sözleşmeli alımlarda sözleşmedeki oran uygulanır)
- 2- Teklif opsiyonu en az 30 gün olmalı ve ürün markası, belirtilecek ve teklif fiyatları KDV hariç verilecektir ve KDV oranı belirtilecektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayrıca idarenin öngördüğü şartlar dışında, firma tarafından ödeme günü vb. talepleri tekliflerinde belirtmeler dahi, dikkate alınmayacaktır.
- 3- Mal teslimi hastane ambarına veya idarenin göstereceği yere yapılacaktır. Teslimat yerine kadar tüm giderler satıcıya aittir.
- 4- Tıbbi malzeme haricindeki ürünlerde TSE markası aranan malzemeler TSE belgeli olacaktır.
- 5- Teklif mektubunda silinti ve kazıntı yapılmayacaktır. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler değerlendirilmeyecek olup, ancak idare gerek gördüğü takdirde bu süreyi uzatabilir.
- 6- Firma alacaklarını harcama yetkilisinin (Başhekimlik makamı) izniyle devir ve temlik yapabilir. Temlik öncesi harcama yetkilisi makamından uygunluk yazısı alınması zorunludur.
- 7- Tıbbi malzeme, ilaç ve kit alımlarında Sağlık Bakanlığının TITUBB veya ÜTS kaydı gereken ürünlerin kayıtlı olması halinde alım yapılacaktır. Ürünün imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda ilgili satıcının bayi olduğuna dair TITUBB kayıt ve bildirim aranacaktır. Teklif mektubunda Firma Tanımlayıcı kodu, UBB kodu ve ayrıca firmanın KİK de kaydı olacaktır. UBB kodu ve SUT kodu gereken ürünlerin kodunun belirtilmemesi ile KİK kaydı olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu negatif listesinde bulunan tıbbi malzemeler alınmayacak, alınsa dahi negatif listeden çıkmadıkça fatura bedeli ödenmeyecektir. KİK kaydının yapılmaması ve kaydın güncellenmemesi malzeme alındıktan sonra malzemenin negatif listeye düşmesi gibi malzeme kaynaklı kuruma ait SGK kesinti tutarları ve kurum zararlarının tamamı ilgili firma tarafından karşılanacaktır.
- 8- Firmalar ürün tesliminde BAYI NO, LOT NO, SERİ NO larını faturalarında belirteceklerdir. Belirtmedikleri takdirde fatura işleme alınmayacaktır.
- 9- Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan tıbbi malzemeler için SUT kodu, Tebliğde yer almayan malzeme olması durumunda bu durum teklif mektubunda belirtilecektir.
- 10- Nitelikli malzeme alımlarında şartnamede numune istenmiş ise teklif dışında numune doğrudan ilgili bölüme gönderilecektir ve numune gönderme ile ilade masrafları satıcıya ait olacaktır.**
- 11- Firma tarafından sipariş edilen malzemenin teslim edilmemesi durumunda idare tarafından kanun gereği ilgili mercilere bildirim yapılarak, firma idarenin belirleyeceği süre içerisinde doğrudan temin alımlarına iştirak edemeyecektir.
- 12- SUT 5.2.1 Maddeler gereği 2 Ay içerisinde dönem sonlandırılmasından sonra getirilen fatura bedeli ödenmeyecektir.**
- 13- Sipariş sonrası teslimi yapılan mal/hizmet alımlarının teslimine müteakip faturanın Kuruma ulaştığı tarihten itibaren (Faturanın Kuruma teslim tarihi fatura arkasına kayıt düşülecektir.) 115 . günde işletmenin nakit durumuna göre ödenecektir.

Teklif Veren Firmanın

Son Teslim Tarih & Saat : 14⁰⁰

PROF. DR. FATİH OSMANLIOĞLU
BAŞHEKİM YARDIMCISI

Tel :

Fax :

Mail :

30.05.2022

MALZEME/HİZMET LİSTESİ

Sıra N	Malzeme Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	KDV Oran%
1	25303050609478	NEŞTER KULPU STANDART NO:4 SERT		1,0	ADET		
2	25303050609479	NEŞTER KULPU STANDART NO:3 SERT		1,0	ADET		
3	25303050609480	AMELİYAT MAKASI STANDART 150MM/6"		1,0	ADET		
4	25303050609481	AMELİYAT MAKASI LEXER 160MM 61/2" 02		1,0	ADET		
5	25303050609482	TUNGSTEN KARBÜR UÇLUMAKASMETZENBAUM 230 MM 9" 02		1,0	ADET		
6	25303050609483	TUNGSTEN KARBÜR UÇLU MAKAS METZENBAUM 180 MM 7" 02		1,0	ADET		
7	25303050609484	DOKU FORSEPSİ STANDART 160 MM 61/2" 01		2,0	ADET		
8	25303050609485	PANSUMAN FORSEPSİ ADSON 120 MM 4 3/4"		1,0	ADET		

Adres: Firat Üniversitesi Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü HAZAR V.D. : 3860437404

Tel: 0424 233 35 55

Fax: 0424 233 90 40

EPOSTA : dsermayesatinalma@firat.edu.tr

Sayfa 1

9	25303050609486	ARTER FORSEPSİ HALSTED-MOSQUITO 120 MM 4 3/4" 01	1,0	ADET
10	25303050609487	STANLES STİLL KABURGA YAYICI FİNOCCHIETO-BABY-HAİHT A(31MM),B(31MM)	1,0	ADET
11	25303050609488	KABURGA YAYICI TUFFIER A(50MM),B(45MM),C(160MM)	1,0	ADET
12	25303050609489	AKIĞER SPATÜL ALLİSON 300MM 12"	1,0	ADET
13	25303050609490	AKIĞER SPATÜL 260 MM/ 10 1/2"	1,0	ADET
14	25303050609491	PETRAKTÖR DAVIDSON 75X50 MM160 MM/6 1/2"	1,0	ADET
15	25303050609492	ATRAVMATİK-KARDİYOVAŞKÜL ER PENİSİ SUBRAMANIAN-MİNİATURE 150MM	1,0	ADET
16	25303050609493	ATRAVMATİK-KARDİYOVAŞKÜL ER PENİSİ 260MM/10 1/4" 01	1,0	ADET
17	25303050609494	ATRAVMATİK-KARDİYOVAŞKÜL ER PENİSİ COOLEY170MM/6 3/4" BAĞ KISKACI	1,0	ADET
18	25303050609495	ATRAVMATİK-KARDİYOVAŞKÜL ER PENİSİ DERRA 170MM/6 3/4"ANASTOMOZ K	1,0	ADET
19	25303050609496	ATRAVMATİK-KARDİYOVAŞKÜL ER PENİSİ LELAND-JONES 180MM/7"	1,0	ADET
20	25303050609497	ATRAVMATİK-KARDİYOVAŞKÜL ER 140MM/5 1/2" KAVİSLİ ŞEK.3	1,0	ADET
21	25303050609498	ATRAVMATİK-KARDİYOVAŞKÜL ER 150MM/6" HASSAS MODEL	1,0	ADET
22	25303050609499	ATRAVMATİK-KARDİYOVAŞKÜL ER CLAMP DE BAKEY-SATINSKY 240 MM	1,0	ADET
23	25303050609500	MİKRO İĞNE TUTUCU TUNGSTEN KARBÜRLÜ CASTROVIEJO 210 MM/5 3/4"	1,0	ADET
24	25303050609501	İĞNE TUTUCU MAYO-HEGAR 180 MM/7"	1,0	ADET
25	25303050609502	İĞNE TUTUCU MAYO-HEGAR 200 MM/8"	1,0	ADET
26	25303050609503	İĞNE TUTUCU MAYO-HEGAR 240 MM/9 1/2"	1,0	ADET
27	25303050609504	ARTER FORSEPSİ KOCHER 200MM/8"	1,0	ADET
28	25303050609505	KESME VE BAĞ FORSEPSİ GEMİNİ 230MM/9"	1,0	ADET
29	25303050609506	DOKU VE ORGAN TUTMA PENİSİ ALLİS 190MM/7 1/2"	1,0	ADET
30	25303050609507	PAMUK SİYİRMA,POLİP,PANSUMAN VE YABANCI CİSİM PENİSİ FOERSTER 20	1,0	ADET
31	25303050609508	DOKU VE ORGAN TUTMA PENİSİ BABCOCK 160MM/6 1/2"	1,0	ADET
32	25303050609509	ARTER FORSEPSİ COLLER-CRİLE 160MM/6 1/2" 02	1,0	ADET
33	25303050609510	KABURGA MAKASI,GÖĞÜS KEMİĞİ MAKASI VE KESKİSİ BRAUNNER 320MM	1,0	ADET
34	25303050609511	KABURGA MAKASI,GÖĞÜS KEMİĞİ MAKASI VE KESKİSİ	1,0	ADET

Adres: Fırat Üniversitesi Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü HAZAR V.D. : 3860437404

Tel: 0424 233 35 55

Fax: 0424 233 90 40

EPOSTA : dsermayesatinalma@firat.edu.tr

Sayfa 2

GIERTZ-STILLE 270MM

35	25303050609512	VASKÜLER MAKASI THOREK 190MM/ 7 1/2"	1,0	ADET
36	25303050609513	VASKÜLER MAKASI SATINSKY 240MM/ 9 1/2"	1,0	ADET
37	25303050609514	KONTEYNER (STERİLİZASYON İÇİN) [GRI 600X300X260MM]	1,0	ADET
38	25303050609515	PANSUMAN FORSEPSİ STANDART 130MM/5" DAR	1,0	ADET
39	25303050609516	DOKU FORSEPSİ STANDART 130MM/5" 01	1,0	ADET
40	25303050609517	PANSUMAN FORSEPSİ 100MM/ 4 1/4" 01	1,0	ADET
41	25303050609518	PANSUMAN FORSEPSİ 130MM/ 5" 01	1,0	ADET
42	25303050609519	KESME FORSEPSİ SEMKEN 160MM/6 1/2" NORMAL PROFİL	1,0	ADET
43	25303050609520	AMELİYAT MAKASI STANDART 130MM/5"	1,0	ADET
44	25303050609521	AMELİYAT MAKASI STANDART 200MM/8"	1,0	ADET
45	25303050609522	TUNGSTEN KARBÜR UÇLU MAKAS METZENBAUM-FİNO 230MM/9" 02	1,0	ADET
46	25303050609523	TEL MAX İÇİN PENSE 57CM ÖZEL ÇELİK KESME TEL.6MM	1,0	ADET
47	25303050609524	KEMİK TUTMA FORSEPSİ FERGUSON 210MM/8 1/4"	1,0	ADET
48	25303050609525	KEMİK RONGEUR FORSEPSİ OLİVECRONA 200MM/8"	1,0	ADET
49	25303050609526	KEMİK KESİMİ FORSEPSİ STİLLE-LİSTON 270MM/10 1/2"03	1,0	ADET
50	25303050609527	BANDAJ MAKASI LANGE 180MM/7"	1,0	ADET
51	25303050609528	DÜN BURUN PENSESİ 190MM/ 7 1/2"	1,0	ADET
52	25303050609529	DÜN BURUN PENSESİ 180MM/ 7" 03	1,0	ADET
53	25303050609530	TEL KESME PENSESİ 180MM/ 7" 03	1,0	ADET
54	25303050609531	TEL KESME KERPENİ 170MM/6 3/4"	1,0	ADET
55	25303050609532	RETRAKTÖR DEEVER 22MM-210MM/ 8 1/4"	1,0	ADET
56	25303050609533	UÇ EKLEMLİ EKARTÖR	1,0	ADET

NOT:TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR.

Adres: Fırat Üniversitesi Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü HAZAR V.D. : 3860437404

Tel: 0424 233 35 55

Fax: 0424 233 90 40

EPOSTA : dsermayesatinalma@firat.edu.tr

Sayfa 3

CERRAHİ ALET SETLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

GENEL TEKNİK ÖZELLİKLER;

1. Cerrahi Aletler, paslanmaz çelikten veya titanyumdan imal edilmiş olacaktır. İmalat veya tıbbi nedenler ile tamamı veya bir kısmı paslanmaz çelik dışında diğer materyallerden üretilmiş cerrahi aletlerin " teknik şartnameye cevap " metninde belirtilmesi zorunludur. Aksi halde isteklinin teklifi değerlendirme dışı kalacaktır.
2. İhtiyaç listesinde titanyum olarak belirtilen cerrahi aletler titanyum olarak teklif edilecektir teklif edilen aletler orijinal katalogta görülecektir
3. Malzemelerin polijajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.
4. Cerrahi aletler tavan lambası ve mikroskop ışığı altında gözü alacak şekilde parlayan malzemeden yapılmış olmamalıdır.
5. Cerrahi aletleri fonksiyonları gereği bulunması gerekenlerin dışında keskin kenar bulunmamalıdır.
6. Cerrahi aletlerin bacaklarına kuvvet uygulandığında ortaya çıkan bükülme direncine ve kuvvet azaldığında bacakların ilk pozisyona dönmesini sağlayan "elastiki yapıya" sahip olmalıdır.
7. Cerrahi aletlerin kesici ve tutucu çeneleri sabit ve düzgün hareket etmelidir.
8. Kilit mekanizmasında bacakları yumuşak kilitlenip kolay ayrılan aletler olmalıdır.
9. Eklemsizlerde, bükülme direnci yüksek gövde, fonksiyonel uç ve ergonomik sapı olan aletler olmalıdır.
10. Cerrahi makaslar tutukluk yapmadan rahatça açılıp kapanabilmeli ve tam kapatıldıklarında elemanlarının uç kısımları bir noktada birleşmelidir.
11. Cerrahi makasların ve penslerin mafsallarında boşluk bulunmamalı, yalpalama ve laçkalaşma olmamalıdır.
12. Cerrahi makasların mafsalları yumuşak hareket etmeli ve ne çok sıkı ne de çok gevşek olmalıdır.
13. Pensetlerin sabit eklemlerinde en ufak bir yalpa bulunmamalı, ağız dilleri ve tırtılları aralık bırakılmadan birbirine geçmelidir. Diş ve tırtılların aralıkları temiz olmalıdır.
14. Pensetlerin kolları birer yay gibi esnek olmalıdır.
- 15- Portegüler tutukluk yapmadan rahatça açılıp kapanabilmeli ve tam kapatıldıklarında ağızları birbirine aralıksız oturmalıdır.
16. Pensler tutukluk yapmadan rahatça açılıp kapanabilmeli ve tam kapatıldıklarında elemanlarının ağızları birbirlerine karşılıklı gelmeli ve aralık kalmayacak şekilde oturmalıdır.
17. İhtiyaç listesinde yer alan aletlerin yüzeyi pürüzsüz olmalı, optimum akış ve tutma kabiliyeti göstermeleri zorunludur.
18. Cerrahi Aletlerin üzerinde üretici fabrikanın adı , aletin katalog numarası ve CE işareti ile paslanmaz çelikten olanlar üzerinde de " stainless " ibaresi silinmeyecek şekilde lazer dağlama yöntemi ile yazılı olacaktır. Film baskı (elektro stamp) yöntemi ile basılan yazı ve ibareler zamanla silinebildiği ve deformasyona uğradıklarından kabul edilmeyeceklerdir. Ürünlerin orijinal ambalajı üzerinde datamatriks barkod, normal barkod ve tanımlama bilgileri menşei, lot numarası ve üretim tarihi mutlaka yazılı olmalıdır.
19. Cerrahi Aletler korozyon testi açısından kaynatma ve 134 derecede buharlı otoklavda sterilizasyona dayanıklı olacaktır. Ayrıca listeler içerisinde yer alan siyah renkli malzemeler ameliyat esnasında parlamayı tamamen engelleyen , aletlerin kullanım ömrünü ve performansını arttıran, yüzey sertleştirilmesi uygulanmış olan aletlerdir. Bu özellikteki aletlerde yüzey sertleştirilmesi ve siyahlaştırma işlemi titanyum alüminyum nitrit veya ceramic coated tekniklerinden biri ile yapılmış olabilecektir. Kurum dilediği takdirde, ihale sonrası bu tür ürünler için birinci avantajlı tekliften başlayarak firmalardan sırası ile bu özelliklerini belgelendirmelerini isteyebilecektir.

Uzm. Sirt Dr. Sırtı Adın

Prof. Dr. Akın Eraslan BALÇ
Fırat Üniversitesi Hastanesi
Göğüs Cerrahisi A.B.D.
43816 - 47434

20. İstekliler bir veya birden fazla sete teklif verebilecekleri gibi setlerin tamamına da teklif verebilirler. Ancak set bütünlüğünün korunması ve aletlerde standardizasyonun sağlanması için teklif verecekleri set veya setlerin içerisindeki tüm ürünlerin tamamına teklif vermeleri zorunludur. Teklif edilen cerrahi aletler aynı marka olmalıdır. Konteynır ve aparatları farklı marka olabilir. İstekli firmalar ürünlerine ait katalog numaralarını " teknik şartnameye cevap " metninde yazmak zorundadır.

TEKNİK HUSUSLARDA VERİLMESİ ZORUNLU OLAN BELGELER

21. Teklif edilen cerrahi aletlerin şartnameye uyumluluğu ve istenilen özellikleri taşıyıp taşımadığı isteklilerin teklif dosyası içerisinde verecekleri üreticinin detaylı ürün evsaflarını gösteren orijinal katalogundaki bilgiler ile de teyit edilecektir. Verilecek olan kataloglarda teklif edilen katalog numaralarının hangi sayfada olduğunu gösteren numeral index bulunmalı veya teklif edilen ürünler katalog üzerinde tek tek işaretlenmelidir. İhaleye verilecek orijinal katalogda teklif edilen ürünün birebir uç yapısı, uzunluk, ebat ve metal özellikleri gibi detaylı özelliklerinin bulunması teklif edilen ürünün teyidi açısından zorunludur. CD ortamında verilecek kataloglar arama motorlarının olmaması, format veya program sorunları ile karşılaşılması, ürünlerin uç yapılarının birebir ölçülerde görünmemesi gibi durumlardan dolayı kabul edilmeyecektir. Aksi halde firmanın vermiş olduğu teklifin tamamı ret edilecektir.

22. İştirakçi firmalar genel alet kalitesinin incelenebilmesi ve bir kısım ürünlerin numuneler üzerinden de doğruluğunun teyidi için aşağıda ürün gruplarından alet numunelerini kendi markalarına ait olmak üzere teklif verecekleri seti temsilen numune olarak teklif dosyası ile ayrı bir kutuda ihale saatine kadar komisyona sunacaklardır. Numunelerini teslim etmeyen, eksik ya da hatalı veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı kalacaktır.

Numuneler sözleşme esnasında firmalara iade edilecektir. Numuneler elle, gözle, gerekirse mikroskop altında ve ameliyatlarda kullanılarak incelenecek ve otoklavda test edilecektir.

Aletlerde ağızların birbirine tam olarak temas etmemesi, saplarındaki elastik yapının bulunmaması, kilitlenebilen tiptekilerin zor açılıp zor kapanması, eklem yerlerinde ve serasyonlu ağızlarda çapak bulunması, kesici ağız dakilerin ağız kısmı kapatıldığında dokuyu travmatize edecek şekilde yapıların bulunması, düzgün kesmemesi, koparıcı ağız dakilerin koparılan bölgede parçalanmalara sebep olması, ağız şeklinin aynısını pürüzsüz bir şekilde koparmaması gibi durumlardan herhangi birinin tespit edilmesi durumunda isteklinin teklifi değerlendirme dışı kalacaktır. İstekliler verecekleri numuneleri aşağıda belirtilen tasniflemeye göre işaretleyerek ve isimlendirerek " numune teslim tutanağı " adı altında listesiyle beraber teklif dosyası içerisinde vereceklerdir.

23. İstekliler teklif ettikleri cerrahi aletlere ait bu şartname ve ekindeki ihtiyaç listesine göre hazırlayacakları " teknik şartnameye cevap " başlıklı belgeyi teklif dosyası içerisinde vereceklerdir. Bu belgede teknik şartnamenin her bir maddesine verilen cevap, ihtiyaç listesinde belirtilen ürün, karşılığında isteklinin verdiği ürünün katalog numarası, isteklinin teklif ettiği marka, ürünün adeti, barkod numarası ve detaylı açıklaması yer alacaktır. (Örneği aşağıda gösterilmiştir). Bu belgeyi vermeyen veya eksik yada hatalı veren firmaların teklifleri red edilecektir. Bu belgede okunmuştur, anlaşılmuştur veya bu anlama gelebilecek cevaplar kabul edilmeyecektir. İsteklilerin bu belgenin her bir maddesine cevap vererek kabul ettiğini açıkça belirtmesi zorunludur.

Sıra no	Tanımlayıcı ürün Referans Katalog no	Teklif edilen ürün katalog	Teklif edilen Marka	Ürün açıklaması	Miktar	Teklif edilen ürüne ait Katalog no	TITUBB Ürün barkod no
---------	--------------------------------------	----------------------------	---------------------	-----------------	--------	------------------------------------	-----------------------

Prof. Dr. Akın Eraslan
Fırat Üniversitesi Hastanesi
Göğüs Cerrahisi A.B.D.
43816 - 47404

		no				sayfa no	

24. Teklif edilecek ürünler fabrikasyon, malzeme ve işçilik hatalarına karşı en az 5 yıl garantili olacaktır. Garanti üretici , ithalatçı ve satıcı firmalar tarafından ayrı ayrı ürünlerin teslimi esnasında sunulacaktır

25. Teklif edilecek ürünlerin yetkili satıcısı olduğunu gösteren , ithal ürünlerde ithalatçı ve satıcı firmanın, yerli ürünlerde imalatçı ve satıcı firmanın yetkili kaydı TITUBB.'da bulunmalı ve bu husus belgelendirilmelidir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin (konteynerler, sepetleri, taslar, küvetler ve benz. hariç) TITUBB. Onaylarının bulunduğu dair internet çıktıları ürünlerin teslimi esnasında sunulmalıdır.

26. İstekli firma teklif ettiği marka ve ürüne ait bakım , saklama ve sterilizasyon bilgilerini içeren Türkçe kullanım kılavuzunu ürünlerin teslimi esnasında verecektir.

27.Referans numaralar –REBSTOCK..... kataloglarına göre verilmiştir. Firmalar bu referans numaralarının muadili ürünlerini teklif edeceklerdir. Bu referans numaraları sadece ürün özelliklerini belirtmek için verilmiş olup,Firmalar aynı özelliklerdeki kendi marka ürünlerini teklif edebilirler.

28.İhaleye katılan Firmalar aşağıda listesi belirtilmiş numune aletleri, İhale zarfıyla birlikte satınalma komisyonuna verecektir. Teslim tutanağı ihale zarfı içine konulacaktır. Numune vermeyen veya eksik numune veren firmanın teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.Numuneler ilgi bölümde değerlendirilecek ve ilgili bölüm isterse numuneleri ameliyatta deneyecektir. İlgili bölümün kullanımı sonucu alet üzerinde doğabilecek hasardan (korozyon-lekelenme-pas v.s) dolayı Satıcı firma Kurumdan hiçbir ak talep edemeyecektir. Ayrıca Kurum uygun görürse numuneleri T.S.E veya deney masrafları KOSGEB'e gönderip analiz yaptırabilecek ve bu işlemlerle ilgili bedeli Firma tarafından karşılanacaktır.

29.Teslim edilecek setlerin teslimat esnasında hangi ülkeden ithal edildiği gümrük belgeleri ile ibraz edilecektir.

30.Set bütünlüğünün bozulmaması için her bir kalem aynı marka olmak zorundadır.

31.teslim süresi 30 gün

Numune olarak istenilecek ürünler.listenin tamamı numune olarak ihale dosyasın da getirilmeli

rof. Dr. Akın Eraslan BALÇ
Fırat Üniversitesi Hastanesi
Göğüs Cerrahisi A.B.D.
43516 - 47404