

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ
TEKLİF İSTEME FORMU

19.01.2026

İstem No : 87630 : 26/208
Talep Eden Birim : TIBBİ MALZEME BİRİMİ

Fırat Üniversitesi Hastanesi ihtiyacı malzeme/hizmet satın alınacaktır. Fiyat teklif aşağıda belirtilen tarih ve saatte Döner Sermaye Satın alma Birimine bizzat, faks veya posta ile teslimini rica ederim.

1- Malzeme/hizmet tesliminin kaç günde yapılacağını belirtmesi zorunludur. Belirtilmemesi durumunda sipariş tarihinden itibaren teslim süresi 30 gün olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her gün için fatura tutarının (KDV hariç) 0,001 (Binde biri) oranında gecikme cezası hesaplanarak tahakkuk üzerinden kesilecektir. Teslimat satınalma biriminin sipariş yazısına istinaden yapılacaktır. (Sözleşmeli alımlarda sözleşmedeki oran uygulanır)

2- Teklif opsiyonu en az 30 gün olmalı ve ürün markası, belirtilecek ve teklif fiyatları KDV hariç verilecektir ve KDV oranı belirtilecektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayrıca idarenin öngördüğü şartlar dışında, firma tarafından ödeme günü vb. talepleri tekliflerinde belirtmeler dahi, dikkate alınmayacaktır.

3- Mal teslimi hastane ambarına veya idarenin göstereceği yere yapılacaktır. Teslimat yerine kadar tüm giderler satıcıya aittir.

4- Tıbbi malzeme hariçindeki ürünlerde TSE markası aranan malzemeler TSE belgeli olacaktır.

5- Teklif mektubunda silinti ve kazıntı yapılmayacaktır. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler değerlendirilmeyecek olup, ancak idare gerek gördüğü takdirde bu süreyi uzatabilir.

6- Firma alacaklarını harcama yetkilisinin (Başhekimlik makamı) izniyle devir ve temlik yapabilir. Temlik öncesi harcama yetkilisi makamından uygunluk yazısı alınması zorunludur.

7- Tıbbi malzeme, ilaç ve kit alımlarında Sağlık Bakanlığının TITUBB veya ÜTS kaydı gereken ürünlerin kayıtlı olması halinde alım yapılacaktır. Ürünün imalatçı veya ithalatçı olmadığı durumlarda ilgili satıcının bayi olduğuna dair TITUBB kayıt ve bildirimi aranacaktır. Teklif mektubunda Firma Tanımlayıcı kodu, UBB kodu ve ayrıca firmanın KİK de kaydı olacaktır, UBB kodu ve SUT kodu gereken ürünlerin kodunun belirtilmemesi ile KİK kaydı olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu negatif listesinde bulunan tıbbi malzemeler alınmayacak, alınsa dahi negatif listeden çıkmadıkça fatura bedeli ödenmeyecektir. KİK kaydının yapılmaması ve kaydın güncellenmemesi malzeme alındıktan sonra malzemenin negatif listeye düşmesi gibi malzeme kaynaklı kuruma ait SGK kesinti tutarları ve kurum zararlarının tamamı ilgili firma tarafından karşılanacaktır.

8- Firmalar ürün tesliminde BAYİ NO, LOT NO, SERİ NO larını faturalarında belirteceklerdir. Belirtmedikleri takdirde fatura işleme alınmayacaktır.

9- Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan tıbbi malzemeler için SUT kodu, Tebliğde yer almayan malzeme olması durumunda bu durum teklif mektubunda belirtilecektir.

10- Nitelikli malzeme alımlarında şartnamede numune istenmiş ise teklif dışında numune doğrudan ilgili bölüme gönderilecektir ve numune gönderme ile iade masrafları satıcıya ait olacaktır.

11- Firma tarafından sipariş edilen malzemenin teslim edilmemesi durumunda idare tarafından kanun gereği ilgili mercilere bildirim yapılarak, firma idarenin belirleyeceği süre içerisinde doğrudan temin alımlarına iştirak edemeyecektir.

12- SUT 5.2.1 Maddeler gereği 2 Ay içerisinde dönem sonlandırılmasından sonra getirilen fatura bedeli ödenmeyecektir.

13- Sipariş sonrası teslimi yapılan mal/hizmet alımlarının teslimine müteakip faturanın Kuruma ulaştığı tarihten itibaren (Faturanın Kuruma teslim tarihi fatura arkasına kayıt düşülecektir.) 45 . günde İşletmenin nakit durumuna göre ödenecektir.

14- Verilen tekliflerde teslimat süresi belirtilmesi zorunludur. Aksi takdirde 1. madde uygulanacaktır.

Teklif Veren Firmanın

Tel :
Fax:
Mail :

Son Teslim Tarih & Saat :

23.01.2026

PROF.DR.FATİH OSMANLIOĞLU
BAŞHEKİM YARDIMCISI

MALZEME/HİZMET LİSTESİ

Sıra N	Malzeme Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	KDV Oranı%
1	150030399101716	HASTA ISITMA BATTANİYESİ (YETİŞKİN)		500,0	ADET		

EK TEKNİK ŞARTNAME

Adres: Fırat Üniversitesi Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü HAZAR V.D. : 3860437404

Tel: 0424 233 35 55

Fax: 0424 233 90 40- EPOSTA : dsermayesatinalma@firat.edu.tr

Sayfa 1

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ

İSTEĞİ YAPAN BİRİM : TIBBİ MALZEME BİRİMİ

ŞARTNAME NO
10634

ŞARTNAME

Düzenleme Tarihi : 13.01.2026

- 1.Hastaların vücut ısını korumak, hipotermiyi önlemek veya tedavi etmek amacıyla tasarlanmış olmalıdır.
- 2.Ürünün yetişkin, pediatrik ve yenidoğan için çeşitleri olmalıdır.
- 3.Ürünün tam vücut, alt ekstremit, üst ekstremit, sağ lateral, sol lateral litotomi ve kardiyak çeşitleri olmalıdır.
- 4.Ürünün tam vücut için olan çeşidinde;
-Yetişkin boy en az 185cm, eni en az 90cm
- 5.Alt ekstremit olan çeşidinde; Boyu en az 130cm, eni en az 90cm olmalıdır,
- 6.Üst ekstremit çeşidinde; Boyu en az 60cm, eni en az 190cm olmalıdır.
- 7.Ürün nonwoven materyalin polipropilen veya polietilen materyal ile lamine edilmesinden üretilmiş olmalıdır.
- 8.Ürün radyolusen özellikte olmalıdır.
- 9.Ürün lateks içermemelidir.
- 10.Cihaz güvenli hasta ısıtma amacıyla tasarlanmış olmalıdır.
- 11.Cihaz aktif ısıtma sağlayan sıcak hava üfleyerek konvektif ısıtma özelliğinde olmalıdır.
- 12.Cihaz birlikte kullanıldığı battaniyelerde uniform bir dağılım sağlamalıdır.
- 13.Cihaz 32 veya 34C derece, 38(±1) veya 40C derece, 43 veya 45C derece veya 47C derece olmak üzere en az 3 adet ısı ayarına sahip olmalıdır.
- 14.Cihaz üzerinde ısı ayar düğmesi seçildiğinde o ısıya ait ışık yanmalıdır veya cihaz üzerindeki ekrandan seçilen ilgili sıcaklık değeri görülebilmelidir. Isı ayarlarındaki tolerans en fazla (±3) C° olmalıdır.
- 15.Cihazda veya hortum çıkışında bulunan sensör cihazın ayarlanan ısıda çalıştığını doğrulamalıdır.
- 16.Cihaz içerisinde bulunan filtre 0,3 Va veya microna kadar filtreleme özelliğine sahip olmalıdır.
- 17.Cihaz ameliyathane içerisinde taşınmasını kolaylaştıracak ve kullandığı battaniyelerin muhafazasını sağlayacak üzerine monte edilebildiği orijinal arabasıyla verilmelidir veya serum askısına, yatak başlarına monte edilebilir özellikte olmalıdır.
- 18.Cihaz üzerinde hata (fault) ve aşırı ısınma (overtemp) uyan ışıkları veya ilgili ekran görseli bulunmalıdır.
- 19.Cihazın alarm sistemi hata anında devreye girmeli ve ses ile uyarı yapmalıdır. Alarmı devrede olması durumunda cihaza verilen komutlar bloke edilmelidir.
- 20.Cihaz üzerinde bulunan hortumun battaniye bağlantı noktasında battaniyelerin bağlanacağı nokta tanımlanmış olmalıdır.
- 21.Ürün tek kullanımlık olacaktır.
- 22.Ürünün sözleşme süresi içerisinde 100 adet sarf karşılığında hastaneye 1 adet hasta ısıtma cihazı kullanım için verilmelidir.
- 23.Yüklenici firma tarafından sarf karşılığı kuruma teslim edilen cihazların kullanımı en fazla 12 ay olmalıdır

HAZIRLAYANLAR

Firat Üniversitesi Hastanesi
Tıbbi Malzeme Birimi
A. Berat Şimşek

ONAYLAYAN

Firat Üniversitesi Hastanesi
Ahmet RAYDEMİR