

T.C.  
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ  
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ  
ELAZIĞ  
TEKLİF İSTEME FORMU

14.07.2020

İstem No : 50979 : 20/2089  
Talep Eden Birim : AMELİYATHANE (YENİ GENEL)

Fırat Üniversitesi Hastanesi ihtiyacı malzeme/hizmet satın alınacaktır. Fiyat teklif aşağıda belirtilen tarih ve saatte Döner Sermaye Satın alma Birimine bizzat, faks veya posta ile teslimini rica ederim.

1- Malzeme/hizmet tesliminin kaç günde yapılacağını belirtilmesi zorunludur. Belirtilmemesi durumunda sipariş tarihinden itibaren teslim süresi 10 gün olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her gün için fatura tutarının (KDV hariç) 0,001 (Binde biri) oranında gecikme cezası hesaplanarak tahakkuk üzerinden kesilecektir. Teslimat satınalma biriminin sipariş yazısına istinaden yapılacaktır. (Sözleşmeli alımlarda sözleşmedeki oran uygulanır)

2- Teklif opsiyonu en az 20 gün olmalı ve ürün markası, belirtilecek ve teklif fiyatları KDV hariç verilecektir ve KDV oranı belirtilecektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayrıca idarenin öngördüğü şartlar dışında, firma tarafından ödeme günü vb. talepleri tekliflerinde belirtmeler dahi, dikkate alınmayacaktır.

3- Mal teslimi hastane ambarına veya idarenin göstereceği yere yapılacaktır. Teslimat yerine kadar tüm giderler satıcıya aittir.

4- Tıbbi malzeme haricindeki ürünlerde TSE markası aranan malzemeler TSE belgeli olacaktır.

5- Teklif mektubunda silinti ve kazıntı yapılmayacaktır. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler değerlendirilmeyecek olup, ancak idare gerek gördüğü takdirde bu süreyi uzatabilir.

6- Firma alacaklarını harcama yetkilisinin (Başhekimlik makamı) izniyle devir ve temlik yapabilir. Temlik öncesi harcama yetkilisi makamından uygunluk yazısı alınması zorunludur.

7- Tıbbi malzeme, ilaç ve kit alımlarında Sağlık Bakanlığının TITUBB veya ÜTS kaydı gereken ürünlerin kayıtlı olması halinde alım yapılacaktır. Ürünün imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda ilgili satıcının bayi olduğuna dair TITUBB kayıt ve bildirimi aranacaktır. Teklif mektubunda Firma Tanımlayıcı kodu, UBB kodu ve ayrıca firmanın KİK de kaydı olacaktır. UBB kodu ve SUT kodu gereken ürünlerin kodunun belirtilmemesi ile KİK kaydı olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu negatif listesinde bulunan tıbbi malzemeler alınmayacak, alınsa dahi negatif listeden çıkmadıkça fatura bedeli ödenmeyecektir. KİK kaydının yapılmaması ve kaydın güncellenmemesi malzeme alındıktan sonra malzemenin negatif listeye düşmesi gibi malzeme kaynaklı kuruma ait SGK kesinti tutarları ve kurum zararlarının tamamı ilgili firma tarafından karşılanacaktır.

8- Firmalar ürün tesliminde BAYI NO, LOT NO, SERİ NO larını faturalarında belirtmeklerdir. Belirtmedikleri takdirde fatura işleme alınmayacaktır.

9- Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan tıbbi malzemeler için SUT kodu, Tebliğde yer almayan malzeme olması durumunda bu durum teklif mektubunda belirtilecektir.

10- Nitelikli malzeme alımlarında şartnamede numune istenmiş ise teklif dışında numune doğrudan ilgili bölüme gönderilecektir ve numune gönderme ile iade masrafları satıcıya ait olacaktır.

11- Firma tarafından sipariş edilen malzemenin teslim edilmemesi durumunda idare tarafından kanun gereği ilgili mercilere bildirim yapılarak, firma idarenin belirleyeceği süre içerisinde doğrudan temin alımlarına iştirak edemeyecektir.

12- SUT 5.2.1 Maddeler gereği 2 Ay içerisinde dönem sonlandırılmasından sonra getirilen fatura bedeli ödenmeyecektir.

13- Sipariş sonrası teslimi yapılan mal/hizmet alımlarının teslimine müteakip faturanın Kuruma ulaştığı tarihten itibaren (Faturanın Kuruma teslim tarihi fatura arkasına kayıt düşülecektir.) 235 . günde işletmenin nakit durumuna göre ödenecektir.

**Teklif Veren Firmanın**

Tel :

Fax:

Mail :

**Son Teslim Tarih & Saat :**

21.07.2020

PROF.DR.FATİH FİRDOLAŞ  
BAŞHEKİM YARDIMCISI

**MALZEME/HİZMET LİSTESİ**

| Sıra N | Malzeme Kodu   | Malzeme Cinsi         | Açıklama | Miktarı | Birimi | Birim Fiyatı | KDV Oranı% |
|--------|----------------|-----------------------|----------|---------|--------|--------------|------------|
| 1      | 15003039999356 | ARTROSKOPİK ÖRTÜ SETİ |          | 300,0   | ADET   |              |            |

NOT: TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR.

## ARTROSKOPİK ÖRTÜ SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-Set Artroskopi ameliyatlarında kullanıma uygun olmalıdır.

2-Set içerisindeki Artroskopi örtüsü 200\*300 cm (+/- 10cm) ebatlarında, üstü emici nonwoven altı sıvının alta geçmesini engelleyen polietilen çift katlı, minimum 57 gr malzemeden imal edilmiş olmalıdır. Bacağın geçtiği bölgeye elastik malzemeden 7\*7(+/- 2) çaplı delikli latex monte edilmiş olmalıdır. Basınç altında sızdırma yapan örtüler kabul edilmeyecektir. Bu özellik klinik tarafından yapılan testlerle değerlendirilecektir.

3-Tüm örtüler pratik, anlaşılır ve açılımı yönlendirici şekilde katlanmalıdır.

4-Mayo masa ve alet masa örtüleri, masayı tam örtecek şekilde tasarlanmış ve iki katlı; alt tabaka sıvı penetrasyonunu engellemek için polietilen örtü + emici nonwoven malzemeden üretilmiş olmalı ve non woven malzeme PE üzerine lamine edilmiş olmalıdır.

5-Bacak kılıfı 50\*60cm ölçülerinde ve medikal özellikte, antibakteriyel bariyer özelliği yüksek üstü emici nonwoven, altı sıvının alta geçmesini engelleyen polietilen çift katlı, minimum 57 gr malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

6-Sette bir adet Cilt İşaretleme kalemi ve cetvel bulunmalıdır. Cilt kalemi blyo uyumlu mürekkep içermelidir.

7-Sette en az iki adet olmak koşuluyla 15cm ebatlarında elastik bandaj içermelidir.

8-Cerrahi önlüklerde kullanılan malzeme medikal amaçlı üretilmiş olmalı. Antibakteriyel bariyer özelliği yüksek Nonwoven olmalıdır. Önlüklerin sıvı ve operasyon alanı ile yoğun temas halinde olan kol ve ön gövde kısımlarında kesin geçirimsizlik sağlayacak şekilde, ana önlük gövdesine birleştirilmiş, bir tarafı polietilen bir tarafı emici non woven malzemeden oluşmuş takviye malzemesi bulunacaktır. Manşetler 8-10cm kalınlığında olup dikşsiz kolu rahatça kavrayan pamuklu malzemeden olmalıdır. Önlükler iki iç ve iki dış kuşakla steriliteyi bozmayacak şekilde bağlana bilecek şekilde katlanmalı, dış iki kuşak kartonla tutturulmalıdır. Her sette en az 2 adet cerrahi önlük bulunmalıdır.

9-Set içeriği alet masa örtüsüne bohçalanıp wrap kağıdı sarılıp steril pakete konmalıdır. Ürünün CE'ye uygunluğu belgelendirilmelidir.

10-ISO 13485 belgesine sahip olmalıdır.

11-Teklif atan firma teklifle birlikte numune getirmesi zorunludur. Numune getirmeyen firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Numuneler ilgili klinik tarafından denendikten sonra tutanaklarındaki görüşler doğrultusunda malzeme seçimi yapılacaktır

Doç. Dr. İsmail DEMİREL  
Fırat Üniversitesi Hastanesi  
Anestezi ve Rean. A.D.  
Öğretim Üyesi  
Uzm. Dip. No: 72993/77402