

T.C.  
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ  
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ  
ELAZIĞ  
TEKLİF İSTEME FORMU

11.05.2023

İstem No : 69298 : 23/2137  
Talep Eden Birim : ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KLİNİĞİ

Firat Üniversitesi Hastanesi ihtiyacı malzeme/hizmet satın alınacaktır. Fiyat teklif aşağıda belirtilen tarih ve saatte Döner Sermaye Satın alma Birimine bizzat, faks veya posta ile teslimini rica ederim.

- 1- Malzeme/hizmet tesliminin kaç günde yapılacağını belirtilmesi zorunludur. Belirtilmemesi durumunda sipariş tarihinden itibaren teslim süresi 10 gün olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her gün için fatura tutarının (KDV hariç) 0,001 (Bindebir) oranında gecikme cezası hesaplanarak tahakkuk üzerinden kesilecektir. Teslimat satınalma biriminin sipariş yazısına istinaden yapılacaktır. (Sözleşmeli alımlarda sözleşmedeki oran uygulanır)
- 2- Teklif opsiyonu en az 30 gün olmalı ve ürün markası, belirtilecek ve teklif fiyatları KDV hariç verilecektir ve KDV oranı belirtilecektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayrıca idarenin öngördüğü şartlar dışında, firma tarafından ödeme günü vb. talepleri tekliflerinde belirtmeler dahi, dikkate alınmayacaktır.
- 3- Mal teslimi hastane ambarına veya idarenin göstereceği yere yapılacaktır. Teslimat yerine kadar tüm giderler satıcıya aittir.
- 4- Tıbbi malzeme haricindeki ürünlerde TSE markası aranan malzemeler TSE belgeli olacaktır.
- 5- Teklif mektubunda silinti ve kazıntı yapılmayacaktır. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler değerlendirilmeyecek olup, ancak idare gerek gördüğü takdirde bu süreyi uzatabilir.
- 6- Firma alacaklarını harcama yetkilisinin (Başhekimlik makamı) izniyle devir ve temlik yapabilir. Temlik öncesi harcama yetkilisi makamından uygunluk yazısı alınması zorunludur.
- 7- Tıbbi malzeme, ilaç ve kit alımlarında Sağlık Bakanlığının TITUBB veya ÜTS kaydı gereken ürünlerin kaydı olması halinde alım yapılacaktır. Ürünün imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda ilgili satıcının bayi olduğuna dair TITUBB kayıt ve bildirim aranacaktır. Teklif mektubunda Firma Tanımlayıcı kodu, UBB kodu ve ayrıca firmanın KİK de kaydı olacaktır. UBB kodu ve SUT kodu gereken ürünlerin kodunun belirtilmemesi ile KİK kaydı olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu negatif listesinde bulunan tıbbi malzemeler alınmayacak, alınsa dahi negatif listeden çıkmadıkça fatura bedeli ödenmeyecektir. KİK kaydının yapılmaması ve kaydın güncellenmemesi malzeme alındıktan sonra malzemenin negatif listeye düşmesi gibi malzeme kaynaklı kuruma ait SGK kesinti tutarları ve kurum zararlarının tamamı ilgili firma tarafından karşılanacaktır.
- 8- Firmalar ürün tesliminde BAYI NO, LOT NO, SERİ NO larını faturalarında belirteceklerdir. Belirtmedikleri takdirde fatura işleme alınmayacaktır.
- 9- Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan tıbbi malzemeler için SUT kodu, Tebliğde yer almayan malzeme olması durumunda bu durum teklif mektubunda belirtilecektir.
- 10- Nitelikli malzeme alımlarında şartnamede numune istenmiş ise teklif dışında numune doğrudan ilgili bölüme gönderilecektir ve numune gönderme ile iade masrafları satıcıya ait olacaktır.**
- 11- Firma tarafından sipariş edilen malzemenin teslim edilmemesi durumunda idare tarafından kanun gereği ilgili mercilere bildirim yapılarak, firma idarenin belirleyeceği süre içerisinde doğrudan temin alımlarına iştirak edemeyecektir.
- 12- SUT 5.2.1 Maddeler gereği 2 Ay içerisinde dönem sonlandırılmasından sonra getirilen fatura bedeli ödenmeyecektir.**
- 13- Sipariş sonrası teslimi yapılan mal/hizmet alımlarının teslimine müteakip faturanın Kuruma ulaştığı tarihten itibaren (Faturanın Kuruma teslim tarihi fatura arkasına kayıt düşülecektir.) 70 . günde işletmenin nakit durumuna göre ödenecektir.

**Teklif Veren Firmanın**

**Son Teslim Tarih & Saat :** 16<sup>00</sup>

Tel :  
Fax :  
Mail :

16.05.2023

PROF. DR. FAHRETTİN ÖSMANLIOĞLU  
BAŞHEKİM YARDIMCISI

**MALZEME/HİZMET LİSTESİ**

Sıra N	Malzeme Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	KDV Oranı%
1	150030399101075	K-TELİ 1.0MMX400 MM		300,0	ADET		
2	150030399101076	K-TELİ 1.2MMX400 MM		400,0	ADET		
3	150030399100199	K-TELİ 1.5MMX400 MM		500,0	ADET		
4	150030399101078	K-TELİ 1.8MMX400 MM		500,0	ADET		
5	150030399100197	K-TELİ 2.0MMX400 MM		500,0	ADET		
6	150030399101071	K-TELİ 2.5MMX400 MM		200,0	ADET		
7	150030399100393	SHANZ ÇİVİSİ		30,0	ADET		
8	150030399100876	TRAKSİYON ÇİVİSİ TÜM BOYLAR		20,0	ADET		

NOT:TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR.

Adres: Firat Üniversitesi Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü HAZAR V.D. : 3860437404

Tel: 0424 233 35 55

Fax: 0424 233 90 40

EPOSTA : dsermayesatinalma@firat.edu.tr

Sayfa 1

T.C.  
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ  
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ  
ELAZIĞ

İSTEĞİ YAPAN BİRİM : ORTOPEDI VE TRAVMATOLOJİ KLİNİĞİ

ŞARTNAME NO  
2151

ŞARTNAME

Düzenleme Tarihi : 08.05.2023

**KIRCHNER TELİ ŞARTNAMESİ**

- 1- Tellerin elle ve gözle yapılan muayenesinde ,ürün üzerinde çentik , çizik olmamalıdır.
- 2- Dış yüzeyine polisaj yapılmış olmalıdır.
- 3- Tellerin sertliği yüksek olmalıdır.
- 4- Ürünler 316 , 316L kalite çelikten imal edilmiş olmalıdır.
- 5- Uç kısmı sivri ve delici olmalıdır.
- 6- İlgili teknik resime göre yapılmış olmalıdır.
- 7- Kirschner telleri 0.6 mm?den başlayıp 0.8 , 0.9 , 1.0 , 1.2 , 1.5 , 1.8 , 2.0 , 2.5 , 3.0 , 3.5 , 4.0 , 4.5 ,5.0 mm çapına kadar temin edilmelidir.
- 8- Kirschner telleri istenildiğinde trocar uçlu,süngü uçlu,çift trocar uçlu,zeytinli ve yivli olarak temin edilebilmelidir.
- 9- Uzman hekimin istediği esnekliğe ve sertliğe sahip olmalıdır.
- 10- Tedarikçi firmanın yerli malı belgesi olmalıdır.
- 11- Tedarikçi firmanın ISO 13485 ve ISO 9001 kalite belgeleri olmalıdır.

**SCHANZ VIDASI ŞARTNAMESİ**

- 1- Schanz vidalarının elle ve gözle yapılan muayenesinde , ürün üzerinde çentik , çizik olmamalıdır.
- 2- Dış yüzeyi polisaj yapılmış olmalıdır.
- 3- Ürünler 316 , 316L kalite çelikten imal edilmiş olmalıdır.
- 4- Ürünlerin arkasında T-Handle ile çevrilebilmesi çentik olmalıdır.
- 5- İlgili teknik resime göre yapılmış olmalıdır.

**PELVIC TRACTION SCREW ŞARTNAMESİ**

- 1- Çivilerin elle ve gözle yapılan muayenesinde ,ürün üzerinde çentik , çizik olmamalıdır.
- 2- Dış yüzeyine polisaj yapılmış olmalıdır.
- 3- Çivilerin sertliği yüksek olmalıdır.
- 4- Ürünler 304 kalite çelikten imal edilmiş olmalıdır.
- 5- Uç kısmı sivri delici ve yivli olmalıdır.
- 6- İlgili teknik resime göre yapılmış olmalıdır.
- 7- Tutma yeri halka şeklinde olmalıdır.
- 8- Ölçüleri : 3.2 mm x 160 mm
- 9- : 4.5 mm x 160 mm
- 10- : 8.0 mm x 160 mm
- 11- : 8.0 mm x 200 mm
- 12- Yiv boyu 55 mm olmalıdır.

**HAZIRLAYANLAR**

Dr. Genay YILMAZ  
Firat Üniversitesi  
Ortopedi ve Travmatoloji  
Dip. No: 203176

**ONAYLAYAN**

Prof. Dr. Ethan YILMAZ  
Firat Üniversitesi Hastanesi  
Ortopedi ve Travmatoloji D.  
Dip. Tesch. No: 48300-483081