

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ
TEKLİF İSTEME FORMU

21.05.2024

İstem No : 76080 : 24/2149
Talep Eden Birim : AMELİYATHANE (YENİ GENEL)

Fırat Üniversitesi Hastanesi ihtiyacı malzeme/hizmet satın alınacaktır. Fiyat teklif aşağıda belirtilen tarih ve saatte Döner Sermaye Satın alma Birimine bizzat, faks veya posta ile teslimini rica ederim.

1- Malzeme/hizmet tesliminin kaç günde yapılacağını belirtmesi zorunludur. Belirtilmemesi durumunda sipariş tarihinden itibaren teslim süresi 30 gün olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her gün için fatura tutarının (KDV hariç) 0,001 (Binde biri) oranında gecikme cezası hesaplanarak tahakkuk üzerinden kesilecektir. Teslimat satınalma biriminin sipariş yazısına istinaden yapılacaktır. (Sözleşmeli alımlarda sözleşmedeki oran uygulanır)

2- Teklif opsiyonu en az 30 gün olmalı ve ürün markası, belirtilecek ve teklif fiyatları KDV hariç verilecektir ve KDV oranı belirtilecektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayrıca idarenin öngördüğü şartlar dışında, firma tarafından ödeme günü vb. talepleri tekliflerinde belirtseler dahi, dikkate alınmayacaktır.

3- Mal teslimi hastane ambarına veya idarenin göstereceği yere yapılacaktır. Teslimat yerine kadar tüm giderler satıcıya aittir.

4- Tıbbi malzeme haricindeki ürünlerde TSE markası aranan malzemeler TSE belgeli olacaktır.

5- Teklif mektubunda silinti ve kazıntı yapılmayacaktır. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler değerlendirilmeyecek olup, ancak idare gerek gördüğü takdirde bu süreyi uzatabilir.

6- Firma alacaklarını harcama yetkilisinin (Başhekimlik makamı) izniyle devir ve temlik yapabilir. Temlik öncesi harcama yetkilisi makamından uygunluk yazısı alınması zorunludur.

7- Tıbbi malzeme, ilaç ve kit alımlarında Sağlık Bakanlığının TITUBB veya ÜTS kaydı gereken ürünlerin kayıtlı olması halinde alım yapılacaktır. Ürünün imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda ilgili satıcının bayi olduğuna dair TITUBB kayıt ve bildirimi aranacaktır. Teklif mektubunda Firma Tanımlayıcı kodu, UBB kodu ve ayrıca firmanın KİK de kaydı olacaktır. UBB kodu ve SUT kodu gereken ürünlerin kodunun belirtilmemesi ile KİK kaydı olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu negatif listesinde bulunan tıbbi malzemeler alınmayacak, alınsa dahi negatif listeden çıkmadıkça fatura bedeli ödenmeyecektir. KİK kaydının yapılmaması ve kaydın güncellenmemesi malzeme alındıktan sonra malzemenin negatif listeye düşmesi gibi malzeme kaynaklı kuruma ait SGK kesinti tutarları ve kurum zararlarının tamamı ilgili firma tarafından karşılanacaktır.

8- Firmalar ürün tesliminde BAYİ NO, LOT NO, SERİ NO larını faturalarında belirteceklerdir. Belirtmedikleri takdirde fatura işleme alınmayacaktır.

9- Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan tıbbi malzemeler için SUT kodu, Tebliğde yer almayan malzeme olması durumunda bu durum teklif mektubunda belirtilecektir.

10- Nitelikli malzeme alımlarında şartnamede numune istenmiş ise teklif dışında numune doğrudan ilgili bölüme gönderilecektir ve numune gönderme ile lade masrafları satıcıya ait olacaktır.

11- Firma tarafından sipariş edilen malzemenin teslim edilmemesi durumunda idare tarafından kanun gereği ilgili mercilere bildirim yapılarak, firma idarenin belirleyeceği süre içerisinde doğrudan temin olanlarına istinaden teslim edilmeyecektir.

12- SUT 5.2.1 Maddeler gereği 2 Ay içerisinde dönem sonlandırılmasından sonra getirilen fatura bedeli ödenmeyecektir.

13- Sipariş sonrası teslimi yapılan mal/hizmet alımlarının teslimine müteakip faturanın Kuruma ulaştığı tarihten itibaren (Faturanın Kuruma teslim tarihi fatura arkasına kayıt düşülecektir.) 70 . günde işletmenin nakit durumuna göre ödenecektir.

14- Verilen tekliflerde teslimat süresi belirtilmesi zorunludur. Aksi takdirde 1. madde uygulanacaktır.

Teklif Veren Firmanın

Son Teslim Tarih & Saat

Tel :

Fax:

Mail :

PROF.DR.FATİH OSMANLIOĞLU
BAŞHEKİM YARDIMCISI

MALZEME/HİZMET LİSTESİ

Sıra N	Malzeme Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	KDV Oranı%
1	15003030217137	3/0 POLİGLAKTİN(RAPİT)/<>		800,0	ADET		
2	15003030217127	KEMİK MUMU 2.5 GR		500,0	ADET		
3	1501302181	KOTER KALEMİ.		500,0	ADET		
4	15003030217123	6/0 P.PROPİLEN-M.FLAMENT /<>		1.200,0	ADET		

EK:TEKNİK ŞARTNAME

Adres: Fırat Üniversitesi Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü HAZAR V.D. : 3860437404

Tel: 0424 233 35 55

Fax: 0424 233 90 40

EPOSTA : dsermayesatinalma@firat.edu.tr

Sayfa 1

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :	AMELİYATHANE (YENİ GENEL)	
ŞARTNAME NO 6699	ŞARTNAME	Düzenleme Tarihi : 16.05.2024

POLYGLAKTİN RAPID TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Malzeme içeriği ve kaplaması Polyglactin olmalıdır.
- 2- Sütür uzunluğu en az 75 cm. olmalıdır.
- 3- 10-14 gün doku desteği sağlamalıdır.
5. gün gücünün yaklaşık %50
10-14. gün yaklaşık %0'ına sahip olmalıdır.
- 4- Ortalama 42 günde tamamen emilmelidir.
- 5- Raf ömrü en az 5 yıl olup, son kullanma tarihi poşetlerin üstünde yazılı olmalıdır.
- 6- Düğüm emniyeti yüksek olmalıdır.
- 7- Düğüm rahat bir şekilde kayıp oturabilmelidir
- 8- İstenilen her malzemenin iğne boyu (1+mm, -1mm), iğne özelliği ve ip kalınlığı içeriği ve kaplaması bire bir olmalıdır.
- 9- İğneler; bükülmeye karşı dayanıklı olması için, çelik alaşımdan imal edilmiş ve ısı işlemine tabi tutulmuş olmalıdır.
- 10- Beher poşet üzerinde metrik sisteme göre ölçü ve USP karşılığı ürün katalog numarası, ürün tanıtımı, sterilizasyon şekli basılı olmalıdır.
- 11- Dokuya girişini kolaylaştırmak için cerrahi iğneler silikonize olmalıdır. Dokuyu travmatize etmemelidir.
- 12- Teklif veren firma teklifle birlikte numune getirmesi zorunludur. Numune getirmeyen firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Numuneler ilgili klinik tarafından denendikten sonra tutanaklarındaki görüşler doğrultusunda malzeme seçimi yapılacaktır.

1.kalem keskin iğne 26 mm

HAZIRLAYANLAR

Nihat ATICI
Sag. Tek
Ameliyathane

ONAYLAYAN

Prof. Dr. İsmail DEMİREL
Fırat Üniversitesi Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
A.B. Başkanı
Diploma No: 72993/131474

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

AMELİYATHANE (YENİ GENEL)

ŞARTNAME NO
6697

ŞARTNAME

Düzenleme Tarihi : 16.05.2024

2 nolu KEMİK MUMU 2.5 GR. TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Malzeme kemik yüzeyine rahat sürülmeli ve kolay kullanılmalıdır.
2. Malzeme kemik yüzeyine sürülürken dökülmeler olmamalıdır.
3. Kemikte kanamalara karşı yüksek hemostaz sağlamalı ve cerrahi aletlere yapışmamalıdır.
4. Steril ve kolay kullanılabilir şekilde ambalajlanmış olmalıdır
5. Malzemenin raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az 4 yıl olmalıdır.
6. Paketin üzerinde barkod olmalıdır.
7. Teklif veren firma teklifle birlikte numune getirmesi zorunludur. Numune getirmeyen firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Numuneler ilgili klinik tarafından denendikten sonra tutanaklarındaki görüşler doğrultusunda malzeme seçimi yapılacaktır.

HAZIRLAYANLAR

Nihat ATICI
Sag. Tek.
Ameliyathane

ONAYLAYAN

Prof. Dr. İsmail DEMİREL
Fırat Üniversitesi Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
A. D. Doç. Dr.
Diploma No: 72993/131474

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

AMELİYATHANE (YENİ GENEL)

ŞARTNAME NO
6698

ŞARTNAME

Düzenleme Tarihi : 16.05.2024

3. DISPOSABLE KOTER KALEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Koter kalemi steril paketlerde sabit uçlu olmalıdır.
2. Koter kalemi mavi ve sarı renkte olmak üzere çift butonlu olmalıdır.
3. Koter kalemi CE belgeli olmalıdır.
4. PETAŞ ve CALS marka koter cihazlarına uygun olmalıdır.
5. Koter kaleminin üzerinde ?cut? ve ?cuag? butonları olmalıdır.
6. Koter kalemleri için teklif veren firma teklifle birlikte numune getirmesi zorunludur. Numune getirmeyen firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Yukarıda belirtilen PETAŞ ve CALS marka koter cihazlarına uygun olup olmadığı test edilecektir. Uygun olan disposable koter kalemi tercih edilecektir.

HAZIRLAYANLAR

Nihat ATICI
Sağ. T. T.
Ameliyathane

ONAYLAYAN

Prof. Dr. İsmail DEMİREL
Fırat Üniversitesi Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
A.D. Başkanı
Diploma No: 72993/131474

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ

İSTEĞİ YAPAN BİRİM : AMELİYATHANE (YENİ GENEL)

ŞARTNAME NO
6701

ŞARTNAME

Düzenleme Tarihi : 16.05.2024

4.NUMARALI NONASORBABLE SÜTÜR MALZEMELERİNİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Malzeme içeriği; polypropylene veya türevi olmalıdır.
 2. 2. Sentetik olmalıdır.
 3. Monofilaman yapıda olmalıdır.
 4. Emilmeyen materyal olmalıdır.
 5. Malzeme mavi veya siyah renkte olmalıdır.
 6. Etilen oksit ile steril edilmiş olmalıdır.
 7. Teslim tarihinden sonra raf ömrü en az 4 yıl olmalıdır.
 8. USP standartlarına uygun olmalıdır.
 9. Esnek olmalıdır.
 10. İğnelerin yüzeyi silikonize edilmiş olmalı, dokudan geçerken travma yaratmamalıdır.
 11. İğneler; bükülmeye karşı dayanıklı olması için, çelik alaşımdan imal edilmiş ve ısı işlemine tabi tutulmuş olmalıdır.
 12. İğneler; portegüde stabilizasyonu sağlayacak şekilde kare veya flat gövde özelliğine sahip olmalıdır.
 13. İstenilen her malzemenin iğne boyu(+1mm,-1mm), iğne özelliği ve ip kalınlığı bire bir olmalıdır.
 14. Birim ambalaj: Sentetik monofilament emilmeyen cerrahi iplik, kullanım anına kadar sterilitesinin korunmasını sağlayacak şekilde ambalaj içinde olmalıdır. Ambalaj sütün kırılmasını engelleyecek şekilde koruyucu poşet içinde olmalıdır.
- Birim ambalajın üzerinde okunaklı ve bozulmayacak şekilde aşağıdaki bilgiler yazılmış olmalıdır:
- ? İmalatçı firmanın ticari adı ve/veya kısa adı
 - ? İğne cinsi (yuvarlak, keskin, spatül, tapercut, küt uçlu), iğne adedi (tek veya çift olduğu görülecek şekilde), iğne boyu (mm olarak)
 - ? İğne büyüklüğü (1/1 oranında görülmeli)
 - ? İğnesiz ise sütün adedi
 - ? Sütün kalınlığı (metrik ve USP olarak)
 - ? Sütün uzunluğu
 - ? Sütün rengi
 - ? Steril ibaresi, sterilizasyon metodu
- Kutu ambalajın üzerinde okunaklı ve bozulmayacak şekilde aşağıdaki bilgiler yazılmış olmalıdır:
- ? İçerisinde birim ambalajdan kaç adet olduğu belirtilmelidir
 - ? Sıcaktan ve ışıktan korunmasına ilişkin yazı olmalıdır.
 - ? Birim ambalaj üzerinde yazması gereken bilgilerin tamamı olmalıdır.
15. Sütün boyu en az 75 cm. olmalıdır.
 16. Teklif veren firma teklifle birlikte numune getirmesi zorunludur. Numune getirmeyen firmaların

HAZIRLAYANLAR

Nihat ATICI

Sağ
Ameliyathane

ONAYLAYAN

Prof. Dr. İsmail DEMİREL
Fırat Üniversitesi Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
A.D. Başkanı
Diploma No: 72993/131474

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :	AMELİYATHANE (YENİ GENEL)	
ŞARTNAME NO 6701	ŞARTNAME	Düzenleme Tarihi : 16.05.2024
teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Numuneler ilgili klinikler tarafından denendikten sonra tutanaklarındaki görüşler doğrultusunda malzeme seçimi yapılacaktır 4. kalem keskin iğne 12 mm		
HAZIRLAYANLAR		ONAYLAYAN
NİHAT ATICI Am. Sağ. Tek. Ameliyathane		Prof. Dr. İsmail DEMİREL Fırat Üniversitesi Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D. Başkanı Diploma No: 72993/131474