

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ
TEKLİF İSTEME FORMU

03.07.2019

İstem No : 45953 : 19/2393
Talep Eden Birim : GENEL CERRAHI KLİNİĞİ

Fırat Üniversitesi Hastanesi ihtiyacı malzeme/hizmet satın alınacaktır. Fiyat teklif aşağıda belirtilen tarih ve saatte Döner Sermaye Satın alma Birimine bizzat, faks veya posta ile teslimini rica ederim.

1- Malzeme/hizmet tesliminin kaç günde yapılacağını belirtmesi zorunludur. Belirtilmemesi durumunda sipariş tarihinden itibaren teslim süresi 10 gün olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her gün için fatura tutarının (KDV hariç) 0,001 (Bindebin) oranında gecikme cezası hesaplanarak tahakkuk üzerinden kesilecektir. Teslimat satınalma biriminin sipariş yazısına istinaden yapılacaktır.

2- Teklif opsiyonu en az 20 gün olmalı ve ürün markası, belirtilecek ve teklif fiyatları KDV hariç verilecektir ve KDV oranı belirtilecektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayrıca idarenin öngördüğü şartlar dışında, firma tarafından ödeme günü vb. talepleri tekliflerinde belirtseler dahi, dikkate alınmayacaktır.

3- Mal teslimi hastane ambarına veya idarenin göstereceği yere yapılacaktır. Teslimat yerine kadar tüm giderler satıcıya aittir.

4- Tıbbi malzeme haricindeki ürünlerde TSE markası aranan malzemeler TSE belgeli olacaktır.

5- Teklif mektubunda silinti ve kazıntı yapılmayacaktır. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler değerlendirilmeyecek olup, ancak idare gerek gördüğü takdirde bu süreyi uzatabilir.

6- Temlik verilmeyecektir.

7- Tıbbi malzeme, ilaç ve kit alımlarında Sağlık Bakanlığının TITUBB veya ÜTS kaydı gereken ürünlerin kayıtlı olması halinde alım yapılacaktır. Ürünün imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda ilgili satıcının bayi olduğuna dair TITUBB kayıt ve bildirimi aranacaktır. Teklif mektubunda Firma Tanımlayıcı kodu, UBB kodu ve ayrıca firmanın KİK de kaydı olacaktır. UBB kodu ve SUT kodu gereken ürünlerin kodunun belirtilmemesi ile KİK kaydı olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu negatif listesinde bulunan tıbbi malzemeler alınmayacak, alınsa dahi negatif listeden çıkmadıkça fatura bedeli ödenmeyecektir. KİK kaydının yapılmaması ve kaydın güncellenmemesi malzeme alındıktan sonra malzemenin negatif listeye düşmesi gibi malzeme kaynaklı kuruma ait SGK kesinti tutarları ve kurum zararlarının tamamı ilgili firma tarafından karşılanacaktır.

8- Firmalar ürün tesliminde BAYI NO LOT NO SERİ NO larını faturalarında belirtmekleridir. Belirtmedikleri takdirde fatura işleme alınmayacaktır.

9- Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan tıbbi malzemeler için SUT kodu, Tebliğde yer almayan malzeme olması durumunda bu durum teklif mektubunda belirtilecektir.

10- Nitelikli malzeme alımlarında şartnamede numune istenmiş ise teklif dışında numune doğrudan ilgili bölüme gönderilecektir ve numune gönderme ile iade masrafları satıcıya ait olacaktır.

11- Firma tarafından sipariş edilen malzemenin teslim edilmemesi durumunda idare tarafından kanun gereği ilgili mercilere bildirim yapılarak, firma idarenin belirleyeceği süre içerisinde doğrudan temin alımlarına iştirak edemeyecektir.

12- SUT 5.2.1 Maddeler gereği 2 Ay içerisinde dönem sonlandırılmasından sonra getirilen fatura bedeli ödenmeyecektir.

13- Sipariş sonrası teslimi yapılan mal/hizmet alımlarının teslimine müteakip faturanın Kuruma ulaştığı tarihten itibaren (Faturanın Kuruma teslim tarihi fatura arkasına kayıt düşülecektir.) 235 . günde işletmenin nakit durumuna göre ödenecektir.

Teklif Veren Firmanın

Son Teslim Tarih & Saat :

Tel :

Fax :

Mail :

PROF.DR.FATİH ERODOLAS
BAŞHEKİM YARDIMCISI

08.07.2019

MALZEME/HİZMET LİSTESİ

Sıra N	Malzeme Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	KDV Oranı%
1	15003030217448	ENDOSKOPIK LİNEER KESICI		48,0	ADET		
		STAPLER KARTUŞU 60MM					
		VASKÜLER DOKU					
2	15003030217691	DISPOSABLE BIÇAKLI TROCAR		20,0	ADET		
		5- 12 MM					

NOT: TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR.

Adres: Fırat Üniversitesi Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü HAZAR V.D. : 3860437404

Tel: 0424 233 35 55

Fax: 0424 233 90 40

EPOSTA : dsermayesatinalma@firat.edu.tr

Sayfa 1

DİSPOSABLE BİÇAKLI TROKAR 5-12 MM

- 1.Disposable olmalıdır.
- 2.Endoskopik ameliyatlara kullanıma uygun olmalıdır.
- 3.Trokar sistemi,obtüratör ve kanülden oluşmalıdır.Bu sistemde bıçak kanüle her yönden oturarak kullanım imkanı sağlamalıdır.
- 4.Trokar, 5-12 mm çapındaki el aletlerinin geçişine uygun olmalıdır.
- 5.Trokarın uzunluğu 100mm olmalıdır.
- 6.Trokar batın içindeki gazın cerraha direkt olarak gelmesini engelleyen mekanizmaya veya gaz kaçacağını önleyen çap düşürücüsü ve ayrı bir valf sistemi bulunmalıdır.
- 7.Trokarın bıçağı V şeklinde olup düz kesi yapma özelliğine sahip olmalı veya üçgen bıçağın ucu yuvarlaklaştırılmış olmalıdır
- 8.Trokar avuç içerisinde sıkılarak emniyet mekanizması aktive edilebilmeli ve bu mekanizma izlenilebilmelidir.
- 9.Kanülün uç kısmı trokarın batın içine yerleşim esnasında cerraha rahatlık sağlaması için konik şeklinde veya açılı olmalıdır.
- 10.Kanül üzerinde 5-12 mm el aletlerinin sorunsuz kullanılmasına imkan tanıyan çap düşürücü bulunmalıdır.
- 11.Kanül üzerindeki küçültücünün iç kısmı cerraha manipülasyon rahatlığı ve el aletlerinin trokara daha az zarar vermesini sağlamak için bilye şeklinde veya dört katlı yaprak şeklinde olmalıdır.
- 12.Steril paketli malzeme en az 2 yıl miyadlı olmalıdır.

Prof. Dr. Erhan Arslan
Etiler Üniversitesi Hastanesi
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Dip. No: 2323 Tescil No: 1093
İhtisas No: 5026-77369

ENDOSKOPIK LINEER KESİCİ STAPLER KARTUŞU 60 MM – VASKÜLER DOKU

1. Disposable olmalıdır.
2. Steril orijinal ambalajında olmalıdır.
3. Endoskopik ameliyatlarda aynı anda hem kesme, hem altı sıra titanyum zımba atma işi yapabilmelidir.
4. Endoskopik lineer kesici kartuşunun oluşturduğu zımba hattı uzunluğu 60 mm, kesi uzunluğu 57 mm olmalıdır.
5. Endoskopik lineer kesici kartuşundaki kapalı zımba yüksekliği 1.0 mm olmalıdır.
6. Endoskopik lineer kesici kartuşundaki zımba eni 3mm, bacak uzunluğu 2.5mm olmalıdır.
7. Endoskopik lineer kesici kartuşundaki zımba teli çapı 0.2mm olmalıdır.
8. Endoskopik lineer kesici kartuşunda zımba teli 88 adet olmalıdır.
9. Endoskopik lineer kesici kartuşunun ameliyat esnasında karışıklığa neden olmaması için renk kodu bulunmalıdır.
10. Endoskopik lineer kesici kartuşu zımba koruma kını , zımbalar, zımba sürücüler ve kartuş gövdesi olmak üzere dört kısımdan oluşmalıdır.
11. Minimal invaziv uygulamalarda kullanılabilmesi için 12mm'lik trokar ile kullanıma uygun olmalıdır.
12. Endoskopik lineer kesici kartuşu zımbaları düzgün B formasyonu oluşturabilmesi için titanyum alaşımdan üretilmiş olmalıdır.
13. Ürünün üzerinde imalatçı firma tarafında onaylı Türkçe kullanım kılavuzları bulunmalıdır.
14. Ürün Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalıdır.

48

Prof. Dr. Erhan KARAKÖK
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Dip. No: 2323 Tescil No: 473-3
İmza No: 555-88-77369