

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ
TEKLİF İSTEME FORMU

14.08.2020

İstem No : 51338 : 20/2419
Talep Eden Blrim : AMELİYATHANE (YENİ GENEL)

Fırat Üniversitesi Hastanesi ihtiyacı malzeme/hizmet satın alınacaktır. Fiyat teklif aşağıda belirtilen tarih ve saatte Döner Sermaye Satın alma Birimine bizzat, faks veya posta ile teslimini rica ederim.

1- Malzeme/hizmet tesliminin kaç günde yapılacağını belirtmesi zorunludur. Belirtilmemesi durumunda sipariş tarihinden itibaren teslim süresi 10 gün olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her gün için fatura tutarının (KDV hariç) 0,001 (Bindebir) oranında gecikme cezası hesaplanarak tahakkuk üzerinden kesilecektir. Teslimat satınalma biriminin sipariş yazısına istinaden yapılacaktır. (Sözleşmeli alımlarda sözleşmedeki oran uygulanır)

2- Teklif opsiyonu en az 20 gün olmalı ve ürün markası, belirtilecek ve teklif fiyatları KDV hariç verilecektir ve KDV oranı belirtilecektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayrıca idarenin öngördüğü şartlar dışında, firma tarafından ödeme günü vb. talepleri tekliflerinde belirseler dahi, dikkate alınmayacaktır.

3- Mal teslimi hastane ambarına veya idarenin göstereceği yere yapılacaktır. Teslimat yerine kadar tüm giderler satıcıya aittir.

4- Tıbbi malzeme haricindeki ürünlerde TSE markası aranan malzemeler TSE belgeli olacaktır.

5- Teklif mektubunda silinti ve kazıntı yapılmayacaktır. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler değerlendirilmeyecek olup, ancak idare gerek gördüğü takdirde bu süreyi uzatabilir.

6- Firma alacaklarını harcama yetkilisinin (Başhekimlik makamı) izniyle devir ve temlik yapabilir. Temlik öncesi harcama yetkilisi makamından uygunluk yazısı alınması zorunludur.

7- Tıbbi malzeme, ilaç ve kit alımlarında Sağlık Bakanlığının TITUBB veya ÜTS kaydı gereken ürünlerin kayıtlı olması halinde alım yapılacaktır. Ürünün imalatçı veya ithalatçı olmadığı durumlarda ilgili satıcının bayi olduğuna dair TITUBB kayıt ve bildirimi aranacaktır. Teklif mektubunda Firma Tanımlayıcı kodu, UBB kodu ve ayrıca firmanın KİK de kaydı olacaktır. UBB kodu ve SUT kodu gereken ürünlerin kodunun belirtilmemesi ile KİK kaydı olmayan firmaların teklifi değerlendirilmeye alınmayacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu negatif listesinde bulunan tıbbi malzemeler alınmayacak, alınsa dahi negatif listeden çıkmadıkça fatura bedeli ödenmeyecektir. KİK kaydının yapılmaması ve kaydın güncellenmemesi malzeme alındıktan sonra malzemenin negatif listeye düşmesi gibi malzeme kaynaklı kuruma ait SGK kesinti tutarları ve kurum zararlarının tamamı ilgili firma tarafından karşılanacaktır.

8- Firmalar ürün tesliminde BAYI NO, LOT NO, SERİ NO larını faturalarında belirtmekle yükümlüdür. Belirtmedikleri takdirde fatura işleme alınmayacaktır.

9- Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan tıbbi malzemeler için SUT kodu, Tebliğde yer almayan malzeme olması durumunda bu durum teklif mektubunda belirtilecektir.

10- Nitelikli malzeme alımlarında şartnamede numune istenmiş ise teklif dışında numune doğrudan ilgili bölüme gönderilecektir ve numune gönderme ile tade masrafları satıcıya ait olacaktır.

11- Firma tarafından sipariş edilen malzemenin teslim edilmemesi durumunda idare tarafından kanun gereği ilgili mercilere bildirim yapılarak, firma idarenin belirleyeceği süre içerisinde doğrudan temin alımlarına iştirak edemeyecektir.

12- SUT 5.2.1 Maddeler gereği 2 Ay içerisinde dönem sonlandırılmasından sonra getirilen fatura bedeli ödenmeyecektir.

13- Sipariş sonrası teslimi yapılan mal/hizmet alımlarının teslimine müteakip faturanın Kuruma ulaştığı tarihten itibaren (Faturanın Kuruma teslim tarihi fatura arkasına kayıt düşülecektir.) 235 . günde işletmenin nakit durumuna göre ödenecektir.

Teklif Veren Firmanın

Tel :
Fax:
Mail :

Son Teslim Tarih & Saat :

18.08.2020

PROF.DR.FATİH FIRDOĞAŞ
BAŞHEKİM YARDIMCISI

MALZEME/HİZMET LİSTESİ

Sıra N	Malzeme Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	KDV Oranı%
1	15003030199183	PENROSE DRANE (18.1/4)		750,0	ADET		
2	15003030199184	PENROSE DRANE(18.1/2)		750,0	ADET		
3	150030399100768	ANTİ ALLERJİK CERRAHI ELDİVEN NO:7,5 (LATEX İÇERMEYEN)		800,0	ADET		
4	150030399100627	ANTİ ALLERJİK ELDİVEN NO:7 (LATEX İÇERMEYEN)		500,0	ADET		
5	15003039999796	8/0 YUVARLAK İĞNELİ PROPİLEN 5 MM		180,0	ADET		

NOT:TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR.

Adres: Fırat Üniversitesi Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü HAZAR V.D. : 3860437404

Tel: 0424 233 35 55


Fax: 0424 233 90 40

EPOSTA : dsermayesatinalma@firat.edu.tr

Sayfa 1

1.2 nolu PERNOZ DREN

1. İi oluklu olmalıdır.
2. Boyu en az 35 cm olmalıdır.
3. Steril pakette olmalıdır.
4. Raf mr en az 3 yıl olmalıdır.
5. Teklif veren firma teklifle birlikte numune getirmesi zorunludur. Numune getirmeyen firmaların teklifleri deęerlendirme dıřı bırakılacaktır. Numuneler ilgili klinik tarafından denendikten sonra tutanaklarındaki grřler doęrultusunda malzeme seimi yapılacaktır.


Do Dr. İsmail DEMİREL
Fırat Üniversitesi Hastanesi
Anest. ve Rean. A.D.
Öğretim Üyesi
Uzm. Dip. No: 72993/77102

3.4. kalem DERMAPRENE ULTRA-LATEKS İÇERMEYEN SENTETİK, STERİL, PUDRASIZ CERRAHİ EL DİVEN TEKNİK ŞARTNAMESİ (ANTİ-ALERJİK)

- 1-Hammaddesi neopren vb. olmalıdır.
- 2-Tıp 4 ve tıp 1 alerjisi riskini ortadan kaldırmak için latex proteini ve akselatör içermemelidir.
- 3-Eldivenler pudrasız olmalıdır.
- 4-Eldivenin iç kaplaması hidrofobik ve hidrofilik komponentlerle kombine sentetik su bazlı poliüretan ve silikon kaplı olmalıdır. Dış kaplama mikro yapıda klorinli ve silikon kaplı olmalıdır.
- 5-İç kaplama extra güvenlik için çift eldiven giyme imkanı sağlamalıdır.
- 6-Alkol bazlı ve geniş ölçekte kimyasal ürünlerin kullanımında yüksek direnç sağlamalıdır.
- 7-Eldivenler CE (0086) belgesine ve EN 455 belgesine sahip olmalıdır.
- 8-Eldivenler gama ile steril edilmiş olmalıdır.
- 9-Eldivenler esnek ve uzama mukavemetine sahip olmalıdır.
- 10-Operasyon sırasında koldaki baskıyı azaltmak için; eldivenlerin yeşil üzerinden kaymaması ve sıkıca tutunmasını sağlayan iç kısmında kaymayı önleyici özel bir şerit olmalıdır.
- 11-Eldivenler cerrahi aletlerin kullanımında mükemmel bir tutuş hassasiyeti göstermelidir.
- 12-Eldivenlerin yüzeyinde çatlaklar, kabarcıklar veya lekeler bulunmamalıdır. Yüzeyi pürüzsüz olmalıdır.
- 13-Intra-operative kullanımda bile nemli veya kuru olarak rahatça giyilebilmelidir.
- 14-Eldivenler her tip cerrahi için uzun süreli kullanıma uygun, yırtılma ve delinmeye karşı da mukavemetini korumalıdır.
- 15-Eldivenlerin rengi cerrahın gözünü yormayan, ışık yansımalarını azaltan opak yeşil olmalıdır.
- 16-Eldivenler ambalajının üzerine CE yazısı, kaç adet olduğu, numarası, üretim tarihi, son kullanma tarihi, lateks olmadığını gösteren yazı, steril olduğuna dair ibare ve üretici firma adı yazması zorunludur. Bu bilgiler iç poşet içinde geçerlidir.
- 17-Eldivenlerin raf ömrü en az 4 yıl olmalıdır.
- 18-Teklif ile birlikte eldiveni tanıtıcı katalog ve 2 adet eldiven verilmelidir. Numune ve katalog getirmeyenlerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Numuneler ilgili klinikler tarafından denendikten sonra tutanaklarındaki görüşler doğrultusunda malzeme seçimi yapılacaktır.

Doç Dr. İsmail DEMİREL
Fırat Üniversitesi Hastanesi
Anest. ve Rean. A.D.
Öğretim Üyesi
Uzm. Dip. No: 22993/77102

5 NUMARALI NONASORBABLE SUTUR MALZEMELERİNİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Malzeme içeriği; polypropylene veya türevi olmalıdır.
 2. Sentetik olmalıdır.
 3. Monoflaman yapıda olmalıdır.
 4. Emilmeyen materyal olmalıdır.
 5. Malzeme mavi veya siyah renkte olmalıdır.
 6. Etilen oksit ile steril edilmiş olmalıdır.
 7. Teslim tarihinden sonra raf ömrü en az 4 yıl olmalıdır.
 8. USP standartlarına uygun olmalıdır.
 9. Esnek olmalıdır.
 10. İğnelerin yüzeyi silikonize edilmiş olmalı, dokudan geçerken travma yaratmamalıdır.
 11. İğneler; bükülmeye karşı dayanıklı olması için, çelik alaşımdan imal edilmiş ve ısı işlemine tabi tutulmuş olmalıdır.
 12. İğneler; portegüde stabilizasyonu sağlayacak şekilde kare veya flat gövde özelliğine sahip olmalıdır.
 13. İstenilen her malzemenin iğne boyu iğne özelliği ve ip kalınlığı bire bir olmalıdır.
 14. Birim ambalaj: Sentetik monofilament emilmeyen cerrahi iplik, kullanım anına kadar sterilitesinin korunmasını sağlayacak şekilde ambalaj içinde olmalıdır. Ambalaj sütün kırılmasını engelleyecek şekilde koruyucu poşet içinde olmalıdır.
- Birim ambalajın üzerinde okunaklı ve bozulmayacak şekilde aşağıdaki bilgiler yazılmış olmalıdır:

- İmalatçı firmanın ticari adı ve/veya kısa adı
- İğne cinsi (yuvarlak, keskin, spatül, tapercut, küt uçlu), iğne adedi (tek veya çift olduğu görülecek şekilde), iğne boyu (mm olarak)
- İğne büyüklüğü (1/1 oranında görülmeli)
- İğnesiz ise sütün adedi
- Sütün kalınlığı (metrik ve USP olarak)
- Sütün uzunluğu
- Sütün rengi
- Steril ibaresi, sterilizasyon metodu

Kutu ambalajın üzerinde okunaklı ve bozulmayacak şekilde aşağıdaki bilgiler yazılmış olmalıdır:

- İçerisinde birim ambalajdan kaç adet olduğu belirtilmelidir
- Sıcaktan ve ışıktan korunmasına ilişkin yazı olmalıdır.
- Birim ambalaj üzerinde yazması gereken bilgilerin tamamı olmalıdır.

15. Sütün boyu en az 40 cm. olmalıdır.

16. Teklif veren firma teklifle birlikte numune getirmesi zorunludur. Numune getirmeyen firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Numuneler ilgili klinikler tarafından denendikten sonra tutanaklarındaki görüşler doğrultusunda malzeme seçimi yapılacaktır.

5.Kalem yuvarlak iğne 5 mm olmalıdır.


Doç Dr. İsmail DEMİREL
Fırat Üniversitesi Hastanesi
Anest. ve Rean. A.D.
Öğretim Üyesi
Uzm. Dip. No: 72993/7402