

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ
TEKLİF İSTEME FORMU

30.05.2025

İstem No : 83357 : 25/2480
Talep Eden Birim : PRP UYGULAMASI

Fırat Üniversitesi Hastanesi ihtiyacı malzeme/hizmet satın alınacaktır. Fiyat teklif aşağıda belirtilen tarih ve saatte Döner Sermaye Satın alma Birimine bizzat, faks veya posta ile teslimini rica ederim.

- 1- Malzeme/hizmet tesliminin kaç günde yapılacağını belirtilmesi zorunludur. Belirtilmemesi durumunda sipariş tarihinden itibaren teslim süresi 30 gün olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her gün için fatura tutarının (KDV hariç) 0,001 (Binde biri) oranında gecikme cezası hesaplanarak tahakkuk üzerinden kesilecektir. Teslimat satınalma biriminin sipariş yazısına istinaden yapılacaktır. (Sözleşmeli alımlarda sözleşmedeki oran uygulanır)
- 2- Teklif opsiyonu en az 30 gün olmalı ve ürün markası, belirtilecek ve teklif fiyatları KDV hariç verilecektir ve KDV oranı belirtilecektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayrıca idarenin öngördüğü şartlar dışında, firma tarafından ödeme günü vb. talepleri tekliflerinde belirtmeler dahi, dikkate alınmayacaktır.
- 3- Mal teslimi hastane ambarına veya idarenin göstereceği yere yapılacaktır. Teslimat yerine kadar tüm giderler satıcıya aittir.
- 4- Tıbbi malzeme haricindeki ürünlerde TSE markası aranan malzemeler TSE belgeli olacaktır.
- 5- Teklif mektubunda silinti ve kazıntı yapılmayacaktır. Şon teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler değerlendirilmeyecek olup, ancak idare gerek gördüğü takdirde bu süreyi uzatabilir.
- 6- Firma alacaklarını harcama yetkilisinin (Başhekimlik makamı) izniyle devir ve temlik yapabilir. Temlik öncesi harcama yetkilisi makamından uygunluk yazısı alınması zorunludur.
- 7- Tıbbi malzeme, ilaç ve kit alımlarında Sağlık Bakanlığının TITUBB veya ÜTS kaydı gereken ürünlerin kayıtlı olması halinde alım yapılacaktır. Ürünün imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda ilgili satıcının bayi olduğuna dair TITUBB kayıt ve bildirimi aranacaktır. Teklif mektubunda Firma Tanımlayıcı kodu, UBB kodu ve ayrıca firmanın KİK de kaydı olacaktır. UBB kodu ve SUT kodu gereken ürünlerin kodunun belirtilmemesi ile KİK kaydı olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu negatif listesinde bulunan tıbbi malzemeler alınmayacak, alınsa dahi negatif listeden çıkmadıkça fatura bedeli ödenmeyecektir. KİK kaydının yapılmaması ve kaydın güncellenmemesi malzeme alındıktan sonra malzemenin negatif listeye düşmesi gibi malzeme kaynaklı kuruma ait SGK kesinti tutarları ve kurum zararlarının tamamı ilgili firma tarafından karşılanacaktır.
- 8- Firmalar ürün tesliminde BAYİ NO, LOT NO, SERİ NO larını faturalarında belirteceklerdir. Belirtmedikleri takdirde fatura işleme alınmayacaktır.
- 9- Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan tıbbi malzemeler için SUT kodu, Tebliğde yer almayan malzeme olması durumunda bu durum teklif mektubunda belirtilecektir.
- 10- Nitelikli malzeme alımlarında şartnamede numune istenmiş ise teklif dışında numune doğrudan ilgili bölüme gönderilecektir ve numune gönderme ile iade masrafları satıcıya ait olacaktır.**
- 11- Firma tarafından sipariş edilen malzemenin teslim edilmemesi durumunda idare tarafından kanun gereği ilgili mercilere bildirim yapılarak, firma idarenin belirleyeceği süre içerisinde doğrudan temin alımlarına iştirak edemeyecektir.
- 12- SUT 5.2.1 Maddeler gereği 2 Ay içerisinde dönem sonlandırılmasından sonra getirilen fatura bedeli ödenmeyecektir.**
- 13- Sipariş sonrası teslimi yapılan mal/hizmet alımlarının teslimine müteakip faturanın Kuruma ulaştığı tarihten itibaren (Faturanın Kuruma teslim tarihi fatura arkasına kayıt düşülecektir.) 45 . günde işletmenin nakit durumuna göre ödenecektir.
- 14- Verilen tekliflerde teslimat süresi belirtilmesi zorunludur. Aksi takdirde 1. madde uygulanacaktır.

Teklif Veren Firmanın

Tel :
Fax:
Mail :

Son Teslim Tarih & Saat

10.06.2025

PROF.DR.FATİH OSMANLIOĞLU
BAŞHEKİM YARDIMCISI

MALZEME/HİZMET LİSTESİ

Sıra N	Malzeme Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	KDV Oranı%
1	150030407602	PRP KİTİ (TÜPÜ)		100,0	ADET		

EK:TEKNİK ŞARTNAME

PRP KİTİ (TÜPÜ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Set 2 adet Jelli PRP Tüpü ve 1 adet Re-süspansiyon Tüpü'nden oluşmalıdır.
2. Jelli PRP Tüpleri kanın toplanması, santrifüjü ve trombositin zengin plazmanın ayrıştırılması için kullanılmalı; Re-süspansiyon tüpü toplanan trombositin zengin plazmanın homojenize edilmesi için kullanılmalıdır.
3. Tüpler transparan ve Polietilen tereftalat (PET) malzemeden üretilmiş olmalıdır. Tüplerin, hasta veya uygulayana zarar verecek keskin uçları bulunmamalıdır.
4. Tüplerin açık ucu, tüp içindeki vakumu koruyacak şekilde tıpa ve bunun üzerinde açıldığı sırada kan sıçramasını engelleyecek şekilde polietilen (PE) kapakla kapatılmış olmalıdır.
5. Tüplerin alt ucu kapalı, yarımküre biçiminde olmalı, düz olmamalıdır.
6. Jelli PRP Tüpleri 100 mm boyunda ve 16 mm çapında olmalı, Re-süspansiyon Tüpü 100 mm boyunda ve 13 mm çapında olmalıdır.
7. Tüpler üzerinde kapak rengi ile uyumlu etiket olmalıdır.
8. Tüpler vakumlu olmalıdır.
9. Jelli PRP Tüpü dolum hacmi 7 ml, Re-süspansiyon Tüpü dolum hacmi 5 ml olmalıdır.
10. Jelli PRP Tüpleri içerisinde steril filtrasyon yapılmış ve gamma sterilizasyona tabii tutulmuş %3,2 konsantrasyonunda Sodyum Sitrat çözeltisi bulunmalıdır. Tüp içindeki örnekte karışım oranı 1/9 olmalıdır (1 birim sodyum sitrat, 9 birim kan).
11. Jelli PRP Tüpleri içerisinde, santrifüj sonrası trombositin zengin plazmanın ayrıştırılmasını sağlamak için bariyer görevi yapacak transparan hücre ayrıcı jel olmalıdır.
12. Re-süspansiyon Tüpleri herhangi bir kimyasal katkı maddesi içermeyen katkısız, steril tüpler olmalıdır.
13. Tüp etiketi üzerinde ürün kod numarası, lot numarası, son kullanma tarihi, tek kullanımlık işareti, ürün adı, sterilizasyon metodu işareti, dolum hacmi (ml. cinsinden) ve üretici firmaya ait bilgiler bulunmalıdır.
14. Tüpler Tyvek kağıt ile kapatılmış blister ambalaj içinde konumlandırılmalı, blister ambalaj koruyucu kutu içinde olmalıdır.
15. Ürün kutusu üzerinde, ürün içeriği, ürün kod numarası, lot numarası, son kullanma tarihi, tek kullanımlık işareti, onaylanmış kuruluş nolu CE işareti, ürün adı, sterilizasyon metodu işareti, dolum hacmi (ml. cinsinden) ve üretici firma adresi bulunmalıdır.
16. Üretici Firmanın ISO 13485 KYS Sertifikası ve 93/42/ EEC Medikal Cihaz Yönetmeliği kapsamında EC Uygunluk beyanı olmalıdır.
17. Jelli PRP Tüp Setinin CE belgesi 93/42/EEC kapsamında belge verme yetkinliği bulunan bir onaylanmış Kuruluş tarafından düzenlenmiş olmalıdır.
18. Set içinde bulunan tüpler gamma steril olmalı ve sterilite ürün lot numarasına göre düzenlenmiş sterilizasyon sertifikası ile belgelendirilmelidir.
19. Ambalajlar sağlam olmalı, yükleme ve taşıma esnasında sağlamlık ve nakil kolaylığı gösterecek şekilde olmalıdır.
20. Ürün Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ürün Takip Sistemi'ne kayıtlı olmalı (ÜTS) ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır.
21. Teslimat tarihinden itibaren en az 18 aylık son kullanım süresi (miad) olmalıdır. Miadın dolmasına 5 ay kala yeni miadlı ürünlerle değiştirme imkanı olmalıdır. Merkezimizde mevcut olan santrifüj cihazları ile uyumlu olmalı. Teklif veren firmalardan değerlendirme aşamasında gerektiğinde numune talep edilecektir ve numune iade edilmeyecektir. Numune göndermeyen teklif değerlendirme dışı tutulacaktır.

28.05.2015

Prof.Dr. Ahmet KAYAKLI
Fırat Üniversitesi Hastanesi
GETAT Merkezi
Akupunktur-Ozon-Kupa/Hacem
Dip.Tes.No: 53460