

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ
TEKLİF İSTEME FORMU

24.06.2024

İstem No : 76622 : 24/2563
Talep Eden Birim : TIBBİ MALZEME BİRİMİ

Fırat Üniversitesi Hastanesi ihtiyacı malzeme/hizmet satın alınacaktır. Fiyat teklif aşağıda belirtilen tarih ve saatte Döner Sermaye Satın Alma Birimine bizzat, faks veya posta ile teslimini rica ederim.

- 1- Malzeme/hizmet tesliminin kaç günde yapılacağını belirtilmesi zorunludur. Belirtilmemesi durumunda sipariş tarihinden itibaren teslim süresi 30 gün olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her gün için fatura tutarının (KDV hariç) 0,001 (Binde biri) oranında gecikme cezası hesaplanarak tahakkuk üzerinden kesilecektir. Teslimat satınalma biriminin sipariş yazısına istinaden yapılacaktır. (Sözleşmeli alımlarda sözleşmedeki oran uygulanır)
- 2- Teklif opsiyonu en az 30 gün olmalı ve ürün markası, belirtilecek ve teklif fiyatları KDV hariç verilecektir ve KDV oranı belirtilecektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayrıca idarenin öngördüğü şartlar dışında, firma tarafından ödeme günü vb. talepleri tekliflerinde belirseller dahi, dikkate alınmayacaktır.
- 3- Mal teslimi hastane ambarına veya idarenin göstereceği yere yapılacaktır. Teslimat yerine kadar tüm giderler satıcıya aittir.
- 4- Tıbbi malzeme haricindeki ürünlerde TSE markası aranan malzemeler TSE belgeli olacaktır.
- 5- Teklif mektubunda silinti ve kazıntı yapılmayacaktır. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler değerlendirilmeyecek olup, ancak idare gerek gördüğü takdirde bu süreyi uzatabilir.
- 6- Firma alacaklarını harcama yetkilisinin (Başhekimlik makamı) izniyle devir ve temlik yapabilir. Temlik öncesi harcama yetkilisi makamından uygunluk yazısı alınması zorunludur.
- 7- Tıbbi malzeme, ilaç ve kit alımlarında Sağlık Bakanlığının TITUBB veya ÜTS kaydı gereken ürünlerin kayıtlı olması halinde alım yapılacaktır. Ürünün imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda ilgili satıcının bayi olduğuna dair TITUBB kayıt ve bildirimi aranacaktır. Teklif mektubunda Firma Tanımlayıcı kodu, UBB kodu ve ayrıca firmanın KİK de kaydı olacaktır. UBB kodu ve SUT kodu gereken ürünlerin kodunun belirtilmemesi ile KİK kaydı olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu negatif listesinde bulunan tıbbi malzemeler alınmayacak, alınsa dahi negatif listeden çıkmadıkça fatura bedeli ödenmeyecektir. KİK kaydının yapılmaması ve kaydın güncellenmemesi malzeme alındıktan sonra malzemenin negatif listeye düşmesi gibi malzeme kaynaklı kuruma ait SGK kesinti tutarları ve kurum zararlarının tamamı ilgili firma tarafından karşılanacaktır.
- 8- Firmalar ürün tesliminde BAYİ NO, LOT NO, SERİ NO larını faturalarında belirteceklerdir. Belirtmedikleri takdirde fatura işleme alınmayacaktır.
- 9- Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan tıbbi malzemeler için SUT kodu, Tebliğde yer almayan malzeme olması durumunda bu durum teklif mektubunda belirtilecektir.
- 10- Nitelikli malzeme alımlarında şartnamede numune istenmiş ise teklif dışında numune doğrudan ilgili bölüme gönderilecektir ve numune gönderme ile lade masrafları satıcıya ait olacaktır.**
- 11- Firma tarafından sipariş edilen malzemenin teslim edilmemesi durumunda idare tarafından kanun gereği ilgili mercilere bildirim yapılarak, firma idarenin belirleyeceği süre içerisinde doğrudan temin alımlarına iştirak edemeyecektir.
- 12- SUT 5.2.1 Maddeler gereği 2 Ay içerisinde dönem sonlandırılmasından sonra getirilen fatura bedeli ödenmeyecektir.**
- 13- Sipariş sonrası teslimi yapılan mal/hizmet alımlarının teslimine müteakip faturanın Kuruma ulaştığı tarihten itibaren (Faturanın Kuruma teslim tarihi fatura arkasına kayıt düşülecektir.) 70 . günde işletmenin nakit durumuna göre ödenecektir.
- 14- Verilen tekliflerde teslimat süresi belirtilmesi zorunludur. Aksi takdirde 1. madde uygulanacaktır.

Teklif Veren Firmanın

Tel :
Fax:
Mail :

Son Teslim Tarih & Saat :

28.06.2024

PROF.DR.FATİH OSMANLIOĞLU
BAŞHEKİM-YARDIMCISI

MALZEME/HİZMET LİSTESİ

Sıra N	Malzeme Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	KDV Oranı%
1	15003039999704	SANTRAL VENÖZ KATATER		100,0	ADET		
		ÇİFT LÜMENLİ 6F					
2	15003039999843	NG SONDA (FEEDİNG) NO:6		20.000,0	ADET		

EK:TEKNİK ŞARTNAME

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

TIBBİ MALZEME BİRİMİ

ŞARTNAME NO
6951

ŞARTNAME

Düzenleme Tarihi : 10.06.2024

- 1.Kısa süreli venöz yol ihtiyacı olan hastaların harici kateterizasyonla bu ihtiyacını sağlayacak bir set sistemidir.
- 2.Sistemin venöz iğnesi 18-21G kalınlıkta ve uluslararası renk koduna sahip olmalıdır. Mandrelsiz ve keskin uçlu olmalıdır. İğne içinden en az 0,018inç kılavuz tel geçebilmelidir.
- 3.Pediyatrik Santral Venöz Katater Kitlerinde 2 lümenli 3F-5.5F arası kateterler için 4cm-20cm olmalıdır. Yetişkin Santral Venöz Katater kitlerinde 2 lümenli 6F,7F-8F arası kateterler için 13cm-21cm olmalıdır.
- 4.Kateter çift lümenli olmalıdır.
- 5.Kılavuz tel iğne ile uyumlu kalınlıkta, katater ile uyumlu uzunlukta ve 10'ar cm lik uzunluk çizgilerine sahip olmalıdır.
- 6.Kateter biyouyumluluğu ispatlanmış malzemeden üretilmiş olup, vücut sıcaklığında yumuşamalı ve ucu daha yumuşak ve atravmatik olmalıdır.
- 7.Set içinde venöz iğne, kılavuz tel, infüzyon katateri ve dilatör bulunmalıdır.
- 8.Kateter üzerinde sabitlemek için dikiş kanadı olmalıdır.
- 9.Kılavuz tel güvenli kateter yerleştirmeye olanak verecek sertlikte olmalıdır ve takılma sırasında kolay eğilmemelidir.
- 10.Kateterin dışarıda kalan uçlarında (uzatmalar), kapaklar dışında kilitleme sistemi (klemp) olmalıdır.
11. Kateterin priming hacimleri veya katater çapları uzatmalar üzerinde belirtilmelidir.
- 12.Sistemin dilatörü çap ve uzunluk olarak katater ile uyumlu olmalıdır.
- 13.Sistemin dilatörü floroskopik olarak rahatça görünecek oranda radyo opak olmalıdır.
- 14.Kateter dokuda rahat ilerletilebilir ve kıvrımlı damarlarda ilerleyebilecek fleksibiliteye sahip olmalıdır.
- 15.Kateter kiti.steril, şeffaf ve orijinal ambalajında olmalıdır.
- 16.Teklif ile birlikte 1 adet numune verilmesi zorunludur. Numune verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

HAZIRLAYANLAR

Fırat Üniversitesi Hastanesi
Tıbbi Malzeme Birimi
Ahmet SÖNMEZ

ONAYLAYAN

Fırat Üniversitesi Hastanesi
Ahmet BAYDEMİR

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

TIBBİ MALZEME BİRİMİ

ŞARTNAME NO
6961

ŞARTNAME

Düzenleme Tarihi : 10.06.2024

FEE DİNG BESLENME SONDASI NO:6

1. Ürün irrigasyon ve drenaj yapmak ve nazagastik beslenmeyi sağlamak amacı ile tasarlanmış olmalıdır.
2. Ürün PVC, silikon veya poliüretandan yapılmış olmalıdır.
3. Poliüretan sonda kılavuz telli ve uzun dönem kullanıma uygun olmalıdır.
4. Ürün çeşitli kalınlıkta (4-6-8-10-12-14-16-18-20-22F) temin edilebilmelidir.
5. Ürünün uzunluğu 40- 120 cm arasında olmalıdır.
6. Ürünün kapağı hava ve su sızdırmayacak özellikte olmalıdır.
7. Ürün latex içermemelidir.
8. Ürünün ucu yuvarlatılmış ve atravmatik olmalıdır.
9. Üründe sondanın distal kısmındaki çıkışında en az 2 delik olmalıdır.
10. Ürün üzerinde en az 1cm aralıklarla işaretlenmiş cm çizgileri olmalıdır.
11. Ürünün dışarıda kalan ucu beslenme setleri ve çam uçlu enjektör ile bağlantıya uygun olmalı veya Y port şeklinde çift girişe olanak sağlamalıdır.
12. Üründe ölçekli derinlik işareti olmalıdır.
13. Ürün giriş kolaylığı sağlayan yüzeye sahip olmalıdır.
14. Ürünün bükülmeye dirençli kolay yerleştirmeyi sağlayan sertlikte olmalıdır.
15. Üzerinde radyopak çizgileri olmalıdır.
16. Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır.
17. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
18. Teklif ile birlikte 5 adet numune verilmesi zorunludur.

HAZIRLAYANLAR

Firat Üniversitesi Hastanesi
Tıbbi Malzeme Birimi
A. Berat SÖNMEZ

ONAYLAYAN

Firat Üniversitesi Hastanesi
Ahmet BAYDEMİR