

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ
TEKLİF İSTEME FORMU

13.06.2025

İstem No : 83538 : 25/2642
Talep Eden Birim : GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ

Fırat Üniversitesi Hastanesi ihtiyacı malzeme/hizmet satın alınacaktır. Fiyat teklif aşağıda belirtilen tarih ve saatte Döner Sermaye Satın alma Birimine bizzat, faks veya posta ile teslimini rica ederim.

- 1- Malzeme/hizmet tesliminin kaç günde yapılacağını belirtmesi zorunludur. Belirtilmemesi durumunda sipariş tarihinden itibaren teslim süresi 30 gün olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her gün için fatura tutarının (KDV hariç) 0,001 (Binde biri) oranında gecikme cezası hesaplanarak tahakkuk üzerinden kesilecektir. Teslimat satınalma biriminin sipariş yazısına istinaden yapılacaktır. (Sözleşmeli alımlarda sözleşmedeki oran uygulanır)
- 2- Teklif opsiyonu en az 30 gün olmalı ve ürün markası, belirtilecek ve teklif fiyatları KDV hariç verilecektir ve KDV oranı belirtilecektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayrıca idarenin öngördüğü şartlar dışında, firma tarafından ödeme günü vb. talepleri tekliflerinde belirseller dahi, dikkate alınmayacaktır.
- 3- Mal teslimi hastane ambarına veya idarenin göstereceği yere yapılacaktır. Teslimat yerine kadar tüm giderler satıcıya aittir.
- 4- Tıbbi malzeme haricindeki ürünlerde TSE markası aranan malzemeler TSE belgeli olacaktır.
- 5- Teklif mektubunda silinti ve kazıntı yapılmayacaktır. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler değerlendirilmeyecek olup, ancak idare gerek gördüğü takdirde bu süreyi uzatabilir.
- 6- Firma alacaklarını harcama yetkilisinin (Başhekimlik makamı) izniyle devir ve temlik yapabilir. Temlik öncesi harcama yetkilisi makamından uygunluk yazısı alınması zorunludur.
- 7- Tıbbi malzeme, ilaç ve kit alımlarında Sağlık Bakanlığının TITUBB veya ÜTS kaydı gereken ürünlerin kayıtlı olması halinde alım yapılacaktır. Ürünün imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda ilgili satıcının bayi olduğuna dair TITUBB kayıt ve bildirimi aranacaktır. Teklif mektubunda Firma Tanımlayıcı kodu, UBB kodu ve ayrıca firmanın KİK de kaydı olacaktır. UBB kodu ve SUT kodu gereken ürünlerin kodunun belirtilmemesi ile KİK kaydı olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu negatif listesinde bulunan tıbbi malzemeler alınmayacak, alınsa dahi negatif listeden çıkmadıkça fatura bedeli ödenmeyecektir. KİK kaydının yapılmaması ve kaydın güncellenmemesi malzeme alındıktan sonra malzemenin negatif listeye düşmesi gibi malzeme kaynaklı kuruma ait SGK kesinti tutarları ve kurum zararlarının tamamı ilgili firma tarafından karşılanacaktır.
- 8- Firmalar ürün tesliminde BAYİ NO, LOT NO, SERİ NO larını faturalarda belirteceklerdir. Belirtmedikleri takdirde fatura işleme alınmayacaktır.
- 9- Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan tıbbi malzemeler için SUT kodu, Tebliğde yer almayan malzeme olması durumunda bu durum teklif mektubunda belirtilecektir.
- 10- Nitelikli malzeme alımlarında şartnamede numune istenmiş ise teklif dışında numune doğrudan ilgili bölüme gönderilecektir ve numune gönderme ile ilave masrafları satıcıya ait olacaktır.
- 11- Firma tarafından sipariş edilen malzemenin teslim edilmemesi durumunda idare tarafından kanun gereği ilgili mercilere bildirim yapılarak, firma idarenin belirleyeceği süre içerisinde doğrudan temin alımlarına iştirak edemeyecektir.
- 12- SUT 5.2.1 Maddeler gereği 2 Ay içerisinde dönem sonlandırılmasından sonra getirilen fatura bedeli ödenmeyecektir.
- 13- Sipariş sonrası teslimi yapılan mal/hizmet alımlarının teslimine müteakip faturanın Kuruma ulaştığı tarihten itibaren (Faturanın Kuruma teslim tarihi fatura arkasına kayıt düşülecektir.) 45 . günde işletmenin nakit durumuna göre ödenecektir.
- 14- Verilen tekliflerde teslimat süresi belirtilmesi zorunludur. Aksi takdirde 1. madde uygulanacaktır.

Teklif Veren Firmanın

Tel :
Fax:
Mail :

Son Teslim Tarih & Saat :

18.06.2025

PROF.DR.FATİH OSMANLIOĞLU
BAŞHEKİM/YARDIMCISI

MALZEME/HİZMET LİSTESİ

Sıra N	Malzeme Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	KDV Oranı%
1	150030302121424	TÜMÖR İŞARETLEME İĞNESİ 18G X 10CM		100,0	ADET		

EK TEKNİK ŞARTNAME

Adres: Fırat Üniversitesi Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü HAZAR V.D. : 3860437404

Tel: 0424 233 35 55

Fax: 0424 233 90 40

EPOSTA : dsermayesatinalma@firat.edu.tr

Sayfa 1

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

GİRİŞİMSSEL RADYOLOJİ

ŞARTNAME NO

9522

ŞARTNAME

Düzenleme Tarihi : 04.06.2025

ALTIN TUMOR İŞARETLEME İĞNESİ ŞARTNAMESİ ? UR1085 - GR1239

1. Steril ve tek kullanımlık olmalıdır.
2. Uygulanacak tedavi öncesi tümör dokunun işaretlenmesi amacıyla kullanıma uygun olmalıdır.
3. Tümör İşaretleme iğnesi, kalıcı marker içerdiği için sınıf IIb kriterlerine uygun olarak CE belgesine sahip olmalı, Tümör marker ın sınıf IIb nin gerektirdiği tüm biyo-uyumluluk testleri yapılmış olmalıdır ve bu belgeler idareye sunulmalıdır.
4. İğne uç yapısı doku girişini kolaylaştıracak şekilde keskin ve atravmatik olmalıdır.
5. Tümör işaretleme sistemi bir adet girişim iğnesi ve iğneye yüklenmiş şekilde bulunan %99.99 Saf Altın polimer tümör marker dan oluşmalıdır.
6. İşaretleme iğnesi, tümör işaretleyicinin kolay ve güvenli şekilde yerleşmesine imkan verecek şekilde özel tasarlanmış bir sap dizaynına sahip olmalıdır.
7. İğne yerleştirme sistemi ele oturan, ergonomik yapıda olmalı, parmakla itme hareketi ile kolayca çalışmalıdır.
8. İşaretleyicinin yerleşimi sırasında yanlış pozisyonlamayı engellemek için emniyet mekanizması olmalıdır.
9. Tümör işaretleyici yerleştirme işlemi sırasında iğneden düşmeyecek yapıda olmalı, hedef bölgeye ulaşana dek güvenli şekilde iğne içinde kalmalıdır.
10. Tümör işaretleyici marker Ultrasound, X-Ray ve MR gibi tüm görüntüleme sistemleri altında görünebilir olmalıdır.
11. İğnenin uzunluğu 10 cm , çap seçenekleri 16G-18G ve 19G olmalıdır.
- 12- İşaretleme iğnesi cm ölçekli olmalı, distal ucu ekojenik olmalıdır.

HAZIRLAYANLAR

Doç. Dr. Serpil AĞLAMİŞ
Fırat Üniversitesi Hastanesi
Radyasyon A.B.D. Radyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 445766 53799

ONAYLAYAN

Prof. Dr. A. Kürşad POYRAZ
Fırat Üniversitesi Hastanesi
Radyoloji A.B.D.
Dip. Tes. No: 69340 101812