

T.C.  
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ  
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ  
ELAZIĞ  
TEKLİF İSTEME FORMU

28.06.2024

İstem No : 76759 : 24/2676  
Talep Eden Birim : GÖZ HASTALIKLARI KLİNİĞİ

Fırat Üniversitesi Hastanesi ihtiyacı malzeme/hizmet satın alınacaktır. Fiyat teklif aşağıda belirtilen tarih ve saatte Döner Sermaye Satın alma Birimine bizzat, faks veya posta ile teslimini rica ederim.

- 1- Malzeme/hizmet tesliminin kaç günde yapılacağını belirtilmesi zorunludur. Belirtilmemesi durumunda sipariş tarihinden itibaren teslim süresi 30 gün olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her gün için fatura tutarının (KDV hariç) 0,001 (Bindebir) oranında gecikme cezası hesaplanarak tahakkuk üzerinden kesilecektir. Teslimat satınalma biriminin sipariş yazısına istinaden yapılacaktır. (Sözleşmeli alımlarda sözleşmedeki oran uygulanır)
- 2- Teklif opsiyonu en az 30 gün olmalı ve ürün markası, belirtilecek ve teklif fiyatları KDV hariç verilecektir ve KDV oranı belirtilecektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayrıca idarenin öngördüğü şartlar dışında, firma tarafından ödeme günü vb. talepleri tekliflerinde belirtmeler dahi, dikkate alınmayacaktır.
- 3- Mal teslimi hastane ambarına veya idarenin göstereceği yere yapılacaktır. Teslimat yerine kadar tüm giderler satıcıya aittir.
- 4- Tıbbi malzeme haricindeki ürünlere TSE markası aranan malzemeler TSE belgeli olacaktır.
- 5- Teklif mektubunda silinti ve kazıntı yapılmayacaktır. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler değerlendirilmeyecek olup, ancak idare gerek gördüğü takdirde bu süreyi uzatabilir.
- 6- Firma alacaklarını harcama yetkilisinin (Başhekimlik makamı) izniyle devir ve temlik yapabilir. Temlik öncesi harcama yetkilisi makamından uygunluk yazısı alınması zorunludur.
- 7- Tıbbi malzeme, ilaç ve kit alımlarında Sağlık Bakanlığının TITUBB veya ÜTS kaydı gereken ürünlerin kayıtlı olması halinde alım yapılacaktır. Ürünün imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda ilgili satıcının bayi olduğuna dair TITUBB kayıt ve bildirimi aranacaktır. Teklif mektubunda Firma Tanımlayıcı kodu, UBB kodu ve ayrıca firmanın KİK de kaydı olacaktır. UBB kodu ve SUT kodu gereken ürünlerin kodunun belirtilmemesi ile KİK kaydı olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu negatif listesinde bulunan tıbbi malzemeler alınmayacak, alınsa dahi negatif listeden çıkmadıkça fatura bedeli ödenmeyecektir. KİK kaydının yapılmaması ve kaydın güncellenmemesi malzeme alındıktan sonra malzemenin negatif listeye düşmesi gibi malzeme kaynaklı kuruma ait SGK kesinti tutarları ve kurum zararlarının tamamı ilgili firma tarafından karşılanacaktır.
- 8- Firmalar ürün tesliminde BAYİ NO, LOT NO, SERİ NO larını faturalarında belirteceklerdir. Belirtmedikleri takdirde fatura işleme alınmayacaktır.
- 9- Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan tıbbi malzemeler için SUT kodu, Tebliğde yer almayan malzeme olması durumunda bu durum teklif mektubunda belirtilecektir.
- 10- Nitelikli malzeme alımlarında şartnamede numune istenmiş ise teklif dışında numune doğrudan ilgili bölüme gönderilecektir ve numune gönderme ile iade masrafları satıcıya ait olacaktır.
- 11- Firma tarafından sipariş edilen malzemenin teslim edilmemesi durumunda idare tarafından kanun gereği ilgili mercilere bildirim yapılarak, firma idarenin belirleyeceği süre içerisinde doğrudan temin alımlarına iştirak edemeyecektir.
- 12- SUT 5.2.1 Maddeler gereği 2 Ay içerisinde dönem sonlandırılmasından sonra getirilen fatura bedeli ödenmeyecektir.
- 13- Sipariş sonrası teslimi yapılan mal/hizmet alımlarının teslimine müteakip faturanın Kuruma ulaştığı tarihten itibaren (Faturanın Kuruma teslim tarihi fatura arkasına kayıt düşülecektir.) 70 . günde işletmenin nakit durumuna göre ödenecektir.
- 14- Verilen tekliflerde teslimat süresi belirtilmesi zorunludur. Aksi takdirde 1. madde uygulanacaktır.

Teklif Veren Firmanın

Son Teslim Tarih & Saat :

Tel :

Fax :

Mail :

PROF.DR.FATİH OSMANLIOĞLU  
BAŞHEKİM YARDIMCISI

MALZEME/HİZMET LİSTESİ

| Sıra N | Malzeme Kodu   | Malzeme Cinsi                                                     | Açıklama | Miktarı | Birimi | Birim Fiyatı | KDV Oranı% |
|--------|----------------|-------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------|--------------|------------|
| 1      | 15012040199040 | FAKO VİTREKTOMİ CİHAZI<br>XENON LAMBA                             |          | 1,0     | ADET   |              |            |
| 2      | 15013022329    | FAKO VİTREKTOMİ CİHAZI<br>AYAK PEDALI BAĞLANTI VE<br>ŞARJ KABLOSU |          | 2,0     | ADET   |              |            |
| 3      | 15013022330    | AMELYATMİKROSKOBU<br>GÖRÜNTÜ AKTARMA FİBER<br>KABLOSU             |          | 1,0     | ADET   |              |            |

EK:TEKNİK ŞARTNAME

Adres: Fırat Üniversitesi Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü HAZAR V.D. : 3860437404

Tel: 0424 233 35 55

Fax: 0424 233 90 40

EPOSTA : dsermayesatinalma@firat.edu.tr

Sayfa 1

**BL3320, BAUSCH+LOMB STELLARIS PC VE ELİTE MARKA FAKO-VİTREKTOMİ KOMBİNE CİHAZI İÇİN XENON LAMBA**

1. Ürün Bausch+Lomb Stellaris PC ve Elite fako-vitrektomi kombine cihazında kullanılabilecek orijinal xenon lamba olmalıdır.
2. Ürün aydınlatması xenon aydınlatma olmalıdır ve bu ürünün ambalajında ve/veya ürünün üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
3. Xenon lamba içerisinde saf xenon gaz olmalıdır.
4. Xenon lamba maksimum ayar yapıldığında standart 20 gauge ışık probu kullanıldığında 25 Lumen ve/veya üzeri bir çıkış verebilmelidir.
5. Ürün özel metal bir gövde içerisinde olmalıdır. Ön tarafında tırtıllı yapıda ve elle de açılıp sıkılabilecek iki adet yuvarlak vidalama olmalıdır. Arka tarafında cihaz soketine girecek özel bir soket olmalıdır.
6. Xenon lamba gövdesi Bausch+Lomb Stellaris PC ve Elite fako-vitrektomi kombine cihazına direkt herhangi bir adaptör gerektirmeden takılabilmelidir..
7. Ürün kodu, seri numarası ürün üzerinde ve ürün paketinin üzerinde yazılı olmalıdır.
8. Ürün Stellaris Stellaris PC ve Elite fako-vitrektomi kombine cihazının üreticisi ile aynı marka ve üreticiye sahip ürün olmalıdır.
9. Ürün cerrahi bir cihaz ile kombine kullanılacağından, cihazın üreticisi ile aynı markaya sahip orijinal malzeme olmalıdır. Cihazın üreticisi dışında, başka bir firma tarafından üretilmiş ürün teklif edildiği takdirde, teklif eden firma verdiği adet miktarı bitene kadar ana cihaz, aksam ve aksesuarlarında doğacak olan her türlü teknik sorun ve arıza hallerinin sorumluluğunu üstlenmeyi arıza giderilemediği takdirde, (7) yedi gün içinde çalışan sorunsuz aynı marka ve model cihaz ile değiştirmeyi ya da eski model mevcut değil ise bir üst model phaco cihazı ile değiştirmeyi kurulum, eğitim ve servis gibi gereksimler dahil yerine getirmeyi yazılı noter taahhütlü olarak verecektir.

Fırat Üniversitesi Hastanesi  
Dr. Ramazan SERTKAYA  
Göz Hastalıkları A.B.D.  
Diyadin No: 240311

Prof. Dr. R. Gök GELİNER

STELLARİS/STELLARİS ELİT AYAK PEDALI BAĞLANTI VE ŞARJ KABLOSU

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün stellaris , stellaris elit , stellaris PC ve stellaris elit PC cihazlarına uyumlu olmalıdır.
2. Kablonun her iki ucu hem cihaza hem de ayak pedalına bağlantı yapabilmelidir.
3. Kablonun her iki ucunda metal soket olmalıdır.
4. Kablonun her iki ucunda yer alan metal sokette cihaza ve ayak pedalına doğru giriş için kırmızı işaret olmalıdır.
5. Kablo şarj edebilme özelliğinin yanında kablolu bağlantı ile ayak pedalının kullanımına olanak sağlamalıdır.
6. Ürün stellaris cihazları ile aynı üretici tarafından üretilmiş olmalıdır.

Fırat Üniversitesi Hastanesi  
Dr. Ramazan SERTKAYA  
Göz Hastalıkları A.B.D.  
Dip.Tesc.No: 210311

Prof. Dr. R. Ö. Gökçer  
GÖKÇER

## AMELOYAT MİKROSKOPU


HDMI 2.1 kablo olmalı

1,5 mt uzunluğunda olmalıdır

4 K full HD olmalı

48 Gbps veri aktarım hızına sahip olmalıdır

Teklif veren firma görüntüleme ve mikroskop üzerinden bağlantıyı yapıp çalışır vaziyette teslim etmelidir

Dr. Ramazan SERTKAYA  


Prof. Dr. F. ÖZELİKER  
