

T.C.  
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ  
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ  
ELAZIĞ  
TEKLİF İSTEME FORMU

13.07.2018

İstem No : 40799 : 18/2804  
Talep Eden Birim : GENEL CERRAHI KLİNİĞİ

**Fırat Üniversitesi Hastanesi ihtiyacı malzeme/hizmet satın alınacaktır. Fiyat teklif aşağıda belirtilen tarih ve saatte Döner Sermaye Satın alma Birimine bizzat, faks veya posta ile teslimini rica ederim.**

- 1- Malzeme/hizmet tesliminin kaç günde yapılacağını belirtmesi zorunludur. Belirtilmemesi durumunda sipariş tarihinden itibaren teslim süresi 10 gün olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her gün için fatura tutarının (KDV hariç) 0,001 (Bindebiri) oranında gecikme cezası hesaplanarak tahakkuk üzerinden kesilecektir. Teslimat satınalma biriminin sipariş yazısına istinaden yapılacaktır.
- 2- Teklif opsiyonu en az 20 gün olmalı ve ürün markası, belirtilecek ve teklif fiyatları KDV hariç verilecektir ve KDV oranı belirtilecektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayrıca idarenin öngördüğü şartlar dışında, firma tarafından ödeme günü vb. talepleri tekliflerinde belirtmeler dahi, dikkate alınmayacaktır.
- 3- Mal teslimi hastane ambarına veya idarenin göstereceği yere teslim edilecektir. Teslimat yerine kadar tüm giderler satıcıya aittir.
- 4- Tıbbi malzeme haricindeki ürünlerde TSE markası aranan malzemeler TSE belgeli olacaktır.
- 5- Teklif mektubunda silinti ve kazıntı yapılmayacaktır. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler değerlendirilmeyecek olup, ancak idare gerek gördüğü takdirde bu süreyi uzatabilir.
- 6- Firma alacaklarını sadece banka ve finans kurumlarına harcama yetkilisinin (Başhekimlik Makamı) izni ile devir ve temlik yapabilir. (3.Şahıslar ve firmalara temlik izni verilmemektedir.) Temlik öncesi uygunluk yazısı alınacaktır.
- 7- Tıbbi malzeme, ilaç ve kit alımlarında Sağlık Bakanlığının TITUBB veya ÜTS kaydı gereken ürünlerin kayıtlı olması halinde alım yapılacaktır. Ürünün imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda ilgili satıcının bayi olduğuna dair TITUBB kayıt ve bildirim aranacaktır. Teklif mektubunda Firma Tanımlayıcı kodu, UBB kodu ve ayrıca firmanın KİK de kaydı olacaktır. UBB kodu ve SUT kodu gereken ürünlerin kodunun belirtilmemesi ile KİK kaydı olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu negatif listesinde bulunan tıbbi malzemeler alınmayacak, alınsa dahi negatif listeden çıkmadıkça fatura bedeli ödenmeyecektir. KİK kaydının yapılmaması ve kaydın güncellenmemesi malzeme alındıktan sonra malzemenin negatif listeye düşmesi gibi malzeme kaynaklı kuruma ait SGK kesinti tutarları ve kurum zararlarının tamamı ilgili firma tarafından karşılanacaktır.
- 8- Firmalar ürün tesliminde **BAYİ NO, LOT NO, SERİ NO** larını faturalarında belirteceklerdir. Belirtmedikleri takdirde fatura işleme alınmayacaktır.
- 9- Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan tıbbi malzemeler için SUT kodu, Tebliğde yer almayan malzeme olması durumunda bu durum teklif mektubunda belirtilecektir.
- 10- Nitelikli malzeme alımlarında şartnamede numune istenmiş ise teklif dışında numune doğrudan ilgili bölüme gönderilecektir ve numune gönderme ile iade masrafları satıcıya ait olacaktır.**
- 11- Firma tarafından sipariş edilen malzemenin teslim edilmemesi durumunda idare tarafından kanun gereği ilgili mercilere bildirim yapılarak, firma idarenin belirleyeceği süre içerisinde doğrudan temin alımlarına iştirak edemeyecektir.
- 12- Sipariş sonrası teslimi yapılan mal/hizmet alımlarının teslimine müteakip faturanın Kuruma ulaştığı tarihten itibaren (Faturanın Kuruma teslim tarihi fatura arkasına kayıt düşülecektir.) 235 . günde ödenecektir.**

Son Teslim Tarih & Saat :

14<sup>00</sup>  
20.07.2018

DOÇ.DR.OSMAN MERMİ  
BAŞHEKİM YARDIMCISI

**MALZEME/HİZMET LİSTESİ**

Sıra N	Malzeme Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	KDV Oranı%
1	150030302171034	KESİCİ KAPATICI TABANCA (55MM) (AYARLANABİLİR ZIMBA HEMOSTATİK)		5,0	ADET		

NOT: TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR.

Adres: Fırat Üniversitesi Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü HAZAR V.D. : 3860437404

Tel: 0424 233 35 55

Fax: 0424 233 90 40

EPOSTA : dsermayesatinalma@firat.edu.tr

Sayfa 1

## **AYARLANABİLİR ZIMBA HEMOSTATİK KAPATICI KESİCİ TABANCA 55MM**

1. Disposable olmalıdır.
2. Steril orijinal ambalajında olmalıdır.
3. Aynı anda hem altı sıra zımba atma, hem de bunların ortasını kesme işi yapmalıdır.
4. Bıçak kartuş üzerinde olmalı ve bıçağın koruyucu yuvası olmalıdır.
5. 58 mm kesme, 61 mm kapama yapma özelliğine sahip olmalıdır.
6. Boş kartuş ile doku travması olmaması için, kilitlenme özelliği olmalıdır.
7. Steril paket içerisinde kartuşuz olmalıdır.
8. Stapler aynı kartuş ile istenildiğinde 1.5mm,1.8mm veya 2.0 mm aralıklarında güvenli kapama işlemi yapmalıdır.
9. Kartuşun makinaya takılı haldeki yuvanın yüksekliği 11.86mm genişliği ise 13.67mm, anvilin ise 10.62mm genişliği ise 10.57mm olmalıdır.
10. Ayarlanabilir stapler anvilinin üzerinde Anvil ve kartuş arasındaki dokuya proksimal ve distalde eşit kompresyon oluşturmasını sağlayan ve optimum hemostazın sağlanması için doku tutucu plastik pin bulunmalıdır.
11. 3 sıralı iki hat birbirine 2mm mesafede olmalıdır.
12. Tabanca oniki kez kartuş yüklenebilir olmalıdır.
13. Üzerindeki skala aracılığıyla ateşlenecek kartuşun kapalı bacak uzunluğunu ateşleme öncesi kullanıcı tarafından ayarlanabilir özellikte olmalıdır.
14. Kartuşları içerisindeki zimbalar maksimum hemostaz oluşması için 3 boyutlu kavrama özelliğinde olmalıdır.
15. Stapler anvil ve kartuşun uç kısımlarını ateşleme sırasında birbirine yaklaştırıp düzgün stapler hattı oluşturarak optimum hemostazı sağlayan tam paralel kapama mekanizmasına sahip olmalıdır.
16. Staplerin ateşleme kolu cerrahın pozisyonuna ve el alışkanlığına göre istenilen her iki yönde ateşlemeyi sağlayan mekanizmaya sahip olmalıdır.
17. Staplerin üzerinde kullanım esnasında kaymayı önleyen gripler olmalıdır.
18. Stapler 3 farklı kapalı zımba bacak boyuna kapama yapabilmelidir.
19. Farklı dokulara uygun boyutta zımba kullanımı, 3 sıra ve kavrayıcı zimbaları ile daha geniş alanda etkin kullanımı ile anastomoz hattında daha hemostatik kesme kapama yapmalıdır

