

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ
TEKLİF İSTEME FORMU

18.09.2020

İstem No : 52017 : 20/2874
Talep Eden Birim : TEKNİK BİRİM GENEL

Fırat Üniversitesi Hastanesi ihtiyacı malzeme/hizmet satın alınacaktır. Fiyat teklif aşağıda belirtilen tarih ve saatte Döner Sermaye Satın alma Birimine bizzat, faks veya posta ile teslimini rica ederim.

1- Malzeme/hizmet tesliminin kaç günde yapılacağını belirtmesi zorunludur. Belirtilmemesi durumunda sipariş tarihinden itibaren teslim süresi 10 gün olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her gün için fatura tutarının (KDV hariç) 0,001 (Binde biri) oranında gecikme cezası hesaplanarak tahakkuk üzerinden kesilecektir. Teslimat satınalma biriminin sipariş yazısına istinaden yapılacaktır. (Sözleşmeli alımlarda sözleşmedeki oran uygulanır)

2- Teklif opsiyonu en az 20 gün olmalı ve ürün markası, belirtilecek ve teklif fiyatları KDV hariç verilecektir ve KDV oranı belirtilecektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayrıca idarenin öngördüğü şartlar dışında, firma tarafından ödeme günü vb. talepleri tekliflerinde belirseler dahi, dikkate alınmayacaktır.

3- Mal teslimi hastane ambarına veya idarenin göstereceği yere yapılacaktır. Teslimat yerine kadar tüm giderler satıcıya aittir.

4- Tıbbi malzeme haricindeki ürünlerde TSE markası aranan malzemeler TSE belgeli olacaktır.

5- Teklif mektubunda silinti ve kazıntı yapılmayacaktır. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler değerlendirilmeyecek olup, ancak idare gerek gördüğü takdirde bu süreyi uzatabilir.

6- Firma alacaklarını harcama yetkilisinin (Başhekimlik makamı) izniyle devir ve temlik yapabilir. Temlik öncesi harcama yetkilisi makamından uygunluk yazısı alınması zorunludur.

7- Tıbbi malzeme, ilaç ve kit alımlarında Sağlık Bakanlığının TITUBB veya ÜTS kaydı gereken ürünlerin kayıtlı olması halinde alım yapılacaktır. Ürünün imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda ilgili satıcının bayi olduğuna dair TITUBB kayıt ve bildirimi aranacaktır. Teklif mektubunda Firma Tanımlayıcı kodu, ÜBB kodu ve ayrıca firmanın KİK de kaydı olacaktır. ÜBB kodu ve SUT kodu gereken ürünlerin kodunun belirtilmemesi ile KİK kaydı olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu negatif listesinde bulunan tıbbi malzemeler alınmayacak, alınsa dahi negatif listeden çıkmadıkça fatura bedeli ödenmeyecektir. KİK kaydının yapılmaması ve kaydın güncellenmemesi malzeme alındıktan sonra malzemenin negatif listeye düşmesi gibi malzeme kaynaklı kuruma ait SGK kesinti tutarları ve kurum zararlarının tamamı ilgili firma tarafından karşılanacaktır.

8- Firmalar ürün tesliminde **BAYI NO, LOT NO, SERİ NO** larını faturalarında belirtmelidir. Belirtmedikleri takdirde fatura işleme alınmayacaktır.

9- Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan tıbbi malzemeler için SUT kodu, Tebliğde yer almayan malzeme olması durumunda bu durum teklif mektubunda belirtilecektir.

10-Nitelikli malzeme alımlarında şartnamede numune istenmiş ise teklif dışında numune doğrudan ilgili bölüme gönderilecektir ve numune gönderme ile ilade masrafları satıcıya ait olacaktır.

11- Firma tarafından sipariş edilen malzemenin teslim edilmemesi durumunda idare tarafından kanun gereği ilgili mercilere bildirim yapılarak, firma idarenin belirleyeceği süre içerisinde doğrudan temin alımlarına iştirak edemeyecektir.

12- SUT 5.2.1 Maddeler gereği 2 Ay içerisinde dönem sonlandırılmasından sonra getirilen fatura bedeli ödenmeyecektir.

13- Sipariş sonrası teslimi yapılan mal/hizmet alımlarının teslimine müteakip faturanın Kuruma ulaştığı tarihten itibaren (Faturanın Kuruma teslim tarihi fatura arkasına kayıt düşülecektir.) **80. günde işletmenin nakit durumuna göre ödenecektir.**

Teklif Veren Firmanın

Son Teslim Tarih & Saat :

PROF.DR.FATİH FIRDOLAŞ
BAŞHEKİM YARDIMCISI

Tel :

Fax:

Mail :

21.09.2020 // 14:00

MALZEME/HİZMET LİSTESİ

Sıra N	Malzeme Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	KDV Oranı%
1	1501302096	ASPIRATÖR HORTUMU		1.000,0	ADET		
2	1501302099	ASPIRATÖR KAVANOZU		100,0	ADET		
3	1501302097	OKSİJEN FLOWMETRESİ		100,0	ADET		
4	1501301071	ANESTEZİ CİHAZI KURU HAVA REGÜLATÖRÜ		50,0	ADET		
5	1501302333	VAKUM REGÜLATÖRÜ (BS İNGİLİZ STANDARTLARINA UYGUN)		50,0	ADET		

TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR.

Adres: Fırat Üniversitesi Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü HAZAR V.D. : 3860437404

Tel: 0424 233 35 55

Fax: 0424 233 90 40


EPOSTA : dsermayesatinalma@firat.edu.tr

Sayfa 1

TEKNİK BİRİM 5 KALEM MALZEME ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Aspiratör Hortumu Teknik Şartnamesi (1. Kalem)

- 1- Şekildeki gibi şeffaf renkte ve steril poşetlerde olacaktır.
- 2- Steril olduğuna dair etiketli olmalıdır.
- 3- Hortumların et kalınlığı fazla olmalı; aspirasyon sırasında katlanmamalıdır.
- 4- Katlı, bükümlü hortumlar geri iade edilecektir.
- 5- Numune kontrol edildikten sonra fiyat verilecektir.




Aspiratör Kavanozu Teknik Şartnamesi (2. Kalem)

1. Numune kontrol edildikten sonra fiyat verilecektir.
2. Fotoğrafla numune kontrolü yapılmayacaktır.
3. Kavanozlar TSE veya CE belgelerine sahip olacaktır.
4. Vakum kavanozları 1,5 Lt'lik olacaktır;
5. Vakum kavanozları askı aparatları ile beraber gelecektir.

Numune resmi aşağıdadır.

Vedat ARSLANTATAR
Fırat Üniversitesi Hastanesi
Teknisyen




Oksijen Flowmetresi Teknik Şartnamesi (3. Kalem)

1. Numune kontrol edildikten sonra fiyat verilecektir.
2. Fotoğrafla numune kontrolü yapılmayacaktır.
3. Flowmetreler TSE veya CE belgelerine sahip olacaktır.
4. Hastane geneli kullanılan prizlere uygun olmayan, jak kısmı etrafında sürekli kaçıran, pirze takıldıktan sonra skala kısmındaki düğmeden ayar tutmayan flowmetreler


kesinlikle geri iade edilecektir.

5. Jak kısmı İngiliz standardında kullanılacak prizlere uyumlu olmalı, paslanmaz çelik malzemeden mamul olacaktır.
6. O₂ flowmetresi hastalara oksijen terapisi uygulamak için uygun olmalıdır.
7. Su kabı kırılmaz polikarbon malzemeden mamul en az 134°C otoklav edilebilir özellikte olmalıdır.

Numune resmi aşağıdadır.




Kuru Hava Regülatörü Teknik Şartnamesi (4. Kalem)




1. Hastane geneli 4 bar gaz basıncına uyumlu olmalıdır.
2. BS İngiliz standardına uyumlu monteli olacaktır.
3. Regülatörler TSE veya CE belgelerine sahip olacaktır.
4. Firma ismi ve gaz ismi kalıcı bir şekilde yazılmış olacaktır.
5. Çalışma aralığı 0-16 bar aralığında olmalıdır.

Vedat ARSLANTATAR
Fırat Üniversitesi
Ekliyen



Vakum Regülatörü Teknik Şartnamesi (5. Kalem)

1. Numune kontrol edildikten sonra fiyat verilecektir.
2. Fotoğrafla numune kontrolü yapılmayacaktır.
3. Regülatörler TSE veya CE belgelerine sahip olacaktır.
4. BS İngiliz standardına uyumlu monteli olacaktır.
5. Endotracheal yani ayarlanan vakum seviyesinde kalabilme özelliğine sahip olmalıdır.
6. Manometreli ve regülatörlü olmalıdır.
7. 0-760 mmHg aralığında vakum'a regüle edilebilir olmalıdır.
8. Firma ismi ve gaz ismi kalıcı bir şekilde yazılmış olacaktır.
9. Gövde Pirinç malzemeden imal krom kaplı malzemeden olacaktır.
10. Prize geçen jak kısmı uzun (49 mm) olmalıdır.
11. Hastane genelindeki prizlere uyumlu olacaktır. Uygun olmayan prizler geri iade edilecektir.



Vedat ARSLANTATAR
Firat Üniver. Tıp Fakültesi
Teknisyen

