

T.C.  
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ  
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ  
ELAZIĞ  
TEKLİF İSTEME FORMU

05.07.2023

İstem No : 70132 : 23/2879  
Talep Eden Birim : HEMODİYALİZ

Fırat Üniversitesi Hastanesi ihtiyacı malzeme/hizmet satın alınacaktır. Fiyat teklif aşağıda belirtilen tarih ve saatte Döner Sermaye Satın alma Birimine bizzat, faks veya posta ile teslimini rica ederim.

- 1- Malzeme/hizmet tesliminin kaç günde yapılacağı belirtilmesi zorunludur. Belirtilmemesi durumunda sipariş tarihinden itibaren teslim süresi 10 gün olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her gün için fatura tutarının (KDV hariç) 0,001 (Bindebiri) oranında gecikme cezası hesaplanarak tahakkuk üzerinden kesilecektir. Teslimat satınalma biriminin sipariş yazısına istinaden yapılacaktır. (Sözleşmeli alımlarda sözleşmedeki oran uygulanır)
- 2- Teklif opsiyonu en az 30 gün olmalı ve ürün markası, belirtilecek ve teklif fiyatları KDV hariç verilecektir ve KDV oranı belirtilecektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayrıca idarenin öngördüğü şartlar dışında, firma tarafından ödeme günü vb. talepleri tekliflerinde belirtseler dahi, dikkate alınmayacaktır.
- 3- Mal teslimi hastane ambarına veya idarenin göstereceği yere yapılacaktır. Teslimat yerine kadar tüm giderler satıcıya aittir.
- 4- Tıbbi malzeme haricindeki ürünlerde TSE markası aranan malzemeler TSE belgeli olacaktır.
- 5- Teklif mektubunda silinti ve kazıntı yapılmayacaktır. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler değerlendirilmeyecek olup, ancak idare gerek gördüğü takdirde bu süreyi uzatabilir.
- 6- Firma alacaklarını harcama yetkilisinin (Başhekimlik makamı) izniyle devir ve temlik yapabilir. Temlik öncesi harcama yetkilisi makamından uygunluk yazısı alınması zorunludur.
- 7- Tıbbi malzeme, ilaç ve kit alımlarında Sağlık Bakanlığının TITUBB veya ÜTS kaydı gereken ürünlerin kayıtlı olması halinde alım yapılacaktır. Ürünün imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda ilgili satıcının bayi olduğuna dair TITUBB kayıt ve bildirimi aranacaktır. Teklif mektubunda Firma Tanımlayıcı kodu, UBB kodu ve ayrıca firmanın KİK de kaydı olacaktır. UBB kodu ve SUT kodu gereken ürünlerin kodunun belirtilmemesi ile KİK kaydı olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu negatif listesinde bulunan tıbbi malzemeler alınmayacak, alınsa dahi negatif listeden çıkmadıkça fatura bedeli ödenmeyecektir. KİK kaydının yapılmaması ve kaydın güncellenmemesi malzeme alındıktan sonra malzemenin negatif listeye düşmesi gibi malzeme kaynaklı kuruma ait SGK kesinti tutarları ve kurum zararlarının tamamı ilgili firma tarafından karşılanacaktır.
- 8- Firmalar ürün tesliminde BAYİ NO, LOT NO, SERİ NO larını faturalarında belirteceklerdir. Belirtmedikleri takdirde fatura işleme alınmayacaktır.
- 9- Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan tıbbi malzemeler için SUT kodu, Tebliğde yer almayan malzeme olması durumunda bu durum teklif mektubunda belirtilecektir.
- 10- Nitelikli malzeme alımlarında şartnamede numune istenmiş ise teklif dışında numune doğrudan ilgili bölüme gönderilecektir ve numune gönderme ile iade masrafları satıcıya ait olacaktır.**
- 11- Firma tarafından sipariş edilen malzemenin teslim edilmemesi durumunda idare tarafından kanun gereği ilgili mercilere bildirim yapılarak, firma idarenin belirleyeceği süre içerisinde doğrudan temin alımlarına iştirak edemeyecektir.
- 12- SUT 5.2.1 Maddeler gereği 2 Ay içerisinde dönem sonlandırılmasından sonra getirilen fatura bedeli ödenmeyecektir.**
- 13- Sipariş sonrası teslimi yapılan mal/hizmet alımlarının teslimine müteakip faturanın Kuruma ulaştığı tarihten itibaren (Faturanın Kuruma teslim tarihi fatura arkasına kayıt düşülecektir.) 70 . günde işletmenin nakit durumuna göre ödenecektir.

**Teklif Veren Firmanın**

Tel :

Fax :

Mail :

**Son Teslim Tarih & Saat :**

10.07.2023

PROF.DR.FATİH ÖSMANLIOĞLU  
BAŞHEKİM YARDIMCISI

**MALZEME/HİZMET LİSTESİ**

| Sıra N | Malzeme Kodu | Malzeme Cinsi             | Açıklama | Miktarı | Birimi | Birim Fiyatı | KDV Oranı% |
|--------|--------------|---------------------------|----------|---------|--------|--------------|------------|
| 2      | 15013021134  | HEATER ROD 1600W M30796   |          | 1,0     | ADET   |              |            |
| 2      | 15013021229  | DEGASS DC MOTOR (M 37578) |          | 2,0     | ADET   |              |            |
| 3      | 1501301343   | FRESENIUS AKU (F40006959) |          | 2,0     | ADET   |              |            |

NOT:TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR.

Adres: Fırat Üniversitesi Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü HAZAR V.D. : 3860437404

Tel: 0424 233 35 55

Fax: 0424 233 90 40

EPOSTA : dsermayesatinalma@firat.edu.tr

Sayfa 1

**T.C.  
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ  
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ  
ELAZIĞ**

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| <b>İSTEĞİ YAPAN BİRİM :</b> | HEMODİYALİZ |
|-----------------------------|-------------|

ŞARTNAME NO 2764 ŞARTNAME Düzenleme Tarihi : 19.06.2023

ŞARTNAME NO 2764 ŞARTNAME Düzenleme Tarihi : 19.06.2023

ŞARTNAME NO 2764 ŞARTNAME Düzenleme Tarihi : 19.06.2023

| HEATER ROT ŞARTNAME |                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1-                  | Fresenius 4008 cihazlara uyumlu olmalıdır.                           |
| 2-                  | Isıtıcı üzerinde farklı renklerde giriş çıkış uçları olmalıdır.      |
| 3-                  | Cihaza takılabilmesi için üzerinde hazır kablo bağlantısı olmalıdır. |
| 4-                  | Üzerinde seri numarası ve üretim tarihi bulunmalıdır.                |
| 5-                  | Orijinal ambalajında olmalıdır.                                      |
| 6-                  | Takıldıktan sonra 1(bir) yıl garantili olmalıdır.                    |

- | HEATER ROT ŞARTNAME                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|
| 1- Fresenius 4008 cihazlara uyumlu olmalıdır.                           |
| 2- Isıtıcı üzerinde farklı renklerde giriş çıkış uçları olmalıdır.      |
| 3- Cihaza takılabilmesi için üzerinde hazır kablo bağlantısı olmalıdır. |
| 4- Üzerinde seri numarası ve üretim tarihi bulunmalıdır.                |
| 5- Orijinal ambalajında olmalıdır.                                      |
| 6- Takıldıktan sonra 1(bir) yıl garantili olmalıdır.                    |

DEGASING PUMP MOTOR ŞARTNAME

- 1- Fresenius 4008 model hemodiyaliz cihazlara uyumlu olmalıdır.
- 2- DC 24volt ile çalışmalıdır.
- 3- Üzerinde kabloları ve bağlantı yapılabilmesi için hazır soketi bulunmalıdır.
- 4- Orijinal ambalajında olmalıdır.
- 5- Cihaza takıldıktan itibaren 1(bir) yıl garantili olmalıdır.

- DEGASING PUMP MOTOR ŞARTNAME
- 1- Fresenius 4008 model hemodiyaliz cihazlara uyumlu olmalıdır.
  - 2- DC 24volt ile çalışmalıdır.
  - 3- Üzerinde kabloları ve bağlantı yapılabilmesi için hazır soketi bulunmalıdır.
  - 4- Orijinal ambalajında olmalıdır.
  - 5- Cihaza takıldıktan itibaren 1(bir) yıl garantili olmalıdır.

DEGASING PUMP MOTOR ŞARTNAME

- 1- Fresenius 4008 model hemodiyaliz cihazlara uyumlu olmalıdır.
- 2- DC 24volt ile çalışmalıdır.
- 3- Üzerinde kabloları ve bağlantı yapılabilmesi için hazır soketi bulunmalıdır.
- 4- Orijinal ambalajında olmalıdır.
- 5- Cihaza takıldıktan itibaren 1(bir) yıl garantili olmalıdır.

- DEGASING PUMP MOTOR ŞARTNAME
- 1- Fresenius 4008 model hemodiyaliz cihazlara uyumlu olmalıdır.
  - 2- DC 24volt ile çalışmalıdır.
  - 3- Üzerinde kabloları ve bağlantı yapılabilmesi için hazır soketi bulunmalıdır.
  - 4- Orijinal ambalajında olmalıdır.
  - 5- Cihaza takıldıktan itibaren 1(bir) yıl garantili olmalıdır.

| BATTERY (AKÜ) ŞARTNAME |
|------------------------|
|------------------------|


HAZIRLAYANLAR

İnşeyin KARAGÖZ  
Firat Toprak  
Diyadin Yöneticisi


HAZIRLAYANLAR

İnşeyin KARAGÖZ  
Firat Toprak  
Diyadin Yöneticisi

**ONAYLAYAN**

  
Yazıcılar ve Meslektaşları  
Ticaret Bakanlığı ve Mithracılı Üst Kurulu  
Op. İrs. No.4787C / 152024

**ONAYLAYAN**

  
Yazıcılar ve Meslektaşları  
Ticaret Bakanlığı ve Mithracılı Üst Kurulu  
Op. İrs. No.4787C / 152024

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İSTEĞİ YAPAN BİRİM :                                                                                                                                                                                                                                                                                 | HEMODİYALİZ |                                                                                                                                                    |
| ŞARTNAME NO<br>2764                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ŞARTNAME    | Düzenleme Tarihi : 19.06.2023                                                                                                                      |
| <p>1- Fresenius 4008 model hemodiyaliz cihazlara uyumlu olmalıdır.</p> <p>2- DC 18 volt olmalıdır.</p> <p>3- Üzerinde kabloları ve bağlantı yapılabilmesi için hazır soketi bulunmalıdır.</p> <p>4- Üzerinde seri numarası ve üretim tarihi olmalıdır.</p> <p>5- Orijinal ambalajında olmalıdır.</p> |             |                                                                                                                                                    |
| HAZIRLAYANLAR                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | ONAYLAYAN                                                                                                                                          |
| <p>İzmir<br/>Firat Tıp Fakültesi<br/>Diyanız<br/>Diyadin</p>                                                                                                                                                                                                                                         |             | <p>Prof. Dr. Ayhan DOĞRUKAN<br/>Firat Üniversitesi Hastaneleri<br/>Nefroloji Hastaneleri ve Nefroloji Hastaneleri<br/>Diyadin No:47876 / 52624</p> |
| Firat Üniversitesi Hastanesi Elazığ - Tel:0424 233 35 55 Fax: 0 424 233 90 40 - ftm.firat.edu.tr                                                                                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                    |
| Sayfa 2                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                                                                                                                                    |