

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ
TEKLİF İSTEME FORMU

24.01.2020

İstem No : 48805 : 20/290
Talep Eden Birim : ÇOCUK NEFROLOJİ POLİKLİNİĞİ

Fırat Üniversitesi Hastanesi ihtiyacı malzeme/hizmet satın alınacaktır. Fiyat teklif aşağıda belirtilen tarih ve saatte Döner Sermaye Satın alma Birimine bizzat, faks veya posta ile teslimini rica ederim.

1- Malzeme/hizmet tesliminin kaç günde yapılacağını belirtmesi zorunludur. Belirtilmemesi durumunda sipariş tarihinden itibaren teslim süresi 10 gün olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her gün için fatura tutarının (KDV hariç) 0,001 (Binde biri) oranında gecikme cezası hesaplanarak tahakkuk üzerinden kesilecektir. Teslimat satınalma biriminin sipariş yazısına istinaden yapılacaktır. (Sözleşmeli alımlarda sözleşmedeki oran uygulanır)

2- Teklif opsiyonu en az 20 gün olmalı ve ürün markası, belirtilecek ve teklif fiyatları KDV hariç verilecektir ve KDV oranı belirtilecektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayrıca idarenin öngördüğü şartlar dışında, firma tarafından ödeme günü vb. talepleri tekliflerinde belirtseler dahi, dikkate alınmayacaktır.

3- Mal teslimi hastane ambarına veya idarenin göstereceği yere yapılacaktır. Teslimat yerine kadar tüm giderler satıcıya aittir.

4- Tıbbi malzeme haricindeki ürünlerde TSE markası aranan malzemeler TSE belgeli olacaktır.

5- Teklif mektubunda silinti ve kazıntı yapılmayacaktır. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler değerlendirilmeyecek olup, ancak idare gerek gördüğü takdirde bu süreyi uzatabilir.

6- Temlik verilmeyecektir.

7- Tıbbi malzeme, ilaç ve kit alımlarında Sağlık Bakanlığının TITUBB veya ÜTS kaydı gereken ürünlerin kayıtlı olması halinde alım yapılacaktır. Ürünün imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda ilgili satıcının bayi olduğuna dair TITUBB kayıt ve bildirimi aranacaktır. Teklif mektubunda Firma Tanımlayıcı kodu, UBB kodu ve ayrıca firmanın KİK de kaydı olacaktır. UBB kodu ve SUT kodu gereken ürünlerin kodunun belirtilmemesi ile KİK kaydı olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu negatif listesinde bulunan tıbbi malzemeler alınmayacak, alınsa dahi negatif listeden çıkmadıkça fatura bedeli ödenmeyecektir. KİK kaydının yapılmaması ve kaydın güncellenmemesi malzeme alındıktan sonra malzemenin negatif listeye düşmesi gibi malzeme kaynaklı kuruma ait SGK kesinti tutarları ve kurum zararlarının tamamı ilgili firma tarafından karşılanacaktır.

8- Firmalar ürün tesliminde **BAYI NO, LOT NO, SERİ NO** larını faturalarında belirteceklerdir. Belirtmedikleri takdirde fatura işleme alınmayacaktır.

9- Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan tıbbi malzemeler için SUT kodu, Tebliğde yer almayan malzeme olması durumunda bu durum teklif mektubunda belirtilecektir.

10- Nitelikli malzeme alımlarında şartnamede numune istenmiş ise teklif dışında numune doğrudan ilgili bölüme gönderilecektir ve numune gönderme ile iade masrafları satıcıya ait olacaktır.

11- Firma tarafından sipariş edilen malzemenin teslim edilmemesi durumunda idare tarafından kanun gereği ilgili mercilere bildirim yapılarak, firma idarenin belirleyeceği süre içerisinde doğrudan temin alımlarına iştirak edemeyecektir.

12- SUT 5.2.1 Maddeler gereği 2 Ay içerisinde dönem sonlandırılmasından sonra getirilen fatura bedeli ödenmeyecektir.

13- Sipariş sonrası teslimi yapılan mal/hizmet alımlarının teslimine müteakip faturanın Kuruma ulaştığı tarihten itibaren (Faturanın Kuruma teslim tarihi fatura arkasına kayıt düşülecektir.) 235 . günde işletmenin nakit durumuna göre ödenecektir.

Teklif Veren Firmanın

Tel :

Fax :

Mail :

Son Teslim Tarih & Saat :

29.01.2020

PROF.DR.FATİH EİRDOLAŞ
BAŞHEKİM YARDIMCISI

MALZEME/HİZMET LİSTESİ

Sıra N	Malzeme Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	KDV Oran/%
1	15003030204016	DİYALİZÖR 0,6 M2 PEDIATRİK		100,0	ADET		
2	150030399101385	DİYALİZÖR 1 METRE KARE PEDIATRİK		400,0	ADET		
3	15003030204015	DİYALİZÖR 0,8 M		200,0	ADET		
4	15003039999693	PERİTON DİYALİZ KATATERİ DÜZ 31-33 CM TEK CUFF(KEÇELİ)		40,0	ADET		
5	15003039999694	PERİTON DİYALİZ KATATERİ DÜZ (37-39 CM) TEK CUFF(KEÇELİ)		6,0	ADET		

NOT: TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR.

Adres: Fırat Üniversitesi Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü HAZAR V.D. : 3860437404

Tel: 0424 233 35 55

Fax: 0424 233 90 40

EPOSTA : dsermayesatinalma@firat.edu.tr

Sayfa 1

0.6 m² Pediatrik Diyalizer Teknik Özellikleri

1. Diyalizer halov fiber yapıda SENTETİK (Polysulfone) ve kuru olmalıdır.
2. Diyalizerlerin dış yapısı kırılmalara ve çatlamalara karşı dayanıklı olmalıdır.
3. Diyalizer membranı ortalama 500 mmHg basınca dayanıklı olmalı, bu basınçlarda yırtık görülmemelidir.
4. Membran biyouyumlu olmalıdır.
5. Tedavi esnasında membranda herhangi bir pıhtılaşma görülmemelidir.
6. Maksimal kan akımı 50-200 ml/dk. olmalıdır.
7. Dolum hacmi 25 – 35 ml olmalıdır.
8. Diyalizerler steril ambalajında olmalıdır.
9. Sterilizasyon üretimden tarihinden itibaren 3 yıl geçerli olmalıdır.
10. Diyalizörlerin CE belgesi olmalıdır.
11. Kullanılacak arter-ven seti ile uyumlu olmalıdır.
12. Son kullanım tarihine 6 ay kalıncaya kadar kullanılamayan setler, yenisi ile değiştirilmelidir.
13. Satıcı firma diyalizerlerin teknik özelliklerini gösteren broşürle birlikte 3 adet örneği kullanıcı servise teslim edilecektir ve ürünler denendikten sonra kesin onay kararı verilecektir.
14. Teknik şartnameye uygunluk madde madde cevaplandırılacaktır.
15. Alımı gerçekleştirilen malzeme sözleşme tarihinden itibaren en geç 45 gün içinde teslim edilecektir.
16. Onaylanmış Ulusal Bilgi Bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmelidir.

Prof. Dr. Metin Kaya GÜNGÖR
Çocuk Sağ. Hast. Dr. T. 24. 5475
Çocuk Enfeksiyon. T. 24. 5475
Çocuk Nefes. T. 24. 5475
Fırat Üniversitesi Hastanesi

1 m² Pediatrik Diyalizer Teknik Özellikleri

1. Diyalizer halov fiber yapıda SENTETİK (Polysulfone) ve kuru olmalıdır.
2. Diyalizerlerin dış yapısı kırılmalara ve çatlamalara karşı dayanıklı olmalıdır.
3. Diyalizer membranı ortalama 500 mmHg basınca dayanıklı olmalı, bu basınçlarda yırtık görülmemelidir.
4. Membran biyouyumlu olmalıdır.
5. Tedavi esnasında membranda herhangi bir pıhtılaşma görülmemelidir.
6. Maksimal kan akımı 50-200 ml/dk. olmalıdır.
7. Dolum hacmi 45 – 75 ml olmalıdır.
8. Diyalizerler steril ambalajında olmalıdır.
9. Sterilizasyon üretimden tarihinden itibaren 3 yıl geçerli olmalıdır.
10. Diyalizörlerin CE belgesi olmalıdır.
11. Kullanılacak arter-ven seti ile uyumlu olmalıdır.
12. Satıcı firma diyalizerlerin teknik özelliklerini gösteren broşürle birlikte 3 adet örneği kullanıcı servise teslim edilecektir ve ürünler denendikten sonra kesin onay kararı verilecektir.
13. Teknik şartnameye uygunluk madde madde cevaplandırılacaktır.
14. Onaylanmış Ulusal Bilgi Bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmelidir.
15. Alımı gerçekleştirilen malzeme sözleşme tarihinden itibaren en geç 45 gün içinde teslim edilecektir.

Prof. Dr. Metin Yavaş
Çocuk Sağ. Hast. Uzmanı
Çocuk Nefroloji Uzmanı
Çocuk Romatoloji Uzmanı
Fırat Üniversitesi Hastanesi

0.8 m² Pediatrik Diyalizer Teknik Özellikleri

1. Diyalizer halov fiber yapıda SENTETİK (Polysulfone) ve kuru olmalıdır.
2. Diyalizerlerin dış yapısı kırılmalara ve çatlamalara karşı dayanıklı olmalıdır.
3. Diyalizer membranı ortalama 500 mmHg basınca dayanıklı olmalı, bu basınçlarda yırtık görülmemelidir.
4. Membran biyouyumlu olmalıdır.
5. Tedavi esnasında membranda herhangi bir pıhtılaşma görülmemelidir.
6. Maksimal kan akımı 50-200 ml/dk. olmalıdır.
7. Diyalizerler steril ambalajında olmalıdır.
8. Sterilizasyon üretimden tarihinden itibaren 3 yıl geçerli olmalıdır.
9. Diyalizörlerin CE belgesi olmalıdır.
10. Kullanılacak arter-ven seti ile uyumlu olmalıdır.
11. Satıcı firma diyalizerlerin teknik özelliklerini gösteren broşürle birlikte 3 adet örneği kullanıcı servise teslim edilecektir ve ürünler denendikten sonra kesin onay kararı verilecektir.
12. Teknik şartnameye uygunluk madde madde cevaplandırılacaktır.
13. Alımı gerçekleştirilen malzeme sözleşme tarihinden itibaren en geç 45 gün içinde teslim edilecektir.
14. Onaylanmış Ulusal Bilgi Bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmelidir.

Prof. Dr. Metin Kaya GÜNGÖRE
Çocuk Sağ. Hast. D. Tes. No: 5375
Çocuk Nefroloji D. Tes. No: 74951
Çocuk Romatoloji D. Tes. No: 90998
Fırat Üniversitesi Hastanesi

PEDİATRİK (31-33cm) PERİTON DİYALİZ KATETERLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Periton diyaliz kateteri periton diyaliz uygulaması için dizayn edilmiş biyouyumlu tıbbi silikondan imal edilmiş olmalıdır.
- 2-Enfeksiyon yolunu kapatmak ve kateterin konumunu sabitleştirmek için katater üzerinde biyouyumlu istekte belirtilene göre bir adet cuff (keçe) bulunmalıdır.
- 3-Kateter üzerinde x-ray cihazında görülmesini sağlayacak radyoopak bir şerit olmalıdır ve bu radyoopak şerit üzerinde delik bulunmamalıdır.
- 4-Kateter dış çapı ve lümen boyutları en uygun sıvı giriş çıkışını sağlamalı, ayrıca kataterin vücut içerisindeki geometrisini ve konumunu en uygun şekilde sağlayacak ölçülerde olmalıdır.
- 5-Kateterin vücut içerisinde kalan kısmı abdominal dokuya zarar vermeyecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
- 6-Kateter yan delikleri gerekli sıvı akımını ve sıvı dağılımını sağlamak için en son delik açma teknolojisi (punching-parça kopararak delik açma) ile yapılmış olmalı ve delik çapı en az 1.04 mm olmalı ve delik kenarları yuvarlatılmış olmalıdır.
- 7-Cuff, içerisindeki doku gelişimini en iyi şekilde sağlaması, enfeksiyona engel olması konumunun sabitliğinin sağlanması için özel sarma tekniği ile imal edilmiş olmalıdır.
- 8-Kateter steril edilmiş olmalı ve kateterin son kullanım tarihi teslim tarihinden itibaren en az üç yıl olmalıdır.
- 9-Kateter seti ambalajı üzerinde standartlara uygun etiket bulunmalı ve bu etikete paket içerisindeki malzemeler belirtilmeli, imalat tarihi ve son kullanma tarihi belirtilmelidir.
- 10-Her kateter seti set içerisinde ayrıca plastik torba içerisinde yalıtılmış olmalıdır.
- 11-Kateter CE ve ISO kalite belgelerine sahip olmalıdır ve TC Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış Ulusal Bilgi Bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmelidir.
- 12- Numuneler ihale sırasında bir adet komisyonda değerlendirilmek için getirilecektir. Uygun görülmeyen malzeme alınmayacaktır.
13. Yüklenici firma teknik şartnameye tek tek cevap vermek zorundadır ve ilgili cevaplar ihale dosyasına konulacaktır.
14. Alımı gerçekleştirilen malzeme sözleşme tarihinden itibaren en geç 45 gün içinde teslim edilecektir.

[Signature]
Prof. Dr. Kaya GÜNE
Tıbbi Hast. D. Tes. No: 35
Enfeksiyon D. Tan. No: 7295
Enfeksiyon D. Tes. No: 6001
Etiler Üniversitesi Hastahane

PEDIATRİK (37-39cm) PERİTON DİYALİZ KATETERLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Periton diyaliz kateteri periton diyaliz uygulaması için dizayn edilmiş biyouyumlu tıbbi silikondan imal edilmiş olmalıdır.
- 2-Enfeksiyon yolunu kapatmak ve kateterin konumunu sabitleştirmek için katater üzerinde biyouyumlu **istekte belirtilene göre bir adet cuff (keçe)** bulunmalıdır.
- 3-Kateter üzerinde x-ray cihazında görülmesini sağlayacak radyoopak bir şerit olmalıdır ve bu radyoopak şerit üzerinde delik bulunmamalıdır.
- 4-Kateter dış çapı ve lümen boyutları en uygun sıvı giriş çıkışını sağlamalı, ayrıca kataterin vücut içerisindeki geometrisini ve konumunu en uygun şekilde sağlayacak ölçülerde olmalıdır.
- 5-Kateterin vücut içerisinde kalan kısmı abdominal dokuya zarar vermeyecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
- 6-Kateter yan delikleri gerekli sıvı akımını ve sıvı dağılımını sağlamak için en son delik açma teknolojisi (punching-parça kopararak delik açma) ile yapılmış olmalı ve delik çapı en az 1.04 mm olmalı ve delik kenarları yuvarlatılmış olmalıdır.
- 7-Cuff, içerisindeki doku gelişimini en iyi şekilde sağlaması, enfeksiyona engel olması konumunun sabitliğinin sağlanması için özel sarma tekniği ile imal edilmiş olmalıdır.
- 8-Kateter steril edilmiş olmalı ve kateterin son kullanım tarihi teslim tarihinden itibaren **en az üç yıl** olmalıdır.
- 9-Kateter seti ambalajı üzerinde standartlara uygun etiket bulunmalı ve bu etikete paket içerisindeki malzemeler belirtilmeli, imalat tarihi ve son kullanma tarihi belirtilmelidir.
- 10-Her kateter seti set içerisinde ayrıca plastik torba içerisinde yalıtılmış olmalıdır.
- 11-Kateter CE ve ISO kalite belgelerine sahip olmalıdır ve TC Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış Ulusal Bilgi Bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmelidir.
- 12- Numuneler ihale sırasında bir adet komisyonda değerlendirilmek için getirilecektir. Uygun görülmeyen malzeme alınmayacaktır.
13. Yüklenici firma teknik şartnameye tek tek cevap vermek zorundadır ve ilgili cevaplar ihale dosyasına konulacaktır.
14. Alımı gerçekleştirilen malzeme sözleşme tarihinden itibaren en geç 45 gün içinde teslim edilecektir.

Prof. Dr. Mevlan Kaya GİRİNCİ
Çocuk Sağ. Hast. 2. Kat. No: 53175
Çocuk Nefroloji 2. Kat. No: 72957
Çocuk Romatoloji 2. Kat. No: 8983
Fırat Üniversitesi Hastanesi