

T.C.  
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ  
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ  
ELAZIĞ  
TEKLİF İSTEME FORMU

17.07.2023

İstem No : 70381 : 23/3060  
Talep Eden Birim : TIBBİ MALZEME BİRİMİ

**Fırat Üniversitesi Hastanesi ihtiyacı malzeme/hizmet satın alınacaktır. Fiyat teklif aşağıda belirtilen tarih ve saatte Döner Sermaye Satın alma Birimine bizzat, faks veya posta ile teslimini rica ederim.**

- 1- Malzeme/hizmet tesliminin kaç günde yapılacağına belirtilmesi zorunludur. Belirtilmemesi durumunda sipariş tarihinden itibaren teslim süresi 10 gün olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her gün için fatura tutarının (KDV hariç) 0,001 (Bindebiri) oranında gecikme cezası hesaplanarak tahakkuk üzerinden kesilecektir. Teslimat satınalma biriminin sipariş yazısına istinaden yapılacaktır. (Sözleşmeli alımlarda sözleşmedeki oran uygulanır)
- 2- Teklif opsiyonu en az 30 gün olmalı ve ürün markası, belirtilecek ve teklif fiyatları KDV hariç verilecektir ve KDV oranı belirtilecektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayrıca idarenin öngördüğü şartlar dışında, firma tarafından ödeme günü vb. talepleri tekliflerinde belirtmeler dahi, dikkate alınmayacaktır.
- 3- Mal teslimi hastane ambarına veya idarenin göstereceği yere yapılacaktır. Teslimat yerine kadar tüm giderler satıcıya aittir.
- 4- Tıbbi malzeme haricindeki ürünlerde TSE markası aranan malzemeler TSE belgeli olacaktır.
- 5- Teklif mektubunda silinti ve kazıntı yapılmayacaktır. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler değerlendirilmeyecek olup, ancak idare gerek gördüğü takdirde bu süreyi uzatabilir.
- 6- Firma alacaklarını harcama yetkilisinin (Başhekimlik makamı) izniyle devir ve temlik yapabilir. Temlik öncesi harcama yetkilisi makamından uygunluk yazısı alınması zorunludur.
- 7- Tıbbi malzeme, ilaç ve kit alımlarında Sağlık Bakanlığının TITUBB veya ÜTS kaydı gereken ürünlerin kayıtlı olması halinde alım yapılacaktır. Ürünün imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda ilgili satıcının bayi olduğuna dair TITUBB kayıt ve bildirimi aranacaktır. Teklif mektubunda Firma Tanımlayıcı kodu, UBB kodu ve ayrıca firmanın KİK de kaydı olacaktır. UBB kodu ve SUT kodu gereken ürünlerin kodunun belirtilmemesi ile KİK kaydı olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu negatif listesinde bulunan tıbbi malzemeler alınmayacak, alınsa dahi negatif listeden çıkmadıkça fatura bedeli ödenmeyecektir. KİK kaydının yapılmaması ve kaydın güncellenmemesi malzeme alındıktan sonra malzemenin negatif listeye düşmesi gibi malzeme kaynaklı kuruma ait SGK kesinti tutarları ve kurum zararlarının tamamı ilgili firma tarafından karşılanacaktır.
- 8- Firmalar ürün tesliminde BAYİ NO, LOT NO, SERİ NO larını faturalarında belirteceklerdir. Belirtmedikleri takdirde fatura işleme alınmayacaktır.
- 9- Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan tıbbi malzemeler için SUT kodu, Tebliğde yer almayan malzeme olması durumunda bu durum teklif mektubunda belirtilecektir.
- 10- Nitelikli malzeme alımlarında şartnamede numune istenmiş ise teklif dışında numune doğrudan ilgili bölüme gönderilecektir ve numune gönderme ile iade masrafları satıcıya ait olacaktır.**
- 11- Firma tarafından sipariş edilen malzemenin teslim edilmemesi durumunda idare tarafından kanun gereği ilgili mercilere bildirim yapılarak, firma idarenin belirleyeceği süre içerisinde doğrudan temin alımlarına iştirak edemeyecektir.
- 12- SUT 5.2.1 Maddeler gereği 2 Ay içerisinde dönem sonlandırılmasından sonra getirilen fatura bedeli ödenmeyecektir.**
- 13- Sipariş sonrası teslimi yapılan mal/hizmet alımlarının teslimine müteakip faturanın Kuruma ulaştığı tarihten itibaren (Faturanın Kuruma teslim tarihi fatura arkasına kayıt düşülecektir.) 70 . günde işletmenin nakit durumuna göre ödenecektir.

**Teklif Veren Firmanın**

**Son Teslim Tarih & Saat :**

PROF.DR.FATİH OŞMANLIOĞLU  
BAŞHEKİM YARDIMCISI

Tel :  
Fax:  
Mail :

21.07.2023

**MALZEME/HİZMET LİSTESİ**

| Sıra N | Malzeme Kodu   | Malzeme Cinsi                                                                     | Açıklama | Miktarı | Birimi | Birim Fiyatı | KDV Oranı% |
|--------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------|--------------|------------|
| 1      | 15003030199338 | POLİMER KİLİTLİ LİGASYON KLİPSİ LARGE (ABSORBE OLMAYAN-BÜYÜK BOY)                 |          | 200,0   | ADET   |              |            |
| 2      | 15003030199339 | POLİMER KİLİTLİ LİGASYON KLİPSİ XL EXTRA LARGE (ABSORBE OLMAYAN-EKSTRA BÜYÜK BOY) |          | 300,0   | ADET   |              |            |

NOT:TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR.

T.C.  
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ  
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ  
ELAZIĞ

İSTEĞİ YAPAN BİRİM : TIBBİ MALZEME BİRİMİ

ŞARTNAME NO  
3024

ŞARTNAME

Düzenleme Tarihi : 11.07.2023

POLİMER LİGASYON KLİPS TEKNİK ŞARTNAMESİ  
(Absorbe Olmayan Polimer Kilitli Ligasyon Klipsi)  
Teknik Şartnamesi

- 1-Klips birleşimi, insan vücuduna hiçbir yan etkisi tespit edilmeyen, non-absorbable, non-toksik, non alerjenik polimer poliasetal Tenac 5010 yapıda olmalıdır.
- 2-Bu polimer yapı gerilme direnci ve esneklik itibarıyla optimum etki sağlayan Tenac 5010 dan mamul olmalıdır. Bu özellikle ilgili üretici firma beyanı ihale dosyasında bulunmalıdır.
- 3-Klipslerin ISO 10993 e göre yapılmış biyo uyumluluk testleri olmalıdır.
- 4-Klipsler tek kullanımlık ve orijinal steril ambalajında en az 4 yıl miatlı olmalıdır.
- 5-Klipsler laparoskopik ve açık cerrahi operasyonlarında sorunsuz kullanılabilmelidir.
- 6-Klips kartuşlarında 6 adet klips, her kutuda 15 kartuş bulunmalıdır.
- 7-Klips tam kapama sağlayan kayık şekilli yapıda olmalıdır.
- 8-Klipsin uç kısmı mükemmel kapama sağlayan ve açılmayı engelleyen karşılıklı kilit mekanizmasına sahip olmalıdır.
- 9-Klips üzerinde, klips aplikatörüne rahatlıkla oturan ve klipsin aplikatörden düşmesini engelleyen karşılıklı ayaklar bulunmalıdır.
- 10-Polimer klips, aplikatör üzerinde esneklik sağlayan yapıda olmalıdır.
- 11-Klipsler dokusal ve duysal geribildirime sahip olmalıdır.
- 12-Klipsler radyo transparan olmalıdır. MRI ve Röntgen cihazlarının manyetik alanlarından etkilenmemeli, MR ve BT çekimlerini etkilememeli ve röntgende görünmez yapıda olmalıdır.
- 13-Klipsler ML Orta-Büyük boy, L Büyük boy, XL Extra-büyük boy ebatları olmalıdır.
- 14-Farklı ebatlara göre 3,0-10,0mm, 5,0-13,0mm , 7,0-16,0mm arasındaki doku kütleleri ve damarları kapatma özelliğine sahip olmalıdır.
- 15-Klips kartuşları yeşil, mor ve sarı renkte olmalıdır. Alt kısımlarında eldivene sabitlenmesi için yapışkan bant bulunmalıdır.
- 16-Birim ambalaj üzerinde CE İşareti üretim yeri, üretim tarihi, son kullanma tarihi, onaylı UBB numarası, sterilizasyon yöntemi yazılı olmalıdır.
- 17-Miadında tüketilmeyen malzeme için üretici firma süresiz değişim garantisi vermelidir.
- 18-Teklif veren firma her 100 adet klips için 10 adet aplikatör vermelidir.
- 19-Teklif ile birlikte 1 adet numune verilmesi zorunludur.

HAZIRLAYANLAR

Firat Üniversitesi Hastanesi  
Ahmet BAYDEMİR

ONAYLAYAN

Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi  
Hastane Müdürü