

T.C.  
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ  
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ  
ELAZIĞ  
TEKLİF İSTEME FORMU

07.08.2018

İstem No : 40910 : 18/3148  
Talep Eden Birim : KARDIYOLOJİ KLİNİĞİ-1

**Fırat Üniversitesi Hastanesi ihtiyacı malzeme/hizmet satın alınacaktır. Fiyat teklif aşağıda belirtilen tarih ve saatte Döner Sermaye Satın alma Birimine bizzat, faks veya posta ile teslimini rica ederim.**

- 1- Malzeme/hizmet tesliminin kaç günde yapılacağını belirtilmesi zorunludur. Belirtilmemesi durumunda sipariş tarihinden itibaren teslim süresi 10 gün olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her gün için fatura tutarının (KDV hariç) 0,001 (Bindebiri) oranında gecikme cezası hesaplanarak tahakkuk üzerinden kesilecektir. Teslimat satınalma biriminin sipariş yazısına istinaden yapılacaktır.
- 2- Teklif opsiyonu en az 20 gün olmalı ve ürün markası, belirtilecek ve teklif fiyatları KDV hariç verilecektir ve KDV oranı belirtilecektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayrıca idarenin öngördüğü şartlar dışında, firma tarafından ödeme günü vb. talepleri tekliflerinde belirtmeler dahi, dikkate alınmayacaktır.
- 3- Mal teslimi hastane ambarına veya idarenin göstereceği yere teslim edilecektir. Teslimat yerine kadar tüm giderler satıcıya aittir.
- 4- Tıbbi malzeme haricindeki ürünlerde TSE markası aranan malzemeler TSE belgeli olacaktır.
- 5- Teklif mektubunda silinti ve kazıntı yapılmayacaktır. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler değerlendirilmeyecek olup, ancak idare gerek gördüğü takdirde bu süreyi uzatabilir.
- 6- Firma alacaklarını sadece banka ve finans kurumlarına harcama yetkilisinin (Başhekimlik Makamı) izni ile devir ve temlik yapabilir. (3. Şahıslar ve firmalara temlik izni verilmemektedir.) Temlik öncesi uygunluk yazısı alınacaktır.
- 7- Tıbbi malzeme, ilaç ve kit alımlarında Sağlık Bakanlığının TITUBB veya ÜTS kaydı gereken ürünlerin kayıtlı olması halinde alım yapılacaktır. Ürünün imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda ilgili satıcının bayi olduğuna dair TITUBB kayıt ve bildirim aranacaktır. Teklif mektubunda Firma Tanımlayıcı kodu, UBB kodu ve ayrıca firmanın KİK de kaydı olacaktır. UBB kodu ve SUT kodu gereken ürünlerin kodunun belirtilmemesi ile KİK kaydı olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu negatif listesinde bulunan tıbbi malzemeler alınmayacak, alınsa dahi negatif listeden çıkmadıkça fatura bedeli ödenmeyecektir. KİK kaydının yapılmaması ve kaydın güncellenmemesi malzeme alındıktan sonra malzemenin negatif listeye düşmesi gibi malzeme kaynaklı kuruma ait SGK kesinti tutarları ve kurum zararlarının tamamı ilgili firma tarafından karşılanacaktır.
- 8- Firmalar ürün tesliminde **BAYİ NO, LOT NO, SERİ NO** larını faturalarında belirteceklerdir. Belirtmedikleri takdirde fatura işleme alınmayacaktır.
- 9- Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan tıbbi malzemeler için SUT kodu, Tebliğde yer almayan malzeme olması durumunda bu durum teklif mektubunda belirtilecektir.
- 10- Nitelikli malzeme alımlarında sarnamede numune istenmiş ise teklif dışında numune doğrudan ilgili bölüme gönderilecektir ve numune gönderme ile iade masrafları satıcıya ait olacaktır.**
- 11- Firma tarafından sipariş edilen malzemenin teslim edilmemesi durumunda idare tarafından kanun gereği ilgili mercilere bildirim yapılarak, firma idarenin belirleyeceği süre içerisinde doğrudan temin alımlarına iştirak edemeyecektir.
- 12- Sipariş sonrası teslimi yapılan mal/hizmet alımlarının teslimine müteakip faturanın Kuruma ulaştığı tarihten itibaren (Faturanın Kuruma teslim tarihi fatura arkasına kayıt düşülecektir.) 235 . günde ödenecektir.**

Son Teslim Tarih & Saat :

1400  
13.08.2018

DOÇ.DR.OSMAN MERMİ  
BAŞHEKİM YARDIMCISI

**MALZEME/HİZMET LİSTESİ**

Sıra N	Malzeme Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	KDV Oranı%
1	150030399101705	FEMORAL ANJIYOĞRAFI ÖRTÜ SETİ		500,0	ADET		

NOT: TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR.

Adres: Fırat Üniversitesi Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü HAZAR V.D. : 3860437404

Tel: 0424 233 35 55

Fax: 0424 233 90 40

EPOSTA : dsermavesatinalma@firat.edu.tr

Sayfa 1

## FEMORAL ANJİYOĞRAFI ÖRTÜ SETİ ( STERİL VE DİSPOSABLE)

- 1) Set, femoral anjiyografilerde kullanılabilir , tek kullanımlık ve steril olmalıdır.
- 2) Seti oluşturan materyaller , üst katı ameliyat sırasında oluşacak kan , alkol , veya bu özellikteki sıvıları absorbe eden emici non woven alt katı bu sıvıların alta geçmesini engelleyen bakteri bariyerli medikal polietilenden oluşan iki katlı malzemedendir imal edilmiş olmalıdır. Bu materyal , hastanın, kat kat örtülmesini engelleyerek, tek bir örtü ile kısa sürede ameliyata hazırlanmasını ve sıvı penetrasyonunu önleyerek, enfeksiyon riskinin minimize edilmesini sağlar. Bu materyal, antialerjik , antibakteriyel ve medikal kullanıma uygun olmalıdır. İpliklerime ( hav) yapmamalı sağlam yapıda ve enfeksiyon riski olmamalıdır. Bu özellikler kumaşı üreten firma tarafından alınacak bir belge ile teyit edilmelidir.
- 3) Anjiyografi örtüsü , 150x300 cm (+/-10 cm) ebatlarında olmalıdır. Örtünün femoral arterlere gelen kısmında 6-15 cm arasında çaplı iki adet delik bulunmalıdır. Her iki delik, hastaya tam olarak yapışan, antialerjik özellikte olmalıdır. Örtüler pratik , anlaşılır ve yönlendirici şekilde katlanmış olmalıdır.
- 4) El kurulama havlusu 40x40 cm (+/-10 cm) (non- woven ) kumaştan imal edilmiş olup Z şeklinde katlanmalı, ıslandığında parçalanmayan, emici, hav ve tüy bırakmayan özellikte olmalıdır.
- 5) Alet masa örtüsü masayı tamamen örtecek , sıvı penetrasyonunu engellemelidir.
- 6) Set içerisindeki önlükler SSMMS (non-woven) malzemedendir imal edilmiş olup, sıvıyla teması yoğun olan göğüs ve kollarda bir tarafı polietilen , diğer katı non-woven malzeme ile takviyelendirilmiş imalıdır. Takviye dikiş kullanmadan yapıştırılmalıdır. Bilekler 8-10 cm boyunda manşetli , iç ve dış kuşaklar sterilitiyi bozmayacak şekilde katlanmış olmalıdır.
- 7) Set içerisinde sıvı kapları şeffaf kaliteli medikal kullanıma uygun sert plastikten olmalıdır.
- 8) Setin tüm parçaları alet masa örtüsü içine kullanım sırası ile yerleştirilip , steril pakete konulmalıdır.
- 9) Ürün paketlerinin üzerinde imalatçı firma bilgileri, sterilizasyon yöntemi, sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi ürün içeriği ve ölçü bilgileri bulunmalıdır.

Prof. Dr. İlgün KAYA  
Erciyes Üniversitesi Hastaneler,  
Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı  
Dip. Teschi No: 62007  
Uzm. Teschi No: 42338

- 10) Ürün sterilizasyon tarihinden itibaren 3 yıl raf ömrü olmalıdır, kulanı süresi dolan malzeme firma tarafından en az 1 miadi olan malzeme ile değiştirilmelidir.
- 11) Teslim edilen her ürün numune kabul edilecek olup , hastane idaresince gerekli görülmesi halinde, yeterli sayıda ürünlerden sterilite testi istenecektir. Bu test hastanenin belirleyeceği tarafsız akredite olmuş bir laboratuar tarafından yapılacaktır. Tüm test masrafları , ihale sonucu ürünler uhdesinden kalmış firma tarafından karşılanacaktır.
- 12) Teklif edilen malzemelerin Sosyal Güvenlik Kurunu Ve Sağlık Bakanlığı Bilgi Bankasına kayıt edilmiş, onaylanmış ürün numaralarını liste halinde ihale dosyasında verilmesi veya teklif mektubunda belirtilmesi zorunludur.TITUBB 'DA ( T.C İlaç Ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası ) "Sağlık Bakanlığı tarafından onaylıdır." İbaresini bulunmayan ürünler piyasaya an edilemeyeceklerinden kamu alımlarına katılamayacaklardır.

### SET İÇERİĞİ:

HAVLU 40*40 (+/-10 cm)	1 ADET
KORUMALI CERRAHİ ÖNLÜK	2 ADET
ANJİO ÖRTÜSÜ 150-180*300	1 ADET
SIVI KABI 250 ML	2 ADET
BOYAMA SÜNGERİ ST	1 ADET
SPANÇ ( KREPE SARILACAK ) 10*10	10 ADET
ALET MASA ÖRTÜSÜ en az 100*150	1 ADET
RÖNTGEN TÜP ÖRTÜSÜ (ŞEFFAF PE )en az 40*50	1 ADET

Prof. Dr. İlgün KARACA  
Ereğli Üniversitesi Hastanesi  
Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı  
Diy. Tescil No: 52907  
Uzra. Tescil No: 42338