

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ
TEKLİF İSTEME FORMU

14.07.2025

İstem No : 84160 : 25/3162
Talep Eden Birim : ÇOCUK CERRAHİSİ KLİNİĞİ

Fırat Üniversitesi Hastanesi ihtiyacı malzeme/hizmet satın alınacaktır. Fiyat teklif aşağıda belirtilen tarih ve saatte Döner Sermaye Satın alma Birimine bizzat, faks veya posta ile teslimini rica ederim.

- 1- Malzeme/hizmet tesliminin kaç günde yapılacağını belirtilmesi zorunludur. Belirtilmemesi durumunda sipariş tarihinden itibaren teslim süresi 30 gün olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her gün için fatura tutarının (KDV hariç) 0,001 (Bindebir) oranında gecikme cezası hesaplanarak tahakkuk üzerinden kesilecektir. Teslimat satınalma biriminin sipariş yazısına istinaden yapılacaktır. (Sözleşmeli alımlarda sözleşmedeki oran uygulanır)
- 2- Teklif opsiyonu en az 30 gün olmalı ve ürün markası, belirtilecek ve teklif fiyatları KDV hariç verilecektir ve KDV oranı belirtilecektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayrıca idarenin öngördüğü şartlar dışında, firma tarafından ödeme günü vb. talepleri tekliflerinde belirtmeler dahi, dikkate alınmayacaktır.
- 3- Mal teslimi hastane ambarına veya idarenin göstereceği yere yapılacaktır. Teslimat yerine kadar tüm giderler satıcıya aittir.
- 4- Tıbbi malzeme haricindeki ürünlerde TSE markası aranan malzemeler TSE belgeli olacaktır.
- 5- Teklif mektubunda silinti ve kazıntı yapılmayacaktır. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler değerlendirilmeyecek olup, ancak idare gerek gördüğü takdirde bu süreyi uzatabilir.
- 6- Firma alacaklarını harcama yetkilisinin (Başhekimlik makamı) izniyle devir ve temlik yapabilir. Temlik öncesi harcama yetkilisi makamından uygunluk yazısı alınması zorunludur.
- 7- Tıbbi malzeme, ilaç ve kit alımlarında Sağlık Bakanlığının TITUBB veya ÜTS kaydı gereken ürünlerin kayıtlı olması halinde alım yapılacaktır. Ürünün imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda ilgili satıcının bayi olduğuna dair TITUBB kayıt ve bildirim aranacaktır. Teklif mektubunda Firma Tanımlayıcı kodu, UBB kodu ve ayrıca firmanın KİK de kaydı olacaktır. UBB kodu ve SUT kodu gereken ürünlerin kodunun belirtilmemesi ile KİK kaydı olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu negatif listesinde bulunan tıbbi malzemeler alınmayacak, alınsa dahi negatif listeden çıkmadıkça fatura bedeli ödenmeyecektir. KİK kaydının yapılmaması ve kaydın güncellenmemesi malzeme alındıktan sonra malzemenin negatif listeye düşmesi gibi malzeme kaynaklı kuruma ait SGK kesinti tutarları ve kurum zararlarının tamamı ilgili firma tarafından karşılanacaktır.
- 8- Firmalar ürün tesliminde BAYİ NO, LOT NO, SERİ NO larını faturalarda belirteceklerdir. Belirtmedikleri takdirde fatura işleme alınmayacaktır.
- 9- Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan tıbbi malzemeler için SUT kodu, Tebliğde yer almayan malzeme olması durumunda bu durum teklif mektubunda belirtilecektir.
- 10- Nitelikli malzeme alımlarında şartnamede numune istenmiş ise teklif dışında numune doğrudan ilgili bölüme gönderilecektir ve numune gönderme ile iade masrafları satıcıya ait olacaktır.**
- 11- Firma tarafından sipariş edilen malzemenin teslim edilmemesi durumunda idare tarafından kanun gereği ilgili mercilere bildirim yapılarak, firma idarenin belirleyeceği süre içerisinde doğrudan temin alımlarına iştirak edemeyecektir.
- 12- SUT 5.2.1 Maddeler gereği 2 Ay içerisinde dönem sonlandırılmasından sonra getirilen fatura bedeli ödenmeyecektir.**
- 13- Sipariş sonrası teslimi yapılan mal/hizmet alımlarının teslimine müteakip faturanın Kuruma ulaştığı tarihten itibaren (Faturanın Kuruma teslim tarihi fatura arkasına kayıt düşülecektir.) 45 . günde işletmenin nakit durumuna göre ödenecektir.**
- 14- Verilen tekliflerde teslimat süresi belirtilmesi zorunludur. Aksi takdirde 1. madde uygulanacaktır.

Teklif Veren Firmanın

Tel :

Fax:

Mail :

Son Teslim Tarih & Saat:

18.07.2025

PROF.DR.FATİH OSMANLIOĞLU
BAŞHEKİM YARDIMCISI

MALZEME/HİZMET LİSTESİ

Sıra N	Malzeme Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	KDV Oranı%
1	99902858	CLICK LINE KELLY GRASPİNG FORSEPS (33351 MD) BAKIM VE ONARIM KAPSAMINDA YENİSİ İLE DEĞİŞİMİ		1,0	ADET		
2	99902859	CLICK LINE KELLY GRASPİNG FORSEPS (33351 ML) BAKIM VE ONARIM KAPSAMINDA YENİSİ İLE DEĞİŞİMİ		1,0	ADET		
3	99902860	CLICK LINE GRASPİNG FORSEPS (33356 AF) BAKIM VE ONARIM KAPSAMINDA YENİSİ İLE DEĞİŞİMİ		1,0	ADET		
4	99902865	EMME VE YIKAMA TÜPÜ (26173 BN) BAKIM VE ONARIM KAPSAMINDA YENİSİ İLE DEĞİŞİMİ		1,0	ADET		

EK:TEKNİK ŞARTNAME

Adres: Fırat Üniversitesi Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü HAZAR V.D. : 3860437404

Tel: 0424 233 35 55

Fax: 0424 233 90 40

EPOSTA : dsermayesatinalma@firat.edu.tr

Sayfa 1

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ

İSTEĞİ YAPAN BİRİM : ÇOCUK CERRAHİSİ KLİNİĞİ

ŞARTNAME NO
9561

ŞARTNAME

Düzenleme Tarihi : 11.06.2025

1. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ:

- Satıcı firma tarafından verilen tekliflerdeki Teknik Şartnameye cevapların, madde sıra numarasına göre hazırlanması ve istenen özellikler ile ilgili hükümlere açıklayıcı cevaplar verilmesi gerekmektedir.
 - Teklif ile birlikte tanıtıcı broşür ve katalogların verilmesi ve teklif edilen malzemelerin Şartnameye Uygunluk Belgesinde belirtilen özellikleri katalog ile teyit edilmelidir.
 - Satıcı firma teklif ettiği cihazın imalatçısının Türkiye temsilcisi olduğunu gösterir güncel noter onaylı Temsilcilik Belgesi teklifine eklemelidir.
 - Karl storz marka endoskopik cihazların bakım ve onarımı konusunda üretici tarafından verilmiş yetki belgesi bulunmalıdır. Yetki belgesi bulunmayan teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır
- 1 Adet Kavrama Forsepsi tamir kapsamında yenisi ile değişimi
- 360° dönebilir özellikte olmalıdır,
 - Parçalarına ayrılabilmeli ve bu parçalarının kolaylıkla sökülüp takılabilmesi için kilit sistemli olmalıdır,
 - Çapı 5 mm ve uzunluğu 36 cm olmalıdır,
 - Çift çene hareketli olmalıdır,
 - Çene uzunluğu 16 mm olmalıdır,
 - Aşağıdaki parçalardan oluşmalıdır:
 - * 1 Adet Plastik Kabza, raket kilit mekanizması
 - * 1 Adet Yalıtılmış Dış Tüp
 - * 1 Adet Forseps İç Aksamı.
 - * En az 2 (iki) yıl garantili olmalıdır.

1. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ:


- Satıcı firma tarafından verilen tekliflerdeki Teknik Şartnameye cevapların, madde sıra numarasına göre hazırlanması ve istenen özellikler ile ilgili hükümlere açıklayıcı cevaplar verilmesi gerekmektedir.
 - Teklif ile birlikte tanıtıcı broşür ve katalogların verilmesi ve teklif edilen malzemelerin Şartnameye Uygunluk Belgesinde belirtilen özellikleri katalog ile teyit edilmelidir.
 - Satıcı firma teklif ettiği cihazın imalatçısının Türkiye temsilcisi olduğunu gösterir güncel noter onaylı Temsilcilik Belgesi teklifine eklemelidir.
 - Karl storz marka endoskopik cihazların bakım ve onarımı konusunda üretici tarafından verilmiş yetki belgesi bulunmalıdır. Yetki belgesi bulunmayan teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 1 Adet Diseksiyon ve Kavrama Forsepsi tamir kapsamında yenisi ile değişimi
- 360° dönebilir özellikte olmalıdır,
 - Parçalarına ayrılabilmeli ve bu parçalarının kolaylıkla sökülüp takılabilmesi için kilit sistemli olmalıdır,
 - Çapı en fazla 5 mm ve uzunluğu en fazla 36 cm olmalıdır,

HAZIRLAYANLAR

DOÇ DR TUGAY TARTAR




DR ÖĞR ÜYESİ İBRAHİM AKDENİZ



ONAYLAYAN

PROF DR ÜNAL BAKAL



İSTEĞİ YAPAN BİRİM : ÇOCUK CERRAHİSİ KLİNİĞİ

ŞARTNAME NO
9561

ŞARTNAME

Düzenleme Tarihi : 11.06.2025

4. Unipolar koagulasyon için yalıtılmış ve pin konnektörlü olmalıdır,
5. Çift çene hareketli ve çene uzunluğu 22 mm olmalıdır,
6. Aşağıdaki parçalardan oluşmalıdır:
 - * 1 Adet Plastik Kabza, raket kilit mekanizması
 - * 1 Adet Yalıtılmış Dış Tüp
 - * 1 Adet Forseps iç aksamı.
 - * En az 2 (iki) yıl garantili olmalıdır.

1. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ:

- a. Satıcı firma tarafından verilen tekliflerdeki Teknik Şartnameye cevapların, madde sıra numarasına göre hazırlanması ve istenen özellikler ile ilgili hükümlere açıklayıcı cevaplar verilmesi gerekmektedir.
- b. Teklif ile birlikte tanıtıcı broşür ve katalogların verilmesi ve teklif edilen malzemelerin Şartnameye Uygunluk Belgesinde belirtilen özellikleri katalog ile teyit edilmelidir.
- c. Satıcı firma teklif ettiği cihazın imalatçısının Türkiye temsilcisi olduğunu gösterir güncel noter onaylı Temsilcilik Belgesi teklifine eklemelidir.
- d. Karl storz marka endoskopik cihazların bakım ve onarımı konusunda üretici tarafından verilmiş yetki belgesi bulunmalıdır. Yetki belgesi bulunmayan teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır

1 Adet Kavrama Forsepsi tamir kapsamında yenisi ile değişimi


1. 360° dönebilir özellikte olmalı,
2. Parçalarına ayrılabilmesi ve bu parçalarının kolaylıkla sökülüp takılabilmesi için "Click" kilit sistemli olmalı,
3. Çapı 5 mm ve uzunluğu 36 cm. olmalı,
4. Unipolar koagulasyon için yalıtılmış ve pin konnektörlü olmalı,
5. Atravmatik, delikli ve çift çene hareketli olmalı,
6. Aşağıdaki parçalardan oluşmalıdır:
 - * 1 Adet Plastik Kabza, raketli, hem kilitli hem de kilitsiz kullanıma uygun olmalıdır,
 - * 1 Adet Yalıtılmış Dış Tüp
 - * 1 Adet Forseps uç aksamı.
 - * En az 2 (iki) yıl garantili olmalıdır.

1. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ:


- a. Satıcı firma tarafından verilen tekliflerdeki Teknik Şartnameye cevapların, madde sıra numarasına göre hazırlanması ve istenen özellikler ile ilgili hükümlere açıklayıcı cevaplar verilmesi gerekmektedir.
- b. Teklif ile birlikte tanıtıcı broşür ve katalogların verilmesi ve teklif edilen malzemelerin Şartnameye Uygunluk Belgesinde belirtilen özellikleri katalog ile teyit edilmelidir.
- c. Satıcı firma teklif ettiği cihazın imalatçısının Türkiye temsilcisi olduğunu gösterir güncel noter onaylı Temsilcilik Belgesi teklifine eklemelidir.
- d. Karl storz marka endoskopik cihazların bakım ve onarımı konusunda üretici tarafından verilmiş yetki

HAZIRLAYANLAR

DOÇ DR TUGAY TARTAR







DR ÖĞR ÜYESİ İBRAHİM AKDENİZ



ONAYLAYAN

PROF DR ÜNAL BAKAL



İSTEĞİ YAPAN BİRİM :		ÇOCUK CERRAHİSİ KLİNİĞİ	
ŞARTNAME NO 9561		ŞARTNAME	
		Düzenleme Tarihi : 11.06.2025	
belgesi bulunmalıdır. Yetki belgesi bulunmayan teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır 1 Adet Emme ve Yıkama Tüpü tamir kapsamında değişimi 1. Anti refleks yüzeyli olmalıdır, yatay delikleri bulunmalıdır. 2. Tek elle kontrol için iki yollu musluklu olmalıdır. 3. Tüpün çapı en fazla 5 mm ve uzunluğu en fazla 36 cm olmalıdır. * En az 2 (iki) yıl garantili olmalıdır.			
HAZIRLAYANLAR		ONAYLAYAN	
DOÇ DR TUĞAY TARTAR DR ÖĞR ÜYESİ İBRAHİM AKDENİZ		PROF DR ÜNAL BAKAL	
			
			
Firat Üniversitesi Hastanesi Elazığ - Tel:0424 233 35 55 Fax: 0 424 233 90 40 - ftm.firat.edu.tr			
Sayfa 3			

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ

İSTEĞİ YAPAN BİRİM : ÇOCUK CERRAHİSİ KLİNİĞİ

ŞARTNAME NO
9566

ŞARTNAME

Düzenleme Tarihi : 11.06.2025

1. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ:


- Satıcı firma tarafından verilen tekliflerdeki Teknik Şartnameye cevapların, madde sıra numarasına göre hazırlanması ve istenen özellikler ile ilgili hükümlere açıklayıcı cevaplar verilmesi gerekmektedir.
 - Teklif ile birlikte tanıtıcı broşür ve katalogların verilmesi ve teklif edilen malzemelerin Şartnameye Uygunluk Belgesinde belirtilen özellikleri katalog ile teyit edilmelidir.
 - Satıcı firma teklif ettiği cihazın imalatçısının Türkiye temsilcisi olduğunu gösterir güncel noter onaylı Temsilcilik Belgesi teklifine eklemelidir.
 - Karl storz marka endoskopik cihazların bakım ve onarımı konusunda üretici tarafından verilmiş yetki belgesi bulunmalıdır. Yetki belgesi bulunmayan teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır
- 1 Adet Kavrama Forsepsi tamir kapsamında yenisi ile değişimi
- 360° dönebilir özellikte olmalı,
 - Parçalarına ayrılabilmeli ve bu parçalarının kolaylıkla sökülüp takılabilmesi için "Click" kilit sistemli olmalı,
 - Çapı 5 mm ve uzunluğu en az 36 cm. olmalı,
 - Unipolar koagulasyon için yalıtılmış ve pin konnektörlü olmalı,
 - Atravmatik, çift kaşık ve dişli olmalıdır.
 - Aşağıdaki parçalardan oluşmalıdır:
 - * 1 Adet Plastik Kabza, raketli, hem kilitli hem de kilitsiz kullanıma uygun olmalıdır,
 - * 1 Adet Yalıtılmış Dış Tüp
 - * 1 Adet Forseps uç aksamı.
 - * En az 2 (iki) yıl garantili olmalıdır.

1. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ:


- Satıcı firma tarafından verilen tekliflerdeki Teknik Şartnameye cevapların, madde sıra numarasına göre hazırlanması ve istenen özellikler ile ilgili hükümlere açıklayıcı cevaplar verilmesi gerekmektedir.
 - Teklif ile birlikte tanıtıcı broşür ve katalogların verilmesi ve teklif edilen malzemelerin Şartnameye Uygunluk Belgesinde belirtilen özellikleri katalog ile teyit edilmelidir.
 - Satıcı firma teklif ettiği cihazın imalatçısının Türkiye temsilcisi olduğunu gösterir güncel noter onaylı Temsilcilik Belgesi teklifine eklemelidir.
 - Karl storz marka endoskopik cihazların bakım ve onarımı konusunda üretici tarafından verilmiş yetki belgesi bulunmalıdır. Yetki belgesi bulunmayan teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır
- 1 adet Eğri Makas tamir kapsamında yenisi ile değişimi
- 360° dönebilir özellikte olmalıdır.
 - Parçalarına ayrılabilmeli ve bu parçalarının kolaylıkla sökülüp takılabilmesi için kilit sistemli

HAZIRLAYANLAR

DOÇ DR TUGAY TARTAR




DR ÖĞR ÜYESİ İBRAHİM AKDENİZ



ONAYLAYAN

PROF DR ÜNAL BAKAL



İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

ÇOCUK CERRAHİSİ KLİNİĞİ

ŞARTNAME NO

9566

ŞARTNAME

Düzenleme Tarihi : 11.06.2025

olmalıdır,

3. Çapı en fazla 5 mm ve uzunluğu en fazla 36 cm olmalıdır.
4. Unipolar koagülasyon için yalıtılmış ve pin konnektörlü olmalıdır.
5. Çift çene hareketli olmalıdır.
6. Eğri, kesici bıçaklar testere dişli ve kaşık şeklinde olup, kesici bıçakların uzunluğu 20 mm olmalıdır.
7. Aşağıdaki parçalardan oluşmalıdır:
 - * 1 Adet Plastik Kabza, raket kilit mekanizması
 - * 1 Adet Yalıtılmış Dış Tüp
 - * 1 Adet Makas iç aksamı.
 - * En az 2 (iki) yıl garantili olmalıdır.

1. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ:


- a. Satıcı firma tarafından verilen tekliflerdeki Teknik Şartnameye cevapların, madde sıra numarasına göre hazırlanması ve istenen özellikler ile ilgili hükümlere açıklayıcı cevaplar verilmesi gerekmektedir.
 - b. Teklif ile birlikte tanıtıcı broşür ve katalogların verilmesi ve teklif edilen malzemelerin Şartnameye Uygunluk Belgesinde belirtilen özellikleri katalog ile teyit edilmelidir.
 - c. Satıcı firma teklif ettiği cihazın imalatçısının Türkiye temsilcisi olduğunu gösterir güncel noter onaylı Temsilcilik Belgesi teklifine eklemelidir.
 - d. Karl storz marka endoskopik cihazların bakım ve onarımı konusunda üretici tarafından verilmiş yetki belgesi bulunmalıdır. Yetki belgesi bulunmayan teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır
- 1 Adet Koagülasyon Elektrodu tamir kapsamında yenisi ile değişimi
1. L-şekilli olmalı ve unipolar koagülasyon için bağlantısı bulunmalıdır.
 2. Dış tüpü yalıtılmış olmalıdır,
 3. Çapı 5 mm ve uzunluğu 36 cm olmalıdır
- * En az 2 (iki) yıl garantili olmalıdır.

1. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ:


- a. Satıcı firma tarafından verilen tekliflerdeki Teknik Şartnameye cevapların, madde sıra numarasına göre hazırlanması ve istenen özellikler ile ilgili hükümlere açıklayıcı cevaplar verilmesi gerekmektedir.
 - b. Teklif ile birlikte tanıtıcı broşür ve katalogların verilmesi ve teklif edilen malzemelerin Şartnameye Uygunluk Belgesinde belirtilen özellikleri katalog ile teyit edilmelidir.
 - c. Satıcı firma teklif ettiği cihazın imalatçısının Türkiye temsilcisi olduğunu gösterir güncel noter onaylı Temsilcilik Belgesi teklifine eklemelidir.
 - d. Karl storz marka endoskopik cihazların bakım ve onarımı konusunda üretici tarafından verilmiş yetki belgesi bulunmalıdır. Yetki belgesi bulunmayan teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır,
- 1 Adet Makro İğne Tutucu tamir kapsamında yenisi ile değişimi
1. Ergonomik ve aksiyal kilit mekanizmalı kabzası olmalıdır.
 2. Çenesi düz olmalıdır.
 3. İç aksam tungsten carbide'ten yapılmış olmalıdır

HAZIRLAYANLAR

DOÇ DR TUGAY TARTAR







DR ÖĞR ÜYESİ İBRAHİM AKDENİZ



ONAYLAYAN

PROF DR ÜNAL BAKAL



İSTEĞİ YAPAN BİRİM :	ÇOCUK CERRAHİSİ KLİNİĞİ	
ŞARTNAME NO 9566	ŞARTNAME	Düzenleme Tarihi : 11.06.2025
4. Çapı 5 mm uzunluğu ise 32-36 cm arasında olmalıdır. * En az 2 (iki) yıl garantili olmalıdır.		
HAZIRLAYANLAR DOÇ DR. TUGAY TARTAR  DR. ÖĞR. ÜYESİ İBRAHİM AKDENİZ 		ONAYLAYAN PROF. DR. ÜNAL BAKAL 
Fırat Üniversitesi Hastanesi Elazığ - Tel:0424 233 35 55 Fax: 0 424 233 90 40 - ftm.firat.edu.tr		Sayfa 3