

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ
TEKLİF İSTEME FORMU

27.08.2021

İstem No : 57404 : 21/3248
Talep Eden Birim : GASTROENTERENOLOJİ ENDOSKOPI ÜNİTESİ

Fırat Üniversitesi Hastanesi ihtiyacı malzeme/hizmet satın alınacaktır. Fiyat teklif aşağıda belirtilen tarih ve saatte Döner Sermaye Satın alma Birimine bizzat, faks veya posta ile teslimini rica ederim.

- 1- Malzeme/hizmet tesliminin kaç günde yapılacağını belirtmesi zorunludur. Belirtilmemesi durumunda sipariş tarihinden itibaren teslim süresi 10 gün olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her gün için fatura tutarının (KDV hariç) 0,001 (Binde biri) oranında gecikme cezası hesaplanarak tahakkuk üzerinden kesilecektir. Teslimat satınalma biriminin sipariş yazısına istinaden yapılacaktır. (Sözleşmeli alımlarda sözleşmedeki oran uygulanır)
- 2- Teklif opsiyonu en az 20 gün olmalı ve ürün markası, belirtilecek ve teklif fiyatları KDV hariç verilecektir ve KDV oranı belirtilecektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayrıca idarenin öngördüğü şartlar dışında, firma tarafından ödeme günü vb. talepleri tekliflerinde belirtmeler dahi, dikkate alınmayacaktır.
- 3- Mal teslimi hastane ambarına veya idarenin göstereceği yere yapılacaktır. Teslimat yerine kadar tüm giderler satıcıya aittir.
- 4- Tıbbi malzeme haricindeki ürünlerde TSE markası aranan malzemeler TSE belgeli olacaktır.
- 5- Teklif mektubunda silinti ve kazıntı yapılmayacaktır. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler değerlendirilmeyecek olup, ancak idare gerek gördüğü takdirde bu süreyi uzatabilir.
- 6- Firma alacaklarını harcama yetkilisinin (Başhekimlik makamı) izniyle devir ve temlik yapabilir. Temlik öncesi harcama yetkilisi makamından uygunluk yazısı alınması zorunludur.
- 7- Tıbbi malzeme, ilaç ve kit alımlarında Sağlık Bakanlığının TITUBB veya ÜTS kaydı gereken ürünlerin kayıtlı olması halinde alım yapılacaktır. Ürünün imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda ilgili satıcının bayi olduğuna dair TITUBB kayıt ve bildirimi aranacaktır. Teklif mektubunda Firma Tanımlayıcı kodu, UBB kodu ve ayrıca firmanın KİK de kaydı olacaktır. UBB kodu ve SUT kodu gereken ürünlerin kodunun belirtilmemesi ile KİK kaydı olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu negatif listesinde bulunan tıbbi malzemeler alınmayacak, alınsa dahi negatif listeden çıkmadıkça fatura bedeli ödenmeyecektir. KİK kaydının yapılmaması ve kaydın güncellenmemesi malzeme alındıktan sonra malzemenin negatif listeye düşmesi gibi malzeme kaynaklı kuruma ait SGK kesinti tutarları ve kurum zararlarının tamamı ilgili firma tarafından karşılanacaktır.
- 8- Firmalar ürün tesliminde BAYI NO, LOT NO, SERİ NO larını faturalarında belirtmekle yükümlüdür. Belirtmedikleri takdirde fatura işleme alınmayacaktır.
- 9- Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan tıbbi malzemeler için SUT kodu, Tebliğde yer almayan malzeme olması durumunda bu durum teklif mektubunda belirtilecektir.
- 10- Nitelikli malzeme alımlarında şartnamede numune istenmiş ise teklif dışında numune doğrudan ilgili bölüme gönderilecektir ve numune gönderme ile ilave masrafları satıcıya ait olacaktır.
- 11- Firma tarafından sipariş edilen malzemenin teslim edilmemesi durumunda idare tarafından kanun gereği ilgili mercilere bildirim yapılarak, firma idarenin belirleyeceği süre içerisinde doğrudan temin alımlarına iştirak edemeyecektir.
- 12- SUT 5.2.1 Maddeler gereği 2 Ay içerisinde dönem sonlandırılmasından sonra getirilen fatura bedeli ödenmeyecektir.
- 13- Sipariş sonrası teslimi yapılan mal/hizmet alımlarının teslimine müteakip faturanın Kuruma ulaştığı tarihten itibaren (Faturanın Kuruma teslim tarihi fatura arkasına kayıt düşülecektir.) 235 . günde işletmenin nakit durumuna göre ödenecektir.

Teklif Veren Firmanın

Son Teslim Tarih & Saat :

PROF.DR.FATİH FIRDOLAŞ
BAŞHEKİM YARDIMCISI

Tel :
Fax :
Mail :

16⁰⁰
01.09.2021

MALZEME/HİZMET LİSTESİ

Sıra N	Malzeme Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	KDV Oran%
1	15003030299252	PLASTİK STENT 8.5 F	GS1490	30,0	ADET		
2	15003030217324	PLASTİK STENT 8,5 F 10 CM	GS1490	30,0	ADET		
3	15003030299245	PLASTİK STENT 10 F 10 CM	GS1490	40,0	ADET		
4	15003030299249	PLASTİK STENT 7.5 F 12 CM	GS1490	20,0	ADET		
5	15003030299248	PLASTİK STENT 7.5 F 15 CM	GS1490	20,0	ADET		
6	15003030299247	PLASTİK STENT 10 F 12 CM	GS1490	20,0	ADET		
7	15003030299246	PLASTİK STENT 10 F 8 CM	GS1490	40,0	ADET		
8	15003030299244	PLASTİK STENT 7 F 12 CM	GS1490	20,0	ADET		
9	15003030299737	BİLİER STENT İTİCİ	GS1490	60,0	ADET		

NOT:TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR.

Adres: Fırat Üniversitesi Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü HAZAR V.D. : 3860437404

Tel: 0424 233 35 55


Fax: 0424 233 90 40 EPOSTA : dsermayesatinalma@firat.edu.tr

Sayfa 1

PLASTİK STENT 8.5 F 12cm (30 adet)

1. Plastik stent çapı 8 F olup uzunluğu 12 cm olmalıdır.
2. Plastik stentin tamamını radyopak olmalıdır.
3. Plastik stentin her iki ucunda çentikleri ve en az 4 adet de drenaj delikleri bulunmalıdır.
4. Plastik stentin bir ucu incelen yapıda olmalıdır.
5. Uluslar arası CE, ISO, EN kalite kontrol belgeleri olmalı.
6. Numune verilmesi zorunludur. Numune denenecektir. Kullanıcı tarafından teknik şartnameye uygunsa tercih edilecektir.
7. Teslim alındıktan sonra kullanım esnasında hatalı saptanan malzeme iade edilecektir


Dr. Mehmet Haldı BAKÇECİOĞLU
Jinekoloji Hastalıkları Uzmanı
T.C. Sağlık Bakanlığı
7450189766



PLASTİK STENT 8.5 F 10cm (30 adet)


1. Plastik stent çapı 8 F olup uzunluğu 12 cm olmalıdır.
2. Plastik stentin tamamı radyopak olmalıdır.
3. Plastik stentin her iki ucunda çentikleri ve en az 4 adet de drenaj delikleri bulunmalıdır.
4. Plastik stentin bir ucu incelen yapıda olmalıdır.
5. Uluslar arası CE, ISO, EN kalite kontrol belgeleri olmalı.
6. Numune verilmesi zorunludur. Numune denenecektir. Kullanıcı tarafından teknik şartnameye uygunsa tercih edilecektir.
7. Teslim alındıktan sonra kullanım esnasında hatalı saptanan malzeme iade edilecektir


Dr. İbrahim Halil BAĞCI
Tıbbi Fakültesi Hastanesi
Tıbbi ve Cerrahi Uzman
T.C. Sağlık Bakanlığı
07568149766



PLASTİK STENT :10 F 10 CM (40 adet)

- 1- Plastik stent çapı 10 F olup uzunluğu 10 cm olmalıdır.
- 2- Plastik stentin tamamı radyopak olmalıdır.
- 3- Plastik stentin her iki ucunda çentikleri ve en az 4 adet de drenaj delikleri bulunmalıdır.
- 4- Plastik stentin bir ucu incelen yapıda olmalıdır.
- 5- Uluslar arası CE, ISO, EN kalite kontrol belgeleri olmalı.
- 6- Numune verilmesi zorunludur. Numune denenecektir. Kullanıcı tarafından teknik şartnameye uygunsa tercih edilecektir.
- 7- Teslim alındıktan sonra kullanım esnasında hatalı saptanan malzeme iade edilecektir



Dr. Dr. Dr. Hakan BANCIOĞLU
Fırat Üniversitesi Hastanesi
Gastroenteroloji ve Gastroenteroloji Uzmanı
T.C. Kimlik No: 57582 49785


Fırat Üniversitesi Hastanesi
Gastroenteroloji ve Gastroenteroloji Uzmanı
T.C. Kimlik No: 57582 49785

PLASTİK STENT 7.5 F 12 cm(20 adet)

1. Plastik stent çapı 7.5 olup uzunluğu 12cm olmalıdır. .
2. Plastik stentin tamamı radyopak olmalıdır.
3. Plastik stentin her iki ucunda çentikleri ve en az 4 adet de drenaj delikleri bulunmalıdır.
4. Plastik stentin bir ucu incelen yapıda olmalıdır.
5. Uluslar arası CE, ISO, EN kalite kontrol belgeleri olmalı.
6. Numune verilmesi zorunludur. Numune denenecektir. Kullanıcı tarafından teknik şartnameye uygunsa tercih edilecektir.
7. Teslim alındıktan sonra kullanım esnasında hatalı saptanan malzeme iade edilecektir.


Dr. İbrahim Hakkı BANCECİOĞLU
Tıbbi Fakültesi Hastanesi
Gastroenteroloji Uzmanı
T.C. Sağlık Bakanlığı
0768



PLASTİK STENT 7.5 F 15 cm(20adet)

- 1- Plastik stent çapı 7.5 olup uzunluğu 15 cm olmalıdır.
- 2- Plastik stentin tamamı radyopak olmalıdır.
- 3- Plastik stentin her iki ucunda çentikleri ve en az 4 adet de drenaj delikleri bulunmalıdır.
- 4- Plastik stentin bir ucu incelen yapıda olmalıdır.
- 5- Uluslar arası CE, ISO, EN kalite kontrol belgeleri olmalı.
- 6- Numune verilmesi zorunludur. Numune denenecektir. Kullanıcı tarafından teknik şartnameye uygunsa tercih edilecektir.
- 7- Teslim alındıktan sonra kullanım esnasında hatalı saptanan malzeme iade edilecektir


Dr. Murat Hali BAHCIOĞLU
Fırat Üniversitesi Hastanesi
Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı
T.C. Sağlık Bakanlığı
Fırat Üniversitesi Hastanesi
Fırat Üniversitesi Hastanesi
Fırat Üniversitesi Hastanesi

Dr. Murat Hali BAHCIOĞLU
Fırat Üniversitesi Hastanesi
Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı
T.C. Sağlık Bakanlığı
Fırat Üniversitesi Hastanesi
Fırat Üniversitesi Hastanesi
Fırat Üniversitesi Hastanesi

PLASTİK STENT :10 F 12 CM (20 adet)

- 1- Plastik stent çapı 10 F olup uzunluğu 12 cm olmalıdır.
- 2- Plastik stentin tamamı radyopak olmalıdır.
- 3 -Plastik stentin her iki ucunda çentikleri ve en az 4 adet de drenaj delikleri bulunmalıdır.
- 4- Plastik stentin bir ucu incelen yapıda olmalıdır.
- 5- Uluslar arası CE, ISO, EN kalite kontrol belgeleri olmalı.
- 6- Numune verilmesi zorunludur. Numune denenecektir. Kullanıcı tarafından teknik şartnameye uygunsa tercih edilecektir.
- 7- Teslim alındıktan sonra kullanım esnasında hatalı saptanan malzeme iade edilecektir.

Prof. Dr. Mustafa HALİHANÇEYOĞLU
Fırat Üniversitesi Hastanesi
İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı
Tic. Sicil No: 47568/49766



PLASTİK STENT :10 F -8CM (40r adet)


- 1- Plastik stent çapı 10 F olup uzunluğu 8 cm olmalıdır.
- 2- Plastik stentin tamamı radyopak olmalıdır.
- 3- Plastik stentin her iki ucunda çentikleri ve en az 4 adet de drenaj delikleri bulunmalıdır.
- 4- Plastik stentin bir ucu incelen yapıda olmalıdır.
- 5- Uluslar arası CE, ISO, EN kalite kontrol belgeleri olmalı.
- 6- Numune verilmesi zorunludur. Numune denenecektir. Kullanıcı tarafından teknik şartnameye uygunsu tercih edilecektir.
- 8- Teslim alındıktan sonra kullanım esnasında hatalı saptanan malzeme iade edilecektir.
- 9-

Prof. Dr. H. BAKÇIOĞLU
Üniversitesi Hastanesi
Pediatrik Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

PLASTİK STENT 7 F 12 cm (20 adet)

- 1- Plastik stent çapı 7 F olup uzunluğu 12 cm olmalıdır.
- 2- Plastik stentin tamamı radyopak olmalıdır.
- 3- Plastik stentin her iki ucunda çentikleri ve en az 4 adet de drenaj delikleri bulunmalıdır.
- 4- Plastik stentin bir ucu incelen yapıda olmalıdır.
- 5- Uluslar arası CE, ISO, EN kalite kontrol belgeleri olmalı.
- 6- Numune verilmesi zorunludur. Numune denenecektir. Kullanıcı tarafından teknik şartnameye uygunsa tercih edilecektir.
- 7- Teslim alındıktan sonra kullanım esnasında hatalı saptanan malzeme iade edilecektir


Prof. Dr. İbrahim Halil BALÇECİOĞLU
Fırat Üniversitesi Hastanesi
İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı
T.C. Tescil No: 57568/49706


Fırat Üniversitesi Hastanesi
İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı
T.C. Tescil No: 57568/49706

BİLİER STENT İTİCİ SİSTEM (60 adet)

1. Taşıyıcı katater ve itici katater aynı sistem üzerinde hazır halde olmalıdır.
2. Taşıyıcı katater ve itici katater teflon malzemeden yapılmış olmalıdır.
3. Sistem tek elle kullanım imkanı veren handle ile birleşik halde hazır olmalıdır.
4. Sistem görüntü alabilmek için radyopak malzeme olmalıdır.
5. Stenti konumlandırabilmek için sistem üzerinde 3 adet radyopak bant olmalıdır
6. Sistem 0.35 guide wire ile kullanılabilmelidir .
7. Sistem 7 Fr – 8,5Fr- Fr olarak kliniğin istemine göre teslim

Prof.Dr. İbrahim Hacı BAĞÇECİOĞLU
Fırat Üniversitesi Hastanesi
İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı
Diyarbakır 46100
Tic. Sic. No: 27468/40766

Prof.Dr. Mustafa YILMAZ
Fırat Üniversitesi Hastanesi
İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı
Diyarbakır 46100
Tic. Sic. No: 27468/40766