

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ
TEKLİF İSTEME FORMU

07.09.2021

İstem No : 57681 : 21/3370
Talep Eden Birim : HEMODİYALİZ

Fırat Üniversitesi Hastanesi ihtiyacı malzeme/hizmet satın alınacaktır. Fiyat teklif aşağıda belirtilen tarih ve saatte Döner Sermaye Satın alma Birimine bizzat, faks veya posta ile teslimini rica ederim.

1- Malzeme/hizmet tesliminin kaç günde yapılacağını belirtmesi zorunludur. Belirtmemesi durumunda sipariş tarihinden itibaren teslim süresi 10 gün olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her gün için fatura tutarının (KDV hariç) 0,001 (Bindebir) oranında gecikme cezası hesaplanarak tahakkuk üzerinden kesilecektir. Teslimat satınalma biriminin sipariş yazısına istinaden yapılacaktır. (Sözleşmeli alımlarda sözleşmedeki oran uygulanır)

2- Teklif opsiyonu en az 20 gün olmalı ve ürün markası, belirtilecek ve teklif fiyatları KDV hariç verilecektir ve KDV oranı belirtilecektir. Belirtmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayrıca idarenin öngördüğü şartlar dışında, firma tarafından ödeme günü vb. talepleri tekliflerinde belirtmeler dahi, dikkate alınmayacaktır.

3- Mal teslimi hastane ambarına veya idarenin göstereceği yere yapılacaktır. Teslimat yerine kadar tüm giderler satıcıya aittir.

4- Tıbbi malzeme haricindeki ürünlerde TSE markası aranan malzemeler TSE belgeli olacaktır.

5- Teklif mektubunda silinti ve kazıntı yapılmayacaktır. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler değerlendirilmeyecek olup, ancak idare gerek gördüğü takdirde bu süreyi uzatabilir.

6- Firma alacaklarını harcama yetkilisinin (Başhekimlik makamı) izniyle devir ve temlik yapabilir. Temlik öncesi harcama yetkilisi makamından uygunluk yazısı alınması zorunludur.

7- Tıbbi malzeme, ilaç ve kit alımlarında Sağlık Bakanlığının TITUBB veya ÜTS kaydı gereken ürünlerin kayıtlı olması halinde alım yapılacaktır. Ürünün imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda ilgili satıcının bayi olduğuna dair TITUBB kayıt ve bildirimi aranacaktır. Teklif mektubunda Firma Tanımlayıcı kodu, UBB kodu ve ayrıca firmanın KİK de kaydı olacaktır. UBB kodu ve SUT kodu gereken ürünlerin kodunun belirtilmemesi ile KİK kaydı olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu negatif listesinde bulunan tıbbi malzemeler alınmayacak, alınsa dahi negatif listeden çıkmadıkça fatura bedeli ödenmeyecektir. KİK kaydının yapılmaması ve kaydın güncellenmemesi malzeme alındıktan sonra malzemenin negatif listeye düşmesi gibi malzeme kaynaklı kuruma ait SGK kesinti tutarları ve kurum zararlarının tamamı ilgili firma tarafından karşılanacaktır.

8- Firmalar ürün tesliminde BAYI NO, LOT NO, SERİ NO larını faturalarda belirtmekle yükümlüdür. Belirtmedikleri takdirde fatura işlemi alınmayacaktır.

9- Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan tıbbi malzemeler için SUT kodu, Tebliğde yer almayan malzeme olması durumunda bu durum teklif mektubunda belirtilecektir.

10- Nitelikli malzeme alımlarında sarnamede numune istenmiş ise teklif dışında numune doğrudan ilgili bölüme gönderilecektir ve numune gönderme ile ilgili masrafları satıcıya ait olacaktır.

11- Firma tarafından sipariş edilen malzemenin teslim edilmemesi durumunda idare tarafından kanun gereği ilgili mercilere bildirim yapılarak, firma idarenin belirleyeceği süre içerisinde doğrudan temin alımlarına iştirak edemeyecektir.

12- SUT 5.2.1 Maddeler gereği 2 Ay içerisinde dönem sonlandırılmasından sonra getirilen fatura bedeli ödenmeyecektir.

13- Sipariş sonrası teslimi yapılan mal/hizmet alımlarının teslimine müteakip faturanın Kuruma ulaştığı tarihten itibaren (Faturanın Kuruma teslim tarihi fatura arkasına kayıt düşülecektir.) 80 . günde işletmenin nakit durumuna göre ödenecektir.

Teklif Veren Firmanın

Son Teslim Tarih & Saat :

14⁰⁰

PROF.DR.FATİH FIRDOLAŞ
BAŞHEKİM YARDIMCISI

Tel :

Fax:

Mail :

09.09.2021


MALZEME/HİZMET LİSTESİ


Sıra N	Malzeme Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	KDV Oranı%
1	1501301204	1700-18 RO MEMBRAN 4040		6,0	ADET		
2	1501302447	AKTİF KARBON		250,0	KG		
3	1501302446	REÇİNE		300,0	LİTRE		

NOT:TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR.

4040 Membran Filtre Şartnamesi

1. Membranın çapı 4.0 inç, boyu ise 40 inç olacaktır.
2. Membran efektif alanı en az 7.9 m2 olacaktır.
3. Membran en az %99.4 oranında arıtma yapacak özellikte olmalıdır.
4. Üretim kapasitesi 25 derecede en az 1900 gpd olacaktır.
5. Membran iç yapısı spiral sargılı olmalıdır.
6. Membran zarı composid polyamit olmalıdır.
7. Membran şebeke suyunda 3-10 pH aralığında çalışabilmelidir.
8. Membran 300 PSI basınca kadar çalışabilmelidir.
9. Membran maximum çalışma sıcaklığı 45 derece olmalıdır.
10. Membran filtre Avrupa Menşeli olmalıdır.
11. Teklif verecek firma Fresenius Su Arıtma Sistemi Yetki Belgesi bulunmalıdır.
12. Yüklenici firma membran filtrenin montajını da yaparak faal teslim etmelidir.
13. Yüklenici firmanın TSE 12426 Hizmet Yeterlilik Belgesi, ISO 9001 belgeleri bulunmalıdır.
14. Yüklenici firma Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemi'ne kayıtlı olmalı ve bunu belge ile kanıtlamalıdır.


Yönetim Kurulu Başkanı
Fırat Tıp Merkezi
Diyaliz Teknisyeni


Prof. Dr. Ayhan DUTLUZAR
Fırat Tıp Merkezi
Diyaliz Teknisyeni


AKTİF KARBON ŞARTNAMESİ

- 1) Asitle yıkanmış granül aktif karbon içeren
- 2) Klordan ve diğer organik maddelerden kaynaklanan koku ve partikül giderimi ile pestisitlerin ve klorun giderilme, tarımsal ilaç kalıntıları, fenollü bileşikler, deterjan kalıntıları ve çeşitli boya maddelerini tutabilecek özellikte olmalı
- 3) İçeriği Hindistan cevizi kabuğundan üretilmiş olan,
- 4) Çalışma sıcaklığı maksimum 45 °c olan
- 5) Farklı 8x30 mesh size (dane boyutu 2,36mm-0,6mm) tutucu olmalıdır.
- 6) İyot numarası en az 900 veya daha yüksek olmalıdır.
- 7) Yüklenici firmanın TSE 12426 Hizmet Yeterlilik Belgesi, ISO 9001 kalite belgeleri bulunmalıdır.
- 8) Yüklenici firma karbon mineralinin değişimini yaparak sistemi çalışır durumda teslim etmelidir.
- 9) Yüklenici firma Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemi'ne kayıtlı olmalı ve bunu belge ile kanıtlamalıdır.

Muhsen KARAGÖZ
Fırat Tıp Merkezi
Diyaliz Teknisyeni




Fırat Tıp Merkezi
Diyaliz Ünitesi
İzmir
15.05.2023

REÇİNE ŞARTNAMESİ

- Kuvvetli asidik katyon değıştirici tip reçine olacaktır.
- TSE belgesine sahip olacaktır.
- Granül formunda olacaktır.
- Konvensiyonel jel polystiren bazlı olacaktır.
- Polimer yapısı, divinil benzen yağlı polystiren olacaktır.
- Tam tane sayısı minimum %90 olacaktır.
- Fonksiyonel grupları polystiren sülfanat olacaktır.
- Yükleme ağırlığı takriben 850 g/l olacaktır.
- Spesifik çekim , nem Na + formunda 1.27 olacaktır.
- Toplam değıştirme kapasitesi , Na + formunda, ıslak, volumetrik 1.9 eq/l min olacaktır.
- Toplam değıştirme kapasitesi , Na + formunda, kuru, kütleel 4.5 eq/l min olacaktır.
- Ph aralığı 0-14 arası olacaktır.
- Yüklenci firmanın TSE 12426 Hizmet Yeterlilik Belgesi, ISO 9001 kalite belgeleri bulunmalıdır.
- Yüklenci firma sistemdeki reçine mineralinin değışimini yaparak sistemi faal teslim edecektir.
- Yüklenci firma Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemi'ne kayıtlı olmalı ve bunu belge ile kanıtlamalıdır.

Hüseyin KARACI
Fırat Tıp Merkezi
Diyaliz Teknisyeni



Prof. Dr. Arzu DÖNMEZ
Fırat Tıp Merkezi
Diyaliz Teknisyeni