

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ
TEKLİF İSTEME FORMU

25.07.2025

İşlem No : 84425 : 25/3391
Talep Eden Birim : KADIN DOĞUM KLİNİĞİ

Fırat Üniversitesi Hastanesi ihtiyacı malzeme/hizmet satın alınacaktır. Fiyat teklif aşağıda belirtilen tarih ve saatte Döner Sermaye Satın Alma Birimine bizzat, faks veya posta ile teslimini rica ederim.

- 1- Malzeme/hizmet tesliminin kaç günde yapılacağını belirtilmesi zorunludur. Belirtilmemesi durumunda sipariş tarihinden itibaren teslim süresi 30 gün olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her gün için fatura tutarının (KDV hariç) 0,001 (Bindebiri) oranında gecikme cezası hesaplanarak tahakkuk üzerinden kesilecektir. Teslimat satınalma biriminin sipariş yazısına istinaden yapılacaktır. (Sözleşmeli alımlarda sözleşmedeki oran uygulanır)
- 2- Teklif opsiyonu en az 30 gün olmalı ve ürün markası, belirtilecek ve teklif fiyatları KDV hariç verilecektir ve KDV oranı belirtilecektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayrıca idarenin öngördüğü şartlar dışında, firma tarafından ödeme günü vb. talepleri tekliflerinde belirtmeler dahi, dikkate alınmayacaktır.
- 3- Mal teslimi hastane ambarına veya idarenin göstereceği yere yapılacaktır. Teslimat yerine kadar tüm giderler satıcıya aittir.
- 4- Tıbbi malzeme haricindeki ürünlerde TSE markası aranan malzemeler TSE belgeli olacaktır.
- 5- Teklif mektubunda silinti ve kazıntı yapılmayacaktır. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler değerlendirilmeyecek olup, ancak idare gerek gördüğü takdirde bu süreyi uzatabilir.
- 6- Firma alacaklarını harcama yetkilisinin (Başhekimlik makamı) izniyle devir ve temlik yapabilir. Temlik öncesi harcama yetkilisi makamından uygunluk yazısı alınması zorunludur.
- 7- Tıbbi malzeme, ilaç ve kit alımlarında Sağlık Bakanlığının TITUBB veya ÜTS kaydı gereken ürünlerin kayıtlı olması halinde alım yapılacaktır. Ürünün imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda ilgili satıcının bayi olduğuna dair TITUBB kayıt ve bildirimi aranacaktır. Teklif mektubunda Firma Tanımlayıcı kodu, UBB kodu ve ayrıca firmanın KİK de kaydı olacaktır. UBB kodu ve SUT kodu gereken ürünlerin kodunun belirtilmemesi ile KİK kaydı olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu negatif listesinde bulunan tıbbi malzemeler alınmayacak, alınsa dahi negatif listeden çıkmadıkça fatura bedeli ödenmeyecektir. KİK kaydının yapılmaması ve kaydın güncellenmemesi malzeme alındıktan sonra malzemenin negatif listeye düşmesi gibi malzeme kaynaklı kuruma ait SGK kesinti tutarları ve kurum zararlarının tamamı ilgili firma tarafından karşılanacaktır.
- 8- Firmalar ürün tesliminde BAYİ NO, LOT NO, SERİ NO larını faturalarda belirteceklerdir. Belirtmedikleri takdirde fatura işleme alınmayacaktır.
- 9- Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan tıbbi malzemeler için SUT kodu, Tebliğde yer almayan malzeme olması durumunda bu durum teklif mektubunda belirtilecektir.
- 10- Nitelikli malzeme alımlarında şartnamede numune istenmiş ise teklif dışında numune doğrudan ilgili bölüme gönderilecektir ve numune gönderme ile iade masrafları satıcıya ait olacaktır.
- 11- Firma tarafından sipariş edilen malzemenin teslim edilmemesi durumunda idare tarafından kanun gereği ilgili mercilere bildirim yapılarak, firma idarenin belirleyeceği süre içerisinde doğrudan temin alımlarına iştirak edemeyecektir.
- 12- SUT 5.2.1 Maddeler gereği 2 Ay içerisinde dönem sonlandırılmasından sonra getirilen fatura bedeli ödenmeyecektir.
- 13- Sipariş sonrası teslimi yapılan mal/hizmet alımlarının teslimine müteakip faturanın Kuruma ulaştığı tarihten itibaren (Faturanın Kuruma teslim tarihi fatura arkasına kayıt düşülecektir.) 45 . günde işletmenin nakit durumuna göre ödenecektir.
- 14- Verilen tekliflerde teslimat süresi belirtilmesi zorunludur. Aksi takdirde 1. madde uygulanacaktır.

Teklif Veren Firmanın

Tel :

Fax:

Mail :

Son Teslim Tarih & Saat

30.07.2025

PROF.DR.FATİH OSMANLIOĞLU
BAŞHEKİM YARDIMCISI

MALZEME/HİZMET LİSTESİ

Sıra N	Malzeme Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	KDV Oranı%
1	99902871	DİŞLİ TUTUCU FORSEPSİN TAMİR KAPSAMINDA YENİSİ İLE DEĞİŞİMLİ		2,0	ADET		
2	99902872	KAVRAMA FORSEPSİNİN TAMİR KAPSAMINDA YENİSİ İLE DEĞİŞİMLİ		2,0	ADET		

EK:TEKNİK ŞARTNAME

Adres: Fırat Üniversitesi Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü HAZAR V.D. : 3860437404

Tel: 0424 233 35 55

Fax: 0424 233 90 40

EPOSTA : dsermayesatinalma@firat.edu.tr

Sayfa 1

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

KADIN DOĞUM KLİNİĞİ

ŞARTNAME NO
9966

ŞARTNAME

Düzenleme Tarihi : 23.07.2025

1. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ:

- a. Satıcı firma tarafından verilen tekliflerdeki Teknik Şartnameye cevapların, madde sıra numarasına göre hazırlanması ve istenen özellikler ile ilgili hükümlere açıklayıcı cevaplar verilmesi gerekmektedir.
- b. Teklif ile birlikte tanıtıcı broşür ve katalogların verilmesi ve teklif edilen malzemelerin Şartnameye Uygunluk Belgesinde belirtilen özellikleri katalog ile teyit edilmelidir.
- c. Satıcı firma teklif ettiği cihazın imalatçısının Türkiye temsilcisi olduğunu gösterir güncel noter onaylı Temsilcilik Belgesi teklifine eklemelidir.
- d. Karl storz marka endoskopik cihazların bakım ve onarımı konusunda üretici tarafından verilmiş yetki belgesi bulunmalıdır. Yetki belgesi bulunmayan teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

DİŞLİ TUTUCU FORSEPSİN TAMİR KAPSAMINDA YENİSİ İLE DEĞİŞİMİ

Teklif edilen forseps aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır:

1. Parçalarına ayrılabilirmeli ve 360° dönebilmelidir.
2. Çapı 5 mm, uzunluğu 36 cm olmalıdır.
3. Unipolar koagulasyon için pin konnektörlü olmalıdır.
4. Tek çene hareketli, "Tiger-jaw" 2 x 4 dişli olmalıdır.
5. Çene uzunluğu 14 mm olmalıdır.
6. Aşağıdaki parçalardan oluşmalıdır:
 - * 1 Adet Kabza
 - * 1 Adet Yalıtılmış Dış Tüp.
 - * 1 Adet Forseps iç aksamı.

HAZIRLAYANLAR

Prof. Dr. Ramzi ATILGAN
F.U. Hastanesi
Kadın Hastalıkları ve Doğum A.B.D.
Dip. Tıp. No: 63855-95752

ONAYLAYAN

Doç. Dr. Şeyda YAKUZZOĞLU
Firat Üniversitesi
Kadın Hastalıkları ve Doğum A.B.D.
Dip. Tıp. No: 63855-95752

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

KADIN DOĞUM KLİNİĞİ

ŞARTNAME NO
9967

ŞARTNAME

Düzenleme Tarihi : 23.07.2025

1. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ:

- Satıcı firma tarafından verilen tekliflerdeki Teknik Şartnameye cevapların, madde sıra numarasına göre hazırlanması ve istenen özellikler ile ilgili hükümlere açıklayıcı cevaplar verilmesi gerekmektedir.
- Teklif ile birlikte tanıtıcı broşür ve katalogların verilmesi ve teklif edilen malzemelerin Şartnameye Uygunluk Belgesinde belirtilen özellikleri katalog ile teyit edilmelidir.
- Satıcı firma teklif ettiği cihazın imalatçısının Türkiye temsilcisi olduğunu gösterir güncel noter onaylı Temsilcilik Belgesi teklifine eklemelidir.
- Karl storz marka endoskopik cihazların bakım ve onarımı konusunda üretici tarafından verilmiş yetki belgesi bulunmalıdır. Yetki belgesi bulunmayan teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

KAVRAMA FORSEPSİNİN TAMİR KAPSAMINDA YENİSİ İLE DEĞİŞİMİ

- 360° dönebilir özellikte olmalıdır.
- Parçalarına ayrılabilmeli ve bu parçalarının kolaylıkla sökülüp takılabilmesi için "Click" kilit sistemli olmalıdır.
- Çapı 5 mm ve uzunluğu 36 cm olmalıdır.
- Unipolar koagulasyon için yalıtılmış ve pin konnektörlü olmalıdır.
- Atravmatik, delikli ve çift çene hareketli olmalıdır.
- Çene uzunluğu 25 mm olmalıdır.
- Aşağıdaki parçalardan oluşmalıdır:
 - * 1 Adet Kabza
 - * 1 Adet Yalıtılmış Dış Tüp
 - * 1 Adet Forseps uç aksamı.

HAZIRLAYANLAR

Prof. Dr. Ramzi ATILGAN
F.U. Hastanesi
Lahin Hastahane ve Doğum A.B.D.
Kadın Hastahane ve Doğum A.B.D.
Tels. No: 43886-45942

ONAYLAYAN

Doc. Dr. Servet YAVUZKIR
Firat Üniversitesi Hastanesi
Kadın Hastahane ve Doğum A.B.D.
Tels. No: 121417