

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ
TEKLİF İSTEME FORMU

09.09.2021

İstem No : 57555 : 21/3451
Talep Eden Birim : HEMATOLOJİ KLİNİĞİ-1

Fırat Üniversitesi Hastanesi ihtiyacı malzeme/hizmet satın alınacaktır. Fiyat teklif aşağıda belirtilen tarih ve saatte Döner Sermaye Satın alma Birimine bizzat, faks veya posta ile teslimini rica ederim.

1- Malzeme/hizmet tesliminin kaç günde yapılacağını belirtmesi zorunludur. Belirtilmemesi durumunda sipariş tarihinden itibaren teslim süresi 10 gün olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her gün için fatura tutarının (KDV hariç) 0,001 (Bindebir) oranında gecikme cezası hesaplanarak tahakkuk üzerinden kesilecektir. Teslimat satınalma biriminin sipariş yazısına istinaden yapılacaktır. (Sözleşmeli alımlarda sözleşmedeki oran uygulanır)

2- Teklif opsiyonu en az 20 gün olmalı ve ürün markası, belirtilecek ve teklif fiyatları KDV hariç verilecektir ve KDV oranı belirtilecektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayrıca idarenin öngördüğü şartlar dışında, firma tarafından ödeme günü vb. talepleri tekliflerinde belirtmeler dahi, dikkate alınmayacaktır.

3- Mal teslimi hastane ambarına veya idarenin göstereceği yere yapılacaktır. Teslimat yerine kadar tüm giderler satıcıya aittir.

4- Tıbbi malzeme haricindeki ürünlerde TSE markası aranan malzemeler TSE belgeli olacaktır.

5- Teklif mektubunda silinti ve kazıntı yapılmayacaktır. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler değerlendirilmeyecek olup, ancak idare gerek gördüğünde bu süreyi uzatabilir.

6- Firma alacaklarını harcama yetkilisinin (Başhekimlik makamı) izniyle devir ve temlik yapabilir. Temlik öncesi harcama yetkilisi makamından uygunluk yazısı alınması zorunludur.

7- Tıbbi malzeme, ilaç ve kit alımlarında Sağlık Bakanlığının TITUBB veya ÜTS kaydı gereken ürünlerin kayıtlı olması halinde alım yapılacaktır. Ürünün imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda ilgili satıcının bayi olduğuna dair TITUBB kayıt ve bildirimi aranacaktır. Teklif mektubunda Firma Tanımlayıcı kodu, UBB kodu ve ayrıca firmanın KİK de kaydı olacaktır. UBB kodu ve SUT kodu gereken ürünlerin kodunun belirtilmemesi ile KİK kaydı olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu negatif listesinde bulunan tıbbi malzemeler alınmayacak, alınsa dahi negatif listeden çıkmadıkça fatura bedeli ödenmeyecektir. KİK kaydının yapılmaması ve kaydın güncellenmemesi malzeme alındıktan sonra malzemenin negatif listeye düşmesi gibi malzeme kaynaklı kuruma ait SGK kesinti tutarları ve kurum zararlarının tamamı ilgili firma tarafından karşılanacaktır.

8- Firmalar ürün tesliminde BAYI NO, LOT NO, SERİ NO larını faturalarda belirteceklerdir. Belirtmedikleri takdirde fatura işleme alınmayacaktır.

9- Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan tıbbi malzemeler için SUT kodu, Tebliğde yer almayan malzeme olması durumunda bu durum teklif mektubunda belirtilecektir.

10- Nitelikli malzeme alımlarında şartnamede numune istenmiş ise teklif dışında numune doğrudan ilgili bölüme gönderilecektir ve numune gönderme ile iade masrafları satıcıya ait olacaktır.

11- Firma tarafından sipariş edilen malzemenin teslim edilmemesi durumunda idare tarafından kanun gereği ilgili mercilere bildirim yapılarak, firma idarenin belirleyeceği süre içerisinde doğrudan temin alımlarına iştirak edemeyecektir.

12- SUT 5.2.1 Maddeler gereği 2 Ay içerisinde dönem sonlandırılmasından sonra getirilen fatura bedeli ödenmeyecektir.

13- Sipariş sonrası teslimi yapılan mal/hizmet alımlarının teslimine müteakip faturanın Kuruma ulaştığı tarihten itibaren (Faturanın Kuruma teslim tarihi fatura arkasına kayıt düşülecektir.) 80 . günde işletmenin nakit durumuna göre ödenecektir.

Teklif Veren Firmanın

Tel :

Fax :

Mail :

Son Teslim Tarih & Saat :

14.09.2021

PROF.DR.FATİH FIRDOLAŞ
BAŞHEKİM YARDIMCISI

MALZEME/HİZMET LİSTESİ

Sıra N	Malzeme Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	KDV Oranı%
1	15013021532	RAUSMAN TRANSFER SEDYESİ KAYAR TABLASI		1,0	ADET		

NOT:TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR.

Adres: Fırat Üniversitesi Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü HAZAR V.D. : 3860437404

Tel: 0424 233 35 55

Fax: 0424 233 90 40

EPOSTA : dsemayesatinalma@firat.edu.tr

Sayfa 1

AMELİYATHANE TRANSFER SEDYESİ KAYAN YÜZEY TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-) Sedyenin yatma zemininin eni 620 mm. +/- 30 mm. , boyu 1965 mm. +/- 30 mm. olmalıdır.
- 2-) Nakil gövdesi 50x50 mm. +/- 5 mm. Kutu profil, 1,5 mm. +/- 0,5 mm. et kalınlığında kumlama tekniği ile pürüzsüz şekilde imal edilmiş olmalıdır.
- 3-) Sedyenin hasta nakil parçası hareketli üst zeminin yüksekliği 500 mm. +/- 30 mm. olmalıdır.
- 4-) Sedyenin hasta nakil parçası ahşap kısımları HPL'den (Kompakt Laminant) imal edilmiş olmalıdır. Bu zemin zorlanmadan etkin bir şekilde diğer sedye zeminine kolayca geçebilir özellikte olmalıdır.
- 5-) Sedyenin hasta nakil parçası baş kısmı gaz piston yardımı ile en az 70 ° dereceye kadar kalkabilir özellikte olmalıdır.
- 6-) Sedyenin başucu indirme kaldırma hareketi el kontrollü hassas tutamacı sayesinde gaz piston yardımı ile ayarlanabilir özellikte olmalıdır.
- 7-) Sedyenin yan koruma barları yatma zeminin altında yer alan mekanizmayı çekmek suretiyle dairesel hareket ederek aşağıya doğru açılabilir özellikte olmalıdır.
- 8-) Yan koruma barları yukarı konumda iken uzatılmış barları sayesinde güvenli hasta taşınması sağlamalıdır. Sedyenin tutamaçları ve yan koruma barları konfor ve kullanım güvenliği için dokunulduğunda yumuşak his veren poliüretan ile kaplanmış olmalı, tutamaç ve yan koruma barları içerisinde dayanıklılığı arttırmak için metal iskelet mevcut olmalıdır.
- 9-) Sedyenin 1 (bir) adet paslanmaz çelikten yapılmış, yüksekliği ayarlanabilir, sabit serum askılığı olmalı, serum askısı istenildiğinde sedyenin yan tarafına yatırılarak yere yatay olarak gizlenebilir özellikte olmalıdır. Ayrıca sedyenin ayakucu ve başucunda olmak üzere iki adet serum askılığı yeri mevcut olmalıdır. Sedye ile uyumlu viscoelastik özellikte, dikişsiz ve fermuarsız idrar defekasyon geçirmez kılıflı döşek mevcut olmalıdır.
- 10-) Sedyenin 2(iki) yıl üretim hatalarına karşı garantisi olmalıdır.
- 11-) Sedyenin 10(on) yıl boyunca ücreti karşılığı yedek parça ve teknik servis garantisi olmalıdır.
- 12-) Nakil sedyesi ameliyathanemizde kullanılan sedyeler ile uyumlu olmalıdır.




Dr. Öğr. Üyesi Mustafa MERTER
Fakültesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Uzmanı
E-posta: mustafa.mert@trk.edu.tr
T.C. Sağlık Bakanlığı
Etiler, Beştepe, Ankara