

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ
TEKLİF İSTEME FORMU

07.08.2025

İstem No : 84565 : 25/3590
Talep Eden Birim : ÜROLOJİ KLİNİĞİ

Fırat Üniversitesi Hastanesi ihtiyacı malzeme/hizmet satın alınacaktır. Fiyat teklif aşağıda belirtilen tarih ve saatte Döner Sermaye Satın alma Birimine bizzat, faks veya posta ile teslimini rica ederim.

- 1- Malzeme/hizmet tesliminin kaç günde yapılacağını belirtmesi zorunludur. Belirtilmemesi durumunda sipariş tarihinden itibaren teslim süresi 30 gün olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her gün için fatura tutarının (KDV hariç) 0,001 (Binde biri) oranında gecikme cezası hesaplanarak tahakkuk üzerinden kesilecektir. Teslimat satınalma biriminin sipariş yazısına istinaden yapılacaktır. (Sözleşmeli alımlarda sözleşmedeki oran uygulanır)
- 2- Teklif opsiyonu en az 30 gün olmalı ve ürün markası, belirtilecek ve teklif fiyatları KDV hariç verilecektir ve KDV oranı belirtilecektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayrıca idarenin öngördüğü şartlar dışında, firma tarafından ödeme günü vb. talepleri tekliflerinde belirtmeler dahi, dikkate alınmayacaktır.
- 3- Mal teslimi hastane ambarına veya idarenin göstereceği yere yapılacaktır. Teslimat yerine kadar tüm giderler satıcıya aittir.
- 4- Tıbbi malzeme haricindeki ürünlerde TSE markası aranan malzemeler TSE belgeli olacaktır.
- 5- Teklif mektubunda silinti ve kazıntı yapılmayacaktır. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler değerlendirilmeyecek olup, ancak idare gerek gördüğü takdirde bu süreyi uzatabilir.
- 6- Firma alacaklarını harcama yetkilisinin (Başhekimlik makamı) izniyle devir ve temlik yapabilir. Temlik öncesi harcama yetkilisi makamından uygunluk yazısı alınması zorunludur.
- 7- Tıbbi malzeme, ilaç ve kit alımlarında Sağlık Bakanlığının TITUBB veya ÜTS kaydı gereken ürünlerin kayıtlı olması halinde alım yapılacaktır. Ürünün imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda ilgili satıcının bayi olduğuna dair TITUBB kayıt ve bildirimi aranacaktır. Teklif mektubunda Firma Tanımlayıcı kodu, UBB kodu ve ayrıca firmanın KİK de kaydı olacaktır. UBB kodu ve SUT kodu gereken ürünlerin kodunun belirtilmemesi ile KİK kaydı olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu negatif listesinde bulunan tıbbi malzemeler alınmayacak, alınsa dahi negatif listeden çıkmadıkça fatura bedeli ödenmeyecektir. KİK kaydının yapılmaması ve kaydın güncellenmemesi malzeme alındıktan sonra malzemenin negatif listeye düşmesi gibi malzeme kaynaklı kuruma ait SGK kesinti tutarları ve kurum zararlarının tamamı ilgili firma tarafından karşılanacaktır.
- 8- Firmalar ürün tesliminde **BAYİ NO, LOT NO, SERİ NO** larını faturalarda belirteceklerdir. Belirtmedikleri takdirde fatura işleme alınmayacaktır.
- 9- Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan tıbbi malzemeler için SUT kodu, Tebliğde yer almayan malzeme olması durumunda bu durum teklif mektubunda belirtilecektir.
- 10- Nitelikli malzeme alımlarında şartnamede numune istenmiş ise teklif dışında numune doğrudan ilgili bölüme gönderilecektir ve numune gönderme ile iade masrafları satıcıya ait olacaktır.**
- 11- Firma tarafından sipariş edilen malzemenin teslim edilmemesi durumunda idare tarafından kanun gereği ilgili mercilere bildirim yapılarak, firma idarenin belirleyeceği süre içerisinde doğrudan temin alımlarına iştirak edemeyecektir.
- 12- SUT 5.2.1 Maddeler gereği 2 Ay içerisinde dönem sonlandırılmasından sonra getirilen fatura bedeli ödenmeyecektir.**
- 13- Sipariş sonrası teslimi yapılan mal/hizmet alımlarının teslimine müteakip faturanın Kuruma ulaştığı tarihten itibaren (Faturanın Kuruma teslim tarihi fatura arkasına kayıt düşülecektir.) 45 . günde işletmenin nakit durumuna göre ödenecektir.
- 14- Verilen tekliflerde teslimat süresi belirtilmesi zorunludur. Aksi takdirde 1. madde uygulanacaktır.

Teklif Veren Firmanın

Son Teslim Tarih & Saat 16⁰⁰

PROF.DR.FATİH OSMANLIOĞLU
BAŞHEKİM YARDIMCISI

Tel :

Fax:

Mail :

13.08.2025

MALZEME/HİZMET LİSTESİ

Sıra N	Malzeme Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	KDV Oranı%
1	253030516115	REUSABLE RIGHT ANGLE 10MM-330MM		2,0	ADET		
2	253030516116	REUSABLE RIGHT ANGLE 5MM -330MM		3,0	ADET		
3	253030516117	REUSABLE LAP/MICRO MAKAS 5MM -330MM		2,0	ADET		
4	253030516118	REUSABLE LAP.DİSEKTÖR 5MM -330MM		2,0	ADET		
5	253030516119	REUSABLE LAP.CLAW FORSEPS 2+3 DIŞ 5MM -330MM		2,0	ADET		
6	253030516120	REUSABLE LAP.ASPİRASYON İRİGASYON 5-10MM-330MM		1,0	ADET		
7	253030516121	REUSABLE LAP. BEŞPARMAK EKARTÖR 10MM-350MM		1,0	ADET		

Ek:Teknik Şartname

Not:Numuneler İlgili Bölüm Tarafından Seçim Aşamasında Talep Edilecektir.

Adres: Fırat Üniversitesi Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü HAZAR V.D. : 3860437404

Tel: 0424 233 35 55

Fax: 0424 233 90 40

EPOSTA : dsermayesatinalma@firat.edu.tr

Sayfa 1

LAP. REUSABLE LAPAROSKOPİ SETİ LİSTESİ ŞARTNAME

ORTAK ÖZELLİKLER

- Aşağıda liste halinde verilen malzemeler birlikte seti oluşturan parçalar olup teklif veren firma seti oluşturan malzemelerin tamamına teklif vermelidir.
- Aşağıdaki malzemelerin hepsi 134 derece buhar otoklavda veya dezenfektan solüsyonlar içinde sterilize edilebilmelidir.
- Laparoskopik el aletleri uclarının hepsinin iç saftı çelik (SUS304), tutamaç (PPSU) dış kanülü hafif olmasını sağlamak amacıyla tıbbi amaçlara uygun Teflon/silicon üretilmiş ve insule edilmiş olmalıdır.
- Malzemeler üretim hatalarına karşı 2 yıl boyunca üretici, distribütör ve satıcı firma tarafından garantiye sahip olmalı herhangi bir arıza halinde yenisi ile değiştirilmelidir.
- Malzemeler 10 yıl boyunca ücreti mukabilinde yedek parça temin garantisine sahip olmalıdır. Bu durum distribütör firma tarafından belgelendirilmelidir.
- Teklif edilecek el aletleri aşağıdaki parçalardan oluşmalıdır.
 - a. Tutamaç, kilitli veya kilitsiz.
 - b. Toplu uçlu insert (iç aksam) vidalı olmamalıdır.
 - c. Dış şaft. Yıkama kanallı olmalıdır.

1. Reusable Right Angle 10mm

- 1- Reusable olmalıdır.
- 2- 10mm lik trokardan kullanıma uygun olmalıdır.
- 3- Laparoskopik el aletleri uclarının hepsinin iç saftı çelik (SUS304), tutamaç (PPSU) dış kanülü hafif olmasını sağlamak amacıyla tıbbi amaçlara uygun Teflon/silicon üretilmiş ve insule edilmiş olmalıdır.
- 4- Şaft uç kısmına kadar yalıtkan madde ile kaplanmalıdır.
- 5- Monopolar koter ile kullanıma uygun olmalıdır.
- 6- Çene kısmının ucu 75- 90 derece açılı olmalıdır.
- 7- Malzeme 5mm çapında ,izole şaft uzunluğu 299mm (± 3mm), izole şaft bitimi ile dipten uç başlangıcı arası 12mm(± 2mm) olmalıdır.
- 8- Çene iç yüzeyinde Atravmatik tırtıklar olmalıdır.
- 9- Gerekğinde temizlemek için şaft içinden ucunun bağlı olduğu ikinci şaft kısmı sökülebilir olmalıdır.
- 10- Vidalı sistem olmamalı click line düğmeli sistem olmalıdır.
- 11- Handle kilitli veya kilitsiz çalışabilmelidir.
- 12- Kullanıcı tarafından değerlendirilerek karar verilmelidir.
- Teklif edilecek el aletleri aşağıdaki parçalardan oluşmalıdır.
 - d. Tutamaç, kilitli veya kilitsiz.
 - e. Toplu uçlu insert (iç aksam) vidalı olmamalıdır.
 - f. Dış şaft. Yıkama kanallı olmalıdır.

2.REUSABLE LAPAROSKOPİK RIGHT ANGLE DİSEKTÖR 5MM

- Malzeme tutamaç kısmı ve kolay takılabilir right angle insertinden oluşmalıdır.
- Laparoskopik el aletleri uclarının hepsinin iç saftı çelik (SUS304), tutamaç (PPSU) dış kanülü hafif olmasını sağlamak amacıyla tıbbi amaçlara uygun Teflon/silicon üretilmiş ve insule edilmiş olmalıdır.

Prof. Dr. İrfan ORHAN
F.U.Fırat Tıp Merkezi
Üroloji A.B.D. Dip. No: 00660556/14087

Prof. Dr. Fatih OSMANLIOĞLU
Fırat Üniversitesi Hastanesi
Üroloji A.B.D. Dip. No: 00660556/14087

- Malzemenin sağlamlığı için iç mekanizma ve insert çelikten mamul olmalıdır.
- Malzeme kademeli kilitlenebilir mekanizmalı veya kilitsiz seçeneklere sahip olmalıdır.
- Kilitli mekanizma aynı zamanda kilitsiz çalışmaya da izin verir nitelikte olmalıdır

5.REUSABLE LAPAROSKOPİK CLAW GRASPER 2x3 5MM

- Malzeme tutamaç kısmı ve kolay takılabilir grasper insertinden oluşmalıdır.
- Malzeme 5mm çapında ,izole shaft uzunluğu 299mm ($\pm$ 3mm), izole shaft bitimi ile clipten uç başlangıcı arası 12mm($\pm$ 2mm) olmalıdır.
- Malzeme shaftı uca kadar parlama yapmaması için koyu renkli yalıtkan malzeme ile insule edilmiş olmalıdır.
- Malzeme kolay temizleme ve bakım için tek hamle ile kolay sökülüp takılabilen clik-line mekanizmasına sahip olmalı vidalanarak sökülüp takılabilir olmamalıdır.
- Grasper mekanizması en az 16mm uç uzunluğu ve en az 15mm açılabilme özelliğinde olmalıdır.
- Malzeme uç yapısı 2x3 dişli bir uça 3 diğer uça 2 cobra diş olmalı ve iç kısmı enine tırtıklı olmalıdır.
- ÇİFR ÇENE HAREKETLİ OLMALIDIR
- Monopolar koter bağlantısı olmalıdır.
- Malzemenin sağlamlığı için iç mekanizma çelikten mamul olmalıdır.
- Malzeme kademeli kilitlenebilir mekanizmalı veya kilitsiz seçeneklere sahiip olmalıdır.
- Kilitli mekanizma aynı zamanda kilitsiz çalışmaya da izin verir nitelikte olmalıdır.

6.REUSABLE ASPİRASYON-İRRİGASYON 5-10MM

1. REUSABLE OLMALIDIR
2. 5ve 10 MM ÇAPINDA KANÜLLERİ OLMALI VE BU KANÜLLER AYNI HANDLE İLE KULLANIMA UYUMLU OLMALIDIR.
3. 5VE 10MM KANÜLLER BERABER VERİLMELİDİR.
4. ŞAFT BOYU 330 MM OLMALIDIR
5. YÜKSEK DAYANIKLILIK DİRENCİNE SAHİP OLMALIDIR.
6. HANDLE ÜZERİNDEKİ İTME BUTONU İLE VE ASPİRASYON İRİGASYON YAPABİLME ÖZELLİĞİNDE OLMALIDIR.
7. HANDLE ARKASINDA VE YANINDA ASPİRASYON İRİGASYON HORTUMLARI İÇİN GİRİŞLERİ OLMALIDIR.
8. KOLAYCA TEMİZLENEBİLMELİDİR.
9. OTOKLAVDA STERİLİZE EDİLEBİLİR OLMALIDIR

7.REUSABLE LAPAROSKOPİK 5 PARMAK EKARTÖR 10 MM

Prof. Dr. İrfan ORHAN
F.U. Etiler Tıp Merkezi
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Op.Dr. İrfan ORHAN

Prof. Dr. Fatih ÖZMANLIOĞLU
F.U. Etiler Tıp Merkezi
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Op.Dr. Fatih ÖZMANLIOĞLU

- Reusable Olmalıdır.
- Endoskopik ameliyatlarda kullanıma uygun olmalıdır
- Endoskopik ekartör 10 mm çapında olmalıdır.
- Endoskopik ekartör beş parmağı olmalı ve yelpaze şeklinde açılmalıdır.
- Endoskopik ekartörün şaft uzunluğu en az 35 cm olmalıdır.
- Endoskopik ekartör atravmatik olmalıdır.
- Endoskopik ekartör yelpaze şeklinde açılabilme özelliğine sahip olmalıdır.
- Endoskopik ekartördeki yelpaze şeklindeki parmaklar , tutaç arkasındaki bölümün çevrilmesi ile açılabilir özelliğe sahip olmalıdır.
- Endoskopik ekartördeki yelpaze şeklindeki parmaklar, şaft ve tutaç arasındaki bölümün çevrilmesi ile 40 dereceye kadar açı yapabilir özelliğe sahip olmalıdır.

LAP. REUSABLE LAPAROSKOPİ SETİ LİSTESİ (1 SET)

SIRA	MALZEME	ADEDİ
1	REUSABLE RIGHT ANGLE 10MM-330MM	2
2	REUSABLE RIGHT ANGLE 5MM-330MM	3
3	REUSABLE LAP.MİCRO MAKAS 5MM-330MM	2
4	REUSABLE LAP. DİSEKTÖR 5MM-330MM	2
5	REUSABLE LAP.CLAW FORSEPS 2+3 DİŞ 5MM-330MM	2
6	REUSABLE LAP. ASPİRASYON İRİGASYON 5-10MM-330MM	1
7	REUSABLE LAP. BEŞPARMAK EKARTÖR 10MM-350MM	1

Prof. Dr. İrfan ORHAN
F.Ü.Fırat Tıp Merkezi
Oröloji A.D. Tıp. Tış. no: 200000

Prof. Dr. Faik OSMANLI OĞLU
Fırat Üniversitesi Kurumları
Oröloji A.D. Tıp. Tış. no: 200000