

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
YAKLASIK MALİYET TESPİT CETVELİ

İstem No 58087 : 21/3734

İşin Adı OTOGLAV STERİLİZASYON İÇİN 1 KALEM MALZEME ALIMİ
İstem Yapan Bölüm OTOGLAV STERİLİZASYON

Sıra	Malın Cinsi	Miktar	Ortalama	Yaklasik Maliyet	SUT Fiyatı	BİRİNCİ STERİLİZASYON SAĞLIK HİZMETLERİ TİCAR	ÇAĞMED MEDİKAL BİLGİSİ. ELEKTR. NA K. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ	HEDEF SAĞLIK GIDA TEM. İNŞ. MED. ELE KTR. SAN. TİC. LTD.	İKBAL ECZA VE TIBBİ MALZ. DEPOSU TİC. SAN. LTD. ŞTİ	MURAT GENÇAY - GENÇAY TIBBİ MED.
1	15003030199432 RADYOOPAKLI NON STERİL BATIN KOPRES 25'LI	6000 ADET	7.420000 44.520,000	7.420000 44.520,000	TM	5,1000	6,4500	10,6000	10,3400	6,5000
						30.600,0000	38.700,0000	63.600,0000	62.040,0000	39.000,0000
					Toplamlar	30.600,000	38.700,000	63.600,000	62.040,000	39.000,000

MUSTAFA GÜRGER-ANADOL U MEDİKAL
5,5300
33.180,0000
33.180,000

44.520 (Kirk Dort Bin Bes Yuz Yirmi TL.)

Fiyat araştırma sonucunda teklif edilen / bildirilen fiyatlar yukarıda gösterilmiştir..13.10.2021

Yetkilendirilen Alım Komisyonu Tutanağı

Fırat üniversitesi hastanesi Başhekimliği Makamından alınan 08.10.2021 / tarih ve 3734 sayılı onay belgesi gereğince yukarıda yazılı mal / hizmet / onarım işi için firma adı ve teklif edilen birim fiyatı imzalarında.

Prof.Dr
İsmail DEMİREL

**FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ'NE
(SATIN ALMA KOMİSYONU-GEREKÇELİ KARAR)**

Sayı:16

20.10.2021

Konu:2021/3734(malzeme hakkında)

İlgi: F.Ü. Hastanesi Başhekimliği'nin 08.10.2021 tarih ve 3734 sayılı onay belgeli 1 Kalem (Merkezi Sterilizasyon Ünitesi için) malzeme alım piyasa fiyat araştırma yaklaşık maliyet hesap cetveli değerlendirildi.

1.Kalem için en uygun teklifi veren **BİRİNCİ STERİLİZASYON SAĞLIK HİZMETLERİ** Firmasına ait numune değerlendirildi. Teknik şartnamenin 2. Maddesinde belirtilen "Katlama şekli; kenarları içeride kalacak şekilde düzenlenmeli serbest lifler vermeyecek şekilde (cerrahi tip) katlanması ile oluşturulmuş olmalıdır." Şartları karşılamadığı, numunenin katlama şekli ve dikiş şekli uygun olmadığı, köşelerden saçakların çıktığı ve batin içerisinde hasta sağlığını tehlikeye sokabileceği ve teknik şartnamenin 8.Maddesinde belirtilen " Batin Kompreslerin sıvı emme gücü iyi olmalıdır." kullanıcı tarafından değerlendirme sonucu bu şartı karşılamadığı, kompresin sıvı emiş gücünün iyi olmadığı tespit edildiğinden dolayı tercih edilmemiştir.**1.Kalem** için en uygun ikinci teklifi veren **ANADOLU MEDİKAL** Firmasının ürünü tercih edilmiştir.

Prof.Dr. İsmail DEMİREL

Merkezi sterilizasyon ünitesi Sorumlu Öğreti Üyesi

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
SİPARİŞ LİSTESİ

Sipariş No: 58087 : 21/3734
İşin Adı: OTOGLAV STERİLİZASYON İÇİN 1 KALEM MALZEME ALIM
Teslim Tarihi:
Bölüm: OTOGLAV STERİLİZASYON

Sıra No	Kodu	Adı	Miktar	Fiyat	İskonto%	Tutar
1	15003030199432	RADYOOPAKLI NON STERİL BATIN KOPRES 25'LI	6.000,00 ADET	5,5300		33.180,00
Toplam Tutar						33.180,00
İskonto Tutarı						0,00
Genel Toplam						33.180,00

Teklif mektubunda, mal teslim süresinin belirtilmesi durumunda bu süre belirtilmediği durumda siparişe müteakip 10 gün içerisinde teslimatın yapılmaması durumunda geciken her takvim günü için fatura tutarının (KDV hariç) 0,001 (Binde Bir) oranında gecikme cezası hesaplanarak yapılacak ödemeden kesilecektir.

ÖNEMLİ NOT 1: Sipariş edilen malzemeler ambar birimine teslim edilecektir. Kargo gönderileride doğrudan ambar birimine yapılacaktır. Ambar birimi dışındaki birimlere malzeme gönderilmesi durumunda fatura ve malzeme teslimatı kaynaklı sıkıntılardan firma sorumlu olacaktır.

ÖNEMLİ NOT 2: e-Arşiv olarak düzenlenen faturalar malzeme ile birlikte gönderilecek ve gönderilen birimden teyidi yapılacaktır.(Faturada baskılı imzası olmayan firmalar faturalarına kaşe ve ıslak imza yapmaları zorunludur.)

SİPARİŞİ ALAN FİRMANIN İSİM VE KASE
MUSTAFA GÜRGER-ANADOLU MEDİKAL

Sipariş Tarihi :

KURUM YETKİLİSİ

DOÇ.DR.GÖKHAN ARTAŞ
BAŞHEKİM YARDIMCISI

FATURA BİLGİLERİ : F.Ü Döner Sermaye İşletmesi (Hastane Döner Sermaye İşletmesi Birimi)

Hazar VD.: 3860437404 Tel: 0424 233 35 55 Fax: 0424 233 90 40 mail: dsermayesatinalma@firat.edu.tr

KDV Tevkifatına tabi hizmetlerde tevkifat belirtilmediğinde fatura iade edilecektir.